

Consultas Realizadas

Licitación 345638 - LPN SBE 64-18 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL DE LUQUE, HOSPITAL GERIATRICO Y CLÍNICAS (C.P. BOQUERÓN, C.P. 12 DE JUNIO; C.P. CAMPO VÍA, C.P. NANAWA) DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2018
FAVOR ACLARAR CANTIDADES SOLICITADAS PARA LOS ITEMS DEL LOTE 6		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
El oferente deberá remitirse y ofertar conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en la cual establece el monto mínimo y máximo.		

Consulta 2 - LPN SBE Nº 64/18-Características Técnicas de cada Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2018
Lote 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - Reactivos e Insumos para Crisis Sanguinea Donde dice: "Con capacidad mínima de 15 posiciones refrigeradas para los reactivos" Consulta: ¿Se puede ofertar un equipo con capacidad mínima de 8 posiciones refrigeradas"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
El oferente deberá remitirse y ofertar conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en los Lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 - Reactivos e Insumos para Crisis Sanguínea.		

Consulta 4 - LPN 64/18 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2018
Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos 1. Especificaciones Técnicas LOTE 1: LUQUE Item 49: Dice "Reactivo Hepatitis B". Sería Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B (ANTI HBs)? Item 57: Dice "Troponina". Sería Troponina I de alta sensibilidad? Item 66: Dice "TPO". Sería Anticuerpos anti TPO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos 1. Especificaciones Técnicas LOTE 1: LUQUE Ítem 49: Reactivo hepatitis B, se aclara que la misma refiere a Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B Troponina, se aclara que la misma refiere a Troponina I "TPO, se aclara que la misma refiere a ANTI TPO.		

Consulta 5 - LPN 64/18 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2018
Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos 1. Especificaciones Técnicas LOTE 2: BOQUERON Item 45: Dice "Reactivo Hepatitis B". Sería Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B (ANTI HBs)? Item 52: Dice "Troponina". Sería Troponina I de alta sensibilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
Reactivo hepatitis B, se aclara que la misma refiere a Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B Troponina, se aclara que la misma refiere a Troponina I.		

Consulta 6 - LPN 64/18 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2018
LOTE 2: BOQUERON Item 45: Dice "Reactivo Hepatitis B". Sería Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B (ANTI HBs)? Item 52: Dice "Troponina". Sería Troponina I de alta sensibilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
Reactivo hepatitis B, se aclara que la misma refiere a Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B Troponina, se aclara que la misma refiere a Troponina I		

Consulta 7 - LPN 64/18 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2018
Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos 1. Especificaciones Técnicas LOTE 3: 12 DE JUNIO Item 45: Dice "Reactivo Hepatitis B". Sería Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B (ANTI HBs)? Item 52: Dice "Troponina". Sería Troponina I de alta sensibilidad??		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
Reactivo hepatitis B, se aclara que la misma refiere a Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B Troponina, se aclara que la misma refiere a Troponina I.		

Consulta 8 - LPN 64/18 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2018
Requisitos de los Bienes y/o Servicios requeridos 1. Especificaciones Técnicas LOTE 5: NANAWA Item 49: Dice "Reactivo Hepatitis B". Sería Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B (ANTI HBs)? Item 57: Dice "Troponina". Sería Troponina I de alta sensibilidad?? Item 67: Dice "CCP". Sería Anticuerpos anti CCP?? Item 4: Dice "TPO". Sería Anticuerpos anti TPO??		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
Reactivo hepatitis B, se aclara que la misma refiere a Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B Troponina, se aclara que la misma refiere a Troponina I "CCP". Se aclara que la misma refiere a Anticuerpos anti CCP "TPO", se aclara que la misma refiere a ANTI TPO		

Consulta 9 - LPN 64/18 - SECCION III

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2018
Requisitos de los bienes y/o servicios requeridos 1. Especificaciones Técnicas LOTE 4: CAMPO VIA IT 45: Dice "Reactivo Hepatitis B". Sería Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B (ANTI HBs)? IT 52: Dice "Troponina". Sería Troponina I de alta sensibilidad??		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-06-2018
Reactivo hepatitis B, se aclara que la misma refiere a Anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus hepatitis B Troponina, se aclara que la misma refiere a Troponina I		