

## Consultas Realizadas

# Licitación 366271 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

### Consulta 1 - LOTE 8 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2019
<p>ITEM 1 COMPRESOR DE AIRE: Al observar las especificaciones técnicas solicitadas en el ITEMS 1, la misma va direccionada a una sola marca, limitando la participación de otros oferentes, Solicitamos a la convocante modificar las características según detalles a continuación:</p> <p>Cabezal compresor de aire totalmente libre de aceite, aire 100% puro, con un régimen de trabajo según detalles a continuación:</p> <p>Caudal efectiva a 5 bar (75 PSI) 1.400 l/min Caudal Solicitado 1.260 l/min Presión Máxima de Diseño 14 bar Potencia de accionamiento 15HP</p> <p>El equipo cumple con Norma de Europea, definido por ISO 7396-1 Gas apto para uso médico, también cumple con la Certificación CE División Medica, acorde a la Farmacopea, Directiva Europea 93/42/EEC, ISO 9001 y la ISO 13485. Todas las normas mencionadas son exigidas por la unión Europea para todos los equipos destinados para su uso en Hospitales.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
<p>Se ha procedido a realizar las modificaciones conforme a la Adenda 2.</p>		

## Consulta 2 - LOTE 8 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2019
<p><b>ITEM 2: BOMBA DE VACIO</b></p> <p>Al observar las especificaciones técnicas solicitadas en el ITEMS 2, la misma va direccionada a una sola marca, limitando la participación de otros oferentes, Solicitamos a la convocante modificar las características según detalles a continuación:</p> <p>SISTEMA DE VACIO Centralizado, Diseñado para una producción de vacío centralizado en hospitales y clínicas, nuestras estaciones de vacío aseguran el suministro continuo, Totalmente automático, que cumplen con los estándares de calidad más exigentes y requieren muy poco mantenimiento</p> <p>Caudal aspirado mínimo: 5000 litros/min (2x2500 litros/min) o superior            Potencia de accionamiento (mínimo) 15HP (2x7,5HP) o superior.            Requerimiento eléctrico: 380V/3/50Hz</p> <p>Bombas a paletas rotativas, lubricada, montada en estructura metálicas multimodular, para ahorro de espacio físico, de funcionamiento totalmente automático, contralado por su tablero digital con varias funciones:            Permite programar la funcionalidad de los equipos en tres modos,            Control temporal: Asigna ciertos tiempo a cada bomba de vacio, de manera a que la hora de uso sea homogénea en ambos equipos.            Forma Automática: Acorde a necesidad/demanda del hospital, asigna que entre uno o los dos equipos en forma simultánea.            Forma manual: Permite seleccionar manualmente cual equipo dejar en servicio.            Facilita la verificación del Periodo de mantenimiento Preventivo.            Almacenamiento de Alarmas con fechas y horas de ocurrencia, etc.</p> <p>Tanque vertical de capacidad 1.500 litros, con los siguientes accesorios:            Línea de filtración bacteriana dúplex (dos filtros en paralelo con válvula de by pass)            Jarra para drenado: 2 unidades.            Filtro anti bacteria tipo A: 2 unidades            Sistema de By Pass para un correcto servicio de mantenimiento, a través de dos válvulas de tres vías</p> <p>El sistema de aspiración cumple con las normas de calidad de grado médico, cumple la norma EN ISO 7396-1. Cumple con la Certificación "CE - Medical Device" clase IIa, de acuerdo con la Directiva Europea 93/42/CEE. Acorde a los requisitos de las normas francesas y europeas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha procedido a realizar las modificaciones conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 3 - LOTE 8 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2019
<p>Solicitamos sea aceptada un plazo de entrega de 120 días (ciento veinte días) posterior a la recepción de la orden de compra. Dicho pedido obedece a que los equipos a ser ofertado requieren cierto plazo de entrega en fábrica, mas los tiempos respectivos que implica el flete marítimo y el proceso de despacho</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 4 - LOTE 8 - En la Sección VII ANEXOS ANEXO N° I Apartado F) Punto i:

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2019
Copia Autenticada de la Habilitación vigente expedida por el MSPYBS, como importador/representante/distribuidor de dispositivos médicos:		
Solicitamos, este requisito sea excluida para oferente que desean realizar propuesta para el Lote N°8, pues los bienes solicitado para este lote NO SON DISPOSITIVOS MEDICOS, sino son compresores y bomba de vacío, la cual estará instalada en un recinto independiente al edificio hospitalario, conectándose a la misma a través de red de tuberías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Dicho requerimiento no aplica para el Lote N° 8.		

## Consulta 5 - LOTE 8 - En la Sección VII ANEXOS ANEXO N° I Apartado F) Punto i:

Consulta	Fecha de Consulta	06-06-2019
Copia Autenticada de la Habilitación vigente expedida por el MSPYBS, como importador/representante/distribuidor de dispositivos médicos:		
Solicitamos, este requisito sea excluida para oferente que desean realizar propuesta para el Lote N°8, pues los bienes solicitado para este lote NO SON DISPOSITIVOS MEDICOS, sino son compresores y bomba de vacío, la cual estará instalada en un recinto independiente al edificio hospitalario, conectándose a la misma a través de red de tuberías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Dicho requerimiento no aplica para el Lote N° 8.		

## Consulta 6 - CGC 15.1 Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Consultamos a la convocante la posibilidad de incluir un anticipo financiero de al menos 20%, considerando el alto costo de algunos lotes, como el 1, 2 y 8.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha procedido a realizar las modificaciones conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 7 - Plan de Entregas y Lugar

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Para el Lote 1 Solicitamos ampliar el plazo de entrega a por lo menos 90 días, desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, consideran que es un equipo relativamente voluminoso y la importación debe hacerse vía marítima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se solicita a los potenciales oferentes ceñirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 8 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología Normas de Calidad Especifica: FDA, CE. Solicitamos permitir la presentación de: Norma Mercosur, o FDA o CE.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se han realizado las modificaciones conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 9 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Control de movimientos eléctricos mediante pedal. ¿a qué movimientos eléctricos se refiere específicamente? podrían ser altura, giro, espaldar Por favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Todos los movimientos eléctricos deben poder ser controlados por el pedal		

## Consulta 10 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Alimentación eléctrica: 220V CA +- 10% 50 Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 (Schuko).. Línea arriba se describe al taburete ¿este debe ser eléctrico? O ¿se está refiriendo al Sillón? Por favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se refiere al sillón. El taburete no necesita ninguna conexión eléctrica		

## Consulta 11 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas dice: Superficie del sillón reclinable, con reposa piernas: entre 190 y 210 cm. Solicitamos permitir la cotización de Sillón con: Superficie del sillón reclinable, con reposa piernas: entre 170 y 220 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 12 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Bolsa de piel para set de exploración ORL, con compartimientos y 2 bolsas laterales desmontables. Solicitamos permitir la cotización con: Bolsa de piel o material sintético para set de exploración ORL, con compartimientos y 2 bolsas laterales desmontables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 13 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Depresor lingual, madera, anchura 19 mm, longitud 16 cm, envase de 100 unidades. Solicitamos permitir la cotización con: Depresor lingual, madera o plástico, anchura 19 mm (+/- 3mm), longitud 16 cm (+/- 3cm), envase de 100 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 14 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Óptica de visión frontal 0°, para otorrinofaringoscopia, 4 mm Ø, longitud 11 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado. Solicitamos permitir la cotización con: Óptica de visión frontal 0°, para otorrinofaringoscopia, 4 mm Ø (+/- 1,5mm), longitud 11 cm (+/- 2cm), esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 15 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Fuente de luz LED a pilas para endoscopios, con rosca rápida, luminosidad > 110 lm / > 150 klx, autonomía > 120 min., peso operativo aprox. 150 g, desinfección por frotado, con 2 fotobaterías.. Solicitamos permitir la cotización con: Fuente de luz LED a pilas para endoscopios, con rosca rápida, luminosidad > 110 lm (+/- 20lm) / > 150 klx (+/- 20klx), autonomía 90 minutos o mayor, peso operativo aprox. 150 g (no excluyente), desinfección por frotado u otra forma, con 2 baterías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 16 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Fofotforo frontal frontoluz. Lámparas LED blancas que puedan iluminar en un nivel alto de 30.000 lux o mayor, nivel medio de 20.000lux o mayor y nivel bajo de 10.000 lux o mayor.. Solicitamos permitir la cotización con: Lámparas LED blancas que puedan iluminar en un nivel alto de 30.000 lux o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 17 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Fofotforo frontal frontoluz. Autonomía de la batería de 15 horas o mayor. Solicitamos permitir la cotización con: Fofotforo frontal frontoluz. Autonomía de la batería de 4 horas o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se solicita a los potenciales oferentes ceñirse a lo establecido en las EE.TT., atendiendo a que lo solicitado fue realizado conforme a las necesidades de los especialistas responsables del área afectada.		

## Consulta 18 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Fofotforo frontal frontoluz. Debe incluir 1 cargador de baterías y batería recargable.. ¿El cargador de batería debe estar inserto en la cinta craneal, que se menciona líneas arriba?. Por favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se solicita que en la oferta de cinta craneal incluya un cargador de baterías y baterías recargables, no que dicho requerimiento este inserto a la misma		

## Consulta 19 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Aspirador portátil de secreciones. Elevada potencia de aspiración de 30 l/m. Solicitamos permitir la cotización con: Aspirador portátil de secreciones. Elevada potencia de aspiración de 20 l/m o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Ajustarse al PBC. Cuanto mayor es la potencia de aspiración, menor es el tiempo de la consulta.		

## Consulta 20 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Aspirador portátil de secreciones. Rápida formación de vacío hasta 85 kPa, hasta 640mmHg. Solicitamos permitir la cotización con: Aspirador portátil de secreciones. Rápida formación de vacío hasta 70 kPa o mayor, 500mmHg o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Ajustarse al PBC. Cuanto mayor es el vacío, menor es el tiempo de la consulta.		

## Consulta 21 - Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Lote N° 1 Estación Integrado para Otorrinolaringología En una parte de las Especificaciones técnicas de: Aspirador portátil de secreciones. Botella para secreciones, 2 l. Solicitamos permitir la cotización con: Aspirador portátil de secreciones. Botella para secreciones, 1,5 litros o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se ha realizado las modificaciones correspondientes conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 22 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
Plan de Entregas Teniendo en cuenta que no se otorga Anticipo, respetuosamente solicitamos que el Plazo de Entrega sea de por lo menos 90 días, contados a partir de la firma del Contrato respectivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se solicita a los potenciales oferentes ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 23 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2019
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) CGC. CGC 15.1 dice: Pago de Anticipo y Garantía: NO APLICA.- Solicitamos respetuosamente a la convocante otorgar un Anticipo de por lo menos el 20% del total del monto adjudicado, solicitamos que el plazo de entrega de los equipos sea desde el cobro del mismo.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2019
Se han realizado las modificaciones conforme a la Adenda 2.		

## Consulta 24 - SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	07-06-2019
SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) - multa En CGC 27 ..Será pasible de una multa equivalente al 0,5% Solicitamos reducir al 0,1% (Cero Coma Un por ciento) por cada día de atraso		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	14-06-2019
Corresponde al Departamento Unidad Operativa de Contrataciones determinar la multa aplicable conforme a lo que se establece en la CGC 27.		