

## Consultas Realizadas

# Licitación 373980 - PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ANALIZADOR CONTINUO DE GASES DE MONOXIDO DE CARBONO Y OXIGENO

### Consulta 1 - Consulta

| Consulta   | Fecha de Consulta | 09-03-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Consultamos amablemente a la convocante, si actualmente cuenta con un sistema similar instalado, si es así, el llamado implicaría el reemplazo de dicho sistema?. También, ¿ se deberá proveer una caseta para la instalación del gabinete con el analizador?. Necesitamos saber el alcance estimativo del proyecto. Esto de manera a proveer lo necesario y así evitar errores estimativos a la hora de ofertar.</p> <p>De nuestra mayor consideración nos despedimos con un cordial saludo.</p> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 11-03-2020 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Remitirse a la Aclaración N°2 y Adenda N°9.</p> |                    |            |

### Consulta 2 - Aclaración - ANALIZADOR CONTINUO DE GASES con OPCIÓN de calibración de gases automática

| Consulta   | Fecha de Consulta | 17-03-2020 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Teniendo en cuenta la visita técnica realizada en la fábrica de Vallemí y de acuerdo a los datos recabados, favor aclarar que el SISTEMA DE ANALIZADOR CONTINUO DE GASES DE MONOXIDO DE CARBONO Y OXIGENO deba ser fabricado necesariamente con la OPCIÓN de colocar un celda de calibración de gases automática, eliminando en un futuro la necesidad de ensayar manualmente los cilindros de gases. Con esto, la convocante una vez que lo requiera, logrará reducir de sobremanera la necesidad de que una persona verifique la calibración de los gases, haciendo más seguro y autónomo el sistema.</p> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 18-03-2020 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Solicitamos a los potenciales oferentes REMITIRSE A LA ADENDA N° 9...</p> |                    |            |