

Consultas Realizadas

Licitación 382365 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Consulta 1 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2020
Estos Equipos tendran mantenimiento Preventivo y Correctivo , ya que no menciona en el PBC y esto influye en el costo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2020
Referente a la consulta realizada, informamos que en las especificaciones técnicas de la carta de invitación, se solicita "instalación gratuita y garantía de 24 meses contra defectos de fabricación", por tanto no se solicita mantenimiento preventivo ni correctivo para este ítem. Agradecemos su consulta. Y esperamos su participación.		

Consulta 2 - Convocatoria de la Licitación 382365 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2020
Items 2 Sillon Oodntologico : El Reflector podria ser LEd con sistema Orbital de 620 grados , eso proporcionaria varios beneficios al Profesional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2020
Referente a la consulta realizada, informamos que se emitió la Adenda N° 01, teniendo en cuenta que el objetivo de la Institución Municipal es la de lograr la mayor participación posible. Agradecemos su consulta. Y esperamos su partición.		

Consulta 3 - Convocatoria de la Licitación 382365 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2020
Items 1 Sillon Odontologico : La capacidad del Levantamiento : Carga Distribuida de 200 kgs. (Peso de los pacientes + equipos y accesorios) seria ideal que tenga esta especificacion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2020
Referente a la consulta realizada, informamos que se emitió la Adenda N° 01, teniendo en cuenta que el objetivo de la Institución Municipal es la de lograr la mayor participación posible. Agradecemos su consulta. Y esperamos su partición.		

Consulta 4 - Convocatoria de la Licitación 382365 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2020
Items 1 Sillon Odontologico : El Tapizado deberian de solicitar sin costura , es muy necesario ese punto por cuestiones de bioseguridad y que tambien el respaldo sea facil de desmontar (sin tornillo) para una rapida desinfeccion.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2020
Referente a la consulta realizada, informamos que se emitió la Adenda N° 01, teniendo en cuenta que el objetivo de la Institución Municipal es la de lograr la mayor participación posible. Agradecemos su consulta. Y esperamos su participación.		