

Consultas Realizadas

Licitación 383794 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL

Consulta 1 - Lote 10 item 1 Placa en T

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Para el Lote 10 item 1 de Placa para radio distal con tornillo tipo T; se puede ofertar en Acero Quirurgico este item?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 2 - Lote 10 item 1 Placa en T

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Lote 10 item 1 Placa en T; la placa puede ser ofertada con una variación en mm; sería ofertar sistema 2.7/3.5 en titanio. para dar más oportunidad a más oferentes a ofertar. no afecta en la funcionalidad de placa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 3 - Lote 10 item 2 Placa DVR

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Lote 10 item 2 de placa para radio distal DVR; si la misma puede ser ofertada con una variación de +-0.2mm; ofertar placa DVR sistema 2.5mm en titanio con sus tornillos correspondiente. para dar más oportunidad a más oferentes ya que dichas variaciones dependen de las fabricas y no afecta la funcionalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 4 - Lote 10 item 7 Tornillos Canulado sistema 4,0

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Lote 10 item 7 Tornillos Canulado sistema 4,0; el material debe ser en titanio o en acero quirurgico; favor aclarar. Y si el minimo debe iniciar en 16mm o se puede presentar desde 20mm hasta 70mm ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 5 - Lote 10 ítem 7 Tornillos Canulado sistema 4,0

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Lote 10 ítem 7 Tornillos Canulado sistema 4,0; si puede considerarse ampliarse el sistema a 3.0/4.0mm para que más oferentes puedan participar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 6 - Lote 10 ítem 7 Tornillos Canulado sistema 4,0

Consulta	Fecha de Consulta	14-08-2020
Lote 10 Ítem 7 Tornillos canulado sistema 4,0 con su Arandela , solicitamos aclaración en este punto, si podemos ofertar Tornillos con una variación de 1mm. Sería Tornillos canulado sistema 3,0 en Titanio con su Arandela.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 7 - Envío de Ofertas Electrónica y Física

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
27) En los datos de la Convocatoria, señalan que la presentación de la oferta es electrónica Considerando que: En la página 10 del Pliego de Bases y Condiciones señala que la presentación de la Oferta se deberá realizar en un sobre con la indicación del nombre y dirección del oferente, nombre y dirección de la Convocante. Solicitamos que: La Convocante aclare si la presente licitación se debe realizar en forma electrónica y física y cuál es el procedimiento exacto a realizar para el envío de la oferta electrónica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 8 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
26) Donde se solicita Certificado de Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro 012/2020 emitido por DINAVISA, en fecha 13 de Julio, donde habilitan a la importación y comercialización de dispositivos médicos, hasta el 31-12-2020, a todas las empresas habilitadas, solicitamos a la convocante aceptar la solicitud de mesa de entrada del REGISTRO SANITARIO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 9 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Ítem N°2

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
1) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°2 Set de fijación para ligamento con tornillo, solicitamos habilitar un rango en la medida de la placa de aleación de titanio o peek de mas menos 3mm, ya que la medida de 15mm establecida en el PBC esta dirigida a una empresa en particular en detrimento de los demás oferentes cuyos fabricantes tienen variaciones pequeñas con relación a la marca utilizada para la elaboración del PBC. La medida correcta debe ser de 15mm \pm 3mm. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 10 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Ítem N°2

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
2) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°2 Set de fijación para ligamento con tornillo, solicitamos habilitar un rango en la medida del ojal de la placa de titanio o Peek en \pm 5mm, ya que la medida de 7,5 a 60mm establecida en el PBC está dirigida a una empresa en particular en detrimento de los demás oferentes cuyos fabricantes tienen variaciones pequeñas con relación a la marca utilizada para la elaboración del PBC. La medida correcta debe ser de 7,5 (\pm 5mm) a 60mm (\pm 5mm). Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 11 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Ítem N°2

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
3) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°2 Set de fijación para ligamento con tornillo, solicitamos habilitar un rango en la longitud de la sutura de polipropileno de alto peso molecular (UHMWPE) \pm 7mm, ya que la medida de 42mm(\pm 5mm) establecida en el PBC está dirigida a una empresa en particular en detrimento de los demás oferentes cuyos fabricantes tienen variaciones pequeñas con relación a la marca utilizada para la elaboración del PBC. La medida correcta debe ser de 40mm \pm 5mm o de 42mm \pm 7mm. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 12 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Ítem N°3

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
4) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°3 Sistema de anclaje roscado en titanio con doble sutura de 5,0mm, solicitamos habilitar un rango en la longitud de la sutura de poliéster en \pm 7mm, ya que la medida de 42mm(\pm 5mm) establecida en el PBC está dirigida a una empresa en particular en detrimento de los demás oferentes cuyos fabricantes tienen variaciones pequeñas con relación a la marca utilizada para la elaboración del PBC. La medida correcta debe ser de 40mm \pm 5mm o de 42mm \pm 7mm. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 13 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Item N°4

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
5) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°4 Sistema de anclaje roscado en titanio con doble sutura de 3,5mm, solicitamos habilitar un rango en la longitud de la sutura de poliéster en ± 7 mm, ya que la medida de 42mm(± 5 mm) establecida en el PBC está dirigida a una empresa en particular en detrimento de los demás oferentes cuyos fabricantes tienen variaciones pequeñas con relación a la marca utilizada para la elaboración del PBC. La medida correcta debe ser de 40mm ± 5 mm o de 42mm ± 7 mm. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 14 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Item N°4

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
5) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°4 Sistema de anclaje roscado en titanio con doble sutura de 3,5mm, solicitamos habilitar un rango en la longitud de la sutura de poliéster en ± 7 mm, ya que la medida de 42mm(± 5 mm) establecida en el PBC está dirigida a una empresa en particular en detrimento de los demás oferentes cuyos fabricantes tienen variaciones pequeñas con relación a la marca utilizada para la elaboración del PBC. La medida correcta debe ser de 40mm ± 5 mm o de 42mm ± 7 mm. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 15 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Item N°5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
6) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°5 Sistema de anclaje roscado en titanio con doble sutura de 2,0mm, solicitamos habilitar un rango en la longitud de la sutura de poliéster en ± 7 mm, ya que la medida de 42mm(± 5 mm) establecida en el PBC está dirigida a una empresa en particular en detrimento de los demás oferentes cuyos fabricantes tienen variaciones pequeñas con relación a la marca utilizada para la elaboración del PBC. La medida correcta debe ser de 40mm ± 5 mm o de 42mm ± 7 mm. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 16 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Item N°3

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
7) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°3 Sistema de anclaje roscado en titanio con doble sutura de 5,0mm, solicitan con sutura de poliéster, solicitamos que sea aceptada también la sutura de Polietileno de alta densidad (UHMWPE) como opción ya que esta es la sutura utilizada por la mayoría de los fabricantes con certificación CE o FDA. Lo ideal es que el PBC acepte ambos materiales para dar lugar a la mayor cantidad de oferentes y evitar el direccionamiento de dicho ítem a una marca en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 17 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Item N°4

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
8) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°4 Sistema de anclaje roscado en titanio con doble sutura de 3,5mm, solicitan con sutura de poliéster, solicitamos que sea aceptada también la sutura de Polietileno de alta densidad (UHMWPE) como opción ya que esta es la sutura utilizada por la mayoría de los fabricantes con certificación CE o FDA. Lo ideal es que el PBC acepte ambos materiales para dar lugar a la mayor cantidad de oferentes y evitar el direccionamiento de dicho ítem a una marca en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 18 - Lote N° 11 Medicina Deportiva Item N°5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
9) Lote N°11 Medicina Deportiva Ítem N°5 Sistema de anclaje roscado en titanio con doble sutura de 2,0mm, solicitan con sutura de poliéster, solicitamos que sea aceptada también la sutura de Polietileno de alta densidad (UHMWPE) como opción ya que esta es la sutura utilizada por la mayoría de los fabricantes con certificación CE o FDA. Lo ideal es que el PBC acepte ambos materiales para dar lugar a la mayor cantidad de oferentes y evitar el direccionamiento de dicho ítem a una marca en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 19 - Lote N°13 Artroplastia Item N°7

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
10) Lote N°13 Artroplastia Ítem N°7 Prótesis total de rodilla modular cementada solicitamos que sea aceptada la certificación CE (no únicamente FDA), ya que en los demás ítems de dicho lote es aceptada ambas certificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 20 - Lote N°13 Artroplastia Item N°6

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
11) Lote N°13 Artroplastia Ítem N°6 Prótesis total de cadera no cementada de revisión (con fijación distal pressfit), favor aclarar a cual componente se refiere con el proximal y a cual con el distal, la consulta es para evitar malas interpretaciones en el momento de la evaluación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 21 - Lote N°13 Artroplastia Ítems N°4 y 5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
12) Lote N°13 Artroplastia Ítems N°4 y 5 Prótesis total de cadera híbrida y no cementada correspondientemente, solicitamos la apertura del material del recubrimiento de dichas prótesis al material HA Hidroxiapatita que es el utilizado por las principales marcas a nivel mundial y así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 22 - Lote N°13 Artroplastia Ítem N°4

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
13) Lote N°13 Artroplastia Ítem N°4 Prótesis total de cadera híbrida, donde dice con componente acetabular hasta 78mm solicitamos que sea aceptada la medida hasta 76mm, esto se debe a que las medidas muy grandes están consideradas para las revisiones y dicha medida no corresponde a una prótesis total de cadera híbrida primaria		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 23 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Ítem N°1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
14) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°1 Clavo intramedular fresado para fémur, solicitamos que se habilite un margen de ± 1 mm en la medida de los diámetros de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2020
Se solicita remitirse a las especificaciones técnicas solicitadas, atendiendo a que lo solicitado tiene una variación de 1 mm entre las medidas solicitadas 9, 10, 11, 12 y 13 mm		

Consulta 24 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Ítem N°1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
15) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°1 Clavo intramedular fresado para fémur, solicitamos que se habilite un margen de ± 40 mm en la medida de las longitudes de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 25 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°1

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
16) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°1 Clavo intramedular fresado para fémur, solicitamos que se habilite un margen de ± 1 mm en la medida del diámetro de los pernos de bloqueo de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 26 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°2

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
17) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°2 Clavo retrogrado para fémur, solicitamos que se verifiquen las medidas de las longitudes de los clavos solicitados, debido a que al ser retrogrado las longitudes deben ser de 150mm a 310mm con un margen de ± 20 mm, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC. Las medidas que se solicitan actualmente en el PBC corresponden a los clavos anterógrados (ver el Item N°1).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 27 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°2

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
18) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°2 Clavo retrogrado para fémur, solicitamos que se habilite un margen de ± 1 mm en la medida del diámetro de los pernos de bloqueo de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 28 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°3

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
19) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°3 Clavo femoral proximal, solicitamos que se habilite un margen de ± 1 mm en la medida de los diámetros de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 29 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°3

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
20) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°3 Clavo femoral proximal, solicitamos que se habilite un margen de ± 40 mm en la medida de las longitudes de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 30 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°4

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
21) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°4 Clavo intramedular para tibia fresado, solicitamos que se habilite un margen de ± 20 mm en la medida de las longitudes de los clavos solicitados además de que las medidas deben variar en 20mm (y no en 15mm) como todos los demás clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 31 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°4

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
22) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°4 Clavo intramedular para tibia fresado, solicitamos que se habilite un margen de ± 1 mm en la medida del diámetro de los pernos de bloqueo de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 32 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
23) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°5 Clavo intramedular para tibia fresado, solicitamos que se habilite un margen de ± 25 mm en la medida de las longitudes de los clavos solicitados además de que las medidas deben variar en 20mm (y no en 15mm) como todos los demás clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 33 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
24) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°5 Clavo intramedular para tibia fresado, este Item se refiere al clavo intramedular para tibia tipo expert (con bloqueo ultra distal) Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 34 - Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores Item N°5

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2020
25) Lote N°5 Clavos endomedulares para miembros inferiores, Ítem N°5 Clavo intramedular para tibia fresado, solicitamos que se habilite un margen de ± 1 mm en la medida del diámetro de los pernos de bloqueo de los clavos solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 35 - Entrega de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
Como es una experiencia nueva para nosotros, consultamos, en fecha 31/08/2020 debemos presentar la carpeta con la oferta física, con el 100% de los documentos solicitados en el PBC. Ese mismo juego de documentos es la que debemos Entregar en el Modulo de Ofertas Electrónicas o solamente los documentos sustanciales. Favor aclarar.....		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
La fecha y apertura de ofertas se refiere a la carga de los documentos de su oferta mediante el sistema de oferta electrónica y se carga todos los documentos exigidos, en la entrega física posterior es solo para su Formulario de oferta, lista de precios y la garantía de mantenimiento de oferta		

Consulta 36 - Entrega de Ofertas Digital y Fisica

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
Se establece Lugar de entrega de Ofertas- Modulo de Ofertas Electrónicas Fecha de Entregas de Ofertas: 31/08/20 - 08:30 Lugar de Apertura de Ofertas: Modulo de Ofertas Electrónicas Fecha de Apertura de Ofertas: 31/08/2020 - 08:30 Al respecto consultamos como se realiza ambas operaciones en el mismo día y hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
La fecha y hora de recepcion es hasta esa hora se reciben ofertas y la apertura es al llegar a lo indicado		

Consulta 37 - Lote N°7 Placas y Tornillos Miembro Inferior Item N°1

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
Lote N°7 Placas y tornillos para miembros inferiores, Ítem N°1 Placa de compresion bloqueada para femur distal, solicitamos que se habilite un margen de ± 3 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 38 - Lote N°7 Placas y Tornillos Miembro Inferior Item N°2

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
Lote N°7 Placas y tornillos para miembros inferiores, Ítem N°2 Placa bloqueada para tibia proximal lateral, solicitamos que se habilite un margen de ± 3 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 39 - Lote N°7 Placas y Tornillos Miembro Inferior Item N°3

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
Lote N°7 Placas y tornillos para miembros inferiores, Ítem N°3 Placa bloqueada para tibia proximal medial, solicitamos que se habilite un margen de ± 4 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 40 - Lote N°7 Placas y Tornillos Miembro Inferior Item N°5

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
Lote N°7 Placas y tornillos para miembros inferiores, Ítem N°5 Placa bloqueada para tibia distal anatomica en L, solicitamos que se habilite un margen de ± 3 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 41 - Lote N°8 Osteosintesis Miembro Superior Item N°2

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
Lote N°8 Osteosintesis para miembros superiores, Ítem N°2 Placa bloqueada para humero proximal tipo Philos, solicitamos que se habilite un margen de ± 2 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitados, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 42 - Lote N°8 Osteosíntesis Miembro Superior Ítem N°5

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Lote N°8 Osteosíntesis para miembros superiores, Ítem N°5 Placa bloqueada para olecranon, solicitamos que se habilite un margen de ± 5 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.

Consulta 43 - Lote N°8 Osteosíntesis Miembro Superior Ítem N°6

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Lote N°8 Osteosíntesis para miembros superiores, Ítem N°6 Placa bloqueada para humero distal anatomica lateral, solicitamos que se habilite un margen de ± 3 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.

Consulta 44 - Lote N°8 Osteosíntesis Miembro Superior Ítem N°7

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Lote N°8 Osteosíntesis para miembros superiores, Ítem N°7 Placa bloqueada para humero distal anatomica medial, solicitamos que se habilite un margen de ± 3 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.

Consulta 45 - Lote N°9 Osteosíntesis para Miembro Inferior Ítem N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Lote N°9 Osteosíntesis para miembros inferiores, Ítem N°1 Placa bloqueada ancha recta, solicitamos que se habilite un margen de ± 4 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.

Consulta 46 - Lote N°9 Osteosíntesis para Miembro Inferior Ítem N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
-----------------	--------------------------	------------

Lote N°9 Osteosíntesis para miembros inferiores, Ítem N°2 Placa bloqueada estrecha recta, solicitamos que se habilite un margen de ± 4 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
------------------	---------------------------	------------

Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.

Consulta 47 - Lote N°9 Osteosíntesis para Miembro Inferior Ítem N° 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
----------	-------------------	------------

Lote N°9 Osteosíntesis para miembros inferiores, Ítem N°3 Placa autocompresiva ancha recta tipo LCDCP, solicitamos que se habilite un margen de ± 4 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.

Consulta 48 - Lote N°9 Osteosíntesis para Miembro Inferior Ítem N° 4

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2020
----------	-------------------	------------

Lote N°9 Osteosíntesis para miembros inferiores, Ítem N°4 Placa autocompresiva reconstrucción tipo LCDCP, solicitamos que se habilite un margen de ± 4 orificios en la medida de las longitudes de las placas solicitadas, para así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas a una marca en particular en la cual se basaron en la elaboración del PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.

Consulta 49 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2020
----------	-------------------	------------

En la Planilla de Precios que figura en el portal de la DNCP la misma tiene un par de columnas de Monto Mínimo y Monto Máximo, como el sistema de adjudicación es por lotes que información se debe completar en dichas columnas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Al ser la modalidad contrato abierto por monto, el oferente solo debe preocuparse por la columna de precio unitario y total

Consulta 50 - Lote 13 Artroplastia - Ítem: 3 - Prótesis Total de Cadera Cementada

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Cabezas 28Mm - 32Mm - 36Mm.
 Consulta: Solicitamos a la convocante modificar y aceptar los tamaños en cabeza femoral en 28, 32mm y que sea opcional 36Mm, este tamaño de cabezas para copa acetabular cementadas son generalmente utilizadas para casos de revisiones y no para remplazo de cirugías primarias. Además de ello este tamaño de cabeza femoral 36MM únicamente es representada en el país por UNA empresa, limitándose entonces la oportunidad a otros potenciales oferentes que cumplen con los requisitos técnicos, financieros y legales a presentarse en una libre competencia, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 4 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Principio de Igualdad y Libre Competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se solicita remitirse al Pliego de bases y Condiciones, atendiendo a que las medidas solicitadas son necesarias para utilizar en el servicio de traumatología

Consulta 51 - Lote 13 Artroplastia - Ítem: 3 - Prótesis Total de Cadera Cementada

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: En Aleación De Titanio Con Recubrimiento de Metal Trabecular De Titanio. Consulta: Es necesario mencionar que las prótesis de cadera cementada constan de los siguientes implantes: Copa acetabular (de material Polietileno), cabeza femoral (aleación de material de Metal Cr Co), vástago femoral (aleación de material Cr Co), restrictor o tapón de cemento (absorbible) y centralizador de vástago femoral (de material polietileno). Por lo tanto, solicitamos a la convocante que aclare si la prótesis de cadera cementada debe ser del material cromo cobalto. No existe en el mercado prótesis de cadera cementada de material de Titanio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 52 - Lote 13 Artroplastia - Ítem: 3 - Prótesis Total de Cadera Cementada

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: El Tallo Femoral Deberá Contar Con 8 Tamaños Como Mínimo. Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar el tallo femoral a 8 mm +/- 1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 53 - Lote 13 Artroplastia - Ítem: 3 - Prótesis Total de Cadera Cementada

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Cabezas femoral en Cr - Co con Polietileno Reticulado Consulta: Favor ampliar las características a Polietileno Reticulado o polietileno UHMWPE. (Polietileno de peso molecular ultra elevado).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 54 - Lote 13 Artroplastia - Ítem: 3 - Prótesis Total de Cadera Cementada

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Cabezas femoral en Cr - Co con Polietileno Reticulado Consulta: Favor ampliar las características a Polietileno Reticulado o polietileno UHMWPE. (Polietileno de peso molecular ultra elevado).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 55 - Lote 13 Artroplastia - Ítem 4 - Prótesis Total de Cadera Híbrida

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: El Tallo Femoral deberá contar con 8 tamaños como mínimo. Consulta: Favor ampliar el tallo femoral a 8 mm (+/- 1).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 56 - Lote 13 Artroplastia - Ítem 4 - Prótesis Total de Cadera Híbrida

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Con el componente Acetabular debe contar con medidas de hasta 78 mm. Consulta: Solicitamos a la Convocante unificar criterios en el tamaño de los componentes acetabulares de la prótesis total de cadera híbrida y la prótesis total de cadera no cementada. En los casos de las prótesis primarias no se utilizan tamaños muy grandes, serían únicamente para los casos de prótesis de revisión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC		

Consulta 57 - Lote 13 Artroplastia - Ítem 4 - Prótesis Total de Cadera Híbrida

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Cemento Biológico Óseo Radiopaco Estéril De Baja Viscosidad 2 (Dos) Consulta: Entendemos que se debe incluir un set de jeringa para el mezclado de los componentes (polvo + ampolla) y su aplicación, ya que el cemento debe de ser preparado en la jeringa para poder ser suministrado en tiempo y de manera correcta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se solicita remitirse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, el mismo necesita de un set de acuerdo a lo solicitado		

Consulta 58 - Lote 13 Artroplastia - Ítem 5 - Prótesis Total Cadera No Cementada Cabeza 28 Mm - 32 Mm-36Mm

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Prótesis Total De Cadera No Cementada Cabeza 28 Mm - 32 Mm - 36 Mm En Aleación De Titanio Con Recubrimiento De Metal Trabecular De Titanio. El Tallo Femoral Deberá Contar Con 8 Tamaños Como Mínimo. Con El Componente Acetabular Debe Contar Con Medidas De 44mm Hasta 62mm Debe Incluir Tornillos De Fijación Acetabular. Consulta: Evidencias Clínicas del inserto XLPE con vitamina E concluyen en que ésta proporciona protección contra la oxidación a largo plazo y una mayor resistencia al desgaste, prolongando la vida útil del material.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 59 - Lote 13 Artroplastia - Ítem 6 - Prótesis Total Cadera No Cementada Modular En Titanio Con Fijación Distal

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Compatibles Con Cabezas 28 O 32. Consulta: Favor incluir cabezas 36 mm, este diámetro de cabezas ayuda a prevenir la luxación de cadera en acetabulos de difícil acceso o deformidad ósea.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 60 - Lote 13 Artroplastia - Ítem 6 - Prótesis Total Cadera No Cementada Modular En Titanio Con Fijación Distal

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Componente Acetabular Debe Contar Con Medidas De Hasta 72 Mm Con 13. Aumentos En Metal Trabecular Para Defectos Óseos. Consulta: Favor ampliar medidas de Componente acetabular de hasta 72 mm +/- 2. Favor que sea opcional el aumento en metal trabecular. Entendemos que se refiere al aumento en metal trabecular de acuerdo al spray de titanio impregnado por el acetabulo según el aumento de medida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 61 - Lote 13 Artroplastia - Ítem 6 - Prótesis Total Cadera No Cementada Modular En Titanio Con Fijación Distal

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Donde dice: Prótesis Total De Cadera De Revisión No Cementada Modular En Titanio Con Fijación Distal Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar el tipo de fijación distal a la cual se refiere. La fijación distal con tornillos de bloqueo cubre una mayor amplitud de indicaciones en cuanto a defectos óseos, inclusive la perdida segmentaria muy grave con el área de fijación distal al istmo femoral.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.		

Consulta 62 - Sistema de Adjudicación: Por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
<p>Solicitamos a la Convocante modificar el sistema de adjudicación de LOTE a ITEMS, debido a que solicitan gran cantidad de materiales que solamente UN PROVEEDOR podría reunir y cumplir con lo solicitado. Este tipo de adjudicaciones dejan fuera de competencia al resto de los potenciales oferentes que tiene el mercado paraguayo y dirige la Licitación a una empresa, en completa violación de los Principios Generales de la Ley 2051/03, decretos reglamentarios y la doctrina en la materia, en la que se establece que "La contratación pública permitirá que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública". (Art. 4, inc. b, Ley 2051/03). Por esa razón solicitamos a la convocante establecer la forma de adjudicación por ÍTEMS, debido a que los productos que conforman los lotes solicitados no dependen entre sí para su funcionalidad. Son productos independientes que pueden ser ofertados de manera independiente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
<p>Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC.</p>		

Consulta 63 - DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
<p>En EXPERIENCIA REQUERIDA solicita: "Demostrar la experiencia en suministro de materiales de osteosíntesis con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2017, 2018, 2019 años." Luego, en REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA solicita: "Copia de facturaciones y/o contratos y recepciones finales que avalen la experiencia requerida." Entonces, ¿cuáles son los documentos a presentar para demostrar la experiencia requerida? ¿Puede ser sólo contratos, o sólo facturas, o sólo "recepciones finales"? ¿A qué documento hace referencia al decir "recepciones finales"?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
<p>Se podrán presentar Contrato, Facturaciones, ambas con sus recepciones finales o una combinación de Contratos y Facturaciones.</p>		

Consulta 64 - Modificar Lotes a Items

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2020
<p>Solicitamos a la Convocante modificar el sistema de adjudicación de lote a items, pues limita la oferta a un solo proveedor que podría reunir y cumplir con lo solicitado; y los materiales en los lotes no son complementarios en su mayoría para las cirugías.</p> <p>Al realizar por items dará oportunidad de participar a más oferentes, que se especializan en áreas específicas y tienen años de trayectoria en el mercado.</p> <p>Los productos son independientes para cada tipo de fracturas. Favor considerar las especialidades, ya que limita a un solo proveedor la participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
<p>Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC</p>		

Consulta 65 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2020
<p>26) Donde se solicita Certificado de Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado. Para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nro 012/2020 emitido por DINAVISA, en fecha 13 de Julio, donde habilitan a la importación y comercialización de dispositivos médicos, hasta el 31-12-2020, a todas las empresas habilitadas, solicitamos a la convocante aceptar la constancia emitida por DINAVISA donde conste que los productos se encuentran en tramite de registro sanitario. y de esa manera dar cumplimiento a lo establecido a la Resolucion 012/2020. dicha informacion se puede confirmar en el siguiente enlace: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/dnvs/adjunto/e25f1c-RESOLUCIONDNVS012.pdf</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
<p>Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC</p>		

Consulta 66 - Lote 13 ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2020
<p>Donde dice: Prótesis Total De Cadera Cementada Cabeza 28 Mm - 32 Mm - 36 Mm En Aleación De Titanio Con Recubrimiento De Metal Trabecular De Titanio. El Tallo Femoral Debera Contar Con 8 Tamaños Como Mínimo. Cabeza Femoral En Cr-Co Con Polietileno Reticulado. Debe Incluir Cemento Biológico Oseo Radiopaco Esteril De Baja Viscosidad 2 (Dos) Mas Hemosuctor Y Campo Adhesivo Esteril. Set De Instrumentales De Insercion Mas Instrumentador Y Sierra Oscilante . Con Certificacio Fda 0 Ce. Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar lo solicitado por que la prótesis No debe ser recubierta con titanio ya que es cementada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
<p>Se ha realizado la modificación correspondiente en la versión 2 del PBC</p>		

Consulta 67 - sistema de Adjudicación por Lotes

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
<p>Sistema de adjudicación por lotes, solicitamos el cambio del sistema de adjudicación a por ITEM, los lotes están organizados de manera a favorecer a una o a un par de empresas en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas. Existen varias empresas del rubro en nuestro mercado que se especializan en ciertos implantes y con el sistema por lotes se las deja afuera debido a la condición de cumplir con cada uno de los ítems de los lotes armados. Es inaceptable que se esté dando ventaja a alguna empresa en particular con el sistema de adjudicación por Lotes, es un sistema que no corresponde a la naturaleza de estos implantes, ya que cada material es implantado de manera separada a cada paciente según la necesidad. La evaluación y adjudicación debe realizarse por Item, en nombre de la transparencia y honestidad de la Convocante. Favor confirmar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
<p>Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 68 - Lote Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 5 Item 1 Clavo intramedular fresado para fémur, dice: clavo intramedular canulado fresado de fémur en titanio de 9 a 13mm de diámetro, solicitamos la habilitación de un rango de +-1mm en el diámetro solicitado, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 69 - Lote 5 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 5 Item 1 Clavo intramedular fresado para fémur, dice: con pernos de bloqueo de 5.0mm o más de diámetro, solicitamos la habilitación de un rango de +-0,5mm en el diámetro solicitado, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 70 - Lote 5 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 5 Item 2 Clavo retrogrado para fémur, dice: con pernos de bloqueo de 5.0mm o más de diámetro, solicitamos la habilitación de un rango de +-0,5mm en el diámetro solicitado, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 71 - Lote 5 Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 5 Item 4 Clavo intramedular fresado para tibia, dice: con pernos de bloqueo de 5.0mm o más de diámetro, solicitamos la habilitación de un rango de +-0,5mm en el diámetro solicitado, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho insumo, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 72 - Lote 5 Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 5 Item 5 Clavo intramedular fresado para tibia, este item corresponde al clavo intramedular fresado para tibia con bloqueo ultra distal tipo expert? Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2020
Corresponde al clavo intramedular fresado para tibia con bloqueo ultra distal tipo expert		

Consulta 73 - Lote 7 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 7 Item 1 Placa bloqueada para fémur distal tipo LCP en titanio, dice: de 6 a 16 orificios combinados, solicitamos la habilitación de un rango de +-3 orificios en la cantidad de orificios solicitados, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 74 - Lote 7 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 7 Item 2 Placa bloqueada para tibia proximal lateral tipo LCP en titanio, dice: de 4 a 16 orificios combinados, solicitamos la habilitación de un rango de +-3 orificios en la cantidad de orificios solicitados, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 75 - Lote 7 Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 7 Item 3 Placa bloqueada para tibia proximal medial tipo LCP en titanio, dice: de 4 a 16 orificios combinados, solicitamos la habilitación de un rango de +-4 orificios en la cantidad de orificios solicitados, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 76 - Lote 7 Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 7 Item 4 Placa bloqueada para tibia distal tipo LCP en titanio, dice: de 4 a 14 orificios combinados, solicitamos la habilitación de un rango de ± 2 orificios en la cantidad de orificios solicitados, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 77 - Lote 8 Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 8 Item 8 Clavo elástico tipo TEN en titanio, dice: diámetro de 1,5mm a 4,0mm, solicitamos la habilitación de un rango de $\pm 0,5$ mm en el diámetro solicitado, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho insumo, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 78 - Lote 8 Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 8 Item 8 Clavo elástico tipo TEN en titanio, dice: longitud hasta 400mm, solicitamos la habilitación de un rango de ± 40 mm en la longitud solicitada, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 79 - Lote 11 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 11 Item 2 Set de fijación p/ligamento con tornillo, dice: tramado de sutura compuesta por polietileno de alto peso molecular de 42cm. (± 7 mm), solicitamos que la longitud de dicha sutura sea de 42cm. como mínimo, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 80 - Lote 11 Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 11 Item 3 Sistema de anclaje roscado de titanio de 5,0mm, dice: con sutura de polietileno de alto peso molecular de 42cm. (+-7mm), solicitamos que la longitud de dicha sutura sea de 42cm. como mínimo, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 81 - Lote 11 Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 11 Item 4 Sistema de anclaje roscado de titanio de 3,5mm, dice: con sutura de polietileno de alto peso molecular de 42cm. (+-7mm), solicitamos que la longitud de dicha sutura sea de 42cm. como mínimo, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho insumo, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 82 - Lote 11 Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 11 Item 5 Sistema de anclaje roscado de titanio de 2,0mm, dice: con sutura de polietileno de alto peso molecular de 42cm. (+-7mm), solicitamos que la longitud de dicha sutura sea de 42cm. como mínimo, el motivo es dar mayor oportunidad a los oferentes ya que dicha especificación está orientada a una empresa en particular en cuyos catálogos se basaron para la elaboración de las especificaciones técnicas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 83 - Lote 13 Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Lote 13 Item 4 Prótesis total de cadera hibrida, dice: el componente acetabular debe contar con medidas de hasta 76mm, solicitamos que la medida solicitada sea hasta 62mm, ya que la medida de 76mm es utilizada únicamente en revisión y lo solicitado es una prótesis primaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho insumo, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 84 - Forma de Presentacion de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Solicitamos encarecidamente una explicacion detallada de la forma de presentar la oferta electronica, donde debemos enviar, que documentos, etc. Ya hemos hecho una consulta similar al respecto anteriormente y no han respondido claramente a la misma, la respuesta fue fijarse en la version 2 del PBC, en donde no aclaraba nada al respcto. Reiteramos la necesidad de que las consultas sean respondidas claramente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 85 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Donde dice: Clavo retrogrado de femur con pernos de bloqueo de 5,0 mm o mas de diametro, solicitamos un rango de +- 5 mm de diametro, a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 86 - Sistema de Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Solicitamos modificar el sistema de adjudicacion de Lote a Item, pues en caso que los materiales solicitados no sean complemento uno del otro, no se justifica una adjudicacion por Lote pues se resta oportunidad de participacion a mayor cantidad de oferentes con larga trayectoria y especializaciones en areas especificas de traumatologia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 87 - Lote 13

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2020
Solicitamos a la convocante modificar el sistema de llamado de lote a Item, pues debido a no comercializar uno de ellos nos imposibilita la participacion. Esto seria beneficioso tambien para otros potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.		

Consulta 88 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante que en los lotes donde hayan oferentes con registro Sanitario emitido vigente, tengan prioridad de adjudicación, independiente al precio ofertado, sobre aquellas empresas cuyos registros se encuentran en trámite de 1er registro, teniendo en cuenta que es una exigencia del MSP y BS

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2020
-----------	--------------------	------------

Las documentaciones serán evaluadas por el comité multidisciplinario conformado para el efecto

Consulta 89 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante que donde menciona "Las muestras deberán ser entregadas de acuerdo a lo ofertado y la forma de presentación en caso de ser adjudicados no se aceptarán muestras fraccionadas", se tenga en cuenta que en cirugías de Ortopedia y Traumatología los implantes constituyen en ocasiones entre 55 a 130 tamaños diferentes para cada cirugía a ser realizada, de acuerdo al sistema o modelo de Prótesis que indica el médico tratante.

Por lo tanto, solicitamos aclarar si podrían los oferentes, presentar las muestras al comité en un juego de una unidad de SET de Prótesis por cada ítem a participar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
-----------	--------------------	------------

Requerimiento actualizado en la versión 7 del PBC

Consulta 90 - Lote N° 13 Artroplastia

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante tener en cuenta que las diferentes prótesis solicitadas en el Lote N° 13 son independientes entre sí. Cada una es adquirida por el paciente según la indicación que el médico considere y la articulación a ser reemplazada. Asimismo, cada una es utilizada en intervenciones individuales e independientes. A modo de ejemplo, la evidencia científica arroja como resultado que la prótesis total de cadera cementada es comúnmente utilizada en pacientes con un rango de edad de aproximadamente 75 años y la prótesis no cementada es utilizada en un rango de edad a partir de los 23 años, ambos casos dependen de la calidad ósea del paciente y de las patologías.

Estos implantes si bien son utilizados con una misma finalidad, no es necesario lotear en un mismo requisito, debido a que existen en el país oferentes que cuentan con Prótesis total de cadera no cementada únicamente y pueden competir en el presente llamado, otros competidores cuentan con 2 de los ítems solicitados, sin embargo únicamente una empresa del rubro cuenta con todos los ítems. Volviéndose desigual el llamado y atentando en contra de los principios que rigen las compras públicas en base a la ley y la doctrina en la materia.

Proponemos a la Convocante reagrupar de la siguiente manera:

- Lote N° 13: Prótesis parcial de cadera
- Lote N° 14: Prótesis total de hombro
- Lote N° 15: Prótesis total de cadera
- Lote N° 16: Prótesis total de cadera no cementada
- Lote N° 17: Prótesis total de cadera no cementada de revisión
- Lote N° 18: Prótesis total de rodilla

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
-----------	--------------------	------------

Requerimiento actualizado en la versión 7 del PBC

Consulta 91 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
<p>Donde dice: Certificado de Registro Sanitario vigente de cada producto ofertado, o Certificado vigente de que se encuentra en trámites</p> <p>Consulta: Solicitamos a la convocante omitir la posibilidad de presentar registro sanitario en trámite por primera vez teniendo en cuenta que esto contraviene directamente el Requisito de Experiencia Requerida teniendo en cuenta que en el mismo se solicita por lo menos 3 años de experiencia en la provisión de los productos ofertados. Al permitir que oferentes se presenten con el Registro Sanitario en trámite y solicitado por primera vez queda demostrado que estos oferentes no poseen la experiencia que tan importantes insumos, implantes y/o productos requieren de todo proveedor. Por lo tanto además de la Experiencia Requerida (Página 16 PBC versión 5) solicitar a los oferentes la presentación del Registro Sanitario emitido y vigente no en trámite</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2020
<p>Las documentaciones serán evaluadas por el comité multidisciplinario conformado para el efecto.</p>		

Consulta 92 - Lote 5 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
<p>Clavo intramedular fresado: donde dice de 9 a 13mm, se puede ampliar el rango a (+-1mm)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
<p>Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 93 - Lote 5 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2020
<p>Clavo retrogrado para femur: donde dice de 9 a 13mm, se puede ampliar el rango a (+-2mm)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2020
<p>Lo solicitado se realiza conforme a las necesidades de los servicios que utilizaran dicho bien, por lo que solicitamos que se adecuen a las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 94 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2020
<p>Donde menciona: Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: No Aplica</p> <p>También donde dice: En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.</p> <p>Se consulta:</p> <p>Por lo tanto, solicitamos a la convocante aclarar si solicitaran o no muestras a los oferentes.</p> <p>En caso de solicitarse las muestras aclarar la forma de presentación teniendo en cuenta que en cirugías de Ortopedia y Traumatología los implantes constituyen en ocasiones entre 55 a 130 tamaños diferentes para cada cirugía a ser realizada, de acuerdo al sistema o modelo de Prótesis que indica el médico tratante. Solicitamos la presentación sea un juego de una unidad de SET de Prótesis por cada ítem a participar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
<p>La presentación de muestras no aplica; el texto: "En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta" es un estándar del Pliego de bases y condiciones digital que la convocante no puede modificar</p>		

Consulta 95 - Lote N° 15 - Prótesis total de cadera primaria y revisión

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2020
<p>Solicitamos a la Convocante tener en cuenta que las diferentes prótesis solicitadas en el Lote N° 15 son independientes entre sí. Cada una es adquirida por el paciente o el hospital según la indicación que el médico considere y la articulación que deberá ser reemplazada. Asimismo, cada una es utilizada en intervenciones individuales e independientes. A modo de ejemplo, la evidencia científica arroja como resultado que la prótesis total de cadera cementada es comúnmente utilizada en pacientes con un rango de edad de aproximadamente 75 años y la prótesis no cementada es utilizada en un rango de edad a partir de los 23 años, ambos casos dependen de la calidad ósea del paciente y de las patologías.</p> <p>Estos implantes si bien son utilizados con una misma finalidad, no es necesario lotear en un mismo requisito, debido a que existen en el país oferentes que cuentan con Prótesis total de cadera no cementada únicamente y pueden competir en el presente llamado, otros competidores cuentan con 2 de los ítems solicitados, sin embargo únicamente una empresa del rubro cuenta con todos los ítems. Volviéndose desigual el llamado y atentando en contra de los principios que rigen las compras públicas en base a la ley y la doctrina en la materia.</p> <p>Con la opción de lotear por ítems cada prótesis, la Convocante contará con mayor cantidad de oferentes y mejores precios. Proponemos a la Convocante reagrupar de la siguiente manera:</p> <p>Lote N° 15: Prótesis total de cadera cementada</p> <p>Lote N° 16: Prótesis total de cadera</p> <p>Lote N° 17: Prótesis total de cadera primaria no cementada</p> <p>Lote N° 18: Prótesis total de cadera revisión no cementada</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
<p>Se solicita remitirse al pliego debido a que las prótesis primarias deben ser congruentes entre si (cementada - hibrida - no cementada) y la revisión, para su congruencia entre los componentes en caso de cambio de plan intraoperatorio o pos operatorio.</p>		

Consulta 96 - Lote N° 15 - ítem 1: Prótesis total de cadera cementada.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2020
<p>recubrimiento de titanio”, siendo que en la versión anterior (Versión 6) del PBC se establecía la opción de titanio y/o cromo cobalto. Con estas especificaciones técnicas además de limitar la concurrencia de oferentes, la Convocante solicita prótesis de un material (titanio) que científicamente no fue demostrado que puede ser cementado.</p> <p>Por lo tanto, solicitamos a la Convocante ampliar la opción a: “en aleación o recubrimiento de titanio y/o cromo cobalto”. Asimismo, en el ítem 1 solicitan “Cabezas 28Mm - 32Mm - 36Mm”: Solicitamos a la Convocante modificar y aceptar los tamaños en cabeza femoral en 28, 32mm y que sea opcional 36Mm este tamaño de cabezas para copa acetabular cementadas son generalmente utilizadas para casos de revisiones y no para remplazo de cirugías primarias.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
<p>Se solicita remitirse al pliego, atendiendo a que por recomendación de la DNCP se adquirirá solamente de un tipo de material.</p>		

Consulta 97 - Lote N° 15 - ítem 4: Prótesis total de cadera de revisión no cementada.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2020
<p>Se solicita Prótesis total de cadera de revisión no cementada modular en titanio con fijación press-fit. Anteriormente la versión 6 del PBC solicitaba “con fijación de perno de bloqueo distal y/o press-fit”. La modificación realizada en la Versión 7 del PBC limita la concurrencia de oferentes y se solicita la ampliación de la opción en “con fijación de perno de bloqueo distal y/o press-fit”.</p> <p>Donde se solicita “Con aumentos en metal trabecular para defectos óseos”: Solicitamos a la Convocante que sea opcional el aumento en metal trabecular a fin de ampliar la concurrencia de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
<p>Se solicita remitirse al pliego, atendiendo a que por recomendación de la DNCP se adquirirá de un solo tipo.</p>		