

## Consultas Realizadas

# Licitación 383897 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN FORENSE ESPECIALIZADA DE LA SENAD

### Consulta 1 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Favor verificar que en la Planilla de Precios cargada en el SICP el ítem Nº 1 corresponde a Balanza Analítica, mientras que en la Planilla de Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Plan de Entregas de la Carta Invitación el referido ítem corresponde a Estándar de Tetrahidrocannabinol		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Ver Adenda 02.		

### Consulta 2 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Favor verificar que en la Planilla de Precios cargada en el SICP el ítem Nº 2 corresponde a Estándar de Tetrahidrocannabinol, mientras que en la Planilla de Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Plan de Entregas de la Carta Invitación el referido ítem corresponde a Estándar de Cannabinol		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Ver Adenda 02.		

### Consulta 3 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Favor verificar que en la Planilla de Precios cargada en el SICP el ítem Nº 4 corresponde a Estándar de Cocaína, mientras que en la Planilla de Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Plan de Entregas de la Carta Invitación el referido ítem corresponde a Balanza Analítica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Ver Adenda 02.		

### Consulta 4 - Item Nº 8 - Equipo de tamizado y accesorios para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Se solicita tamiz de acero inoxidable de 35mm de diámetro, se puede ofertar tamiz de 200 mm de diámetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Para la cotización considerar las especificaciones técnicas publicadas.		

### Consulta 5 - Item Nº 12 - Matraz de vidrio de 5ml

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor indicar si se refiere a un matraz aforado de 5mL

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
-----------	--------------------	------------

El ítem 12 se refiere a un matraz aforado de 5ml.

### Consulta 6 - Item Nº 13 - Matraz de vidrio de 10ml

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor indicar si se refiere a un matraz aforado de 10mL

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
-----------	--------------------	------------

El ítem 13 se refiere a un matraz aforado de 10ml.

### Consulta 7 - Item Nº 18 - Embudo de vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita embudo de vidrio de 50mm de alto, favor verificar si lo requerido no sería un embudo de vidrio de 50mm de diámetro

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
-----------	--------------------	------------

Se mantienen las especificaciones técnicas.

### Consulta 8 - Item Nº 20 - Punta de pipetas universales

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor verificar que en las Especificaciones Técnicas no se especifica la presentación requerida, ejemplo bolsa por 1000 unidades, y la cantidad solicitada es de 1 Unidad y no puede ser 1 punta amarilla la cantidad necesaria

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 02.

### Consulta 9 - Item Nº 21 - Punta para pipetas universales

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor verificar que en las Especificaciones Técnicas no se especifica la presentación requerida, ejemplo bolsa por 1000 unidades, y la cantidad solicitada es de 1 Unidad y no puede ser 1 punta azul la cantidad necesaria

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 02.

## Consulta 10 - Item Nº 23 - Punta para pipetas

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
En las Especificaciones Técnicas se solicita Punta de Pipetas de 200 migras, favor verificar si no sería 200 micras		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Ver Adenda 02.		

## Consulta 11 - Item Nº 24 - Punta para pipetas

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
En las Especificaciones Técnicas se solicita Punta de Pipetas de 100 migras, favor verificar si no sería 100 micras		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Ver Adenda 02.		

## Consulta 12 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Favor verificar que en la Planilla de Precios cargada en el SICP el ítem Nº 3 corresponde a Estándar de Cannabidol, mientras que en la Planilla de Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Plan de Entregas de la Carta Invitación el referido ítem corresponde a Estándar de Cocaína		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Ver Adenda 02.		

## Consulta 13 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
En el Plan de Entregas se indica como fecha final de entrega de los bienes Octubre 2020, considerando que la apertura se hará en la primer semana de octubre, entre la evaluación y los plazos legales de adjudicación se estaría insumiendo todo el mes de octubre 2020, por lo tanto se sugiere colocar un plazo de entrega en días corridos o hábiles a partir de la firma del Contrato o de la recepción de la Orden de Compra según corresponda, por ejemplo 30 días corridos a partir de la firma del Contrato, que sería un plazo prudencial en estos tiempos de Pandemia Covid-19, a fin de poder ofertar una mayor cantidad de ítems, ya que la mayoría de los ítems solicitados son importados y en caso de no disponer en stock, el tiempo de respuesta actual de los fabricantes, el transporte y los trámites de despacho, insume muchos días		
Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2020
Ver Adenda 02.		