

Consultas Realizadas

Licitación 384201 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLÓGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO.

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2020
<p>Nos dirigimos a la convocante a fin de solicitar aclaraciones y modificaciones que permitan la participación de más oferentes sin reducir ni alterar la funcionalidad y beneficios de los equipos objeto de esta licitación.</p> <p>Para el Lote 1, Ítem 1 Microscopio Oftalmológico</p> <p>Microscopio (Cabezal):</p> <p>Donde dice: Binocular inclinable 200°. Solicitamos tengan a bien considerar aceptables Tubos Binoculares Inclinables a 110° con Inversor a 180°</p> <p>Donde dice: Módulo de iluminación coaxial con 1 ranura móvil (3mm o mayor). ¿Se refiere a que tenga la función de lámpara de hendidura integrada al microscopio?</p> <p>Donde dice: Potenciador de reflejo rojo (red reflex) con indicación de estado y mando de función doble: de encendido y puesta a punto (-2° a -1°). Solicitamos tengan a bien considerar aceptables equipos con: Potenciador de reflejo rojo (red reflex) con indicación de estado y mando de función doble: de encendido y ajuste con valor 0%, 50% y 100%. Con angulación entre -3° y -1°.</p> <p>Donde dice: Inclinación fina +/- 10° y grueso -70° a +90°. Tengan a bien aceptar equipos con inclinación -20° a +90°. (En cirugías oftalmológicas el cirujano está sentado a la cabeza del paciente y nunca inclina el microscopio hacia atrás- valores negativos- para observar el ojo del paciente desde el mentón de este, por lo que valores negativos mayores a 10° de angulación no aportan ninguna funcionalidad)</p> <p>Donde dice: Binocular auxiliar o del asistente 0°; inclinación 160° o mayor. Con selector de aumentos de al menos 5 pasos. Tengan a bien aceptar equipos con: Binocular auxiliar o del asistente 0°; inclinación 110° o mayor, Inversor a 180°. Con selector de aumentos de al menos 5 pasos.</p> <p>Donde dice: Dispositivo para observación de fondo de Ojo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lente oftalmológica 90D, esterilizable en autoclave a 134°, montaje bayoneta. -Lente oftalmoscópico 100D: -Compatible con el Objetivo EIBOS -De gran angular -Esterilizable en autoclave a 134° <p>Estas especificaciones, relacionadas al objetivo EIBOS hacen referencia a una solución técnica particular del fabricante Haag Streit que es el propietario de la marca comercial EIBOS. Consideramos que lo importante para la convocante es la funcionalidad del Sistema Óptico de Visualización de Fondo de Ojo sin Contacto. Por ello proponemos a la consideración de la convocante la siguiente redacción para las especificaciones de este dispositivo.</p> <p>Dispositivo para observación de fondo de Ojo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Distancia de trabajo compatible con el Objetivo (lente frontal) del microscopio f=175mm -Soporte para el montaje en el microscopio -Cuerpo desmontable y esterilizable en autoclave del soporte de lentes (3 unidades es la cantidad sugerida ante eventual contaminación durante la cirugía) -Enfoque interno manual mediante perilla o palanca montada a la derecha y a la izquierda, o motorizado con control desde el pedal de comando del microscopio. -Lente para visión ampliada de la mácula (3 unidades es la cantidad sugerida ante eventual contaminación durante la cirugía) con montaje tipo bayoneta. Esterilizable en autoclave. -Lente para visión gran angular o de campo amplio (3 unidades es la cantidad sugerida ante eventual contaminación durante la cirugía) con montaje tipo bayoneta. Esterilizable en autoclave. <p>Estativo de piso:</p>		

Donde dice: Columna robusta con una altura no menor a 950mm, con al menos 3 ranuras para montaje y ductos de cables. Solicitamos modificar la redacción ya que los diseños más innovadores integran todos los componentes en el cuerpo del microscopio y las ranuras para bandejas donde se colocan ciertos componentes son innecesarias, lo mismo sucede con los ductos externos para cables. La redacción propuesta a la consideración de la convocante es la siguiente: Columna robusta con una altura libre no menor a 950 mm, con todos los componentes del sistema de microscopio integrados a la columna o soportes específicos para esos componentes. No se admiten partes sueltas.

Donde dice: Capacidad de carga de 5Kg a 16Kg (+/- 2Kg). Esta capacidad está relacionada al peso de cada posible componente. Lo correcto sería que el brazo del microscopio soporte el peso de todos los accesorios posibles (incluidos en estas especificaciones o a incluir a posteriori). Considerando lo expuesto, sugerimos la siguiente redacción para la consideración de la convocante: Capacidad de carga de todos los accesorios incluidos en estas especificaciones. Que son: Unidad de X-Y, Cabezal del microscopio, Binoculares del Cirujano con sus oculares, Binoculares del Asistente, con sus oculares y acople de 0° con magnificador manual de 5 aumentos, Cámara de video.

Donde dice: Iluminación halógena: 2x150W transmitida por fibra óptica. Intensidad de luz continuamente ajustable. La iluminación halógena era el estándar hace unos veinte años. Actualmente los microscopios para uso oftalmológico de alta gama, como el de estas especificaciones técnicas, utilizan sistemas de iluminación de luz Xenón o LED. En el caso de la luz LED la vida útil suele estar entre 30.000 y 70.000 horas de uso. Tomando un promedio de 50.000 horas de vida útil, utilizando el microscopio 8 horas por día, los 365 días del año, equivalen a 17 años de uso. En la práctica en nuestro país se utilizan menos horas por año, lo cual lleva la vida útil a más de 20 años o sea prácticamente toda la vida útil del microscopio. Por todo lo expuestos proponemos a la consideración de la convocante la siguiente redacción: Iluminación por fibra óptica, continuamente ajustable, con fuente de luz Xenón, LED o Halógena.

Consecuentemente donde dice: La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04 Lámparas (focos) de 150W Halógeno; debería decir: La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04 Lámparas, si el sistema de iluminación es Xenón o Halógeno.

Sistema de imagen:

Donde dice: Capacidad de disco duro de 2TB o 1000 horas de grabación de alta definición HD o mayor. Solicitamos consideren a bien aceptar equipos con: Disco duro interno sólo para datos de 1TB más disco duro externo de 2TB para almacenamiento y transporte de datos.

Donde dice: Formato de video. MPG4. Formatos de imagen: JPEG, BMP y TIFF. Solicitamos a la convocante tenga a bien considerar aceptables equipos con: Formato de video. MPG4. Formatos de imagen: JPEG y TIFF. Los formatos BMP y TIFF son ambos para impresión, pero el TIFF tiene la ventaja de poder almacenar varias imágenes con menos datos de encabezado y ser reconocido por múltiples editores de imágenes. El formato BMP que es original de Windows no aporta ninguna ventaja significativa, salvo que se visualiza un poco más rápido en los monitores.

Respuesta

Fecha de Respuesta

20-08-2020

Debido a la extensión de la respuesta, se adjunta archivo

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas Lote 1 Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2020
<p>Nos dirigimos a la convocante a fin de solicitar aclaraciones y modificaciones que permitan la participación de más oferentes sin reducir ni alterar la funcionalidad y beneficios de los equipos objeto de esta licitación.</p> <p>Lote 1 Ítem 2 Facioemulsificador</p> <p>Aspiración: Donde dice: Intervalo de flujo (peristáltica): 1 a 65 cc/min. Solicitamos a la convocante tenga a bien considera aceptables equipos con Intervalo de flujo (peristáltica): 2 a 60 cc/min. Ya que el equipo tiene dos bombas Peristáltica y Venturi, para flujos altos se puede pasar directamente a operar en modo Venturi para flujos altos.</p> <p>Vitrectomía Anterior: Donde dice: Frecuencia de corte de 60 a 5000 cortes por minuto o mejor. Suponemos que hubo un error ya que estos valores son los habituales para Vitrectomía Posterior en Cirugías de Retina. Siendo que la descripción del equipo dice claramente Equipo para la extracción de cataratas por facioemulsificación. Solicitamos que aclaren este punto. Si fue un error se elimine este punto de las EE.TT. o se especifiquen valores normales para Vitrectomía Anterior (del orden de 1000 a 1500 cortes por minuto). En caso de que se desee un equipo que en el futuro pueda convertirse a modo dual, es decir Cirugía de Cataratas por Facioemulsificación y Cirugía de Vitrectomía para Retina. Se considere aceptable un equipo que podría trabajar con 60 a 4000 cortes por minuto para Vitrectomía Posterior.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
<p>Nos dirigimos a la convocante a fin de solicitar aclaraciones y modificaciones que permitan la participación de más oferentes sin reducir ni alterar la funcionalidad y beneficios de los equipos objeto de esta licitación. Lote 1 Ítem 2 Facioemulsificador</p> <p>Aspiración: Donde dice: Intervalo de flujo (peristáltica): 1 a 65 cc/min. Solicitamos a la convocante tenga a bien considera aceptables equipos con Intervalo de flujo (peristáltica): 2 a 60 cc/min. Ya que el equipo tiene dos bombas Peristáltica y Venturi, para flujos altos se puede pasar directamente a operar en modo Venturi para flujos altos.</p> <p>Respuesta: Intervalo de flujo (peristáltica): de 2 (o menor) a 65 cc/min (o mayor).</p> <p>Vitrectomía Anterior: Donde dice: Frecuencia de corte de 60 a 5000 cortes por minuto o mejor. Suponemos que hubo un error ya que estos valores son los habituales para Vitrectomía Posterior en Cirugías de Retina. Siendo que la descripción del equipo dice claramente Equipo para la extracción de cataratas por facioemulsificación. Solicitamos que aclaren este punto. Si fue un error se elimine este punto de las EE.TT. o se especifiquen valores normales para Vitrectomía Anterior (del orden de 1000 a 1500 cortes por minuto). En caso de que se desee un equipo que en el futuro pueda convertirse a modo dual, es decir Cirugía de Cataratas por Facioemulsificación y Cirugía de Vitrectomía para Retina. Se considere aceptable un equipo que podría trabajar con 60 a 4000 cortes por minuto para Vitrectomía Posterior.</p> <p>Respuesta: a mayor velocidad se obtiene una mejor estabilidad, por lo que se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego.</p> <p>Las Modificaciones fueron realizadas En La Adenda N° 1 ya publicada.</p>		

Consulta 3 - 2) Plan de Entregas (Bienes)

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
<p>En una parte del presente PBC dice:</p> <p>2) Plan de Entregas (Bienes) dice: 45 (cuarenta y cinco) días calendarios posteriores a la recepción de Orden de Compra (página N° 34 del PBC). -</p> <p>Teniendo en cuenta los efectos de la Pandemia, tanto en la producción como en el transporte, los procesos se han ralentizados, por ende extendidos todos los plazos. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Convocante que el Plan de Entregas quede de la siguiente manera: 90 (noventa) días calendarios posteriores a la recepción de Orden de Compra.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.</p>		

Consulta 4 - 9) Capacidad Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
En una parte del presente PBC dice: 9) Capacidad Técnica. Inciso H) dice: El oferente deberá contar con Habilitación vigente expedida por el MSPyBS, como fabricante, importador/representante/distribuidor de dispositivos médicos (página N° 17 del PBC). Solicitamos respetuosamente que este punto sea redactado de manera idéntica a lo solicitado en el numeral 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Inciso K) Autorización de Apertura o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (página N° 18 del PBC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.		

Consulta 5 - Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. 9) Capacidad Técnica. Inciso K)

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
En una parte del presente PBC dice: Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. 9) Capacidad Técnica. Inciso K) dice: La empresa deberá estar Habilitada como Fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio Técnico de dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (página N° 17 del PBC). Solicitamos respetuosamente que este punto sea redactado de manera idéntica a lo solicitado en el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: Inciso K) Autorización de Apertura o Certificado de que se encuentra en trámite de renovación de apertura como fabricante, Importadora, Distribuidora, Representante y Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (página N° 18 del PBC).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.		

Consulta 6 - Condiciones Contractuales. Numeral 11) Porcentaje de Multa

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
En una parte del presente PBC dice: Condiciones Contractuales. Numeral 11) Porcentaje de Multa dice: El valor del Porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: 0,5% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Solicitamos a la convocante que el Porcentaje de Multa quede de la Siguiete manera: El valor del Porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: 0,01% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Tomando como ejemplo a llamados de equipos del MSPyBS, LPN N° 02/2020 ID:370.829, LPN 44/2019 ID: 369.453.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Favor remitirse a la Adenda N° 1 ya publicada.		

Consulta 7 - Lote 1 - Ítem 7 - Camilla tipo quirúrgica Oftalmológica

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Lote 1 - Ítem 7 - Camilla tipo quirúrgica Oftalmológica SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Barandales laterales abatibles en un solo movimiento. Entendemos que se trataría de un error involuntario- en la transcripción de esta característica técnica, esta no corresponde a una camilla tipo quirúrgica. Por tal motivo solicitamos al convocante modificar esta especificación a: Soporte para brazos en ambos lados de la camilla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta, queda redactado de la siguiente manera: Soporte para brazos en ambos lados de la camilla. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 8 - Lote 1 - Ítem 7 - Camilla tipo quirúrgica Oftalmológica

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Lote 1 - Ítem 7 - Camilla tipo quirúrgica Oftalmológica SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En el sub ítem dice: Sistema de batería recargable. Solicitamos al Convocante eliminar o declarar como opcional esta característica; ya que corresponde a una mesa quirúrgica multifunciones y no a una camilla oftalmológica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta, queda redactado de la siguiente manera: Soporte para brazos en ambos lados de la camilla. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 9 - Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Esférico: -22.00D (o menor) a +30.00D (o mayor). En pasos de 0.01 / 0.12 / 0.25D). Solicitamos al Convocante permitir la oferta de autorrefractometro con la siguiente característica: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o mas pasos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 10 - Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
<p>Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Cilíndrico: -10.00D (o menor) a +10.00D (o mayor). En pasos de 0.01 / 0.12 / 0.25D). Solicitamos al Convocante permitir la oferta de autorrefractometro con la siguiente característica: Cilíndrico: -10.00D (o menor) a +10.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o mas pasos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
<p>Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: se aceptará oferta con: Esférico: -25.00D (o menor) a +25.00D (o mayor). En pasos de 0.12 / 0.25D o más pasos. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1</p>		

Consulta 11 - Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
<p>Lote 2 - Ítem 1 - AUTORREFRACTOMETRO CON QUERATOMETRO SECCIÓN III. Suministros Requeridos - En sub ítem dice: Astigmatismo corneal: -10.00D (o menor) a +10.00D (o mayor). Solicitamos al Convocante permitir la oferta de autorrefractometro con la siguiente característica: Astigmatismo corneal: -10.00D (o menor) a +08.00D (o mayor)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
<p>se aceptará oferta con: Astigmatismo corneal: -10.00D (o menor) a +08.00D (o mayor). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1</p>		

Consulta 12 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
<p>Donde dice Distancia interpupilar ajustable 50mm a 70 mm +/- 5mm, solicitamos a la convocante permitir equipos que posean una distancia interpupilar ajustable de entre 50mm a 80 mm +/- 5mm. de manera a permitir la participación de mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
<p>Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1</p>		

Consulta 13 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Donde dice Oculares gran Angular 10x o 12x. solicitamos a la convocante permitir ofertar Oculares de gran angular mayores a 12x		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: Binocular inclinable 200°. Con Distancia interpupilar ajustable de 50 mm a 70 mm (+/-5mm). Oculares de gran angular 10x o 12x o 16x. Con ajuste de dioptrías de + 5D a -7D (+/- 1D). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 14 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Un par de botones programables. solicitamos a la convocante que este requerimiento sea OPCIONAL atendiendo a que sólo existe una marca de microscopio en el mercado que cumple con dicha funcionalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: Existen más de una marca con esta característica, se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 Respuesta: Existen más de una marca con esta característica, se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 15 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Inclinación fina de +/- 10 grados solicitamos a la convocante permita ofertar equipos de Inclinación fina de +/- 5 grados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: Inclinación fina de +/- 10° (con rango de variación permitida de +/- 1°) y gruesa de -70° a + 90° (con rango de variación permitida de +/- 2°). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 16 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Donde dice Con selector de aumentos de al menos 5 pasos, siendo el binocular auxiliar o del asistente este función no tiene utilidad, solicitamos a la convocante determine este requerimiento como OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: El selector de aumentos de al menos 5 pasos es de suma utilidad para el cirujano asistente, ya que su binocular es a 0°. Por expuesto, se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 17 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
La óptica principal pide Oculares de 10x o 12x, las oculares asistente piden que sean de 12,5x. Para que el cirujano principal y ayudante posean la misma visual la magnitud debe ser también de 10x a 12x.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: se aceptarán ofertas con: Oculares de 12x (rango de variación +/-1x), con ajuste de dioptrías +/- 6D (+/-1D). Base estéreo de 25 mm o mayor. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 18 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Dispositivo de observación de Fondo de Ojo con Inversor integrado es evidente que la convocante solicita un microscopio con capacidad para cirugía del segmento anterior y posterior. Y el dispositivo de enfoque interno con palanca, junto con la lente de 90D y otra de 100D, son integrante del sistema EIBOS Fabricado por una sola empresa. MOLLER WEDEL de Alemania. Por lo cual solicitamos a la convocante que este requerimiento sea OPCIONAL.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: Existen varios fabricantes de Dispositivo de observación de Fondo de Ojo, por lo que se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 19 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Iluminacion Halogena 2 x 150W solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con Iluminación Halógena de 150 +/- 50W o LED??		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta: se aceptarán ofertas con: Iluminación LED o halógena 2x150W transmitida por fibra óptica. Intensidad de luz continuamente ajustable. La empresa adjudicada deberá proveer en calidad de repuestos: 04-Lámparas (focos) de 150W Halógeno. Se omite esta exigencia en caso de tratarse de Luz LED. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 20 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Con conexiones para interruptor de pie y transferencia de datos RS232 se puede ofertar equipos con conexión Wifi o USB?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta, se aceptarán ofertas: Con conexiones para interruptor de pie (pedal) y transferencia de datos (RS232) o conexión Wifi o USB. LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1		

Consulta 21 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
----------	-------------------	------------

Medio accionador Aire comprimido el medio accionador aire comprimido de fuente externa solo se usa para vitrectomia en el polo posterior del ojo , porque solicitan esta funcion en un equipo de Facoemulsificacion o lo que plantean es adquirir el modulo retina posteriormente ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
-----------	--------------------	------------

Respuesta: el medio accionador es utilizado para el funcionamiento de la bomba venturi para la aspiración y para el accionamiento de la pieza de mano para Vitrectomía Anterior.
 LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1

Consulta 22 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice Pantalla de 15" o mayor solicitamos a la convocante permita ofertar equipos que posean una Pantalla mínima de de 7".

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
-----------	--------------------	------------

Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego.
 LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1

Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego.
 LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1

Consulta 23 - Lote 1 Item 3 Ecobiómetro

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice Cuadros por segundo 20 c/s solicitamos a la convocante incluir el rango de +/- 20% en este requerimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
-----------	--------------------	------------

Respuesta, se aceptarán ofertas con: Cuadros por segundo: 20 cuadros por segundo (con rango de variación permitido +/- 4 c/s).
 LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1

Consulta 24 - Lote 2 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
----------	-------------------	------------

Esféricos : -22.00D (o menor) a +30.00 D (o mayor) Solicitamos a la convocante permitir ofertar equipos con el siguiente rando: -22.00D (o menor) a +22.00D (o mayor) pues esta característica unica corresponde a un equipo de la Marca Gran Seiko

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
-----------	--------------------	------------

Respuesta: Se han ampliado los rangos mediante Adenda al Pliego de Bases y Condiciones.
 LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1
 Respuesta: Se han ampliado los rangos mediante Adenda al Pliego de Bases y Condiciones.
 LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1

Consulta 25 - Lote 2 Item 1 Autorefractor Queratometro

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2020
Distancia interpupilar 1mm (o menor) a 85 mm (o mayor) medir una distancia interpupilar (entre ojos) inferior a 50mm , no tiene sentido clinico para la practica oftalmologica humana , el equipo tendra utilizacion veterinaria ? Corregir asi a valores normales 40mm-80mm +/-10%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-08-2020
Respuesta, se aceptarán ofertas con: Distancia interpupilar 40mm (o menor) a 80 mm (o mayor). LAS MODIFICACIONES SON REALIZADAS EN LA ADENDA N° 1 SE ADJUNTA LA MODIFICACIONES DE LA CAPACIDAD TECNICAS		

Consulta 27 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
Zoom motorizado de 4x a 26x solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos con zoom de 4x a 21x de magnificación (+/-1x) o mejor. y de esta manera permita la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
Eliminar el funcionamiento motorizado, se estaría disminuyendo enormemente la funcionalidad del equipo. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		

Consulta 28 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
Donde dice con Enfoque Motorizado +15mm a 31mm (+/-2mm). Solicitamos a la convocante permita ofertar equipos con enfoque motorizado +15mm a 30mm (+/- 5mm) o mejor, de manera a poder permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes atendiendo a que el requerimiento actual sólo puede ser cumplido por una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
Se aceptará oferta: Con enfoque motorizado +15 mm (+/- 2mm) a -31mm (+/-5mm), se realizaron modificaciones al PBC mediante la Adenda N° 2		

Consulta 29 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
Donde dice: Pantalla de 15, sensible al tacto para programación y control Solicitamos a la convocante permita la posibilidad de ofertar equipos que posean un panel de control de al menos 10" o más con botones o touch para programación y control.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
Se requiere de un equipo con una amplia visibilidad y tecnología de vanguardia (pantalla touch screen); de aceptar esta solicitud, se estaría disminuyendo en gran medida la funcionalidad del equipo. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC.		

Consulta 30 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde Dice: Confirmación de comandos Menú en Español Memoria para 20 usuarios. Este requerimiento es un despropósito y restringe la participación de potenciales oferentes. En una unidad de oftalmología existen como máximo 5 operarios, por lo cual solicitamos a la convocante permita ofertar equipos que posean Memoria para 5 usuarios o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se aceptará oferta con: Confirmación de comandos. Menú en español. Memoria para 10 usuarios o más. Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2

Consulta 31 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Medio de aire comprimido procedente de fuente externa. Esto corresponde a características de un equipo de vitrectomía POSTERIOR, lo cual no es el objeto de este llamado. Por lo tanto solicitamos a la convocante a que dicho requerimiento sea eliminado de las especificaciones técnicas o sea OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
-----------	--------------------	------------

Medio de aire comprimido procedente de fuente externa, el medio accionador es utilizado para el funcionamiento de la bomba venturi para la aspiración y para el accionamiento de la pieza de mano para Vitrectomía Anterior.

Consulta 32 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Intervalo de flujo (peristáltica); de 2 (o menor) a 65cc/min Solicitamos a la convocante acepten de 2 o menor a 50cc/min o mayor, ya que como se encuentra actualmente sólo OPTKON cumple este requerimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
-----------	--------------------	------------

se aceptará oferta de:Intervalo de flujo (peristáltica); de 2 (o menor) a 50cc/min (o mayor). se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2

Consulta 33 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
----------	-------------------	------------

Frecuencia de corte de 60 o menor a 5000 cortes por minutos o mayor. Solicitamos se pueda ofertar equipos que posean una frecuencia de corte de 60 o menor a 1500 o mayor ya que como se encuentra actualmente sólo el equipo de la marca OPTIKON cumple este requerimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se aceptará oferta de: Frecuencia de corte de 60 (o menor) a 4000 cortes por minutos (o mayor). se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2

Consulta 34 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
PEDAL Funciones: con al menos 5 mandos del tipo encendido apagado Solicitamos se modifique a por lo menos 4 mandos del tipo encendido apagado, de manera a permitir la participacion de una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
Se aceptará oferta con: Funciones: con al menos 4 mandos del tipo "encendido/apagado". se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda Nº 2		

Consulta 35 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
Donde dice: 50 cassettes o reservorios descartables Solicitamos que puedan ser ofertadas también cassettes reusables para salvaguardar los recursos de la institución y en respeto al Art 3 de la Resolución DNCP 1890/20 para principios de economía y eficiencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
Respuesta Se solicita adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, debido a que fueron elaboradas de acuerdo las necesidades específicas del servicio		

Consulta 36 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador.

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
Donde dice: 10 unidades de lápiz borrador para diatermia Solicitamos que puedan ser ofertados Lápiz borrador reusable para salvaguardar los recursos de la institución y en respeto al Art 3 de la Resolución DNCP 1890/20 para principios de economía y eficiencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
Respuesta Se solicita adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, debido a que fueron elaboradas de acuerdo las necesidades específicas del servicio		

Consulta 37 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
Donde dice con Zoom motorizado de 4x a 26x. solicitamos a la convocante que permita la participación de equipos que posean función zoom de 4x a 21x de magnificación (+/-1x) o mejor, de manera a que permita la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
Eliminar el funcionamiento motorizado, se estaría disminuyendo enormemente la funcionalidad del equipo. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego.		

Consulta 38 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: con Enfoque Motorizado +15mm a 31mm (+/-2mm)
Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos con enfoque motorizado de +15mm a 30mm (+/- 5mm) o mejor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se aceptará oferta: Con enfoque motorizado +15 mm (+/- 2mm) a -31mm (+/-5mm). se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2

Consulta 39 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice: Módulo de iluminación coaxial con disco de filtros con 1 ranura móvil (3mm o mayor).
Solicitamos eliminar esta característica por ser exclusiva de la Marca Moller Wedel.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se aceptará oferta con Módulo de iluminación coaxial con disco de filtro para luz suave, azul, UV y la luz día.
Diafragma para reducir el diámetro de iluminación. se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2

Consulta 40 - Lote 1 Item 1 Microscopio quirurgico

Consulta	Fecha de Consulta	17-08-2020
----------	-------------------	------------

Donde dice:Dispositivo de observacion de fondo de ojo Distancia de trabajo F =170 (+/- 10mm) - Adaptador esterilizable - Cuerpo desmontable y esterilizable - Inversor optico integrado - enfoque interno mediante palanca derecha y/o izquierda - Lente Oftalmologica 90D , esterilizable montaje a bayoneta.

De nuevo esta descripción corresponde a un modelo en particular llamado Eiboss de Moller Wedel. Solicitamos pidan un dispositivo de observación de fondo de ojo, cuya distancia de trabajo pueda ser de 175 o 200 mm. Este dispositivo tiene que comprender un inversor óptico de imágenes y un cuerpo desmontable/ esterilizable que tenga enfoque para lente de visualización del fondo de ojo montaje a bayoneta, con por lo menos 2 lentes de dioptrías diferentes (para cirugía retina gran angular y macula).

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda N° 2

Consulta 41 - Lote 1 Item 1 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
----------	-------------------	------------

solicitamos a la convocante permita ofertar equipos que cuenten con dispositivos de dos componentes para observación de fondo de ojo en lugar de un sistema integrado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
-----------	--------------------	------------

Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC. Se requiere que el dispositivo sea compacto con la menor cantidad de piezas desarmables, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.

Consulta 42 - Lote 1 Item 1 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Solicitamos a la convocante que admitan microscopios en los cuales como mínimo cuente con 3 aumentos en el visor del asistente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda Nº 3		

Consulta 43 - Lote 1 Item 1 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos que cuenten con lente objetivo frontal de 200mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda Nº 3		

Consulta 44 - Lote 1 Item 1 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Solicitamos a la convocante que permita ofertar equipos que posean iluminación halogena de 100W.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.		

Consulta 45 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Solicitamos a la convocante que permita cotizar equipos que posea otros medios de aspiración como PSEUDO Venturi, Direct Control, o similar (al menos 2)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.		

Consulta 46 - Lote 1 Item 2 Facoemulsificador

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Solicitamos a la convocante que cotizar equipos que posean panel de control de 10" como mínimo, de manera a permitir la participación de más oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC.		

Consulta 47 - Lote 1 Ítem 4 Instrumentales para cirugía de cataratas.

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
En la descripción del ítem figuran nombres que únicamente aparecen en catálogos de la marca RUMEX y KATENA, ambos con representante exclusivo en Paraguay, por lo cual solicitamos a la convocante incluya en la descripción "o similar" de manera a evitar direccionamiento en el bien requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Respuesta: Se solicitan instrumentales genéricos con nombres de autores, no hacen referencia a fabricantes de marcas específicas. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC		

Consulta 48 - Lote 1 y Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
Se solicita amablemente a la convocante permitir cotizar sólo algunos ítems de cada lote, y no el lote completo, porque no todos los oferentes poseen la capacidad y experiencia en todos los ítems de cada lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Respuesta: Se solicitan instrumentales genéricos con nombres de autores, no hacen referencia a fabricantes de marcas específicas. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del PBC, serán consideradas características técnicas que cumplan o superen lo requerido en el PBC		

Consulta 49 - Lote 1 - Ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
En el Lote 1 Ítem 8 Silla quirúrgica, donde solicitan al menos 5 ruedas que otorguen estabilidad y movilidad. Frenos en al menos 2 ruedas, solicitamos se permitan cotizar silla quirúrgica con al menos 3 ruedas, todas ellas con freno, siempre y cuando no se pierda la estabilidad y la movilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Respuesta: Se pretende la adquisición de Sillas quirúrgicas que garanticen una gran estabilidad para comodidad y seguridad de los médicos intervinientes. Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego.		

Consulta 50 - Lote 2 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
En el Lote 2 Ítem 1 - Autorrefractor con Queratometro, para dar oportunidad de participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar equipos con pantalla fija y no inclinable y con un peso de hasta 28 kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Respuesta: Pantalla LCD a color, inclinable o fija, de 5 pulgadas como mínimo. Respuesta: Se solicita adecuarse a las Especificaciones Técnicas del pliego, se mantiene en Peso: 20 kg o menor.		

Consulta 51 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2020
En el ítem 2 Caja de pruebas Solicitamos se puedan cotizar moldura de plástico o metálica		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2020
Se realizaron modificaciones al PBC mediante Adenda Nº 3		