

Consultas Realizadas

Licitación 384466 - Adquisición de Silla de ruedas a personas de escasos recursos con capacidades diferentes

Consulta 1 - Especificación técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Favor consultar si el respaldero y la sentadera pueden ser de otro material que no sea nylon, por ejemplo cuerina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas, optamos por el material nylon, ya que el material de cuerina es menos resistente y muy caliente e incómodo en temporada de calor		

Consulta 2 - Especificación técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Se podría cotizar sillas que no tengan las ruedas traseras inflables, sino que sean macizas de goma.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas, optamos por la rueda inflable, teniendo en cuenta que las sillas serán destinadas a personas de escasos recursos y por la factibilidad del mantenimiento y puesta en funcionamiento de la misma, optamos en mantener las ruedas inflables, ya que la cámara y cubierta pueden ser adquiridas en cualquier casa de repuesto en caso de que sufra algún desperfecto.		

Consulta 3 - PBC - Experiencia Requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Con respecto a la experiencia requerida ""Demostrar la experiencia en Provisión de sillas de ruedas solicitados en este proceso con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo..."" Solicitamos amablemente, pueda ser aceptada como experiencia, la provisión de equipos médicos y/o equipos biomédicos, atendiendo a que las empresas que se dedican al rubro, tiene la capacidad técnica y documental para participar en el presente proceso. Esto también, permitirá mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas. Ya que solicitamos solo un ítem		

Consulta 4 - EETT - Respaldo y Asiento

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
Consultamos amablemente si se podrán cotizar sillas de rueda con respaldo y asiento hechos en material tipo cuerina de PVC. El mismo también es un material lavable y resistente. Gracias,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas		

Consulta 5 - Capacidad Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2020
<p>Solicitamos amablemente a la convocante, pueda incluir entre los documentos solicitados para capacidad técnica, la inclusión del certificado emitido por el MSPBS que habilita como importador de equipos médicos. Esto brindará a la convocante, garantía de que los potenciales oferentes, sean realmente empresas del rubro médico, capaces de responder ante cualquier situación que se pueda presentar con el suministro de los equipos.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2020
<p>Favor ajustarse a las especificaciones técnicas. No solicitamos dicho documento, porque solo tenemos un ítem y no otros equipos médicos, y de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes</p>		