

Consultas Realizadas

Licitación 385182 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS E INSUMOS DE LABORATORIOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT

Consulta 1 - Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Solicitamos a la convocante aumentar, de ser posible, los plazos de entrega de los items N° 10 al 50 inclusive, a 30 días hábiles desde la recepción de la orden de compra, a fin de poder ofertar una mayor cantidad de items, ya que la totalidad de los items solicitados son importados y en caso de no disponer en stock, el tiempo de respuesta actual (Pandemia Covid-19) de los fabricantes, el transporte y los trámites de despacho, excede el plazo solicitado por la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
En atención a la consulta N° 1, la convocante ha decidido emitir ADENDA N° 1.		

Consulta 2 - Item N° 28 - Erlenmeyer, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Favor indicar el material del erlenmeyer solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
En atención a la consulta N° 2, la convocante ha decidido emitir ADENDA N° 1.		

Consulta 3 - Item N° 29 - Erlenmeyer, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Favor indicar el material del erlenmeyer solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
En atención a la consulta N° 3, la convocante ha decidido emitir ADENDA N° 1.		

Consulta 4 - Item N° 33 - Matraz aforado, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Favor indicar el material del matraz aforado solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
En atención a la consulta N° 4, la convocante ha decidido emitir ADENDA N° 1.		

Consulta 5 - Item Nº 34 - Matraz aforado, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor indicar el material del matraz aforado solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta Nº 5, la convocante ha decidido emitir ADENDA Nº 1.

Consulta 6 - Item Nº 35 - Matraz aforado, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor indicar el material del matraz aforado solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta Nº 6, la convocante ha decidido emitir ADENDA Nº 1.

Consulta 7 - Item Nº 39 - Pipeta, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor indicar el material de la pipeta solicitada

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta Nº 7, la convocante ha decidido emitir ADENDA Nº 1.

Consulta 8 - Item Nº 40 - Pipeta, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Favor indicar el material de la pipeta solicitada

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta Nº 8, la convocante ha decidido emitir ADENDA Nº 1.

Consulta 9 - Item Nº 45 - Tiras o papeles para ensayos quimicos. Papel de pH, segun especificaciones tecnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita papel universal de pH de 0 a 14, se puede ofertar de 1 a 14?

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
-----------	--------------------	------------

En atención a la consulta Nº 9, la convocante ha decidido emitir ADENDA Nº 1.

Consulta 10 - AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante considerar el requerimiento de Autorización del Fabricante, de modo a asegurar la idoneidad del servicio post venta del proveedor y por ende la garantía del equipo ofertado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
-----------	--------------------	------------

No se solicitará Autorización del Fabricante.

Consulta 11 - ITEM 1: TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Es posible ofertar un equipo con las siguientes características?: <ul style="list-style-type: none">- Fuente dual: Luces LED blancas e IR- Medidas nefelométricas y radiométricas con rango automático- Medidor de turbidez portátil a prueba de agua IP67- Lecturas en el rango de 0 a 1000 NTU con una selección de unidades: NT, FTU, FNU, ASBC o EBC- Resolución: 0,01 (0 a 9,99 NTU), 0,1 (10 a 99,9), 1 (100 hasta 4000)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
Las especificaciones técnicas establecidas se mantienen sin modificaciones.		

Consulta 12 - ITEM 3: AGITADOR CON CALENTADOR

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2020
Es posible ofertar un equipo con las siguientes características?: <ul style="list-style-type: none">- Rango de temperatura de calefacción: 50 - 500 °C- Rango de velocidad: 100 - 1500 rpm- Capacidad máxima a agitar: 5 L- Dimensiones de la superficie de la placa: 10 x 10 cm- Material de la superficie de la placa: cerámica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2020
Las especificaciones técnicas establecidas se mantienen sin modificaciones.		