

Consultas Realizadas

Licitación 386310 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, ELECTROCARDIOGRAFO, CAPNOGRAFO Y HUMIDIFICADOR PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

Consulta 1 - PBC - Autorización del fabricante.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Con respecto a la Autorización del Fabricante requerida en el PBC, solicitamos amablemente, pueda ser aceptado como válido el Formulario N° 1 debidamente autenticado por escribanía. El pedido obedece a que los trámites de generación de los documentos consularizados o apostillados sufren una demora considerable en los países involucrados para la gestión, debido a la situación pandémica. Esta solicitud también permitirá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 2 - EETT - Ítem 1 - Electrocardiógrafo.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Con respecto a las Especificaciones Técnicas. Ítem 1 - Electrocardiógrafo, subitem 4.2.3, donde dice "Con software interpretativo, con por lo menos 40 analisis de morfología y al menos 20 señales de arritmia." Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptados equipos de características: "Con software interpretativo, análisis de morfología y arritmia." La presente solicitud permitirá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 3 - EETT - Ítem 1 - Electrocardiógrafo.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Con respecto a las Especificaciones Técnicas. Ítem 1 - Electrocardiógrafo, subitem 4.2.4 donde dice "Con explicación seleccionable de cada interpretación en las 12 derivaciones". Solicitamos amablemente a la convocante, puedan ser aceptados equipos con las siguientes características: "Con explicación en las 12 derivaciones". La presente solicitud permitirá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 4 - EETT - Ítem 1 - Electrocardiógrafo.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Con respecto a las Especificaciones Técnicas. Ítem 1 - Electrocardiógrafo, subitem 4.2.5 donde dice "Con auxiliar de diagnóstico de STEMI". Solicitamos amablemente puedan ser aceptados equipos con las siguientes características: "Con auxiliar de diagnóstico de STEMI o similar". La presente solicitud permitirá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 5 - Ítem 1 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Ítem 1 - Electrocardiógrafo Sub ítem 1.4.3.3 - Presentación de filtro: paso alto: 0.05, 0.15 y 0.5 MHz y paso bajo: 40, 100 y 150 MHz Solicitamos a la Convocante ser aceptados con Filtros adaptativos de 0.05 a 160Hz o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 5 - Ítem 1 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Ítem 1 - Electrocardiógrafo Sub ítem 1.4.2.5 - Con auxiliar de diagnóstico de STEMI Solicitamos a la Convocante declararlo como Opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 6 - Ítem 1 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Ítem 1 - Electrocardiógrafo Sub ítem 1.4.3.4 - Presentación de filtro ritmo: paso alto: 0.05 y 0.15 MHz y paso bajo: 40, 100 y 150 MHz Solicitamos a la Convocante ser aceptados con Filtros adaptativos de 0.05 a 160Hz o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 7 - Item 1 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Item 1 - Electrocardiógrafo Sub ítem 1.4.4.1 - Térmica con papel en rollo tamaño de 11 cm. diagonal. Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de: Sub ítem 1.4.4.1 - Térmica con papel en Z tamaño acorde al equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		

Consulta 8 - Item 1 - Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2020
Item 1 - Electrocardiógrafo Sub ítem 1.4.3.3 - Presentación de filtro: paso alto: 0.05, 0.15 y 0.5 MHz y paso bajo: 40, 100 y 150 MHz Solicitamos a la Convocante ser aceptados con Filtros adaptativos de 0.05 a 160Hz o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2020
Remitirse a la Adenda en el Pliego de Bases y Condiciones en el SICP		