

## Consultas Realizadas

# Licitación 387447 - Adquisición de Equipos de Hemodialisis para el Hospital Nacional Plurianual - SBE

### Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2020
Solicitamos a la convocante el siguiente punto: - Donde dice: Suministro de agua adicional mediante bomba de aspiración incorporada en el equipo y conexión especial para tanque reservorio de agua tratada portátil o fijo. - Consultamos si se puede ofertar otras maquinas que no disponga de este tipo de sistema y que sean de conexión directa al sistema de provision de agua externa, ya que no interfiere en el tratamiento de diálisis y limita a ciertas marcas, en consecuencia limita la mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-11-2020
Si se puede, el Hospital Nacional cuenta con una planta de tratamiento agua desde el cual se distribuye por una red tuberías a todas salas o unidades de cuidados intensivos.		