

Consultas Realizadas

Licitación 397988 - ADQUISICION DE EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES - PROYECTO CONACYT PINV18 477/514

Consulta 1 - MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2021
Donde dice: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será: 0,5% (cero coma cinco por ciento) por cada día de atraso. Solicitamos a la convocante reducir la multa por atraso en entregas en un 0,01% por cada día de atraso en el bien en demora, previendo algún atraso y/o inconveniente de fuerza mayor que se pudiera llegar a generar a raíz de la situación actual en la que nos encontramos de la pandemia-covid19.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 2 - Ítem 1: Papel de Filtro Cualitativo

Consulta	Fecha de Consulta	29-06-2021
Favor aclarar en cuanto al Papel de filtro si desean que sea de filtración lenta, media o rápida.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Item 24 D-Galactosa Sustancia Patrón. Favor considerar presentación mínima 250 mg, para favorecer la mayor participación de oferntes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Las especificaciones tecnicas solicitadas son las minimas requeridas por el investigador.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Item 25 L-Arabinosa Sustancia Patrón Favor considerar presentación mínima 250 mg, para favorecer la mayor participación de oferntes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Las especificaciones tecnicas solicitadas son las minimas requeridas por el investigador.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
ITEM 23. D-XILOSA SUSTANCIA PATRON. Favor considerar 250 mg como presentación mínima, para favorecer la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Las especificaciones tecnicas solicitadas son las minimas requeridas por el investigador.		

Consulta 4 - Tiempo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Favor considerar para los items 22,23,24,25,26 que son estandares primarios, que deben ser importados, 45 días para la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 5 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2021
Solicitamos por favor la extensión del plazo de entrega a 45 días calendarios. El aumento del plazo redundará en una mayor disponibilidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Ajustarse a la Adenda.		

Consulta 6 - Ítem Nº 29

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2021
Balanza para Laboratorio ¿Puede ofertarse un equipo con capacidad máxima de 3.500 gramos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 7 - Ítem Nº 27

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2021
Agitador Magnético ¿Podrá ofertarse un equipo con plataforma de 20x20 cm, temperatura máxima de 450 °C y velocidad de 60 a 1.110 rpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2021
Ajustarse al Pliego.		