

Consultas Realizadas

Licitación 398115 - ADQUISICION DE INSUMOS LABORATORIALES Y REACTIVOS

Consulta 1 - Item 61-Tubo de Plástico 1,5

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2021
Se podría ofertar tubos con separadores de suero con capacidad de muestra de 3ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
LA CONVOCANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE OFERTAR tubos con separadores de suero con capacidad de muestra de 3ml		

Consulta 2 - LOTE 51: TEST RAPIDO PARA DENGUE

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Se podría ofertar un Test rápido para dengue IgG/IgM con detección de antígeno NS1 test inmunocromatográfico, los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 85% y especificada no menor al 90%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
LA CONVOCANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE PRESENTAR EN LA OFERTA EL ITEM MENCIONADO		

Consulta 3 - LOTE 52: Test de EMBARAZO - HCG

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Se podría ofertar un Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso capacidad de detección a partir de 20 UI/ml de la hormona beta HCG en suero o plasma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
LA CONVOCANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE PRESENTAR EN LA OFERTA EL Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso capacidad de detección a partir de 20 UI/ml de la hormona beta HCG en suero o plasma.		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
Se solicita al convocante amablemente extender el plazo de entrega a 30 días para poder tener mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEBIDO A LA URGENCIA CON QUE DEBEN SER PROVISTOS LOS INSUMOS Y REACTIVOS AL HMI		

Consulta 5 - ítem 76

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente al convocante aceptar "Pipeta automatica con volumen fijo 1000 ul o 500uL"

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

LA CONCOVANTE ACLARA QUE SI SE PUEDE PRESENTAR EN LA OFERTA "Pipeta automatica con volumen fijo 1000 ul o 500uL"

Consulta 6 - Ítem 78

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2021
----------	-------------------	------------

Se solicita al convocante aclarar la EETT del ítem 78 con titulo "PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETAS AUTOMATICAS - AZULES: Descartables, para volumenes de 100 a 1000 microlitros, Bolsa x 500 unidades como minimo." PERO en las EETT solciitan: "Azules,descartables para volumenes de 1 a 10 microlitros,bolsa x 1000 unidades como minimo, presentacion en bolsa" Sería de 100 a 1000 en las EETT?

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2021
-----------	--------------------	------------

SE SOLICITA PUNTAS DESECHABLES COLOR AZUL PARA PIPETEAR MUESTRAS DE 500 A 1000 MICROLITROS, LA PRESENTACION EN BOLSA PUEDE SER DESDE 100 PUNTAS POR BOLSA.