

Consultas Realizadas

Licitación 399197 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X FIJO

Consulta 1 - Solicitud de modificación de EETT

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
Haciendo referencia a algunas especificaciones técnicas detalladas para el equipo sugerimos las siguientes modificaciones: EETT solicitada: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más EETT Propuesta: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más Justificación: Un mayor rango de mAs permite obtener una mejor imagen principalmente en pacientes obesos en las zonas del tórax ya sean exposiciones de tórax o columna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se aclara en adenda el punto: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más.		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
Referente a las especificaciones técnicas, capacidad técnica, solicitamos amablemente, pueda considerar los siguientes puntos, y agregar a los requerimientos: Autorización de Importación/Exportación de Fuentes de Radiación Ionizante. Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante de Categoría 4 y 5. Autorización Individual del plantel técnico como Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Al menos 1 personal de la empresa oferente. Con al menos un ingeniero biomédico o similar con registro expedido del mspybs, para garantizar el servicio técnico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-07-2021
Referente a las especificaciones técnicas, capacidad técnica, solicitamos amablemente, pueda considerar los siguientes puntos, y agregar a los requerimientos: Autorización de Importación/Exportación de Fuentes de Radiación Ionizante. Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante de Categoría 4 y 5. Autorización Individual del plantel técnico como Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE). Al menos 1 personal de la empresa oferente. Con al menos un ingeniero biomédico o similar con registro expedido del mspybs, para garantizar el servicio técnico. De esta manera, se puede garantizar la capacidad técnica de la empresa en cuanto a lo que respecta a la provisión del equipo y del posterior servicio técnico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
Especificaciones tecnicas indice N°2.1		
Donde dice "Mesa fija con altura de 72.5cm o menos, con superficie flotante". Solicitamos amablemente a la convocante que modifique a "Mesa de altura ajustable". Permitiendo asi mayor prestación del servicio, teniendo en cuenta que para pacientes obesos el campo de trabajo para colimación genera incomodidades a la hora de realizar estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.		

Consulta 5 - Solicitud de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
El PBC establece el pago en concepto de Anticipo del 20%. Se consulta a la Convocante el plazo en el cual se abonará el pago en concepto de anticipo contados a partir del pedido realizado por el adjudicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra.		

Consulta 6 - Solicitud de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
El PBC- Solicitud de Anticipo, punto 7 se establece: La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique Se consulta a la Convocante cuál será el plan de amortización de anticipo pues el mismo no se encuentra establecido en la proforma de contrato publicada en el SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra, su amortización se descontará de cada factura equivalente de acuerdo con lo pactado con el contratista.		

Consulta 7 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
Solicitan la entrega de los bienes en un plazo no mayor a 35 (treinta y cinco) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería. Considerando los plazos de producción e importación de los productos solicitamos extender este plazo a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería, de manera de dar posibilidad de participación a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 8 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
*En el punto 2.2 Solicitan: Ancho de la superficie de la mesa de 80 cm o más De manera a permitir realizar estudios a un mayor rango de pacientes, sugerimos soliciten: Ancho de la superficie de la mesa de al menos 90cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 9 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
*En el punto 2.5 Solicitan: Movimiento longitudinal de ± 42 cm o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con Movimiento longitudinal de al menos ± 41 cm, de manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 10 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
*En el punto 2.6 Solicitan: Movimiento transversal de ± 12 cm o mayor Sugerimos soliciten Movimiento transversal de al menos ± 14.5 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado no limita participantes que presenten un equipo con Movimiento transversal de 14.5cm.		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
*En el punto 2.7 Solicitan Distancia foco-detector de 115cm o superior Solicitamos permitan cotizar Distancia foco-detector de 115 ± 1 cm de manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
*En el punto 2.7 Solicitan Distancia foco-detector de 115cm o superior Solicitamos permitan cotizar Distancia foco-detector de 115 ± 1 cm de manera a permitir una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 13 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 2.9 Solicitan: "Seguimiento longitudinal del detector con respecto al tubo (para mantener el centrado)" Considerando que esta tecnología de automatismo del equipo, no aporte ninguna funcionalidad clínica, sugerimos eliminar este requerimiento, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta 14 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.1 Solicitan: "Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor, de la columna/soporte porta tubo" Sugerimos soliciten Rango de recorrido longitudinal de al menos 240 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Lo solicitado no limita participantes que presenten un equipo con recorrido longitudinal de 240cm.

Consulta 15 - Solicitud de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

Se Consulta a la Convocante el plazo de vigencia de la Garantía de Anticipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra. Igual a la vigencia del contrato

Consulta 16 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor" Sugerimos modificar este requerimiento por Rango de recorrido vertical de al menos 155 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios, como así también eliminar el requerimiento "motorizado" Considerando que esta tecnología de automatismo del equipo, no aporta ninguna funcionalidad clínica, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Consideraremos el segundo punto solicitado, accediendo la participación de equipos con recorrido motorizado o manual. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 17 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.3 Solicitan: "Rotación del soporte de la columna de $\pm 180^\circ$ o mayor" Solicitamos permitan cotizar equipos con Rotación del soporte de la columna de $\pm 90^\circ$ o mayor de manera a permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta 18 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.5 Solicitan: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor" De manera a adquirir equipamiento con tecnología de vanguardia, sugerimos soliciten: Soporte del tubo con pantalla táctil de 10" o mayor, con resolución de 1024x768, o mayor.."

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

Consulta 19 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 4,2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor del Bucky Mural" Sugerimos soliciten al menos Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 188 cm o mayor, lo que dará mayor versatilidad a la hora de realizar diversos tipos de estudios, en un mayor rango de tipo de pacientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Lo requerido no limita a equipos con mayores rangos de recorrido

Consulta 20 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 5.2 Solicitan: Potencia del generador de 55kW o mayor. Sugerimos soliciten al menos Potencia del generador de 65kW, lo que posibilitará la realización de una mayor variedad de estudio en una mayor rango de tipo de pacientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita la participación de equipos con mayor potencia.

Consulta 21 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 5.4 Solicitan: "Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más" Sugerimos soliciten Rango de mAs de 0,1mAs o menos a 800mAs o más, ya que una mayor rango permite una configuración de acuerdo a la necesidad, lo que influye directamente en la exposición al paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.

Consulta 22 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 5.5 Solicitan: Frecuencia del generador de 75kHz o mayor, sugerimos soliciten al menos Frecuencia del generador de 200kHz o mayor, ya que este parámetro incrementa la eficiencia del equipo, por ser de tecnología superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado no limita la participación de generadores con frecuencia mayor.

Consulta 23 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 5.7 Solicitan: Tiempo de exposición máximo de 4s o menor, Solicitamos permitan cotizar equipos con Tiempo de exposición máximo de 6,5s o menor, ya que este parámetro es configurable y depende de la tecnica requerida para la obtención de las imagenes , contando con un mayor rango de configuración, también se obtiene una mayor versatilidad al momento de realizar diversos tipos de estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 24 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 5.8 Solicitan: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente. Considerando la seguridad e integridad del paciente, sugerimos eliminar este requerimiento, por el riesgo que implica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 25 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 6.2 Solicitan:"Capacidad calórica del anodo de 320kHU o mayor" Sugerimos soliciten Capacidad calórica del anodo de al menos 400kHU, de manera a obtener equipos más potentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 26 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 6.5 Solicitan: "Colimación automática motorizada"Sugerimos soliciten: Colimación automática motorizada con rotación de 360º		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que ese cambio encarecería costos.		

Consulta 27 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 7.2 Solicitan: Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor Sugerimos soliciten Tamaño de área activa de los detectores de 42,7 cm x 42,7 cm o mayor de manera a conseguir un mejor aprovechamiento del tamaño del detector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes		

Consulta 28 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 7.3 Solicitan: "Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor" Sugerimos soliciten al menos Matriz de los detectores de 3072 x 3072 o mayor, lo que incide directamente en la definición de las imágenes obtenidas por el detector.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes

Consulta 29 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 7.7 Solicitan: "Transmisión de datos menor a 4s para previsualización y menor a 8s para imagen completa." Sugerimos soliciten Transmisión de datos menor a 2s para previsualización y menor a 5,5s para imagen completa,

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta 30 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 7.7 Solicitan: Peso del detector de 4,5kg o menor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Peso del detector de 4,7kg o menor, considerando que esta diferencia no influye significativamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

Especificaciones Técnicas. En el Punto 3, índice N°3.2 donde dice "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado". Solicitamos amablemente a la convocante que se modifique a un mayor rango de recorrido vertical para que permita el uso de paciente en camillas considerando que existen ocasiones en que esta necesaria para la comodidad del uso del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes.

Consulta 32 - Solicitud de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

El PBC establece el pago en concepto de Anticipo del 20%.
Se consulta a la Convocante el plazo en el cual se abonará el pago en concepto de anticipo contados a partir del pedido realizado por el adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra.

Consulta 33 - Capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
Se solicita a la Convocante incluir los siguientes documentos para demostrar su capacidad técnica:		
K. Constancia de Inscripción como empresa encargada de realizar Importación de Fuentes de Radiación Ionizante, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.		
L. Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante Categorías 4 y 5, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.		
Ello en cumplimiento a lo establecido en la Ley 5169/14 y la Resolución D-ARRN Nº 26/16		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.		

Consulta 34 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En la Página 40 del PBC se establece: "El precio del contrato estará sujeto a reajustes, la fórmula se basa en la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) publicado por el BCP. " Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no sólo el salario mínimo.		
Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:		
Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:		
$P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$		
Donde;		
P= Precio Reajustado a la Oferta		
Po= Precio Original de la Oferta		
Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.		
Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.		
Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.		
Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido se encuentra reglamentado por la DNCP.		

Consulta 35 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
Se consulta a la Convocante la modificación del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes sea del: 0.01% por cada día de atraso, en el marco de la equidad entre los contratantes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 36 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>inciso c) Donde dice:" Los equipos entregados deberán tener Garantía de 2 años, como mínimo. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las Especificaciones técnicas del PBC".</p> <p>Solicitamos a la Convocante aclarar y/o establecer que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados, pues la naturaleza de las garantías del bien no implica reposiciones por daños causados por el deterioro a consecuencia del uso, el correr del tiempo o daños ocasionados por el usuario.</p> <p>Asimismo, se solicita a la Convocante aclarar que la Garantía de recambio incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Solicitamos garantía de 2 años, con provisión de repuestos y mantenimiento correctivo y preventivo de repuestos. Estos repuestos aplican a defectos originales de fábrica, no así por repuestos que sufran deterioro por el uso o daños ocasionados por el usuario. Remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 37 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>De la visita al sitio técnica realizada al sitio se constató que existen dos salas de rayos x, sin identificación, numeración o individualización, por tanto se solicita a la Convocante establecer la identificación de la sala (Sea 1 o 2 o según criterio) que será utilizada para la instalación del equipo objeto del presente llamado, de modo a dar precisión a los oferentes en cuanto a la determinación de su oferta y evitar con ello cualquier tipo de confusión respecto al sitio donde realizarse los trabajos, más aún teniendo en cuenta que el acta solo menciona los sectores afectados, pudiendo ser estos cualquiera de las salas del área de imagen del Hospital.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>La sala de rayos que será delegada para la instalación del equipo nuevo es la sala 1. La sala 2 cuenta con un equipo operativo</p>		

Consulta 38 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>De la visita técnica realizada al sitio, se constató que en la sala se encuentra instalada actualmente un equipo de Rayos X fijo de la marca General Electric.</p> <p>Se solicita a la Convocante aclarar quién será el responsable de la desinstalación, desmontaje y retiro de dicho equipo, ya que la ubicación actual de este, no permitirá la adecuación edilicia e instalación de otro equipo de RX.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Solicitamos a la empresa adjudicada el desmontaje y desinstalación del equipo, considerando que constituye parte de la adecuación de la sala</p>		

Consulta 39 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>De la visita técnica realizada al sitio, se pudo constatar que la Sala cuenta con puertas y vidrio de diagnóstico plomados, pero no se pudo obtener información necesaria en relación a los valores de blindaje de plomo con la que cuentan. Solicitamos a la Convocante proveer la memoria de cálculo de protección radiológica de modo a que con la información los oferentes puedan validar las barreras de protección instaladas actualmente en la sala. Dicha información es técnicamente indispensable para estimar los costos de la oferta pues si la misma no cumple con el espesor necesario para el proyecto se deberá adecuar a los requerimientos, lo cual implicaría mayores costos de adecuación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>No contamos con registros ni documentación oficial que avale el espesor ni el blindaje de la sala 1, por lo que deberá incluirse en la adecuación de la sala.</p>		

Consulta 40 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Disponibilidad de Espacios Físicos. Durante la visita técnica, se constató la existencia de una sala (ex cuarto oscuro) ubicada en forma contigua a la Sala de RX destinada para la instalación del equipo, por lo que de manera a utilizar todas las funciones del equipo sin restricciones de movimientos, se solicita a la Convocante aclarar la posibilidad de anexar dicha sala contigua (ex cuarto oscuro) a la Sala RX del Servicio de Radiología del Hospital de Policía en el caso de que no provea las dimensiones necesarias para la instalación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>La sala contigua no estaría habilitada para la utilización</p>		

Consulta 41 - Capacidad Financiera:

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Se consulta a la Convocante si las documentaciones (Página 20) a ser evaluadas para acreditar el cumplimiento de los criterios financieros deben ser de los años (2018, 2019 y 2020) y no (2017, 2018 y 2019) en concordancia a los índices establecidos en los criterios financieros a ser evaluados (Página 19) que establecen: el promedio en los (3) tres últimos años //-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Deben ser de los años (2018-2019-2020).</p>		

Consulta 42 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En la Página N° 25: Detalles de las Especificaciones Técnicas		
Donde dice: "Los equipos entregados deberán tener Garantía de 2 (dos) años a partir de la recepción del bien, como mínimo. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos".		
Solicitamos a la Convocante realizar la que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados. Aclarar que La Garantía incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Solicitamos garantía de 2 años, con provisión de repuestos y mantenimiento correctivo y preventivo de repuestos. Estos repuestos aplican a defectos originales de fábrica, no así por repuestos que sufran deterioro por el uso o daños ocasionados por el usuario. Remitirse a la Adenda		

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
Punto N°5. Índice 5.2 donde dice "Potencia del generador de 55kW o mayor" Solicitamos amablemente a la convocante elevar este requerimiento a 60KW o superior permitiendo así adquirir un equipo de mayor calidad y prestaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes		

Consulta 44 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Se solicita a la Convocante evaluar los plazos de entrega solicitados en el PBC, esto es: 35 días hábiles posteriores a la recepción de orden de compra</p> <p>Habiéndose analizado los elementos considerados para la elaboración del precio referencial, se observó lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Por un lado, fueron tomados como base para el análisis contratos adjudicados en los años 2017 y 2018.2. También fue analizada la cotización de un proveedor que contempla en el plazo de entrega la modalidad de flete marítimo, cuyo plazo de importación es mucho más extenso al solicitado en el presente llamado3. Así mismo, cabe destacar que el contexto de pandemia en el cual nos encontramos ha elevado significativamente los precios de fletes aéreos (por la escasez de vuelos) e impactado en los tiempos de proceso para fletes, tanto por vía aérea como marítima. <p>Finalmente, el plazo establecido por la Convocante es muy corto, tendiendo que los bienes son importados y los plazos deben ser estimados de acuerdo a diversos factores: a) Fabricación; b) Permisos administrativos del país de origen; c) Trámites aduaneros de exportación; d) Flete Internacional, entre otros.</p> <p>Ante la mencionada situación se propone:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Ajustar los plazos de entrega a 90 días hábiles posteriores al pago del anticipo y la recepción de orden de compra (de manera a que los Oferentes contemplen importación por vía marítima) o;b. Ajustar el plazo de entrega a 60 días hábiles a partir del pago de anticipo y la recepción de orden de compra, y en consecuencia modificar el precio referencial en un 20% por encima del precio establecido, (de manera a que los Oferentes contemplen importación por vía aérea)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 45 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Punto N° 5 Índice 5.4 Donde especifica "Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más " Solicitamos a la convocante un mayor rango de mAs 0,2mAs o menos a 900mAs o más esto no limita a la participación de oferentes y permite un equipo de mayor prestación técnica y de uso a la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.</p>		

Consulta 46 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Se observa en el Pliego de Bases y Condiciones en la página 30 Plan de Entrega dice: ...//... posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería Solicitamos a la Convocante aclarar que dicha Orden de Compra será emitida una vez abonado el Anticipo y los plazos para la entrega del equipo serán contabilizados a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>De esta forma se dará cumplimiento a lo establecido en el punto 6 del punto Solicitud de pago de anticipo y mencionado a continuación:</p> <p>En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>El plazo de entrega del Bien es de 60 días hábiles. La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra</p>		

Consulta 47 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Punto 5 Índice 5.4.</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar la corriente requerida (mA). Recomendamos que solicite de entre 10 y 800 mA. Esto evitará que empresas presenten equipos de 200 y 300 mA que alcanzan los mAs requerido en el mismo inciso. Los mAs pueden ser compensado con tiempos prolongados, el cual es perjudicial para el equipo, prolonga la exposición de los pacientes y de los trabajadores operacionales expuestos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se aclara que los valores requeridos son de entre 500mA o superior de corriente. En generadores de alta eficiencia esto permitiría alcanzar valores de hasta 800mAs según se ha observado en prestaciones de varios equipos del mercado. Se aclara en adenda en el punto: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más. Valor de mA de 500mA o más.</p>		

Consulta 48 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Punto 5 Índice 5.5, Frecuencia del generador de 75kHz o mayor. Solicitamos a la convocante elevar este requerimiento a 600kHz o mayor, de esta manera la convocante obtendrá mejores prestaciones del equipo así como menor tiempo de exposición del paciente, menor tiempo de disparo, mejora la vida útil del equipo, y evitará que se oferte equipos con prestaciones limitadas no limitando a los oferentes presentar sus propuestas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado</p>		

Consulta 49 - GENERADOR DE RAYOS X

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>punto 5.8 donde dice El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente. solicitamos amablemente se puedan cotizar equipos que cuentan con los generadores externos a la mesa. esto se debe a que no todas las marcar cuentan con este tipo de sistema permitiendo asi una mayor presentacion de oferentes. esto no afectara el funcionamiento del equipo ni las prestaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se aclara en adenda en el punto: 5.8 EL generador debe estar integrado a la mesa del paciente o externos a la mesa.</p>		

Consulta 50 - ítem 7-detectores planos

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Solicitamos amablemente a la convocante aclaracion sobre los tipos de detectores. si van a ser fijos con cable en el bucky mural y sin cables en el bucky de mesa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se aclara en adenda en el ítem 7 Los detectores deberán ser inalámbricos.</p>		

Consulta 51 - indice 8.Consola de Adquisición y Visualización

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>donde dice 8.4 Procesamiento de imágenes con optimización para la visualización de imágenes, específicamente de diferentes regiones de órganos (programas de órganos), al ser un equipo de altas prestaciones solicitamos a la convocante solicite que se puedan realizar Stitching de imágenes para radiografías de columna completa y otros estudios que lo requieran</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se aclara en adenda en el ítem 7 Los detectores deberán ser inalámbricos.</p>		

Consulta 52 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Punto 8</p> <p>Inciso N°8.1</p> <p>Donde especifica "Con capacidad de almacenamiento de 10.000 imágenes o más" Solicitamos amablemente a la convocante que eleve el requerimiento a por lo menos "Con capacidad de almacenamiento de 100.000 imágenes o más", considerando que la cantidad específica (10.000) es muy baja por el volumen de estudios que se realiza en el servicio, se maneja un volumen de 70 placas por hora corroborado con la visita tecnica realizada y según conversacion con los tecnicos operadores en el servicio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Consideramos que lo solicitado no limita a los oferentes.</p>		

Consulta 53 - Requisitos Adicionales

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>donde dice. 10.2 Realizar capacitación para manejo del equipo por un período de al menos 8 horas. solicitamos amablemente a la convocante que la misma solicite una capacitación de como mínimo 3 días en turnos diferentes para así poder transmitir todo el curso a los diferentes funcionarios en distintos horarios. Dicho curso deberá ser llevado a cabo por un aplicacionista competente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Se aclara en adenda el punto 10.2 Realizar capacitación para manejo del equipo por un período de al menos 5 días, para lograr un manejo óptimo del equipo por todo el personal técnico del servicio, llevado a cabo por profesional aplicacionista competente en el área</p>		

Consulta 54 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>Punto 10 Inciso 10.6 Donde dice "Desarrollar las preinstalaciones y adecuaciones necesarias para proceder con la instalación del equipo. Deben incluirse, por tanto, todos los materiales necesarios (conductores eléctricos, llaves termomagnéticas, fusibles, y otros sistemas de protección, etc.), mano de obra, adecuación de la sala (sistema de climatización y protección radiológica en paredes, ventana de diagnóstico y puertas), y todos los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento del equipo, conforme a normas internacionales". Solicitamos a la convocante agregar al requerimiento, Documentaciones y gestiones necesarias para la habilitación de la sala ante la entidad reguladora, ARR- 03 chalecos plomados con protector de tiroides de 0,5mm de protección, 03 gafas plomadas de 0,5mm de protección, 03 guantes plomados. De esta manera la convocante obtendrá del oferente una gestión más completa tipo "llave en mano", y asegura la protección individual de los operarios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>Consideramos que lo requerido no limita a los oferentes a ofrecer lo demás mencionado en la consulta. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 55 - índice 8.9

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
<p>donde dice Compatibilidad de conexión a impresora Fujifilm DRYPIX LITE. solicitamos amablemente a la convocante pueda solicitar lo siguiente Compatibilidad de conexión a impresora Fujifilm DRYPIX LITE. y provisión de impresora de placas de doble bandeja (01 bandeja de 14"x17" y 01 bandeja de 08"x10". con insumos. esto permitirá a la convocante acceder a una mejor prestación a la hora de imprimir los estudios. debido a que si la única impresora existen sale de servicio no se podrán realizar impresiones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
<p>En relación a su consulta consideramos que lo requerido limitaría la participación de empresas de alta tecnología, teniendo en cuenta que elevaría los costos. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 56 - ITEM 1 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 2.1 donde dice Mesa fija con altura de 72.5cm o menos, con superficie flotante solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con altura de 80 cm y así dar participación a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado		

Consulta 57 - ITEM 1 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 3.1 donde dice Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipo con recorrido longitudinal de 201 cm o mayor, y así dar participación a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.		

Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 3.3 donde dice Rotación del soporte de la columna de $\pm 180^\circ$ o mayor solicitamos amablemente a la convocante corrija esta especificación a $\pm 90^\circ$, entendemos que hubo un error de tipeo o concepto ya que el recorrido total que hace el soporte de la columna es de 180° total		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado		

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 3.5 donde dice Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: - Configurar los parámetros de exposición. -Seleccionar los programas de órgano. -Ver información del paciente. -Control de movimientos. Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotizar equipos con pantalla táctil en el soporte del tubo de 4 y que los requerimientos de control a realizar en esta pantalla este relacionada a las funciones que se tiene con el tubo y no con las funciones de operaciones que se realiza desde la consola del equipo. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera y de esta forma dar participación a potenciales oferentes: Soporte del tubo con pantalla táctil de 4 o superior con capacidad para: - Medición de la distancia imagen-detector. - Angulo de Rotación del Tubo. - Información de la Grilla. - Aviso o errores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.		

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 4.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 175 cm o mayor, y así dar participación de potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado

Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 5.2 donde dice Potencia del generador de 55kW o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con potencia de 50 kW y así dar participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.

Consulta 62 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 5.4 donde dice Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango superior de 600 mAs o mas, y así dar participación a potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la siguiente forma: 5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 600mAs o más

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 5.7 donde dice Tiempo de exposición máximo de 4s o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de exposición máximo de 7 seg o menor, y así dar participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 5.8 donde dice El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente solicitamos amablemente a la convocante que el ítem sea opcional, ya que esta característica depende de cada fabricante y así se daría participación a potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara el punto 6.3 Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1200 kHU/min o mayor. Remitirse a la Adenda.

Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 6.3 donde dice Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1200kHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar la unidad de medida de la capacidad calórica, ya que usualmente la unidad de medida que se utiliza es HU/MIN. Sugerimos aclarar el ítem de la siguiente manera: Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 12000 HU/min o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se aclara el punto 6.3 Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1200 kHU/min o mayor. Remitirse a la Adenda.		

Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 6.4 donde dice Puntos focales: foco fino 0,6mm o menor / foco grueso 1,2mm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con foco grueso de al menos 1mm y así dar participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología.		

Consulta 67 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 7.2 donde dice Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de tamaño 35 cm x 42 cm o superior, y así dar participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología		

Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el ítem 7.3 donde dice Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de 2400 x 300 o mayor de matriz y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología		

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 7.6 donde dice Resolución espacial de 3,4 lp/mm solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con mejor resolución espacial, de esta manera solicitamos aclarar el ítem de la siguiente manera: Resolución espacial de 3,4 lp/mm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara en adenda el punto 7.6 resolución espacial de 3,4 lp/mm o mayor.

Consulta 70 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 7.7 donde dice Autonomía de hasta 6 horas o más durante uso regular. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con autonomía de al menos 3 horas y así dar participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipos con mayor tecnología

Consulta 71 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En la visita técnica realizada al sitio donde será instalado el equipo a ser proveído, se constató que en la sala se encuentra instalada actualmente un equipo de Rayos X fijo de la marca General Electric. Se solicita amablemente a la Convocante aclarar a cargo de quien estará la desinstalación, de dicho equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara en adenda que el equipo fijo de la marca General Electric quedara a cargo de la empresa adjudicada.

Consulta 72 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

Solicitan la entrega de equipo en un plazo no mayor a 35 (treinta y cinco) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería. Teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes de equipos se encuentran instalados en Asia, y considerando los equipos son fabricados sobre pedido de acuerdo a las especificaciones requeridas, esto hace que los plazos de producción e importación de los productos sean superiores al plazo otorgad. Por esta razón solicitamos extender este plazo a de entrega a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente posterior a la recepción de la Orden de compra emitida por parte de la Tesorería, de manera de dar posibilidad de participación a un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se aclara en adenda plazo de entrega no mayor a 60 días hábiles

Consulta 73 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 3-2 donde dice "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado". Solicitamos amablemente a la convocante ampliar este recorrido mínimo a fin de dar mayor comodidad y versatilidad en el uso del mismo

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita la participación de oferentes.

Consulta 74 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 3-2 donde dice "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado". Solicitamos amablemente a la convocante permitir la participación de equipos que posean movimiento manual balanceado a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes y de reducir considerablemente los costos del equipo y que con esta modificación no se limitará la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita la participación de oferentes

Consulta 75 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 6.5 Donde dice: "Colimación automática motorizada" Solicitamos permitir la participación de equipos con colimación manual a fin de dar mayor apertura a la participación de oferentes y que esto no perjudicará la funcionalidad del equipo y representará un ahorro en el costo del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.

Consulta 76 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 5.8 donde dice: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito, debido a que esta característica está reservada a generadores de menor potencia a lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
------------------	---------------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda

Consulta 77 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
7- En el punto 5.5 donde dice: Frecuencia del generador de 75kHz o mayor, solicitamos permitir la participación de equipos con generadores de 50KHz o superior, ya que esta es una característica propia de cada fabricante, que no tiene un efecto en la calidad de los rayos x generados, y como consecuencia de las imágenes obtenidas. Además con este requisito solo están dirigiendo las especificaciones técnicas a determinados fabricantes excluyendo a otros que podrían ofrecer equipos de igual calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo de mayor tecnología		

Consulta 78 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 5.7 donde dice: Tiempo de exposición máximo de 4s o menor, Solicitamos permitan cotizar equipos con Tiempo de exposición máximo de hasta 10, ya que este parámetro es seleccionable por el operador y contar con un tiempo de exposición mayor puede significar realizar disparos con poca corriente lo cual redundaría en una mayor vida útil del tubo de rayos x.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 79 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 5.2 donde dice: Potencia del generador de 55kW o mayor. Solicitamos a la convocante permitir la participación de equipos con generadores de 50Kw de potencia ya que generadores de esta capacidad cumplen con los requerimientos de una sala de rayos x para todo tipo de estudios posibles sin limitaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología		

Consulta 80 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
punto g. Copia simple del Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS vigente. Solicitamos pueda presentarse copia de registro en Tramite, de manera a dar mayor participación a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado		

Consulta 81 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 4-2 donde dice: "Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor del Bucky Mural" Sugerimos soliciten al menos Rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 188 cm o mayor, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes y de no limitar de expreso a ciertos fabricantes dirigiendo las especificaciones a determinados fabricantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología

Consulta 82 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

2.1 Solicitamos cambiar mesa fija, por mesa con altura ajustable.
3.2 Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado, solicitamos cambiar a recorrido vertical manual 140 o mayor.
3.4 Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 135^\circ$ o mayor, solicitamos cambiar por rotación de tubo de 120° o mayor.
5.2 Potencia del generador de 55kW o mayor, solicitamos cambiar por generador de 80kW o mayor.
7.3 Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor, solicitamos cambiar matriz 3028x3028 o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo requerido no limita a la participación de oferentes.

Consulta 83 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.5 donde dice: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor" Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes, y de no excluir de expreso a determinados fabricantes orientando las especificaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología

Consulta 84 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.3 donde dice: "Rotación del soporte de la columna de $\pm 180^\circ$ o mayor" Solicitamos a la convocante permitir cotizar equipos con rotación del soporte de la columna de $\pm 90^\circ$ o mayor de manera a permitir una mayor participación de oferentes. Además la sala donde deberá ser instalado el equipo no posee suficiente espacio para que esta función sea utilizable, debido a las características de la sala.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología

Consulta 85 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 2.9 donde dice: "Seguimiento longitudinal del detector con respecto al tubo (para mantener el centrado)". Solicitamos a la convocante eliminar este requerimiento, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente, considerando que este requisito encarecería el equipo sin ofrecer una función útil en cuanto a los tipos de estudios realizables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología		

Consulta 86 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 3-5 donde dice: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: Configurar los parámetros de exposición. Seleccionar los programas de órgano. Ver información del paciente. Control de movimientos. Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito debido a su carácter de orientar las especificaciones a cierto fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.		

Consulta 87 - Capacidad financiera

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
Los estados financieros a ser evaluados (pág. 20) deberían ser de los años (2018, 2019, 2020) y no (2017, 2018, 2019) en concordancia a los índices establecidos en los criterios financieros a ser evaluados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Deberán ser de los años (2018, 2019, 2020).		

Consulta 88 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
En el punto 4-1 donde dice: Con ajuste de altura motorizado solicitamos a la convocante permitir ofertar bucky de pared con ajuste de altura manual a fin de no limitar la participación de oferentes y no encarecer innecesariamente el equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.		

Consulta 89 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.3 Solicitan: "Rotación del soporte de la columna de $\pm 180^\circ$ o mayor" Solicitamos permitan cotizar equipos con Rotación del soporte de la columna de $\pm 90^\circ$ o mayor de manera a permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología

Consulta 90 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

2.2 Ancho de la superficie de la mesa de 80cm o más; podría ser desde 75 cm, a fin de dar participación a mayor cantidad de participantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo que permita pacientes voluptuosos

Consulta 91 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

3.1 Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor: Podría ser rango de recorrido longitudinal de 130,5cm, a fin de dar mayor participación a oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.

Consulta 92 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

5.4 Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 700mAs o más:
 A fin de dar mayor participación a oferentes podría ser Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 600mAs o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.

Consulta 93 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

Se sugiere a la convocante incluir como requisito la presentación de certificaciones expedidos por el fabricante que garanticen que el Oferente cuenta con personal con la capacidad de proveer mantenimiento correctivo y preventivo en la modalidad ofertada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

En adenda se aclara que requerimos la presentación de certificaciones expedidas por el fabricante que garantice que la empresa oferente cuenta con personal capacitado para los mantenimientos correctivos y preventivos en la modalidad ofertada. Remitirse a la Adenda.

Consulta 94 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

5.6 Tiempo de exposición mínimo de 1ms o menor: Podria aumentar el Tiempo de exposición mínimo de 2ms o menor, a fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Requerimos equipo con mayor tecnología.

Consulta 95 - Consulta 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
----------	-------------------	------------

CONSULTA 1. Ref. Requisitos de participación y criterios de evaluación. Capacidad financiera/Experiencia Requerida

La versión actual del pliego de bases y condiciones (PBC), a efectos de calificar la situación financiera del oferente, establece que se considerarán los índices financieros tomando como base los ejercicios 2017, 2018 y 2019

Al momento de la fecha de esta convocatoria, el ejercicio 2020 se encuentra cerrado. Asimismo, todos los potenciales oferentes deben tener el balance y cuadros de resultado correspondientes a dicho ejercicio cerrados y presentados, así como los formularios de los impuestos correspondientes al mismo. Por tal motivo, entendemos que lo correcto es que la capacidad financiera se evalúe tomando como parámetro los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y que los requisitos documentales requeridos sean los correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

En atención a lo anterior, solicitamos que se se modifiquen los puntos de los requisitos de participación y criterios de evaluación, incluyendo los ejercicios 2018, 2019 y 2020, tanto para los oferentes individuales como para los consorcios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
-----------	--------------------	------------

Deberán ser de los años 2018, 2019 y 2020

Consulta 96 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2021
Se sugiere a la convocante incluir como requisito la presentación de certificaciones expedidos por el fabricante que garanticen que el Oferente cuenta con personal con la capacidad de proveer mantenimiento correctivo y preventivo en la modalidad ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 97 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2021
Consulta N°1 En el punto 2.2 se solicita: Ancho de la superficie de la mesa de 90cm o más. Se sugiere a la convocante modificar el punto y permitir mesas cuyo ancho sea de 80 cm o mayor, ya que la esa característica es cumplida por muy pocas configuraciones de equipos en el mercado. De hecho, desde nuestro conocimiento, es solo cumplida por una sola marca, limitando la presentación a un solo equipo del medio local. Así mismo, cabe destacar que la modificación de este valor no representa un impacto significativo desde el punto de vista clínico, funcional u operativo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda 2, 2.2 Ancho de la superficie de la mesa de 80cm o más. Se aprueba para dar lugar a más oferentes.		

Consulta 98 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2021
Consulta N°2 Se ha eliminado, en la adenda, el punto 2.9 que mencionaba: Seguimiento longitudinal del detector con respecto al tubo (para mantener el centrado). Se sugiere a la convocante incluir nuevamente este punto ya que la característica señalada permite un mejor centrado de la imagen teniendo esto bondades directas e indirectas tales como: - Agilidad en el flujo de pacientes - Menor posibilidad de errores en la toma de la imagen. - Menor potencial exposición a la radiación al paciente (en caso de tener que repetir el estudio) - Mayor comodidad para le usuario técnico del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al oferente ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones. Lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado. Deseamos la participación de equipos con mayor tecnología		

Consulta 99 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2021
<p>Consulta N°3</p> <p>En el punto 5.7 se ha modificado el parámetro de 4 segundos o menor a 6.5 segundos o menor, dejando en la adenda la siguiente característica:</p> <p>5.7 Tiempo de exposición máximo de 6,5s o menor</p> <p>Se sugiere a la convocante reasignar el valor de 4 segundos o menor dado que un equipo de características eficientes permite una exposición de menor tiempo con una óptica calidad de imagen.</p> <p>Esto, además, se encuentra conforme al principio internacional ALARA (As Low As Reasonably Achievable Tan Bajo como sea alcanzable) principio altamente impulsado por la comisión europea de salud, Estados Unidos y los mayores fabricantes del mercado.*</p> <p>*https://www.lemerpax.com/es/alara-regla-de-oro-de-la-proteccion-radiologica-lemer-pax</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente Remitirse a la Adenda, 5.7 Tiempo de exposición máximo de 4s o menor. Se modifica buscando una solución más eficiente.</p>		

Consulta 100 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2021
<p>Consulta N°4</p> <p>En el punto 5.8 e ha incluido la mención o externos a la mesa. Quedando el punto en esta forma: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente o externos a la mesa.</p> <p>Se sugiere remover esta mención ya que, considerando el espacio reducido de la sala en la que se solicita instalar el equipo la colocación externa del equipo generaría incomodidad en el flujo de pacientes y los procedimientos asociados a la toma de muestras.</p> <p>Cabe mencionar, además, que una instalación externa implicaría mayores costos en el proceso ya que además de la instalación del equipo, requeriría de una cámara adicional para la ubicación del generador.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda anterior. 5.8 El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente o externos a la mesa. Se mantiene EETT ajustando a la adenda considerando oferentes que puedan colocar el equipo en forma correcta en la sala.</p>		

Consulta 101 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2021
<p>Consulta N°5</p> <p>En el punto 7.6 se solicita: Transmisión de datos menor a 2s para previsualización y menor a 5,5s para imagen completa. Se solicita a la convocante ampliar razonablemente el tiempo requerido para los procesos a al menos 3 segundos o menor para previsualización y 6 segundos o menor para imagen completa.</p> <p>Así mismo, consideramos que la modificación de este punto no tendría un impacto significativo en los procesos, ya que la diferencia es de solo 1 segundo con respecto al valor actual.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda anterior, 7.7 El detector debe cumplir lo siguiente:- Transmisión de datos menor a 3s para previsualización y menor a 6s para imagen completa." Se amplía los potenciales oferentes</p>		

Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS N1

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En el ítem 3.5 donde dice Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, . Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con soporte del tubo con pantalla táctil de al menos 8 y resolución de 800x600, y dar apertura de esta manera al llamado de licitación para la participación de potenciales oferentes. Esta característica solicitada originalmente en el PBC es única y se encuentra direccionada al equipo de la marca Fuji con su modelo Smart X. Por lo mencionado petitionamos la apertura del ítem y la libre competencia en igualdad de condiciones tal cual lo manifiesta la Ley de Contrataciones Publicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente remitirse a la adenda, 3.5 Soporte del tubo con pantalla táctil de 8" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: - Configurar los parámetros de exposición. Se da mayor margen de pulgadas pero no de resolución por la calidad solicitada</p>		

Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS N2

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En el ítem 4.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 165 cm o mayor, y así dar participación de potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones lo solicitado se ajusta a los equipos disponibles en el mercado.</p>		

Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS N3

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En el ítem 5.7 donde dice Tiempo de exposición máximo de 4s o menor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo de exposición máximo de 7 seg o menor, y así dar participación a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda 5.7 Tiempo de exposición máximo de 4s o menor.</p>		

Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En el ítem 5.8 donde dice El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente solicitamos amablemente a la convocante que el ítem sea opcional, ya que esta característica depende de cada fabricante y así se daría participación a potenciales oferentes, además con el generador separado de la mesa del paciente, es mejor para la instalacion y servicio técnico, y mucho mas seguro para el paciente en caso de accidentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al oferente remitirse a la Adenda. Esto ya se encuentra modificado en la adenda anterior.</p>		

Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el ítem 6.3 donde dice Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 1200kHU o mayor solicitamos amablemente a la convocante aclarar la unidad de medida de la capacidad calórica, ya que usualmente la unidad de medida que se utiliza es HU/MIN. Sugerimos aclarar el ítem de la siguiente manera: Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 12000 HU/min o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Remitirse a la Adenda 6.3 Capacidad calórica de la carcaza del tubo de 1.200.000HU o mayor. 1KHU=1.000HU. No se utiliza KHU/min porque no se trata de disipación de calor.		

Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el ítem 6.4 donde dice Puntos focales: foco fino 0,6mm o menor / foco grueso 1,2mm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con foco grueso de al menos 1mm y así dar participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.		

Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el ítem 7.2 donde dice Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de tamaño 35 cm x 42 cm o superior, y así dar participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.		

Consulta 109 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el ítem 7.3 donde dice Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar detectores de 2400 x 300 o mayor de matriz y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita la Oferente remitirse a la Adenda		

Consulta 110 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el ítem 7.6 donde dice Resolución espacial de 3,4 lp/mm solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con mejor resolución espacial, de esta manera solicitamos aclarar el ítem de la siguiente manera: Resolución espacial de 3,4 lp/mm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Remitirse a la Adenda 2. 7.6 Resolución espacial de 3,5 lp/mm o mayor.		

Consulta 111 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el ítem 7.7 donde dice Autonomía de hasta 6 horas o más durante uso regular. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con autonomía de al menos 3 horas y así dar participación de potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.

Consulta 112 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

"*En el punto 2.6 Solicitan: Movimiento transversal de ± 12 cm o mayor
Sugerimos soliciten Movimiento transversal de al menos ± 14.5 cm"

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.

Consulta 113 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.1 Solicitan: "Rango de recorrido longitudinal de 225cm o mayor, de la columna/soporte porta tubo"
Sugerimos soliciten Rango de recorrido longitudinal de al menos 240 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si cuentan con una mesa de mayor recorrido es permitida la participación.

Consulta 114 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor" Sugerimos modificar este requerimiento por Rango de recorrido vertical de al menos 155 cm, de manera a posibilitar la realización de una mayor variedad de estudios, como así también eliminar el requerimiento "motorizado" Considerando que esta tecnología de automatismo del equipo, no aporta ninguna funcionalidad clínica, de manera a no incrementar los costos del equipo innecesariamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.

Consulta 115 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 3.5 Solicitan: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor" De manera a adquirir equipamiento con tecnología de vanguardia, sugerimos soliciten: Soporte del tubo con pantalla táctil de 10" o mayor, con resolución de 1024x768, o mayor.."

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda. Si desean presentar una mejor opción será apreciado

Consulta 116 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 4,2 Solicitan: "Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 175cm o mayor del Bucky Mural" Sugerimos soliciten al menos Rango de recorrido vertical de 35cm o menor a 188 cm o mayor, lo que dará mayor versatilidad a la hora de realizar diversos tipos de estudios, en un mayor rango de tipo de pacientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado

Consulta 117 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 5.2 Solicitan: Potencia del generador de 55kW o mayor. Sugerimos soliciten al menos Potencia del generador de 65kW, lo que posibilitará la realización de una mayor variedad de estudio en una mayor rango de tipo de pacientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.

Consulta 118 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 5.4 Solicitan: "Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más" Sugerimos soliciten Rango de mAs de 0,1mAs o menos a 800mAs o más, ya que una mayor rango permite una configuración de acuerdo a la necesidad, lo que influye directamente en la exposición al paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.

Consulta 119 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 5.5 Solicitan: Frecuencia del generador de 75kHz o mayor, sugerimos soliciten al menos Frecuencia del generador de 200kHz o mayor, ya que este parámetro incrementa la eficiencia del equipo, por ser de tecnología superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado

Consulta 120 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
----------	-------------------	------------

En el punto 5.8 Solicitan: El generador debe estar integrado a la base de la mesa del paciente, o externos a la mesa. Considerando la seguridad e integridad del paciente, sugerimos eliminar este requerimiento, por el riesgo que implica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
-----------	--------------------	------------

Ya se ha modificado en la adenda anterior

Consulta 121 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el punto 6.2 Solicitan:"Capacidad calórica del anodo de 320kHU o mayor" Sugerimos soliciten Capacidad calórica del anodo de al menos 400kHU, de manera a obtener equipos más potentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.		

Consulta 122 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el punto 6.6 Solicitan: "Colimación automática motorizada"Sugerimos soliciten: Colimación automática motorizada con rotación de 360º		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado		

Consulta 123 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el punto 7.2 Solicitan: Tamaño de área activa de los detectores de 42cm x 42cm o mayor Sugerimos soliciten Tamaño de área activa de los detectores de 42,7 cm x 42,7 cm o mayor de manera a conseguir un mejor aprovechamiento del tamaño del detector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Si desean presentar una mejor opción será apreciado.		

Consulta 124 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el punto 7.3 Solicitan: "Matriz de los detectores de 2520 x 3052 o mayor" Sugerimos soliciten al menos Matriz de los detectores de 3072 x 3072 o mayor, lo que incide directamente en la definición de las imágenes obtenidas por el detector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Remitirse a la Adenda. 7.3 Matriz de los detectores de 2520 x 3070 o mayor.		

Consulta 125 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>Se observa en la ADENDA Plan de Entrega dice: "...//... Una vez remitida la orden, la firma adjudicada deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente." Se sugiere a la Convocante la siguiente redacción:</p> <p>Plan de Entrega: Una vez que se tenga por recepcionada la orden de compra por parte del adjudicado, se deberá entregar el bien en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles contados desde el día siguiente. La orden de compra será emitida una vez realizado el pago en concepto de anticipo financiero.</p> <p>La sugerencia obedece a que no puede ser emitida una orden de compra sin antes abonarse el anticipo, pues el mismo es la suma de dinero con la cual se debe iniciar la ejecución del objeto contractual.</p> <p>La sugerencia y los motivos expuestos conciben con el PUNTO 6 Solicitud de pago de anticipo del PBC VERSIÓN 1 se establece que: En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.</p> <p>Ya se ha realizado consulta al respecto (N° 46) No obstante, la Convocante ha respondido cuanto sigue: La solicitud de pago del anticipo del 20% por parte del proveedor adjudicado podrá realizarse una vez recibida la orden de compra</p> <p>En ese sentido se vuelve a recalcar que no puede emitirse orden de compra que obligue al adjudicado al cumplimiento del contrato, y posterior a ello recién abonarse el anticipo, siendo dicha respuesta contradictoria a lo establecido en el mencionado punto 6 del PBC.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El plazo de entrega establecido en la adenda anterior es de 60 (sesenta) días hábiles.</p>		

Consulta 126 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En el punto 10.3 Solicitan: El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación en fábrica en la modalidad ofertada Solicitamos Modificar este requerimiento por El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación del fabricante en la modalidad ofertada</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>El Servicio Técnico debe estar habilitado, contar con personal dependiente y permanente, con certificación del fabricante en la modalidad ofertada. Se requiere agregar el punto de manera que quien resulte adjudicado pueda proveer soporte técnico adecuado. Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 127 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>Con respecto a la última adenda, en los requisitos documentales se solicita en el punto L:</p> <p>l) Copia de la autorización de Importación/exportación de Fuentes de radiación ionizante.</p> <p>Y luego, en el punto o:</p> <p>o) Constancia de Inscripción como empresa encargada de realizar Importación de Fuentes de Radiación Ionizante, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante, que cuando la empresa cuenta con autorización de Importación/Exportación de fuentes de radiación ionizante no sea necesario la presentación de constancia de Inscripción como empresa encargada de realizar Importación de Fuentes de Radiación Ionizante, emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, atendiendo a que la autorización de importación/Exportación ya es emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, lo requerido si es necesario para analizar la capacidad técnica del oferente.</p>		

Consulta 128 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En la Adenda se establece: "Una vez suscrito el contrato la Tesorería de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial emitirá la Orden de Compra la que podrá ser remitida de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vía telefónica: el documento firmado y escaneado, en formato PDF podrá enviarse por mensajería WhatsApp, fax y/o correo electrónico (en la dirección de correo declarada en la oferta por el proveedor conforme Resolución DNCP N° 2490/2019).2. Notificación personal: el documento original será enviado a la dirección del proveedor (según lo declarado en la oferta) o en su defecto el mismo podrá retirar la orden de la oficina de la tesorería." <p>Se solicita a la Convocante aclarar que el medio de notificación "vía telefónica" al cual se refiere es única y exclusivamente a través del correo electrónico, pues la resolución DNCP 2490/19 NO ESTABLECE NOTIFICACIONES VÍA MENSAJERIA WHATS APP NI FAX.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se remitirá la orden de compra por correo electrónico.</p>		

Consulta 129 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>Punto 3</p> <p>Inciso 3.2: Donde dice rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de recorrido vertical de 128 cm o mayor, considerando que una sola marca cumple con este requerimiento, de esta manera dar lugar a mayor cantidad de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de Bases y Condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.</p>		

Consulta 130 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
Punto 5		
Inciso 5.7		
Donde especifica "Tiempo de exposicion máximo de 6.5 seg o menor. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con tiempo de exposición máxima de 10 seg o menor, de esta manera dar participación a mayores catidad de oferentes y no afectaria a los oferentes que cumplen con el requerimiento actual (6.5 seg o menor)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse a la Adenda 5.7 Tiempo de exposición máximo de 4s o menor		

Consulta 131 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
La Adenda establece en su punto 3. MODIFICASE: en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el punto Plan de Entrega de los Bienes, quedando de la siguiente manera:// Los equipos deberán ser entregados: Dirección General de Sanidad Policial - Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino Kubitschek,		
La capacitación, deberá realizarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles posteriores a la entrega del mismo, en las instalaciones del Hospital de Policía Rigoberto Caballero.		
Se solicita a la convocante modificar el punto especificando que: La capacitación deberá realizarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles POSTERIORES A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE IMÁGENES, la cual se realizará en las instalaciones del Hospital de Policía Rigoberto Caballero.		
Ello obedece a que no se puede realizar las capacitaciones con la sola entrega del equipo, pues el mismo debe estar en funcionamiento para la realización de las capacitaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Es coherente que se realicen las capacitaciones luego de la puesta en marcha del equipo. Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 132 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
Se sugiere a la convocante ampliar el rango de la mesa en el punto 2.3 donde se requiere una longitud de la mesa de 216cm o mayor a al menos 220 cm (o superior), ya que esto reportaría mayor comodidad al momento de la realización de los estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Remitirse a la Adenda. 2.3 Longitud de la superficie de la mesa de 220cm o más.		

Consulta 133 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el punto 3.4 se solicita un ángulo de rotación de 135° para el tubo de rayos X. Se sugiere elevar el parámetro al menos a 140° para mayor flexibilidad en estudios variados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Remitirse a la Adenda. 3.4 Rango de rotación del tubo de Rayos X de $\pm 140^\circ$ o mayor.		

Consulta 134 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el punto 7.6, se sugiere aumentar la resolución espacial a un valor de 3.5 lp/mm a fin de obtener una mejor calidad en la imagen obtenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Remitirse a la Adenda. 7.6 Resolución espacial de 3,5 lp/mm o mayor		

Consulta 135 - PBC Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
En el punto H) Solicitamos a la convocante poder tener constancia en trámite de Registro Sanitario para poder tener mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de Bases y Condiciones. Este requisito se establece por MSP y sin Registro Sanitario no se pueden utilizar equipos en territorio nacional.		

Consulta 136 - PBC Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
en el punto I) y 0) Solicitamos a la convocante permitir cotizar equipos que estén en tramites de documentaciones con constancia para así poder tener mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Este requisito se establece por MSP y sin Registro Sanitario no se pueden utilizar equipos en territorio nacional		

Consulta 137 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
Desmontaje de equipo instalado actualmente		

Teniendo en cuenta la consulta respondida confirmando que la empresa adjudicada será la encargada del desmontaje y desinstalación del equipo, considerando que constituye parte de la adecuación de la sala.

Se sugiere a la convocante establecer en su PBC : 1. Quien será responsable del traslado al sitio de almacenamiento final del equipo desmontado. 2. Establecer en el pliego que la Empresa Adjudicada no tendrá ninguna responsabilidad en el resguardo o condiciones de operatividad del equipo desmontado o del estado de las piezas o repuestos involucrados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
La empresa adjudicada no tendrá ninguna responsabilidad en cuanto a la operatividad del equipo desmontado.		

Consulta 138 - Requisitos Adicionales

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En la Página N° 9 de la ADENDA, Requisitos adicionales, ítem 10.5 Donde dice: "Garantía: 2 (DOS) años contados a partir de la fecha de instalación y puesta en operación. Debe incluir una mantención preventiva anual, todas las mantenciones correctivas que sean necesarias durante el periodo de garantía y reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho período"</p> <p>Solicitamos a la Convocante realizar la aclaración que la garantía de recambio de repuestos aplicará sólo por defectos originales de Fábrica, no así por desgaste, daños y/o golpes ocasionados. Aclarar que La Garantía incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Este punto ya fue aclarado en la consulta anterior, N° 36. Se solicita ajustarse a lo establecido.</p>		

Consulta 139 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>En la Página N° 5 DE LA ADENDA, Especificaciones técnicas de los equipos requeridos</p> <p>Donde dice: Los equipos entregados deberán tener Garantía de 2 (dos) años a partir de la recepción del bien, como mínimo. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos. Estos repuestos aplican a defectos originales de fábrica, no así por repuestos que sufran deterioro por el uso o daños ocasionados por el usuario.</p> <p>Solicitamos a la Convocante aclarar que la Garantía incluirá soporte de mantenimiento Preventivo de forma semestral y mantenimiento correctivo de Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00hs.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Aclarado en consulta N° 36. Se solicita ajustarse a lo establecido</p>		

Consulta 140 - a Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Numeral 9 Capacidad Técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>La Convocante solicita.</p> <p>h) Los bienes ofertados deberán contar con el Certificado de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos expedido por la DNVS, vigente.</p> <p>Solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.</p> <p>El Art. 20 de la Ley 2051/03 establece que Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley</p> <p>Sabemos que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria está en el lento proceso de implementación del registro sanitario. Existen cientos de expedientes de registro de varios probables oferentes que están paralizados debido a la pandemia y la consecuente carga de trabajo acumulada. Es muy probable que, un oferente puede no tener el registro de un producto en el momento de la presentación de ofertas, pero el registro podría estar listo en el momento de la importación del producto que bien puede ser a 30-90 días luego de la fecha de entrega de ofertas.</p> <p>Consideramos que la convocante está violando el Art. 20 del marco rector al exigir el registro sanitario ya que exigir tal registro corresponde a otras instituciones del estado, en este caso, a la Aduana al momento de la importación de los productos. En todo caso, de no poder importar los productos en el tiempo establecido, la convocante tiene las armas legales para aplicar multas e incluso sancionar al adjudicado y aplicar los mecanismos establecidos en la ley para adjudicar el producto. O la convocante podría solicitar el requisito del registro para la firma del contrato. Hay que tener en cuenta que casi el 100% de los documentos que componen el legajo del registro son originados en el exterior y en este caso el Art. 48° del Decreto N° 2992/19 indica que Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, los pliegos estándar de bases y condiciones elaborados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrán permitir la aceptación de documentos sin legalización del Consulado Paraguayo o apostillado en su caso, con el compromiso por parte del Oferente de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado, de resultar adjudicados.</p> <p>Por lo manifestado, solicitamos a la convocante eliminar el requerimiento de presentar registro sanitario con la oferta, o en su defecto, permitir la participación con el documento de mesa de entrada del pedido de registro sanitario en la DNVS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>La legislación requiere a través de la Ley 4659/12 Art 4. Se considerarán que los dispositivos médicos, materiales cortopunzantes y los equipos de protección individual definidos en esta Ley, son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones:</p> <p>a) Cumplir todas las disposiciones establecidas en la legislación sanitaria correspondiente.</p> <p>b) Obtener el registro sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.</p> <p>Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones</p>		

Consulta 141 - PBC Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2021
<p>Solicitamos muy amablemente a la convocante permita a los oferentes presentar constancia de estar en trámite ante la renovación de Autorización de Información/Exportación de Fuentes de Radiación Ionizantes ante la ARRN, y a la firma del contrato, presentar la Autorización.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2021
<p>Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, lo requerido es necesario para evaluar la capacidad técnica del oferente.</p>		

Consulta 142 - Consulta Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta
	14-07-2021
<p>2.6 Donde dice: Movimiento transversal de ± 12cm o mayor Solicitamos rango de movimiento transversal ± 10 cm</p> <p>3.2 Donde dice: Rango de recorrido vertical de 145cm o mayor, motorizado Solicitamos que el movimiento vertical sea manual o motorizado para dar mayor participación a potenciales oferentes.</p> <p>3.5 Donde dice: Soporte del tubo con pantalla táctil de 9" o mayor, con resolución de 1280x800 o mayor, con capacidad para: Configurar los parámetros de exposición, seleccionar los programas de órgano, ver información del paciente, control de movimientos. Solicitamos pantalla táctil de 7 pulgadas o mayor y que la característica de seleccionar los programas de órgano, ver información del paciente sea opcional ya que dichas características se tienen en la consola. Como dicha pantalla no se utiliza para ver imágenes diagnosticas, el mismo no necesita que tenga una resolución mínima.</p> <p>5.4 Donde dice: Rango de mAs de 0,5mAs o menos a 800mAs o más. Solicitamos que los mismos sean de 0,5 mAs a 630 mAs para dar mayor participación a potenciales oferentes.</p> <p>5.6 Donde dice: Tiempo de exposición mínimo de 1ms o menor. Solicitamos tiempo mínimo de exposición de 2 ms o menor</p> <p>5.7 Donde dice: Tiempo de exposición máximo de 6,5 seg o menor. Solicitamos tiempo de exposición máximo de 2 segundos.</p> <p>6.3 Donde dice: Capacidad calórica de la carcasa del tubo de 1200 kHU/min o mayor. Solicitamos capacidad calórica de la carcasa del tubo de 75 KHU/min que son suficientes para la correcta disipación calórica y para dar mayor participación a potenciales oferentes.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida	

Consulta 143 - Consulta punto 2.4

Consulta	Fecha de Consulta
	14-07-2021
<p>2.4 Donde dice: Debe soportar pesos de hasta 290 kg o más. Solicitamos rango de 250 Kg o más, teniendo en cuenta que en Paraguay dicho límite es suficiente para todo tipo de pacientes.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	15-07-2021
Se solicita al Oferente ajustarse al pliego de bases y condiciones. Se solicitan estas condiciones por la calidad requerida.	