

Consultas Realizadas

Licitación 399701 - ADQUISICION DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES DE RAYOS X PARA EL INCAN

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
En donde dice Deberá procesar mínimamente 30 placas/ hora solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de procesamiento de al menos 25 placas/hora y así dar apertura a la licitación para la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>En donde dice Placas termosensibles luz día solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar películas secas diseñadas especialmente para las impresoras láser, considerando que esta película seca se procesa térmicamente y no requiere ningún proceso químico húmedo. La tecnología termosensible luz-día es exclusivo de un solo fabricante, que es FUJI para su modelo DRYPIX LITE como se puede apreciar en la pagina del fabricante https://www.fujifilm.com/products/medical/dry_imagers/#thermallmager y cierra toda participación de potenciales oferentes, Y contradice totalmente a La Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS Capitulo Segundo de la Licitación Publica</p> <p>Articulo 20-BASES O PLIEGOS DE REQUISITOS DE LA LICITACION PUBLICA</p> <p>Detalla lo siguiente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante. Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. Por lo que solicitamos MODIFIQUEN este requerimiento, que direcciona a un único proveedor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
<p>EN ESTIMACION DE COSTOS PODRAN VERIFICAR OFERTAS QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y NINGUNO DE ELLOS ES LA MARCA QUE MENCIONAN EN SU CONSULTA.</p> <p>ADEMAS, AL MENCIONAR QUE LA PLACA O PELICULA QUE EVENTUALMENTE PROVEERIAN EN CASO DE SALIR ADJUDICADOS ES UNA PELICULA SECA QUE SE PROCESA TERMICAMENTE, ESTAN INDICANDO QUE SE TRATA DE UNA PLACA TERMOSENSIBLE. DE IGUAL MANERA SE INCORPORA EL TERMINO "LASER" A FIN DE QUE SUENE MAS FAMILIAR. REMITIRSE A LA ADENDA 1</p>		

Consulta 3 - Fecha de Entrega - Indicadores de Cumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Donde dice FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA Es de hasta 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra. Solicitamos a la convocante La Fecha prevista pueda quedar en 60 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra. Debidos a los contratiempos ocasionados por la PANDEMIA (falta de materia prima, larga espera de fletes aéreos, marítimos y/o terrestres por retrasos de salida de mercaderías.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Donde solicita Estación de trabajo Solicitamos amablemente a la convocante especificar las características mínimas requeridas para la estación de trabajo. Sugerimos: Procesador.3GHz CPU: i5. Disco duro: 500 GB. Sistema operativo. Windows 10. Monitor: 21", 1 MP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante especificar la resolución de escala de grises. Sugerimos: 16 bits/pixel archivo fuente, 65536 Escala de gris		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITISE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 6 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Sugerimos a la convocante puedan especificar mínimamente el programa a ser utilizado, deberá contar Con posibilidad de. . Escritura de informes médicos incluidos al software. . Grabado en CD y medios de almacenamiento. , . Envío de imágenes estándar de Formato DICOM. esta solicitud obedece a que se debería aclarar la forma de salida de datos informativos mínima		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante especificar la resolución de escala de grises. Sugerimos: 16 bits/pixel archivo fuente, 65536 Escala de gris		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante especificar la resolución de escala de grises. Sugerimos: 16 bits/pixel archivo fuente, 65536 Escala de gris		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante especificar el peso del equipo. Sugerimos como máximos 26 kilos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 10 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos a la convocante especificar dimensiones maximas del equipo. Sugerimos medidas: 46x69x20 cm (ancho, fondo, altura)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante puedan especificar los rangos en la alimentación eléctrica. teniendo en cuenta los siguientes valores universales. 100-240 V AC/ 2.5A máx.; 47-63 Hz (Universal) esto obedece a que el voltaje, corriente y frecuencia podrían presentar oscilaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante especificar el máximo nivel de calor que genera el equipo Sugerimos amablemente: como máximo 1650 WATT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 13 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Solicitamos amablemente a la convocante solicitar niveles de usuario en el programa de radiología, esto le permitirá a la misma un control adecuado de los estudios realizados durante cada turno y usuario, al mismo tiempo que se evitaran problemas en niveles técnicos de configuración		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR CONDICIONES DE OPERACIÓN. SUGERIMOS: -Temperatura: 0,40°C/32-105°F, Cambio de Temperatura: 0.5°C/min., Humedad: 15%-95%RH, Campos Magnéticos: máx. 1260 uT (en apego a EN 61000-4-8: Level 3), 10 A/m		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 15 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
se solicita amablemente a la convocante, soliciten la norma ISO13485 como norma de gestión de calidad aplicable a dispositivos médicos. Es de publico conocimiento que para el registro sanitario del producto, DINAVISA requiere esta norma de gestión de calidad y trata el mismo como dispositivo medico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N°1		

Consulta 16 - Documentación requerida

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Se solicita a la convocante, solicitar el registro sanitario donde conste marca y modelo del equipo ofertado vigente a la fecha de la subasta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 17 - Experiencias requeridas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>Donde solicita "Demostrar la experiencia en Adquisición Digitalizador de Imágenes de Rayos X con facturaciones de venta y/ o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente Licitación de los 03 (tres) años: 2018, 2019, 2020.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante aceptar como experiencia la provisión de dispositivos médicos, considerando que el digitalizador de imágenes hace parte de dicho dispositivo, de esta manera aperturar la participación a potenciales oferentes bien experimentado en el rubro, con la solicitud actual queda demostrado que algunas empresas quedan beneficiadas con dicho requerimiento el cual conlleva a una competencia desleal y presta a interpretación o suposición de direccionamiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 18 - Requisitos documentales para la evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>Donde expresa REQUISITOS DONCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA. Se solicita amablemente adecuar los documentos que demuestran la experiencia requerida. Ídem para Requisitos documental para evaluar capacidad técnica</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 19 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>Donde especifica 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días contados a partir de la orden de compra por parte del proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 20 - Sistema Digitalizador e Impresora de Imágenes Radiográficas de aplicaciones generales.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
<p>De manera a obtener equipos con prestaciones superiores sugerimos incluyan al menos los siguientes parámetros: Con posibilidad de incorporar software que permita la realización de estudios para huesos largos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 21 - Sistema Digitalizador e Impresora de Imágenes Radiográficas de aplicaciones generales.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
De manera a obtener equipos con prestaciones superiores sugerimos incluyan al menos los siguientes parámetros: Con posibilidad de incorporar software que permita la distribución y el almacenamiento de imágenes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 22 - Sistema Digitalizador e Impresora de Imágenes Radiográficas de aplicaciones generales.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
De manera a obtener equipos con prestaciones superiores sugerimos incluyan al menos los siguientes parámetros: Con posibilidad de incrementar la velocidad de digitalización sin cambiar el equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 23 - Sistema Digitalizador e Impresora de Imágenes Radiográficas de aplicaciones generales.

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2021
Sugerimos soliciten que el equipo permita la reparación por módulos, de manera a no incrementar costos de reparación innecesariamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 24 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2021
Solicitan: Chasis para Radiografía General 35 x 43 Sugerimos soliciten que el equipo permita procesar Chasis de al menos las siguientes medidas: 35X43 cm, 24X30 cm, 35X35 cm, 15X30 cm,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2021
AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		