

Consultas Realizadas

Licitación 400995 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS - PROYECTOS CONACYT PINV18-478/477/514/671/1061

Consulta 1 - ITEM 30 Autoclave de Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Se podrá ofertar un equipo sin ABNT NBR 14136 y sin certificado de calibración RBC de manera a abrir la posibilidad a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Las especificaciones técnicas son las minimas requeridad por el docente investigador. Ajustarse al Pbc.		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2021
Se solicita amablemente a los convocantes ampliar los plazos de entrega para los items a al menos 45 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Ajustarse al PBC.		

Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2021
En el recuadro donde dice "Cantidad" "1", se refiere a que en una orden se sacara la totalidad de lo solicitado? Teniendo en cuenta que para algunos ítems se solicitan más de una unidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Ajustarse al PBC y SICP por ítems.		

Consulta 4 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2021
Favor aclarar si el plan de entrega de los bienes se aplicara para todos los items ya que no encaja con las características de todos los items teniendo en cuenta que en "Unidad de medida" dice "Unidad" y hay items que se cotizan por caja como el mismo PBC lo aclara.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Ajustarse al PBC y SICP por ítems.		

Consulta 5 - Modelo del contrato: VIGENCIA DEL CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2021
El contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.		
Solicitamos se defina en el contrato el tiempo exacto de la vigencia del mismo, ya que los contratos se rigen por el código civil y siempre deben mencionar fecha de inicio y termino. Teniendo en cuenta que la entrega de los saldos finales no se encuentra determinada en cuanto a la fecha de emisión de orden de compra, siendo su duración INDETERMINADA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Ajustarse al PBC.		

Consulta 6 - ítem 30 Autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2021
Se solicita amablemente al convocante que el "Manual de instrucciones grabado en el propio panel" sea no excluyente (opcional) ya que se proveerá con el equipo el manual impreso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Las especificaciones técnicas son las minimas requeridad por el docente investigador. Ajustarse al Pbc.		

Consulta 7 - ítem 30 Autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2021
Se solicita al convocante teniendo en cuenta el requisito de "servicio técnico autorizado con personal competente" que también se acepte "servicio técnico con personal competente y con experiencia trabajando con el equipo/marca"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-09-2021
Ajsutarse al PBC.		