

Consultas Realizadas

Licitación 402485 - Adquisición de Equipos de Gases Médicos para Dependencias del MSPBS

Consulta 1 - Precio Referencial del Ítem 5 Balones o Cilindros de Oxígeno de 6mm³

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
<p>Se solicita a la Convocante rehacer el precio referencial porque el establecido de Gs. 2.800.000 no coincide con el precio actual y futuro de mercado. Además hay factores que se debe tener en cuenta: 1) En Paraguay no se fabrica balones de oxígeno por tanto el oferente adjudicado deberá importar del extranjero. 2) En la región, en Brasil se encuentra una de las pocas fabricas de balones de oxígeno y debido a la alta demanda recién para dentro los últimos meses del año la fabrica podrá meter en producción nuevos pedidos. 3) Las opciones para importar balones de oxígeno se limita en Asia y Europa y como es sabido existe una crisis en la logística de carga internacional debido al faltante de contenedores en el mundo, la subida del precio internacional del petróleo y productos derivados , a la pandemia del COVID-19 que afecta bastante en los países de Asia y Europa a consecuencia del inicio de la quinta ola y la Guerra en Europa que crea una enorme inestabilidad en todo el mundo y principalmente al comercio exterior. Por los motivos expuestos tanto el precio FOB de los productos y los costos de importación se incrementaron enormemente lo que afectará al precio final de venta al publico en el mercado local. Otro factor que se debe tener en cuenta es la incertidumbre que vivimos actualmente: respecto a la expansión o no de la guerra en Europa y en Asia, asi como los efectos y la expansión de la quinta ola del COVID-19 por el resto del mundo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 2 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
<p>De acuerdo al informe sobre la estimación de costos se utilizaron precios adjudicados de otras licitaciones que datan de años anteriores en particular casi todas corresponden al año 2020. Por consiguiente, los precios referenciales resultantes de este método de conformación de precios, NO reflejan los precios actuales del mercado. Como es de publico conocimiento, los costos de importación de estos productos sufrieron incrementos muy importantes que lógicamente repercute en un alza del precio al publico. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante conformar nuevamente lo precios referenciales utilizando método de conformación de precios cotizaciones de potenciales oferentes de manera que reflejen los precios actuales del mercado. Por otro lado, se debe tener cuenta la volatilidad de los factores que inciden en el precio de estos tipos de productos, tales como: precio FOB de los productos, costos de importación (Flete marítimo/terrestre), cotización de las divisas utilizadas en el comercio internacional (Dólar americano / Euro), Disponibilidad de contenedores, Disponibilidad de los productos para entrega en el corto plazo, Precio Internacional del Combustible, Conflicto bélico en Europa y potencial conflicto en continente asiático, Pandemia de COVID-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas del Ítem 5 - Balones de Oxígeno

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
<p>Recomendamos a la Convocante que los balones de oxígeno que pretenden adquirir sean más livianos a fin de facilitar el manipuleo y traslado dentro de los hospitales o los UFS y el traslado entre dichas unidades de salud. Por consiguiente se recomiendan modificar y/o agregar las siguientes especificaciones técnicas: Cilindro de acero sin costura para OXÍGENO MEDICINAL de como mínimo 6 m³ de capacidad, el diámetro debe medir entre 232 y 235 mm, la altura debe medir como máximo 1300 mm, su peso al vacío debe ser como máximo 50 kg y su capacidad hidráulica de ser como máximo 45 litros. Se recomienda como válvula de cierre CGA 540. Se recomienda que los balones de oxígeno que son para uso medicinal debe estar pintados en color blanco conforme a las normas internacionales. La garantía de fabrica debe ser como mínimo 5 años. Los balones de oxígeno medicinal deben estar fabricados en base a los estándares internacionales de calidad</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 4 - 1. Lista de Bienes y Cronograma de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2022
<p>FECHA LIMITE DE ENTREGA 30 días corridos a partir de la suscripción del contrato Consulta: Solicitamos que las entregas para los item del 1 al 4 sea de 90 días corridos a partir de la suscripción del contrato, ya que las cantidades solicitadas tienen su tiempo de fabricación y mas los tramites de exportación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
LA FECHA LIMITE DE ENTREGA SERA DE 60 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		

Consulta 5 - ITEM 4 – REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
<p>DONDE SOLICITAN: Con doble escala: 0-300 kg/cm² (4000 PSI), solicitamos respetuosamente considerar la especificación como sigue: "con doble escala: 0-300 kg/cm² (4000 PSI) +/-10%", de manera a dar mayor participación a más oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 6 - ITEM 5 – BALON O CILINDRO PARA OXIGENO DE 6M3

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
<p>DONDE SOLICITAN: Peso 60kg, solicitamos respetuosamente permitan cotizar balones con "Peso de 60 kg. +/- 10%" de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2022
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 7 - ITEM 5 – BALON O CILINDRO PARA OXIGENO DE 6M3

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
DONDE SOLICITAN: Presión de funcionamiento 150 bar y Presión de prueba 200 bar, solicitamos de manera a no establecer valores absolutos permitan cotizar equipos con "Presión de funcionamiento 150 bar o mayor, y Presión de prueba 200 bar o mejor".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 8 - ITEM 5 – BALON O CILINDRO PARA OXIGENO DE 6M3

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
DONDE SOLICITAN: Fabricación acorde a normas internacionales. ISO 9809-1, solicitamos respetuosamente considerar la modificación de la especificación según se detalla a continuación: "Fabricación acorde a normas internacionales. ISO 9809-1 y/o ISO 9809-3", ya que estamos hablando de una certificación ISO 9809-3 más actualizada y a la que aplican la fabricación de los nuevos balones"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
SE ACEPTAN AMBAS ISOS- MEDIANTE ADENDA 3		

Consulta 9 - ITEM 5 – BALON O CILINDRO PARA OXIGENO DE 6M3

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
DONDE SOLICITAN: Diámetro deberá ser 23cm, solicitamos verificar la unidad de medida, estimamos que refiere a 23 pulgadas, ya que 23 cm es un diámetro muy pequeño, lo habitual y estándar es de 70 cm. Por lo expuesto solicitamos considerar la siguiente especificación: "Diámetro de 70cm +/- 10 cm" de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 10 - DISPOSICIONES GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
DONDE SOLICITAN: Tiempo de entrega de 30 días posteriores a la firma del contrato, solicitamos considerar un tiempo de entrega de entre 60 y 90 días, en atención a las cantidades y especificaciones solicitadas, donde necesariamente las mismas deberán ser importadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2022
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 11 - DISPOSICIONES GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Favor considerar otorgar un anticipo financiero del 30% de manera a hacer frente a gastos financieros y de tipo de cambio que nos permitirían una mejora en los precios de los equipos a cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2022
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Para el Humidificador, para Oxígeno. ¿El pliego menciona que deberán ser reusables de 250cc, se podría ofertar uno de mayor capacidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
SE ACEPTA LO SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO REÚNA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADOS EN EL PBC.		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas - Ítem 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
En el pliego menciona que el equipo deberá estar pre calibrado de fábrica a 50 Psig de presión. Se podría ofertar con otras unidades de medida como 4.5 bar- 6.5 psi - 450kPa equivalentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2022
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Para el Regulador de Oxígeno Medicinal se podrían considerar otras unidades de medida, como kg/cm2 y bar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
SE ACEPTA LO SOLICITADO- MEDIANTE ADENDA 3		

Consulta 15 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Se podría demostrar la experiencia de los tres últimos años en PROVISIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y/O DE LABORATORIO con contratos y/o facturaciones de ventas Públicas o privadas, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 16 - Tipo de Garantía

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
1. En el SICP (PORTAL DE CONTRATACIONES DE LA DNCP) indica: "Tipo de Garantía: Póliza o Garantía Bancaria" En contraposición, en el pliego de bases y condiciones del presente llamado se indica que el tipo de garantía a ser utilizada es: DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, incluso de adjunta un modelo de la misma. CONSULTA: Favor aclarar cuál es el tipo de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a ser utilizada en el presente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
El tipo de garantía a ser utilizada es: DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS.		

Consulta 17 - SIPE

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
----------	-------------------	------------

2. Favor indicar/aclarar si en el presente llamado se podrá presentar/utilizar la CONSTANCIA SIPE, con los documentos "activos", en sustitución de los documentos en formato papel (en físico).

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
-----------	--------------------	------------

Si se podrá presentar la CONSTANCIA SIPE, con los documentos que se encuentran "activos".

Consulta 18 - FORMULARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
----------	-------------------	------------

En el presente llamado co-existen Formularios de ofertas y Lista de precios con diferentes formatos y contenidos, unos están publicados en el SICP (Portal de la DNCP) y otros aparecen en la Sección de Formularios del Pliego de Bases y Condiciones.

Considerando que la reglamentación de la DNCP establece que los formularios de Oferta y de Planilla de Precios a ser utilizado tienen que ser los publicados en el SICP.

Solicitamos: Aclarar cuáles son los formularios a ser utilizados ¿los publicados en el SICP o los existentes en el PBC?

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2022
-----------	--------------------	------------

Los formularios a ser utilizados son los publicados en el SICP que se encuentran en el PBC

Consulta 19 - LISTA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
----------	-------------------	------------

Sección IV. Formularios de la Oferta. Formularios de Listas de Precios.

Visto que existen solo los siguientes formularios de "LISTA DE PRECIOS":

1. Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados.
2. Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados
3. Lista de Precios: Bienes fabricados en el País del Comprador, y;

Considerando que no existe la opción de "Lista de precio para bienes a ser adquiridos del mercado local/interno del comprador.

Consulta: ¿Cuál sería el formulario de lista de precios a ser utilizado en caso de que los Bienes a ser adquiridos del mercado local/interno del comprador no sean precisamente del fabricante sino de un representante y/o distribuidor local de un bien importado y a ser ofertado en esta licitación? Esto, considerando que estos representantes y/o distribuidores no compartirían información confidencial de su estructura de precios, siendo que los mismos no estarían comprometidos ni relacionados en forma directa con la presente licitación

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
-----------	--------------------	------------

Si podrán cotizar. Los licitantes podrán cotizar uno, varios o todos los ítems de la licitación.

Los licitantes podrán cotizar menores cantidades a las requeridas en cada ÍTEM, a condición de que las cantidades cotizadas no sean inferiores al 40% de las cantidades requeridas en cada ítem. Las cotizaciones por cantidades menores serán rechazadas.

Consulta 20 - Sección II. Datos de la Licitación (DDL). Referencia en las IAL: A. Disposiciones generales. IAL 14.6

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Sección II. Datos de la Licitación (DDL). Referencia en las IAL: A. Disposiciones generales. IAL 14.6, donde dice: Los licitantes podrán cotizar uno, varios o todos los ítems de la licitación. Los licitantes podrán cotizar menores cantidades a las requeridas en cada ÍTEM, a condición de que las cantidades cotizadas no sean inferiores al 40% de las cantidades requeridas en cada ítem. Las cotizaciones por cantidades menores serán rechazadas. Consulta: a partir de lo dispuesto, favor aclarar si los potenciales oferentes podrán cotizar cantidades a partir de 400 unidades para arriba y hasta 1.000 por cada ítem? Esto considerando que cada ítem está compuesto por cantidades de 1.000 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
Si podrán cotizar. Los licitantes podrán cotizar uno, varios o todos los ítems de la licitación. Los licitantes podrán cotizar menores cantidades a las requeridas en cada ÍTEM, a condición de que las cantidades cotizadas no sean inferiores al 40% de las cantidades requeridas en cada ítem. Las cotizaciones por cantidades menores serán rechazadas.		

Consulta 21 - OFERTAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Considerando que en cada ítem la cantidad solicitada es de 1.000, monto que difícilmente pueda ser satisfecho a razón del contexto mundial en la que estamos viviendo - la suba de los carburantes y por ende en los costos de producción y flete que afecta directamente al realizar los pedidos a la fábricas, quienes indican entrega de pedidos inclusive hasta 90 días posteriores - Consulta: Considerando esta situación ¿la convocante aceptaría bienes con las mismas EE.TT y los mismos precios pero de diferentes marcas? En caso de que la respuesta sea afirmativa, algunos bienes podrían ser entregados con mayor rapidez posterior a la firma del contrato e inclusive inmediatamente posterior a la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
SE ACEPTA LO SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO REÚNA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADOS EN EL PBC.		

Consulta 22 - OFERTAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Considerando que en cada ítem la cantidad solicitada es de 1.000, monto que difícilmente pueda ser satisfecho a razón del contexto mundial en la que estamos viviendo - la suba de los carburantes y por ende en los costos de producción y flete que afecta directamente al realizar los pedidos a la fábricas, quienes indican entrega de pedidos inclusive hasta 90 días posteriores - Consulta: Considerando esta situación ¿la convocante aceptaría bienes con las mismas EE.TT y los mismos precios pero de diferentes marcas y a ser ofertados en un mismo ítem? En caso de que la respuesta sea afirmativa, algunos bienes podrían ser entregados con mayor rapidez posterior a la firma del contrato e inclusive inmediatamente posterior a la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
SE ACEPTA LO SOLICITADO SIEMPRE Y CUANDO REÚNA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLADOS EN EL PBC.		

Consulta 23 - IAL 11.1 PUNTO C

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
----------	-------------------	------------

El oferente podría presentar contratos, ordenes de compra o facturas con sus correspondientes cartas de aceptación o buen cumplimiento de contrato, que acrediten tener experiencia en PROVISIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y/O DE LABORATORIO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2022
-----------	--------------------	------------

SE ACEPTA LO SOLICITADO.

Consulta 24 - IAL 19.1

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
----------	-------------------	------------

En el pliego de bases y condiciones del presente llamado se indica que el tipo de garantía en el PUNTO 11.1 (C) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, o Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta.
Favor aclarar cuál es el tipo de Garantía de Mantenimiento a ser utilizada en el presente llamado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2022
-----------	--------------------	------------

Se utilizara lo dispuesto en la Seccion IV. Formularios de la Oferta - Formulario de Declaracion de Mantenimiento de Oferta

Consulta 25 - DISPOSICIONES GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
----------	-------------------	------------

Recomendamos solicitar 1 (una) muestra del producto cotizado en cada ítem, tal como se solicitan habitualmente en los llamados similares en cantidades y considerados como insumos y accesorios. Además, con esto se asegura la convocante de recibir exactamente lo cotizado por cada oferente, en cuanto a presentación, calidad del producto, medidas y demás especificaciones técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 26 - Item 4 Regulador de Oxigeno Medicinal

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante modificar el precio referencial, los precios establecidos no concuerda con los precios del mercado actual y más todavía tenemos que sumar dos productos más que solicitan para este ítems, que sería el fluxometro y humidificador, en Paraguay no tenemos fabricación de estos productos por lo tanto como es de público conocimientos los precios de los componentes para fabricar como también del flete se han incrementado bastante en estos últimos tiempo, por lo tanto para este ítems sugerimos que el precio referencial sea de 1.100.000gs

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 27 - Item 2 Fluxometro para oxigeno para alto flujo de 0/30 lts sistema Diss Internacional

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
Se solicita a la convocante modificar el precio referencial, los precios establecidos no concuerda con los precios del mercado actual, en Paraguay no tenemos fabricación de estos productos por lo tanto como es de público conocimientos los precios de los componentes para fabricar como también del flete se han incrementado bastante en estos últimos tiempo, por lo tanto para este ítems sugerimos que el precio referencial sea de 980.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 28 - 1. Lista de Bienes y Cronograma de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
FECHA LIMITE DE ENTREGA 30 DIAS CORRIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CONSULTA Solicitamos que la entrega para el ítem 5 sean parciales ya que las cantidades solicitadas sobre pasa el stock del mercado: 200 unidades a los 30 días 300 unidades a los 120 días 500 unidades a los 180 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-04-2022
AJUSTARSE AL PBC.		