

## Consultas Realizadas

# Licitación 403608 - LPN N° 97/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPYBS

### Consulta 1 - Formularios de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2021
Favor verificar en el portal, no estamos pudiendo descargar los formularios de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2022
Los Formularios se encuentran disponibles para su correspondiente descarga.		

### Consulta 2 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2021
Con respecto al Ítem N° 8 Batas para pacientes descartables, solicitamos se verifique el precio referencial, debido a que solicitan en un tejido tipo SMS, con un precio imposible de cumplir (Gs. 4.301), teniendo en cuenta que para la fabricación solamente en tejidos tendríamos un costo aproximado de 7500 gs.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2022
Favor considerar las últimas modificaciones realizadas al PByC.		

### Consulta 3 - vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	28-12-2021
Donde dice: El vencimiento mínimo de los insumos deberá ser de 18 (Diez y ocho) meses al momento de la entrega solicitamos a la convocante aceptar vencimiento mínimo de 12 meses al momento de la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2022
Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.		

### Consulta 4 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	29-12-2021
Solicitamos aclaración de los documentos que deben presentar oferentes que coticen productos de procedencia nacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2022
Se realizan las adecuaciones a la última versión del PByC.		

## Consulta 5 - Capacidad Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-12-2021
Podrían Indicarnos que documentación deben de presentar oferentes que coticen productos Nacionales, teniendo en cuenta que el PBC no contempla dicho requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-02-2022
Se aclara que deben presentar el Formulario del PbyC, para fabricantes de productos nacionales. Ver ultima versión del PbyC.		

## Consulta 6 - consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2022
1. En caso que un proveedor ofrezca la misma marca que otros oferentes podrá ser considerada como oferta valida? 2. Se podría extender el plazo de presentación de las muestras a 2 días? 3. Que documentación se utiliza para el plazo de reposicion de los bienes? Que dpto. realiza esta gestión y en cuanto tiempo? 4. El formulario de declaración jurada de bienes rentas y activos deberá tener fecha 2021 o 2022? Atendiendo a que muchas empresas aun no han cerrado sus balances. 5. En caso que el parque sanitario no tenga la capacidad de recibir los pedidos como seria el procedimiento? Atendiendo a que estaríamos stockeandonos de productos y eso representa un costo impotante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
1. En caso que un proveedor ofrezca la misma marca que otros oferentes podrá ser considerada como oferta valida R: Si, siempre y cuando pueda garantizar la cadena de representaciones. 2. Se podría extender el plazo de presentación de las muestras a 2 días R: La Convocante se mantiene en los términos ya establecidos inicialmente en el PbyC. 3. Que documentación se utiliza para el plazo de reposición de los bienes Que dpto. realiza esta gestión y en cuánto tiempo R: La documentación utilizada es Nota de solicitud, y la Dirección de Logística será la encargada de realizar la solicitud en el tiempo establecido en el PbyC. 4. El formulario de declaración jurada de bienes rentas y activos deberá tener fecha 2021 o 2022 Atendiendo a que muchas empresas aún no han cerrado sus balances. R: Se Aclara que el formulario deberá tener fecha según corresponda al cierre de su obligación. 5. En caso que el parque sanitario no tenga la capacidad de recibir los pedidos como seria el procedimiento Atendiendo a que estaríamos stockeandonos de productos y eso representa un costo importante. R: La Convocante aclara que el oferente deberá considerar el Plan de Entregas establecidos en el PByC.		

## Consulta 7 - item 9-10-11

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2022
Estos tres items son batas quirurgicas, en todos los productos menciona que debemos tener certificados internacionales debidamente consultarizados que avalen la calificacion del smms, en caso que exista un laboratorio nacional que realice este tipo de trabajo hace falta consularizar la documentacion?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las ultimas modificaciones del PByc.		

## Consulta 8 - ORIGEN DEL TEJIDO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
En caso de ser Tejido de Origen Nacional ( Industria Paraguaya ) aceptan el Informe de Certificación INTN y DINAVISA como certificados que avalen la calificación SMMS barrera bacteriana 90%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las últimas modificaciones del PByc.		

## Consulta 9 - COLOR DEL PRODUCTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Algun color específico para los productos ( Batas )		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las últimas modificaciones del PByc.		

## Consulta 10 - ESTERILIZACIÓN ( BATAS )

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
La Esterilización del producto ( Batas ) necesita Cinta Testigo o Papel Grado Médico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las últimas modificaciones del PByc.		

## Consulta 11 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo de entrega de la siguiente forma: Primera entrega, 20% de la cantidad mínima: 15 días corridos, posterior a la recepción de la OC. Segunda entrega, 30% de la cantidad mínima: 30 días corridos, posterior a la recepción de la OC. Tercera entrega, saldo: 60 días corridos, posterior a la recepción de la OC., esto es debido a la importación de los productos.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la última versión del PByc.		

## Consulta 12 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
En caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de producto de la misma marca y procedencia pero de diferentes medidas, ¿Será suficiente la presentación de uno de ellos, acompañado con una declaración jurada para los demás ítems en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la última versión del PByc.		

## Consulta 13 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
En caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de producto de la misma marca y procedencia pero de diferentes medidas, ¿Será suficiente la presentación de uno de ellos, acompañado con una declaración jurada para los demás ítems en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión del PByc.		

## Consulta 14 - PRECIO REFERENCIAL ITEMS 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N° 1 y 2 (AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para cada ítem es de Gs. 275, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 15 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°8 (BATAS PARA PACIENTES DESCARTABLES), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 33.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las ultimas modificaciones del PbyC.		

## Consulta 16 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°22 (CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALON), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 220.000, considerando que el material es 100% de silicona y los costos de producción son elevados, además se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 17 - ESPECIFICACION TECNICA ITEM N°23 CATETER DE ASPIRACION

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos que la longitud mínima del catéter de aspiración de 8 Fr. sea de 30cm, atendiendo que el tamaño solicitado es para uso en pediatría.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante.		

## Consulta 18 - ESPECIFICACION TECNICA ITEM 24 (CATETER DE ASPIRACION)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos que la longitud mínima del catéter de aspiración de 10 Fr. sea de 40 cm, atendiendo que el tamaño solicitado es para uso en pediatría.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante.		

## Consulta 19 - PRECIO REFERENCIAL - ítems N°23, 24, 25 y 26 (CATETER DE ASPIRACION)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°23, 24, 25 y 26 (CATETER DE ASPIRACION), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 110.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 20 - PRECIO REFERENCIAL ítems N°27, 28 y 29 (CATETER DE ASPIRACION)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°27, 28 y 29 (CATETER DE ASPIRACION), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 3.300, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 21 - PRECIO REFERENCIAL ítems N°30 y 31 (CATETER DE ASPIRACION),

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°30 y 31 (CATETER DE ASPIRACION), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 8.800, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 22 - PRECIO REFERENCIAL ITEMS 32, 33, 34 y 35 (CATETER PARA PUNCION CON ALAS)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°32, 33, 34 y 35 (CATETER PARA PUNCION CON ALAS), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.100, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 23 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 41 CATETER VENOSO CENTRAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°41, atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 220.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 24 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 43 (Catéter intravenoso para vía central pediátrico)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°43 (Catéter intravenoso para vía central pediátrico) atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 220.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 25 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 44, 45, 46, 47, 48 y 49. - (CATETER INTRAVENOSO VIA CENTRAL ADULTO)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°44, 45, 46, 47, 48 y 49, atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 220.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 26 - PRECIO REFERENCIAL ITEMS 50, 51, 52, 53, 54 y 55 (SONDA VESICAL)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°50, 51, 52, 53, 54 y 55 (SONDA VESICAL), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 27.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 27 - PRECIO REFERENCIAL ITEMS 56, 57, 58, 59, 60 y 61 (SONDA VESICAL)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N° 56, 57, 58, 59, 60 y 61 (SONDA VESICAL), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 7.700, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 28 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 63 ESPARADRAPO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°63 (ESPARADRAPO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 11.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 29 - precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Con relacion a los precios referenciales de los items 83,84y 85 las mismas se encuentran muy por debajo del precio precio del mercado, si bien se tomaron precios de llamados anteriores actualmente los especulos se encuentran entre Gs. 4.500 a 5.000</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 30 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 65, 66 Y 67 (BARAKA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°65, 66 y 67 (BARAKA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 110.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		



## Consulta 31 - PRECIO REFERENCIAL - ítem N° 68 (CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°68 (CIRCUITO PARA RESPIRADOR ADULTO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 110.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 32 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 79 Electrodo adulto

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°79 (ELECTRODO ADULTO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.100, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 33 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 80 ELECTRODO NEONATAL

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N° 80 (ELECTRODO NEONATAL), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.100, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 34 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 83 ESPECULO DESCARTABLE GRANDE

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°83 (ESPECULO DESCARTABLE GRANDE), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 5.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 35 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 84 ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°84 (ESPECULO DESCARTABLE MEDIANO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 5.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 36 - PRECIO REFERENCIAL - ítem N°85 (ESPECULO DESCARTABLE PEQUEÑO)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°85 (ESPECULO DESCARTABLE PEQUEÑO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 5.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 37 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 86 (Gorro Quirúrgico)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°86 (GORRO QUIRURGICO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 275 de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 38 - PRECIO REFERENCIAL - ITEMS N°87, 88, 89 y 90 (HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ITEMS N°87, 88, 89 y 90 (HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.100, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 39 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 91 CINTA TESTIGO PARA CALOR HUMEDO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°91 (CINTA TESTIGO PARA CALOR HUMEDO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 27.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 40 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
En lo referente a los ítems solicitados a simple vista, los precios que se encuentran como referencial son del año 2017, 2018, y sabemos que hubo suba de precios en origen de todos los productos, por la cual necesitamos la actualización de los precios referenciales, para la presentación en la misma. Obs: si le es útil se están abriendo licitaciones en el IPS con los precios sustancialmente más elevado acercándose a los precios actuales de mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 41 - PRECIO REFERENCIAL ITEM N°93 (CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°93 (CINTA TESTIGO PARA OXIDO DE ETILENO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 35.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 42 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar los precios referenciales de todos los ítems, atendiendo que las utilizadas se encuentran por debajo de los precios actuales adjudicados a instituciones Públicas como ser el Instituto de previsión social, solicitamos a la convocante la modificación de los precios referenciales, teniendo en cuenta los últimos precios adjudicados y monitoreados por la DNCP.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 43 - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, Numeral 1, dice: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año.</p> <p>Respetuosamente solicitamos a la convocante permita la presentación de este documento de la siguiente manera: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS.</p> <p>En caso de que se encuentre vencida, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en trámite de renovación, con vigencia máxima de 1 año.</p> <p>En caso de que se encuentre con inicio de trámite de registro, se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que el mismo se encuentra en Inicio de trámites de Registro Sanitario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.</p>		

## Consulta 44 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°100 (MASCARA PARA OXIGENO GRANDE)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°100 (MASCARA PARA OXIGENO GRANDE), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 8.800, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 45 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°101 (MASCARA PARA OXIGENO PEQUEÑO)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°101 (MASCARA PARA OXIGENO PEQUEÑO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 8.800, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 46 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°102 (MASCARA LARINGEA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°102 (MASCARA LARINGEA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 165.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19. &#8195;		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 47 - Plan de entrega de los bienes, dice: 1° Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Plan de entrega de los bienes, dice: 1° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. La Logística internacional está atravesando un momento complicado con atascos y retrasos en todos sus eslabones, por lo que los plazos de entregas se ven afectados y con retrasos de 60 días como mínimo. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al Convocante extender el plazo de entrega, de tal forma que quede de la siguiente manera: 1° Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.		

## Consulta 48 - Plan de entrega de los bienes, 2° Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Plan de entrega de los bienes, dice: 2° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada 10 (diez) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES. La Logística internacional está atravesando un momento complicado con atascos y retrasos en todos sus eslabones, por lo que los plazos de entregas se ven afectados y con retrasos de 60 días como mínimo. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos al convocante que este punto quede de la siguiente manera: 2° Entrega: Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada 30 (treinta) días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por la DGGIES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar los términos ya establecidos en el PbyC.		

## Consulta 49 - Item 8 Bata Paciente descartable

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos revisar el precio referencial del ítem, puesto que el material solicitado es SMS, materia prima importada (para productos nacionales) o producto terminado de origen importado. el costo no se corresponde con la realidad de los últimos 5 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las últimas modificaciones del PbyC.		

## Consulta 50 - PRECIO REFERENCIAL - ítems N°104 y 105 (MASCARILLA PARA NEBULIZADOR)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°104 y 105 (MASCARILLA PARA NEBULIZADOR), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 12.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 51 - PRECIO REFERENCIAL - ítems N°106, 107 y 108 (PAÑAL PARA ADULTOS)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°106, 107 y 108 (PAÑAL PARA ADULTOS), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 5.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 52 - PRECIO REFERENCIAL - ítem N°116 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°116 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 5.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 53 - ítem 9 Bata para quirofano extra grande SMMS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Para el caso de productos de origen Nacional, debidamente calificados por la Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria,, se solicita aceptar la presentacion de Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificacion SMMS y barrera bacteriana de 90% como minimo de la materia prima utilizada por el fabricante Nacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor considerar las ultimas modificaciones realizadas al PbyC.</p>		

## Consulta 54 - ítem 10 Bata para quirofano grande SMMS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Consulta: Para el caso de productos de origen Nacional, debidamente calificados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria,, se solicita aceptar la presentación de Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMMS y barrera bacteriana de 90% como mínimo de la materia prima utilizada por el fabricante Nacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las últimas modificaciones realizadas al PbyC.		

## Consulta 55 - ítem 11 Bata para quirofano MEDIANO SMMS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Para el caso de productos de origen Nacional, debidamente calificados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria,, se solicita aceptar la presentación de Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMMS y barrera bacteriana de 90% como mínimo de la materia prima utilizada por el fabricante Nacional. .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas al PbyC.		

## Consulta 56 - PRECIO REFERENCIAL - ítem N°117 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°117 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 6.600, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 57 - PRECIO REFERENCIAL - ítems N°118 y 119 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°118 y 119 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs.7.700, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		



## Consulta 58 - PRECIO REFERENCIAL - ítem N°120 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°120 (PLACA RADIOGRAFICA MEDICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 8.800, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 59 - PRECIO REFERENCIAL - ítem N°122 (TAPA PARA CATETER)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°122 (TAPA PARA CATETER), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 16.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 60 - ítem 9,10 y 11 Bata SMMS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Respecto a estos ítems saber si la presentación de 01 solo certificado de origen sera suficiente para los 03 ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las modificaciones introducidas al PbyC.		

## Consulta 61 - PRECIO REFERENCIAL - ITEMS N°123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ITEMS N°123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133 (TUBO DE DRENAJE PLEURAL), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 27.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 62 - PRECIO REFERENCIAL - ITEMS N°134, 135, 136 y 138 (TUBOS NASOGASTRICOS PEDIATRICO),

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ITEMS N°134, 135, 136 y 138 (TUBOS NASOGASTRICOS PEDIATRICO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 3.300, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 63 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°137 (TUBOS NASOGASTRICOS ADULTO)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°137 (TUBOS NASOGASTRICOS ADULTO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 3.300, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 64 - PRECIO REFERENCIAL ITEMS N°140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147(TUBOS ENDOTRAQUEAL)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ITEMS N°140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 147(TUBOS ENDOTRAQUEAL), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 66.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 65 - PRECIO REFERENCIAL - 148, 149, 150, 151, 152 y 153 (TUBOS ENDOTRAQUEAL)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ITEMS N°148, 149, 150, 151, 152 y 153 (TUBOS ENDOTRAQUEAL), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 16.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 66 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°159 (VENDA ELASTICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°159 (VENDA ELASTICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 10.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 67 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 160 VENDA ELASTICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°160 (VENDA ELASTICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 7.700, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 68 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°161 (VENDA ENYESADA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°161 (VENDA ENYESADA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 5.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 69 - ítem 9,10 y 11 Bata SMMS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Respecto a estos ítems saber si la presentación de 01 solo certificado de origen de producto y empleo nacional sera suficiente para las 03 medidas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima modificación introducida al PbyC.		

## Consulta 70 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°162 (VENDA ENYESADA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°162 (VENDA ENYESADA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 10.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 71 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°163 (VENDA SEMIELASTICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°163 (VENDA SEMIELASTICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 6.600, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 72 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Para el ítem 42 donde dice Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%, Solicitamos a la convocante corregir este ítem ya que las agujas introductoras no son siliconados por lo tanto favor omitir siliconado 100%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que siliconado 100% no se refiere a la aguja.		

### Consulta 73 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°164 (VENDA SEMIELASTICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°164 (VENDA SEMIELASTICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 4.400, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

### Consulta 74 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM N°165 (VENDA SEMIELASTICA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ITEM N°165 (VENDA SEMIELASTICA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 5.500, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

### Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Para el ítem 43 donde dice Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%, Solicitamos a la convocante corregir este ítem ya que las agujas introductoras no son siliconados por lo tanto favor omitir siliconado 100%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Se aclara que "siliconado 100" no se refiere a la aguja.		

### Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Para el ítem 46 donde dice Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%, Solicitamos a la convocante corregir este ítem ya que las agujas introductoras no son siliconados por lo tanto favor omitir siliconado 100%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
----------	-------------------	------------

Para el ítem 47 donde dice Catéter venoso central 7 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%, Solicitamos a la convocante corregir este ítem ya que las agujas introductoras no son siliconados por lo tanto favor omitir siliconado 100%

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
-----------	--------------------	------------

Se aclara que "siliconado 100%" no se refiere a la aguja.

## Consulta 78 - PRECIO REFERENCIAL - ítems N°166 y 167 (LAMINA CUBREOBJETO)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°166 y 167 (LAMINA CUBREOBJETO), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 600, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

## Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
----------	-------------------	------------

Para el ítem 68 donde solicitan Circuito para respirador adulto dice 1 a 2 trampas de agua cámara humidificador, Solicitamos a la convocante aclarar si es 1 o 2 trampas de agua porque al solicitar cámara humidificador se entiende que necesitan con una rama calentada por lo tanto solo se necesita una trampa de agua

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse los términos ya establecidos en el PbyC.

## Consulta 80 - Ítems 19, 20, 21 y 22

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Cánula para traqueotomía sin balón, 100% Silicona, pedimos considerar el precio referencial establecido ya que según el documento de estimación de costos toman en cuenta el ID 386626 del MI, donde no se adquirieron Cánulas de Traqueotomía de PVC Siliconado y no de material Silicona 100%, como si es el caso de los ID 366.005 y el ID 381.932 donde si corresponde a los insumos solicitados, favor actualizar los precios referenciales de los mencionados ítems

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
-----------	--------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

## Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Para el ítem 68 donde solicitan Circuito para respirador Neonatal y dice 1 a 2 trampas de agua cámara humidificador , Solicitamos a la convocante aclarar si es 1 o 2 trampas de agua porque al solicitar cámara humidificador se entiende que necesitan con una rama calentada por lo tanto solo se necesita una trampa de agua

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a los términos ya establecidos en el PbyC.

## Consulta 82 - PRECIO REFERENCIAL - ítem N°171 (TESTIGOS DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°171 (TESTIGOS DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 22.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

## Consulta 83 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Para el ítem 70 donde solicitan Circuito para respirador pediátrico y dice 1 a 2 trampas de agua cámara humidificador, Solicitamos a la convocante aclarar si es 1 o 2 trampas de agua porque al solicitar cámara humidificador se entiende que necesitan con una rama calentada por lo tanto solo se necesita una trampa de agua

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a los términos ya establecidos en el PbyC.

## Consulta 84 - Items 36 y 37

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante tener en cuenta el ID 366.005 que se refiere a una compra realizada por el MSP y BS para establecer el referencial y modificarlo según el llamado mencionado.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

## Consulta 85 - PRECIO REFERENCIAL - ITEM 172 (JERINGA DESCARTABLE CON AGUJA)

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°172 (JERINGA DESCARTABLE CON AGUJA), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.320, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 86 - CAPACIDAD TECNICA - NUMERAL 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante modificar el requisito exigido en Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica, numeral 3, de la siguiente manera: A) Para representantes, Carta Poder vigente otorgada por el fabricante debidamente legalizado y consularizada o apostillado, para comercializar el producto ofertado. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá presentar la autorización del fabricante vigente a favor del representante o distribuidor en plaza y este a su vez al oferente. B) Para oferentes que son titulares del registro sanitario cuya fabricación del producto es tercerizada, presentar contrato/acuerdo de fabricación vigente, legalizado y consularizada o apostillado. TAL COMO LA PROPIA CONVOCANTE LO ESTABLECIO EN LA LPN SBE NRO 28/2021 ID NRO 397.770, LPN NRO 51/2021 ID NRO 400146, LPN SBE 01/2021 ID NRO 397.502, ENTRE OTROS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor ajustarse a la ultima versión del PbyC.</p>		

## Consulta 87 - Item 38 y 39

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante considerar el referencial establecido ya que en su estimación de costos refieren el ID 292.542 de la UNA del año 2015, un precio absolutamente desfasado y tener en cuenta el precio referencial establecido en los ID 391513 y el ID 366005 que si se encuentran actualizados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.</p>		

## Consulta 88 - Item 121 Malla de polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Solicitamos a la convocante poder ofertar malla de polipropileno con las especificaciones tecnicas solicitadas y con tamaño de poros de 1.0 x 1.2 mm. para dar oportunidad a la presentacion de mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor ajustarse a los términos ya establecidos en el PbyC.</p>		



## Consulta 89 - PRECIOS REFERENCIALES

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se verifican precios referenciales totalmente desfasados no se ha considerado los incrementos que se dieron en las cotizaciones de monedas extranjeras con relación al guaraní. Se solicita verificar los precios de referencia de los ítems 96,97,98,99.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

## Consulta 90 - PLAZO DE ENTREGA

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se verifican precios referenciales totalmente desfasados no se ha considerado los incrementos que se dieron en las cotizaciones de monedas extranjeras con relación al guaraní. Se solicita verificar los precios de referencia de los ítems 96,97,98,99.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

## Consulta 91 - Actualizacion Precio Referencial Item No 46

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°46 (Cateter intravenoso via central adulto 7Fr 2 lumen), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 242.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

## Consulta 92 - Actualizacion de Precio Referencial Item No 47

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	03-01-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°47 (Cateter intravenoso via central adulto 7Fr 3 lumen), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 242.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	25-02-2022
------------------	---------------------------	------------

La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.

### Consulta 93 - Actualizacion precio referencial Item No 79

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°79 (Electrodo p/ECG adulto), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.540. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

### Consulta 94 - Actualizacion precio referencial Item No 87

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°87 (Hoja de bistur No11), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.540. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

### Consulta 95 - Actualizacion precio referencial Item No 88

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°88 (Hoja de bistur No15), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.540. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

### Consulta 96 - Actualizacion precio referencial Item No 89

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°89 (Hoja de bistur No 20), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.540. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 97 - Actualizacion precio referencial Item No 23

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°90 (Hoja de bistur No 23), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 1.540. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 98 - Actualizacion de precio referencial Item No 100

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°100 (Mascara para oxigeno para adulto), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 16.500. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 99 - Actualizacion precio referencial Item No 101

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°101 (Mascara para oxigeno pediatico), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 16.500. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 100 - Actualizacion precio referencial Item No 104

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°104 (Mascara para nebulizador p/adulto), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 16.500. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 101 - Actualizacion precio referencial Item No 105

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°105 (Mascara para nebulizador pediatrica), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 16.500. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 102 - Actualizacion precio referencia Item No 111

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°111 (Papel p/ECG 50mmx30mts), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 22.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 103 - Actualizacion precio referencial Item No 112

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°112 (Papel p/ECG 60mmx30mts), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 22.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 104 - Actualizacion precio referencial Item No 113

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°113 (Papel p/ECG 63mmx30mts), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 22.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 105 - Actualizacion precio referencial Item 114

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°114 (Papel p/ECG 90mmx70mm), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 33.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 106 - Actualizacion precio referencial Item 168

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°168 (Hilo de Kirchner 1.5mm), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 88.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 107 - Actualizacion de precio referencial Item No 169

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°169 (Hilo de Kirchner 1.8mm), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 88.000. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 108 - Actualizacion precio referencial Item No 27

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°27 (Cateter de aspiracion 10fr.), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 3.850. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 109 - Actualizacion precio referencial Item No 28

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°28 (Cateter de aspiracion 12fr.), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 3.850. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 110 - Actualizacion precio referencial Item No 29

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N°29 (Cateter de aspiracion 14fr.), atendiendo que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 3.850. Se debe considerar que los costos de estos productos han sufrido importantes variaciones debido a la pandemia del covid-19.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 111 - Ítems N° 63 y 64

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
(Ítem N° 63 - Esparadrapo) e (Ítem N° 64 - Cinta Adhesiva)		
Solicitamos sea aclarado si los ítems mencionado, son insumos similares o se tratan de productos diferentes?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Se aclara que los productos son diferentes.		

## Consulta 112 - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Con relación a los ítems 96; 97; 98 y 99 líquidos fijadores y líquidos reveladores respectivamente consultamos el motivo por el Cual se solicita Registro Sanitario de los mismos siendo que estos líquidos no son clasificados por el Ente Regulador como dispositivo médico; por tanto no aplicaría dicho requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar las modificaciones introducidas en la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 113 - ITEM 9: BATA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Con respecto al PBC en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el Resumen de las Especificaciones Técnicas Solicitamos respetuosamente a la convocante que permita la cotización del Ítem: 9 BATA QUIRURGICA XG con las siguientes Especificaciones Técnicas:</p> <p>Batas para quirófano tamaño extra grande, confección en tela no tejida, tipo SMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm. Certificados internacionales que avalen la calificación SMS y la eficacia de filtración bacteriana de 90% como mínimo</p> <p>La presente solicitud es motivada en base al principio de igualdad y libre competencia art 4 de la Ley 2051, considerando que la naturaleza SMS de la tela brinda una eficacia de filtración bacteriana igual o mayor a 90%, similar al solicitado. En espera de una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor considerar la ultima modificación introducida al PbyC.</p>		

## Consulta 114 - ITEM 10: BATA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Con respecto al PBC en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el Resumen de las Especificaciones Técnicas Solicitamos respetuosamente a la convocante que permita la cotización del ítem 10 BATA QUIRURGICA G con las siguientes Especificaciones Técnicas:</p> <p>Batas para quirófano tamaño grande, confección en tela no tejida, tipo SMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm + - 5cm. Certificados internacionales que avalen la calificación SMS y la eficacia de filtración bacteriana de 90% como mínimo</p> <p>La presente solicitud es motivada en base al principio de igualdad y libre competencia art 4 de la Ley 2051, considerando que la naturaleza SMS de la tela brinda una eficacia de filtración bacteriana igual o mayor a 90%, similar al solicitado. En espera de una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor considerar la ultima versión introducida al PbyC.</p>		

## Consulta 115 - ITEM 11 BATA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Con respecto al PBC en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el Resumen de las Especificaciones Técnicas Solicitamos respetuosamente a la convocante que permita la cotización del ítem 11 BATA QUIRURGICA M con las siguientes Especificaciones Técnicas:</p> <p>Batas para quirófano tamaño mediano, confección en tela no tejida, tipo SMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm + - 10cm. Certificados internacionales que avalen la calificación SMS y la eficacia de filtración bacteriana de 90% como mínimo</p> <p>La presente solicitud es motivada en base al principio de igualdad y libre competencia art 4 de la Ley 2051, considerando que la naturaleza SMS de la tela brinda una eficacia de filtración bacteriana igual o mayor a 90%, similar al solicitado. En espera de una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC.</p>		

## Consulta 116 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
Solicitamos a la convocante actualizar los precios referenciales de los ítem 23, 24, 25 y 26 porque al solicitar sistema cerrado de aspiración estamos hablando de otro tipo de circuito a la convencional por lo tanto los precios son distintos creemos que ocurrió un error involuntario al tipeo y tomando en cuenta la alta demanda y el costo de flete internacional sugerimos que el precio referencial quede en 160.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La Convocante aclara que fue considerada su solicitud y las mismas son analizadas y/o modificadas conforme corresponda.		

## Consulta 117 - EETT DEL PRODUCTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
PARA EL ITEM 8, 9 Y 10, FAVOR ACLARAR SI LAS BATAS DEBEN SER DE UN COLOR ESPECIFICO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión introducida al PbyC.		

## Consulta 118 - EMBALAJE DEL PRODUCTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
PARA EL ITEM 9 Y 10 FAVOR CONFIRMAR SI ES NECESARIO QUE EL EMBALAJE SEA CON PAPEL GRADO MEDICO O CON CINTA TESTIGO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión introducida al PbyC.		



## Consulta 119 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Pág. 22 EXPERIENCIA REQUERIDA. Donde dice Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS MÉDICOS, y/o facturaciones de venta por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los: 3 últimos años 2018 2019 - 2020.</p> <p>Consulta:</p> <p>Vemos una ambigüedad en la interpretación del texto. Por un lado se puede interpretar que si el oferente en los años 2018, 2019 y 2020 haya ejecutado la provisión por un monto equivalente al 25% del total ofertado cumple con el requisito. Un oferente que haya suministrado 8% del ofertado en el 2018, 8% del total ofertado en 2019 y 9% del total ofertado en el 2020 cumpliría con el requisito.</p> <p>Por otro lado, se podría interpretar que en cada uno de los años requeridos el oferente debió haber provisto al menos el 25% del total ofertado. Ante esta interpretación un oferente con capacidad comprobada de haber suministrado en los años 2019 y 2020 el equivalente al total ofertado y no ha suministrado en el año 2018 no cumpliría con el requisito.</p> <p>Sugerimos que:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Se incremente el porcentaje a 35% del total ofertado como mínimo para disminuir la probabilidad de la contratación de una oferente con dudosa capacidad de provisión.</li><li>2) Se incluya el año 2021 pues una empresa que ha provisto y cumplido recientemente y que supere el porcentaje solicitado estaría excluido de participar.</li><li>3) Se flexibilice el periodo de suministro modificando el texto a: Demostrar la experiencia en Copias de contratos ejecutados de provisión de bienes en INSUMOS Y/O SERVICIOS Y/O EQUIPOS MÉDICOS CON INSUMOS MÉDICOS y/o facturaciones de venta por un monto equivalente como mínimo al 35% monto total ofertado en la presente licitación, en los 3 últimos años 2019 2020 2021 en promedio- Para efectos del cálculo del promedio se aplicará la siguiente fórmula: <math>(\text{provisión 2018} + \text{provisión 2019} + \text{provisión 2020})/3 &gt; \text{Total Ofertado}</math></li><li>4) Se incorpore el criterio de experiencia específica: Haber suministrado INSUMOS Y/O SERVICIOS Y/O EQUIPOS MÉDICOS CON INSUMOS MÉDICOS al menos el 35% de ítem ofertado en alguno de los últimos 4 años (2018, 2019, 2020 o 2021).</li></ol>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 120 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Pág. 24 CAPACIDAD TÉCNICA Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. Donde dice 5. Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizada y consularizada, para comercializar el producto ofertado e inscrita en el Registro Público de Comercio.</p> <p>Consultamos Si el fabricante es nacional, ¿la carta poder debe estar consularizada? Además, solicitamos amablemente a la convocante que permita a los oferentes presentar copia simple o en trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio, con el compromiso de presentar la misma debidamente inscrita al momento de la firma del contrato.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.,		

## Consulta 121 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Pág. 26 Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas - Ítem 8 Bata para pacientes descartables. Consultamos ¿Cuál es el espesor mínimo o gramaje por m2 mínimo de tela requerida? ¿Cuál es la longitud mínima de la bata? ¿Qué repelencia bacteriana debe tener la tela? ¿Qué repelencia a líquidos debe tener la tela?</p> <p>Sugerimos no especificar la composición de la tela sino especificar que la bata debe ser en TNT (tela no tejida) independientemente de la composición de la misma y sí especificar el gramaje mínimo y las repelencias a bacterias y líquidos deseados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor considerar la ultima versión del PbyC.</p>		

## Consulta 122 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Pág. 26 y 27 Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas Ítem 9, 10 y 11 Batas quirúrgicas. Donde dice Bata quirúrgica. Batas para quirófano Tamaño extra grande, confección en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata de 120cm. Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMMS. Barrera bacteriana de 90% como mínimo.</p> <p>Consultamos, Existen fábricas de tela no tejida en nuestro país. Los certificados de repelencia bacteriana y repelencia al alcohol no pueden estar consularizados sin son correspondientes a una industria nacional. Solicitamos con el fin de que se pueda ampliar la cantidad de oferentes que la convocante acepte cuando el fabricante de la tela es una industria nacional catálogo de la tela o DDJJ del fabricante sobre la calificación de la tela. La convocante debe velar y ser celoso de la Industria Nacional, apoyando y confiando en el sector textil paraguayo. La industria textil paraguaya se ha adaptado de manera 100% efectiva ante el impacto del coronavirus. Recordemos que un paso importante para el sector fue mediante la articulación y el alcance de un «Acuerdo Nacional» para provisión de batas hospitalarias al Ministerio de Salud. Esta iniciativa de gran impacto para los talleres de confección generó, directa e indirectamente, más de 3.000 fuentes de empleo que permitieron mantener activas las fuerzas operativas del rubro textil. De esta manera, el trabajo no solo llegó a las empresas adjudicadas, sino que fue distribuido entre más de 100 mipymes del sector. Todas se rigieron por el Manual de Buenas Prácticas y Trazabilidad, garantizando así una producción que cumpla con protocolos de higiene y seguridad. Hoy más que nunca nuestro país necesita salir adelante y todas las entidades del Estado deben estar comprometidas con ese ideal, permitiendo que fabricantes nacionales puedan colocar sus productos en el mercado nacional.</p> <p>Actualmente existe UN solo oferente que cuenta con el requisito solicitado en este llamado. Este oferente fue adjudicado en el ítem 13 de la LPN SBE 67/20 ID 382914, por lo tanto, este requisito podría estar dirigido a un oferente en particular. ¿Cuál es el espesor mínimo de la tela no tejida requerida?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
<p>Favor considerar las modificaciones introducidas a la ultima versión del PbyC.</p>		

## Consulta 123 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-01-2022
<p>Pág. 26 y 27 Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas Ítem 9, 10 y 11 Batas quirúrgicas. Donde dice Bata quirúrgica. Batas para quirófano Tamaño extra grande, confección en tela no tejida, tipo SMMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10 cm de ancho, longitud mínima de la bata de 120cm. Certificados Internacionales debidamente consularizados que avalen la calificación SMMS. Barrera bacteriana de 90% como mínimo.</p> <p>Consultamos</p> <p>Existen fábricas de tela no tejida en nuestro país. Los certificados de repelencia bacteriana y repelencia al alcohol no pueden estar consularizados sin son correspondientes a una industria nacional. Solicitamos con el fin de que se pueda ampliar la cantidad de oferentes que la convocante acepte cuando el fabricante de la tela es una industria nacional catálogo de la tela o DDJJ del fabricante sobre la calificación de la tela. La convocante debe velar y ser celoso de la Industria Nacional, apoyando y confiando en el sector textil paraguayo. La industria textil paraguaya se ha adaptado de manera 100% efectiva ante el impacto del coronavirus. Recordemos que un paso importante para el sector fue mediante la articulación y el alcance de un «Acuerdo Nacional» para provisión de batas hospitalarias al Ministerio de Salud. Esta iniciativa de gran impacto para los talleres de confección generó, directa e indirectamente, más de 3.000 fuentes de empleo que permitieron mantener activas las fuerzas operativas del rubro textil. De esta manera, el trabajo no solo llegó a las empresas adjudicadas, sino que fue distribuido entre más de 100 mipymes del sector. Todas se rigieron por el Manual de Buenas Prácticas y Trazabilidad, garantizando así una producción que cumpla con protocolos de higiene y seguridad. Hoy más que nunca nuestro país necesita salir adelante y todas las entidades del Estado deben estar comprometidas con ese ideal, permitiendo que fabricantes nacionales puedan colocar sus productos en el mercado nacional.</p> <p>Actualmente existe UN solo oferente que cuenta con el requisito solicitado en este llamado. Este oferente fue adjudicado en el ítem 13 de la LPN SBE 67/20 ID 382914, por lo tanto, este requisito podría estar dirigido a un oferente en particular. ¿Cuál es el espesor mínimo de la tela no tejida requerida?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 124 - ITEM 9: BATA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2022
<p>Con respecto al PBC en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el Resumen de las Especificaciones Técnicas Solicitamos respetuosamente a la convocante que permita la cotización del Ítem: 9 BATA QUIRURGICA XG con las siguientes Especificaciones Técnicas:</p> <p>Batas para quirófano tamaño extra grande, confección en tela no tejida, tipo SMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm. Certificados internacionales que avalen la calificación SMS y la eficacia de filtración bacteriana de 90% como mínimo</p> <p>La presente solicitud es motivada en base al principio de igualdad y libre competencia art 4 de la Ley 2051, considerando que la naturaleza SMS de la tela brinda una eficacia de filtración bacteriana igual o mayor a 90%, similar al solicitado. En espera de una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 125 - ITEM 10: BATA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2022
<p>Con respecto al PBC en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el Resumen de las Especificaciones Técnicas Solicitamos respetuosamente a la convocante que permita la cotización del ítem 10 BATA QUIRURGICA G con las siguientes Especificaciones Técnicas:</p> <p>Batas para quirófano tamaño grande, confección en tela no tejida, tipo SMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm + - 5cm. Certificados internacionales que avalen la calificación SMS y la eficacia de filtración bacteriana de 90% como mínimo. La presente solicitud es motivada en base al principio de igualdad y libre competencia art 4 de la Ley 2051, considerando que la naturaleza SMS de la tela brinda una eficacia de filtración bacteriana igual o mayor a 90%, similar al solicitado. En espera de una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 126 - ITEM 11 BATA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2022
<p>Con respecto al PBC en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el Resumen de las Especificaciones Técnicas Solicitamos respetuosamente a la convocante que permita la cotización del ítem 11 BATA QUIRURGICA M con las siguientes Especificaciones Técnicas:</p> <p>Batas para quirófano tamaño mediano, confección en tela no tejida, tipo SMS descartable con cierre a lazo. Resistente a fluidos corporales, mangas con puños elastizados reforzados de 5 a 10cm de ancho, longitud mínima de la bata 120cm + - 10cm. Certificados internacionales que avalen la calificación SMS y la eficacia de filtración bacteriana de 90% como mínimo. La presente solicitud es motivada en base al principio de igualdad y libre competencia art 4 de la Ley 2051, considerando que la naturaleza SMS de la tela brinda una eficacia de filtración bacteriana igual o mayor a 90%, similar al solicitado. En espera de una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo cordialmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 127 - ITEM 163, 164 Y 165 VENDA SEMIELASTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2022
<p>Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mt como mínimo debe decir 1,80 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,80 más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts si los hubiere , sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor ajustarse a la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 128 - ítem 115 muestras

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2022
<b>Muestras</b> En atención a que en el llamado de referencia la convocante requiere para el ítem 115 Reactivos para uso en Laboratorio de Análisis solicitamos a la convocante que para el ítem mencionado la convocante permita presentar en la carpeta de Oferta la Hoja de Datos de Seguridad y/o catálogos /especificaciones técnicas del fabricante correspondiente al reactivo ofertado en reemplazo de las muestras considerando estos documentos son válidos con el cual el comité evaluador podrá claramente avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC y usualmente son solicitados en los llamados para reactivos. Teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de producto y son los documento que permiten evaluar las características técnicas en los llamados de reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
La convocante aclara que conforme al apartado de muestras serán verificadas si correspondiere al producto solicitado y ofertado según solicitud de EETT, y serán realizadas por profesionales técnicos que integren la comisión evaluadora.		

## Consulta 129 - Ítem 115

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2022
Se permitirá ofertar Parafina granulada en presentación x 1kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor ajustarse a los términos ya establecidos en el PbyC.		

## Consulta 130 - ítem 115

Consulta	Fecha de Consulta	04-01-2022
Las parafinas están diseñadas para utilizarse en un entorno de laboratorio en la preparación de muestras de tejido o celulares para microtomía. En tanto DINAVISA toma intervención para la comercialización de este producto como Reactivo Químico. En ese contexto dicho producto al no estar encuadrado en el rubro de Dispositivos Médico no requiere registro sanitario para su comercialización. Se solicita excluir el requerimiento de registro sanitario para dicho ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-02-2022
Favor dirigirse a las modificaciones a ser introducidas a la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 131 - Especificación Técnica Ítem 4 y 5 (Algodón Laminado)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud, donde dice 2,5 mt como mínimo debe decir 1,80 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,80 a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC, con sus modificaciones respectivas.		

### Consulta 132 - Precio Referencial Ítem 7 (Apósito Transparente)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 7 Apósito Transparente, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.300.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del PbyC, con sus modificaciones respectivas.

### Consulta 133 - Precio Referencial Ítem 23, 24 y 25 (Catéter de Aspiración)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems N° 23,24 y 25 Catéter de Aspiración, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 3.500.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del PbyC

### Consulta 134 - Precio Referencial Ítem 28, 29, 30 y 31 (Catéter de Punción con Alas)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems N° 28,29, 30 y 31 Catéter de Punción con Alas, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.800.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

### Consulta 135 - Especificación Técnica Ítem 59 (Esparadrapo)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt de largo como mínimo debe decir 4,5 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión, y sus modificaciones.

### Consulta 136 - Precio Referencial Ítem 59 (Esparadrapo).

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 59 Esparadrapo, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 14.000.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del PbyC, y sus modificaciones.

## Consulta 137 - Especificación Técnica - Ítem 60 (Cinta Adhesiva)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt como mínimo debe decir 4,5 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 138 - Precio Referencial Ítem 102, 103 y 104 (Pañal para Adultos)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 102,103 y 104 Pañal para Adultos, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 139 - Precio Referencial Ítem 157 y 158 (Venda Enyesada)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 157 y 158 Venda Enyesada, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venda Enyesada de 10 cm es de Gs. 6.000 y para la Venda Enyesada de 20 cm es de Gs. 12.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor dirigirse a la ultima versión del PbyC, y sus modificaciones.		

## Consulta 140 - Especificación Técnica Ítem 159, 160 y 161 (Venda Semielastica)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mts de largo como mínimo debe decir 1,8 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,8 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima modificación del PbyC, y sus modificaciones		

### Consulta 141 - Precio Referencial Ítem 159, 160 y 161 (Venda Semielastica)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 159, 160 y 161 Venda Semielastica, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venda de 30 cm es de Gs. 8.000, Venda de 15 cm es de Gs. 4.000 y para la Venda de 20 cm es de Gs. 5.000.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

### Consulta 142 - Precio Referencial Ítem 167 (Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 167 Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 22.000.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.

### Consulta 143 - Especificación Técnica Ítem 4 y 5 (Algodón Laminado)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mt como mínimo debe decir 1,80 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,80 a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.

### Consulta 144 - Precio Referencial Ítem 7 (Apósito Transparente)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 7 Apósito Transparente, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.300.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos ya establecidos inicialmente.

### Consulta 145 - Precio Referencial Ítem 23, 24 y 25 (Catéter de Aspiración).

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 23,24 y 25 Catéter de Aspiración, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 3.300.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	29-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos iniciales establecidos.



## Consulta 146 - Precio Referencial Ítem 28, 29, 30 y 31 (Catéter de Punción con Alas).

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 28,29, 30 y 31 Catéter de Punción con Alas, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.800.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 147 - Especificación Técnica Ítem 59 (Esparadrapo)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt de largo como mínimo debe decir 4,5 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 148 - Precio Referencial Ítem 59 (Esparadrapo).

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 59 Esparadrapo, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 13.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 149 - Especificación Técnica - Ítem 60 (Cinta Adhesiva)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt como mínimo debe decir 4,5 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PbyC.		

## Consulta 150 - Precio Referencial Ítem 102, 103 y 104 (Pañal para Adultos).

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 102,103 y 104 Pañal para Adultos, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.		

### Consulta 151 - Precio Referencial Ítem 157 y 158 (Venta Enyesada).

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 157 y 158 Venta Enyesada, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venta Enyesada de 10 cm es de Gs. 6.000 y para la Venta Enyesada de 20 cm es de Gs. 12.000.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.

### Consulta 152 - Especificación Técnica Ítem 159, 160 y 161 (Venta Semielastica)

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mts de largo como mínimo debe decir 1,8 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,8 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del PbyC.

### Consulta 153 - Precio Referencial Ítem 159, 160 y 161 (Venta Semielastica).

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 159, 160 y 161 Venta Semielastica, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venta de 30 cm es de Gs. 8.000, Venta de 15 cm es de Gs. 4000 y para la Venta de 20 cm es de Gs. 5.000.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.

### Consulta 154 - Precio Referencial Ítem 167 (Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick).

Consulta	Fecha de Consulta	15-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 167 Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 22.000.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.

## Consulta 155 - Especificación Técnica Ítem 4 y 5 (Algodón Laminado)

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mt como mínimo debe decir 1,80 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,80 a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.		

## Consulta 156 - Precio Referencial Ítem 23, 24 y 25 (Catéter de Aspiración).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 23,24 y 25 Catéter de Aspiración, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 3.300.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.		

## Consulta 157 - Precio Referencial Ítem 28, 29, 30 y 31 (Catéter de Punción con Alas).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 28,29, 30 y 31 Catéter de Punción con Alas, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.800.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.		

## Consulta 158 - Precio Referencial Ítem 23, 24 y 25 (Catéter de Aspiración).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 23,24 y 25 Catéter de Aspiración, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 3.300.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.		

## Consulta 159 - Especificación Técnica Ítem 59 (Esparadrapo)

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt de largo como mínimo debe decir 4,5 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.		

## Consulta 160 - Precio referencial del ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial del ítem 43 Catéter intravenosa vía central adulto ya que difiere considerablemente del precio actual del mercado. Asimismo, los precios actuales se ven afectados por el aumento en los costos logísticos. Sugerimos modificar a Gs. 350.000.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en los precios ya establecidos anteriormente según Dictamen.

## Consulta 161 - Presentación de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
----------	-------------------	------------

Por la presente solicitamos que nos confirmen o aclaren, si un producto solicitado en la licitación y en dicho ítem se puede presentar el fabricante del bien como oferente y competir, y al mismo tiempo por nota de distribución el fabricante da a varios proveedores la posibilidad de competir con el fabricante en el mismo ítem y el mismo producto. Sabiendo que el espíritu de la entrega simultánea fue siempre, que si una empresa no pudiera entregar por motivo ajeno a ella se estaría compensando dicha mercadería a la segunda o tercera empresa lo cual no ocurriría si una misma marca de un solo productor se lleva el 100% de la adjudicación sin quedan en primer, segundo y tercer lugar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá garantizar la cadena de representaciones conforme solicita el PbyC.

## Consulta 162 - Especificaciones Técnicas del ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
----------	-------------------	------------

En las EETT del ítem 38 solicitan:

38 - Catéter intravenoso para vía central pediátrico Catéter venoso central 5 Fr 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% - Unidad - Unidad

Solicitamos a la convocante la posibilidad de considerar catéteres de 4 Fr debido a que la diferencia de 1 Fr no impacta en el uso/aplicación del producto requerido y por otro lado en el mercado existe una mayor disponibilidad del mismo para el abastecimiento y facilitaría la participación de un mayor número de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar lo solicitado inicialmente por la Convocante.

## Consulta 163 - Precio referencial del ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial del ítem 38 Catéter intravenosa para vía central pediátrico ya que difiere considerablemente del precio actual del mercado. Asimismo, los precios actuales se ven afectados por el aumento en los costos logísticos. Sugerimos modificar a Gs. 320.000.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los términos ya establecidos por la convocante.

## Consulta 164 - Precios referenciales ítem 83, 84, 85 y 86 Hojas de Bisturí de Acero inoxidable.

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Sugerimos a la convocante modificar aumentar el precio referencial a Gs. 1.500 o más, puesto que han aumentado costos logísticos en el transcurso del año y para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los términos iniciales establecidos en el PbyC.		

## Consulta 165 - Especificaciones técnicas ítem 117 Malla de polipropileno para Hernia.

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Sugerimos a la convocante considerar también agregar especificaciones tales como el grosor de la pared (0,53mm +-5mm) y el peso del material (60g/m2 +- 5g) ya que dichas especificaciones aseguran mejor la fijación y el cumplimiento del objetivo de utilización del material, el cual es proporcionar el menor dolor posible al paciente y mayor practicidad para el profesional de salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.		

## Consulta 166 - Precio Referencial Ítem 7 (Apósito Transparente)

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 7 Apósito Transparente, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.600		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los precios inicialmente establecidos.		

## Consulta 167 - Precio Referencial Ítem 59 (Esparadrapo).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 59 Esparadrapo, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 13.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 168 - Especificación Técnica - Ítem 60 (Cinta Adhesiva)

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt como mínimo debe decir 4,5 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PByC, y sus modificaciones,.		

### Consulta 169 - Precio Referencial Ítem 102, 103 y 104 (Pañal para Adultos).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 102,103 y 104 Pañal para Adultos, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Favor considerar los precios iniciales establecidos por la Convocante.		

### Consulta 170 - Precio Referencial Ítem 157 y 158 (Venda Enyesada).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 157 y 158 Venda Enyesada, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venda Enyesada de 10 cm es de Gs. 6.000 y para la Venda Enyesada de 20 cm es de Gs. 12.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Se mantienen los precios referenciales inicialmente previstos por la Convocante.		

### Consulta 171 - Especificación Técnica Ítem 159, 160 y 161 (Venda Semielastica)

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mts de largo como mínimo debe decir 1,8 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,8 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Se mantienen los términos establecidos por la Convocante.		

### Consulta 172 - Precio Referencial Ítem 159, 160 y 161 (Venda Semielastica).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 159, 160 y 161 Venda Semielastica, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venda de 30 cm es de Gs. 8.000, Venda de 15 cm es de Gs. 4000 y para la Venda de 20 cm es de Gs. 5.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
Se mantienen los términos inicialmente establecidos por la convocante.		

## Consulta 173 - Precio Referencial Ítem 167 (Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick).

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 167 Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 22.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 174 - Ítem 59 - Esparadrappo

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Las cintas adhesivas quirúrgicas están compuestas por el sustrato y el adhesivo, sólo el adhesivo puede ser a base de goma o caucho, por lo tanto, sugerimos a la convocante la modificación de las especificaciones técnicas como sigue: Cinta adhesiva quirúrgica con adhesivo a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable, a prueba de humedad, 5 cm x 5 mts de largo mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 175 - Ítem 59 - Esparadrappo

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Atendiendo al cuidado de la piel de los pacientes, sugerimos a la convocante la inclusión de los requerimientos Hipoalergénico, Microporoso y de Color Blanco dentro de las Especificaciones Técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 176 - Ítem 59 - Esparadrappo

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Sugerimos a la convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas la presentación del producto para el momento de la entrega, creemos que sería mejor a los efectos de almacenamiento y logística por parte del Ministerio de Salud, realizar entregas en cajas de 12 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PByC, y sus modificaciones,.		

## Consulta 177 - Ítem 60 Cintas Médicas.

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Las cintas adhesivas quirúrgicas están compuestas por el sustrato y el adhesivo, sólo el adhesivo puede ser a base de goma o caucho, por lo tanto, sugerimos a la convocante la modificación de las especificaciones técnicas como sigue: Cinta adhesiva quirúrgica hipoalergénica con adhesivo a base de goma o caucho, de alta adherencia 5 cm x 5 m como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar lo solicitado inicialmente por la Convocante.		

### Consulta 178 - Ítem 60 Cintas Médicas.

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

Atendiendo al cuidado de la piel de los pacientes, sugerimos a la convocante la inclusión de los requerimientos: Sustrato Impermeable Microporoso , Hipoalergénico, a prueba de humedad y de Color Blanco, dentro de las Especificaciones Técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.

### Consulta 179 - Ítem 60 Cintas Médicas.

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

Sugerimos a la convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas la presentación del producto para el momento de la entrega, creemos que sería mejor a los efectos de almacenamiento y logística por parte del Ministerio de salud realizar entregas en cajas de 6 unidades y que cada unidad se encuentre en carrete de plástico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.

### Consulta 180 - Especificación Técnica Ítem 4 y 5 (Algodón Laminado)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mt como mínimo debe decir 1,80 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,80 mts a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.

### Consulta 181 - Precio Referencial Ítem 7 (Apósito Transparente)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 7 Apósito Transparente, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.300.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.

### Consulta 182 - Precio Referencial Ítem 23, 24 y 25 (Catéter de Aspiración)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems N° 23,24 y 25 Catéter de Aspiración, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 3.300.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.



## Consulta 183 - Precio Referencial Ítem 28, 29, 30 y 31 (Catéter de Punción con Alas)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 28,29, 30 y 31 Catéter de Punción con Alas, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.800.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 184 - Especificación Técnica Ítem 59 (Esparadrapo)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt de largo como mínimo debe decir 4,5 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.		

## Consulta 185 - Precio Referencial Ítem 59 (Esparadrapo)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 59 Esparadrapo, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 13.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 186 - Especificación Técnica - Ítem 60 (Cinta Adhesiva)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt como mínimo debe decir 4,5 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PByC, y sus modificaciones,.		

## Consulta 187 - Precio Referencial Ítem 102, 103 y 104 (Pañal para Adultos)

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 102,103 y 104 Pañal para Adultos, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 188 - Precio Referencial Ítem 157 y 158 (Venta Enyesada)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 157 y 158 Venta Enyesada, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venta Enyesada de 10 cm es de Gs. 6.000 y para la Venta Enyesada de 20 cm es de Gs. 12.000.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.

## Consulta 189 - Especificación Técnica Ítem 159, 160 y 161 (Venta Semielastica)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 2,5 mts de largo como mínimo debe decir 1,8 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,8 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 2,5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.

## Consulta 190 - Precio Referencial Ítem 159, 160 y 161 (Venta Semielastica)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems Nº 159, 160 y 161 Venta Semielastica, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido para la Venta de 30 cm es de Gs. 8.000, Venta de 15 cm es de Gs. 4000 y para la Venta de 20 cm es de Gs. 5.000.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.

## Consulta 191 - Precio Referencial Ítem 167 (Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick)

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem Nº 167 Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 22.000.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.

## Consulta 192 - ITEM N° 59 - ESPARADRAPO

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Sugerimos a la convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas la presentación del producto para el momento de la entrega, creemos que sería mejor a los efectos de almacenamiento y logística por parte del Ministerio de Salud, realizar entregas en cajas de 12 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PByC, y sus modificaciones,.		

## Consulta 193 - Precio referencial del ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial del ítem 43 Catéter intravenosa vía central adulto ya que difiere considerablemente del precio actual del mercado. Asimismo, los precios actuales se ven afectados por el aumento en los costos logísticos. Sugerimos modificar a Gs. 350.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 194 - Especificaciones Técnicas del ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
En las EETT del ítem 38 solicitan: 38 - Catéter intravenoso para vía central pediátrico Catéter venoso central 5 Fr 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% - Unidad - Unidad		
Solicitamos a la convocante la posibilidad de considerar catéteres de 4 Fr debido a que la diferencia de 1 Fr no impacta en el uso/aplicación del producto requerido y por otro lado en el mercado existe una mayor disponibilidad del mismo para el abastecimiento y facilitaría la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los términos ya establecidos por la convocante.		

## Consulta 195 - Precio referencial del ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial del ítem 38 Catéter intravenosa para vía central pediátrico ya que difiere considerablemente del precio actual del mercado. Asimismo, los precios actuales se ven afectados por el aumento en los costos logísticos. Sugerimos modificar a Gs. 320.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 196 - Precios referenciales ítem 83, 84, 85 y 86 Hojas de Bisturí de Acero inoxidable.

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Sugerimos a la convocante modificar aumentar el precio referencial a Gs. 1.500 o más, puesto que han aumentado costos logísticos en el transcurso del año y para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 197 - Especificaciones técnicas ítem 117 Malla de polipropileno para Hernia.

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
Sugerimos a la convocante considerar también agregar especificaciones tales como el grosor de la pared (0,53mm +-5mm) y el peso del material (60g/m2 +- 5g) ya que dichas especificaciones aseguran mejor la fijación y el cumplimiento del objetivo de utilización del material, el cual es proporcionar el menor dolor posible al paciente y mayor practicidad para el profesional de salud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.		

## Consulta 198 - 1. En la sección: Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. ( ) vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 96; 97; 98; 99 y 111. Consultamos el motivo de la exclusión de los ítems biomédicos, dado el caso que también son insumos médicos exigidos para el registro en DINAVISA, por lo que se debería de aplicar el mismo criterio de exonerar o exigir registro a todos los ítems de manera igualitaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del Pbyc y sus modificaciones.		

## Consulta 199 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bolsa para anestesia 3 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias) consultamos la posibilidad de aceptar también productos libres de látex, ya que es sabido que existen pacientes que no pueden tener contacto con el látex		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

### Consulta 200 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8,

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bolsa para anestesia 3 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias) consultamos la posibilidad de que se detalle el tamaño de la boquilla de la bolsa, que irá conectado a la máquina de anestesia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

### Consulta 201 - 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bolsa para anestesia 3 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias) consultamos la forma de empaquetado o no que requiere la convocante para la entrega de éstos productos, es decir, pedimos aclarar si requieren empaquetado unitario, sin empaquetados o sencillamente entregar en cajas. La cantidad mínima por caja cuanto sería si lo requieren?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

### Consulta 202 - 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bolsa para anestesia 500 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable. consultamos la posibilidad de aceptar también productos libres de látex, ya que es sabido que existen pacientes que no pueden tener contacto con el látex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

### Consulta 203 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bolsa para anestesia 500 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable. consultamos la posibilidad de que se detalle el tamaño de la boquilla de la bolsa, que irá conectado a la máquina de anestesia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

### Consulta 204 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm consultamos la posibilidad de que los tubos que van a las fosas nasales sean curvos para mayor comodidad al paciente y también para evitar lesiones en las vías aéreas superiores a razón de una utilización prolongada ante la exposición de oxígeno al 100%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 205 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm consultamos la posibilidad de que acepten una longitud mínima de 200 mm, ya que es sabido que en algunos lugares las camas o las sillas de urgencias o consultorios se encuentran muy retirados de las tomas de gases o los cilindros de oxígeno. Con ésta longitud mínima, se podrá utilizar casi en cualquier circunstancia en los hospitales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 206 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm consultamos aclarar si considera por la convocante que éste producto este preparado para su utilización normal en un rango de flujo de oxígeno de 1 a 6 Litros/min, donde tal vez ciertos productos no cumplan eso y en caso de que el paciente requiera ese flujo, la bigotera no sea un impedimento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 207 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 5 Fr x 8 cm - 2 Lumen, donde los 8 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 208 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
, donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de 0,021" x 45 cm de nitinol, lumen distal de 18GA y Lumen Proximal de 20 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 5 Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 209 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,021" x 45 cm, dilatador de 6 Fr, Bisturí, tapón de inyección, Aguja introductora 21 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 210 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 5 Fr x 8 cm - 3 Lumen, donde los 8 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 211 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía 0,021" x 45 cm de nitinol, lumen distal de 18GA, lumen medio de 20 GA y Lumen Proximal de 20 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 5 Fr.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 212 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,021" x 45 cm, dilatador de 6 Fr, Bisturí, tapón de inyección, Aguja introductora 21 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 213 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7 Fr x 20 cm - 2 Lumen, donde los 20 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia para pacientes ADULTOS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 214 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% la Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 14 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 7 Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 215 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% la Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 216 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 7 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7 Fr x 8 cm - 3 Lumen, donde los 8 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		



## Consulta 217 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 16 GA, lumen medio de 18 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 5 Fr.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 218 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 219 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 7,5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7,5 Fr x 15 cm - 2 Lumen, donde los 15 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 220 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 14 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 7,5 Fr.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 221 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7,5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 222 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 3 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, .Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7,5 Fr x 15 cm - 3 Lumen, donde los 15 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 223 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 3 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, .Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: on guía de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 16 GA, lumen medio de 18 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 7,5 Fr.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 224 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 3 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, .Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7,5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.</p>		

## Consulta 225 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la extensión mínima del circuito que se requiere, que normalmente es de 1.6 metros como mínimo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.

## Consulta 226 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante el tipo de material solicitado para el circuito de anestesia, uno de los materiales atóxicos, resistentes y flexibles a la vez es el poliuretano y las conexiones a la máquina de anestesia de material de polipropileno.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.

## Consulta 227 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la posibilidad de incluir una bolsa de anestesia de 2 L y una manguera de extensión adicional con su respectivo adaptador para la máquina de anestesia, al mismo precio estimado que la convocante dispone.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.

## Consulta 228 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante aclarar si éste ítem requieren que esté libre de plastificantes (DEHP) y que sea libre de látex

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.

## Consulta 229 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	17-03-2022
-----------------	--------------------------	------------

donde dice: Circuito para máquina de anestesia Adulto. Sin válvula de Rubens. 1000 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante el tipo de material solicitado para el circuito de anestesia, uno de los materiales atóxicos, resistentes y flexibles a la vez es el poliuretano y las conexiones a la máquina de anestesia de material de polipropileno.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-03-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.

## Consulta 230 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Circuito para máquina de anestesia Adulto. Sin válvula de Rubens. 1000 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la posibilidad de incluir una bolsa de anestesia de 2 L y una manguera de extensión adicional con su respectivo adaptador para la máquina de anestesia, al mismo precio estimado que la convocante dispone		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 231 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Circuito para máquina de anestesia Adulto. Sin válvula de Rubens. 1000 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante aclarar si éste ítem requieren que esté libre de plastificantes (DEHP) y que sea libre de látex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 232 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la extensión mínima del circuito que se requiere, que normalmente es de 1.6 metros como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 233 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante el tipo de material solicitado para el circuito de anestesia, uno de los materiales atóxicos, resistentes y flexibles a la vez es el poliuretano y las conexiones a la máquina de anestesia de material de polipropileno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 234 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la posibilidad de incluir una bolsa de anestesia de 2 L y una manguera de extensión adicional con su respectivo adaptador para la máquina de anestesia, al mismo precio estimado que la convocante dispone.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 235 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante aclarar si éste ítem requieren que esté libre de plastificantes (DEHP) y que sea libre de látex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 236 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante aclarar si éste ítem requieren que esté libre de plastificantes (DEHP) y que sea libre de látex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 237 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Adulto con 1 a 2 trampas de agua. Con conexiones adaptables al respirador. Cámara humidificadora. Universal, Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante a raíz que no piden hilo calefactor en éste ítem, solicitar un circuito con 2 trampas de agua debido a la condensación excesiva que arrojará la cámara humidificadora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 238 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Adulto con 1 a 2 trampas de agua. Con conexiones adaptables al respirador. Cámara humidificadora. Universal, Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar las conexiones estándares utilizados en circuitos con cámara universal tales como: línea de presión de 180 cm x 3mm, conector en L con puerto de muestreo, tapon de muestreo, Pieza en Y 15 ID/22OD, 22OD con puerto de temperatura, con tapón de puerto de temperatura, 4 tubos corrugados de 22 mm x 75 cm, 4 conectores recto 22ID/22OD, 1 tubo corrugado de 22 mm x 60 cm, Cámara humidificadora, 1 filtro antibacteriano de alta performance con puerto luer lock, Universal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 239 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 65

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Neonatal (LACTANTE MENOR) de 0 a 28 días menor a 3 kg. con 1 a 2 trampas de agua alambre calentador y cámara humidificadora. Conexiones adaptables al equipo. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar que sea con 1 hilo calentador y 1 trampa de agua debido a que cuando se utiliza el hilo calefactor, la trampa de agua no se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 240 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 65

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Neonatal (LACTANTE MENOR) de 0 a 28 días menor a 3 kg. con 1 a 2 trampas de agua alambre calentador y cámara humidificadora. Conexiones adaptables al equipo. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar las conexiones estándares utilizados en circuitos con cámara universal tales como: línea de presión de 150 cm x 1/8 pulgada con tapón, pieza en Y 10OD, 2 conectores recto 10ID/10OD, 2 tubos corrugados de 10 mm x 60 cm, 4 conectores recto 10OD/22ID, 1 trampa de agua, 1 conector tipo T, 1 tapón de temperatura, 1 tubo corrugado de 10 mm x 130cm azul con rama calentada, 1 tubo corrugado de 10 mm x 60 cm azul, 2 conectores recto desechable 7,8OD/10OD, 2 conectores recto desechable 22OD/10OD, 1 cámara humidificadora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 241 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 66

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Pediátrico, Universal 2 A 15 AÑOS (3,1 A 14,9 KG) con 1 a 2 trampa de agua, con conexiones adaptables al respirador. ALAMBRE CALENTADOR Y CÁMARA HUMIDIFICADORA. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar que sea con 1 hilo calentador y 1 trampa de agua debido a que cuando se utiliza el hilo calefactor, la trampa de agua no se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 242 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 66

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
donde dice: Pediátrico, Universal 2 A 15 AÑOS (3,1 A 14,9 KG) con 1 a 2 trampa de agua, con conexiones adaptables al respirador. ALAMBRE CALENTADOR Y CÁMARA HUMIDIFICADORA. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar las conexiones estándares utilizados en circuitos con cámara universal tales como: línea de presión de 150 cm x 1/8 pulgada, puerto de temperatura con tapón, pieza en Y 15OD, 4 conectores recto 15OD/22ID, 2 tubos corrugados de 15 mm x 60 cm, 1 tubo corrugado de 15 mm x 130 cm azul, 1 trampa de agua 15OD, conjunto de alambre calentador para circuito de 130 cm, conector en T del alambre calentador, 1 tubo corrugado de 15 mm x 60 cm azul, 1 anillo de fijación para el circuito calentado, 1 cámara humidificadora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 243 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 67, 68, 69 colector de orina

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
consultamos a la convocante aclarar si para estos ítems precisan que sea estéril o no para evitar infecciones urinarias, además de eso en cada uno de ellos ver la posibilidad de que tenga una válvula de desagote, para eliminar la orina alojada en la bolsa y que siga el paciente con la misma bolsa hasta que el médico decida cambiarla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Se aclara que se solicita en envase estéril individual. La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 244 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
consultamos a la convocante si requieren que los ítems sean libre de ftalatos plastificantes (DEHP) y libre de látex por ser un insumo que tiene contacto directo con las vías respiratorias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 245 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
consultamos a la convocante aclarar si considera por la convocante que éste producto este preparado para su utilización normal en un rango de flujo de oxígeno de 6 a 8 Litros/min, con una concentración media de oxígeno entre 40 a 50%. Donde tal vez ciertos productos no cumplan eso y en caso de que el paciente requiera ese flujo, la bigotera no sea un impedimento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 246 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 100 y 101

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
consultamos a la convocante si requieren que los ítems sean libre de pftalos plastificantes (DEHP) y libre de látex por ser un insumo que tiene contacto directo con las vías respiratorias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 247 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 100 y 101

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
consultamos a la convocante si requieren que los ítems cuenten con una capacidad mínima de 8 ml para alojar medicamentos y que haya un volumen muerto máximo de 0.7 ml y conector hembra de 22 mm para la correcta sincronización con el ventilador pulmonar en el caso de utilizarse con éste último.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 248 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 136 al 153

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
consultamos a la convocante si no creen pertinente que los tubos endotraqueales sean resistentes a la torsión, ya que si estos insumos se tuercen dentro de las vías respiratorias inferiores de un paciente, podrían matar por asfixia al mismo, ya que el tubo ET se utiliza con un paciente sedado y conectado al ventilador pulmonar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos.		

## Consulta 249 - Precios referenciales ITEMS 8 y 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños, y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que el ítem 8 (&#8370; 23.367 ) se ajuste al mismo precio que al ítem 9 (&#8370; 47.930), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		



## Consulta 250 - Precios referenciales ITEMS 8 y 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños, y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que el ítem 8 (Gs 23.367 ) se ajuste al mismo precio que al ítem 9 (Gs 47.930), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 251 - Precios referenciales ITEMS 38 y 39

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños, y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que el ítem 38 (Gs 235.500)se ajuste al mismo precio que al ítem 39 (Gs 214.125), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 252 - Precios referenciales ITEMS 42 al 45:

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños, y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que los ítems 42-44-45 se ajuste al mismo precio que al ítem 43 (Gs Gs 169.325), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 253 - Precios referenciales ITEMS 64 al 65

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños, y todos los ítems solicitan cámara humidificadora y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que los ítems 64 - 66 se ajuste al mismo precio que al ítem 65 (Gs 365.116), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 254 - Precios referenciales ITEMS 67 al 69

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que los ítems 67 - 69 se ajuste al mismo precio que al ítem 68 (Gs 31.167), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.</p>		

## Consulta 255 - Precios referenciales ITEMS 96 al 97

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que el ítem 97 se ajuste al mismo precio que al ítem 96 (Gs 9.317), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.</p>		

## Consulta 256 - Precios referenciales ITEMS 96 al 97\*\*\*

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>existe una disparidad en los precios de referencia en esos dos ítems ya que se venden al mismo precio por ser el mismo producto, solo de diferentes tamaños y sabiendo que el la comisión evaluadora normalmente decide declarar desierto el ítem cuando la oferta de los proveedores supera los precios referenciales, solicitamos a la convocante que el ítem 97 se ajuste al mismo precio que al ítem 96 (Gs 9.317), total gana el proveedor con mejor precio y con esto se asegura que no se declare desierto el ítem por pasar encima del precio referencial.***</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.</p>		

## Consulta 257 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>Ítem 59 - Esparadrapo            Consulta 1: Las cintas adhesivas quirúrgicas están compuestas por el sustrato y el adhesivo, sólo el adhesivo puede ser a base de goma o caucho, por lo tanto, sugerimos a la convocante la modificación de las especificaciones técnicas como sigue: Cinta adhesiva quirúrgica con adhesivo a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable, a prueba de humedad, 5 cm x 5 mts de largo mínimo            Consulta 2: Atendiendo al cuidado de la piel de los pacientes, sugerimos a la convocante la inclusión de los requerimientos Hipoalergénico y Microporoso en las Especificaciones Técnicas            Consulta 3: Sugerimos a la convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas la presentación del producto para el momento de la entrega, creemos que sería mejor a los efectos de almacenamiento y logística por parte del Ministerio de Salud, realizar entregas en cajas de 12 unidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
<p>Favor considerar la ultima versión del PByC, y sus modificaciones,.</p>		

## Consulta 258 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>Ítem 60 Cintas Médicas.</p> <p>Consulta 1: Las cintas adhesivas quirúrgicas están compuestas por el sustrato y el adhesivo, sólo el adhesivo puede ser a base de goma o caucho, por lo tanto, sugerimos a la convocante la modificación de las especificaciones técnicas como sigue: Cinta adhesiva quirúrgica hipoalergénica con adhesivo a base de goma o caucho, de alta adherencia 5 cm x 5 m como mínimo.</p> <p>Consulta 2: Atendiendo al cuidado de la piel de los pacientes, sugerimos a la convocante la inclusión de los requerimientos: Sustrato Impermeable, Hipoalergénico, Microporoso , a prueba de humedad y de Color Blanco dentro de las Especificaciones Técnicas.</p> <p>Consulta 3: Sugerimos a la convocante incluir dentro de las especificaciones técnicas la presentación del producto para el momento de la entrega, creemos que sería mejor a los efectos de almacenamiento y logística por parte del Ministerio de salud realizar entregas en cajas de 6 unidades y que cada unidad se encuentre en carrete de plástico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PByC, y sus modificaciones,.		

## Consulta 259 - Registro Sanitario Ítem 87 (Cinta testigo para calor humedo).

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2022
<p>Solicitamos a la Convocante excluir el requerimiento del PBC de Certificado de Registro Sanitario DNVS/MSPBS para el ítem 87: Cinta Testigo para calor húmedo, teniendo en cuenta que la Ley 4659/12 que en su Art. 2 define cuales son los Dispositivos medico (instrumentos, aparatos insumos hospitalarios para ser destinados principalmente al dignostico, prevención monitoreo ), por tanto, en Informe de la DNVS/MSPBS en respuesta a la consulta realizada respondio que el mismo NO requiere de Registro Sanitario emitido en el rubro por la DNVS</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-03-2022
Favor considerar la ultima versión del PByC, y sus modificaciones,.		

## Consulta 260 - Requisito documental

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
<p>1. En la sección: Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, donde dice: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS. () vigente otorgada por la DNVS una vez vencido el plazo de la constancia emitida por la DNVS. Excluir de este requisito a los ítems: 96; 97; 98; 99 y 111. Consultamos el motivo de la exclusión de los ítems biomédicos, dado el caso que también son insumos médicos exigidos para el registro en DINAVISA, por lo que se debería de aplicar el mismo criterio de exonerar o exigir registro a todos los ítems de manera igualitaria</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 261 - 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
<p>2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8, donde dice: Bolsa para anestesia 3 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias) consultamos la posibilidad de aceptar también productos libres de látex, ya que es sabido que existen pacientes que no pueden tener contacto con el látex.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 262 - 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8, donde dice: Bolsa para anestesia 3 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias) consultamos la posibilidad de que se detalle el tamaño de la boquilla de la bolsa, que irá conectado a la máquina de anestesia

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

### Consulta 263 - 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 8, donde dice: Bolsa para anestesia 3 Lt. de látex Natural y reusable. (Bolsas respiratorias) consultamos la forma de empaquetado o no que requiere la convocante para la entrega de éstos productos, es decir, pedimos aclarar si requieren empaquetado unitario, sin empaquetados o sencillamente entregar en cajas. La cantidad mínima por caja cuanto sería si lo requieren?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

### Consulta 264 - 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9, donde dice: Bolsa para anestesia 500 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable. consultamos la posibilidad de aceptar también productos libres de látex, ya que es sabido que existen pacientes que no pueden tener contacto con el látex.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

### Consulta 265 - 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9, donde dice: Bolsa para anestesia 500 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable. consultamos la posibilidad de que se detalle el tamaño de la boquilla de la bolsa, que irá conectado a la máquina de anestesia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

### Consulta 266 - 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 9, donde dice: Bolsa para anestesia 500 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable. consultamos la forma de empaquetado o no que requiere la convocante para la entrega de éstos productos, es decir, pedimos aclarar si requieren empaquetado unitario, sin empaquetados o sencillamente entregar en cajas. La cantidad mínima por caja cuanto sería si lo requieren?

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 267 - 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10, donde dice: Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm consultamos la posibilidad de que los tubos que van a las fosas nasales sean curvos para mayor comodidad al paciente y también para evitar lesiones en las vías aéreas superiores a razón de una utilización prolongada ante la exposición de oxígeno al 100%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 268 - 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10, donde dice: Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm consultamos la posibilidad de que acepten una longitud mínima de 200 mm, ya que es sabido que en algunos lugares las camas o las sillas de urgencias o consultorios se encuentran muy retirados de las tomas de gases o los cilindros de oxígeno. Con ésta longitud mínima, se podrá utilizar casi en cualquier circunstancia en los hospitales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 269 - 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 10, donde dice: Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100% .libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm consultamos aclarar si considera por la convocante que éste producto este preparado para su utilización normal en un rango de flujo de oxígeno de 1 a 6 Litros/min, donde tal vez ciertos productos no cumplan eso y en caso de que el paciente requiera ese flujo, la bigotera no sea un impedimento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 270 - 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38, donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 5 Fr x 8 cm - 2 Lumen, donde los 8 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 271 - 12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38, donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de 0,021" x 45 cm de nitinol, lumen distal de 18GA y Lumen Proximal de 20 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 5 Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 272 - 13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 38, donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,021" x 45 cm, dilatador de 6 Fr, Bisturí, tapón de inyección, Aguja introductora 21 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 273 - 14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39, donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 5 Fr x 8 cm - 3 Lumen, donde los 8 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 274 - 15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39, donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía 0,021" x 45 cm de nitinol, lumen distal de 18GA, lumen medio de 20 GA y Lumen Proximal de 20 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 5 Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 275 - 16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 39, donde dice: Catéter venoso central 5 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,021" x 45 cm, dilatador de 6 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 21 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 276 - 17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42, donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7 Fr x 20 cm - 2 Lumen, donde los 20 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia para pacientes ADULTOS

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 277 - 17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

17. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42, donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7 Fr x 20 cm - 2 Lumen, donde los 20 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia para pacientes ADULTOS

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 278 - 18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42, donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% la Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 14 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 7 Fr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 279 - 19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 42, donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% la Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 280 - 20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43, donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 7 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7 Fr x 8 cm - 3 Lumen, donde los 8 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 281 - 21. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

21. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43, donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100% Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 16 GA, lumen medio de 18 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 5 Fr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-



## Consulta 282 - 22. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

22. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 43, donde dice: Catéter venoso central 7 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 283 - 23. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

23. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44, donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 7,5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7,5 Fr x 15 cm - 2 Lumen, donde los 15 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 284 - 24. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

24. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44, donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: con guía de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 14 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 7,5 Fr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 285 - 25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
----------	-------------------	------------

25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 44, donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7,5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-

## Consulta 286 - 26. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
26. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45, donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 3 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, .Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de aclarar o solicitar por parte de ustedes la longitud mínima de la punta de 5 Fr, por ejemplo: Catéter venoso central 7,5 Fr x 15 cm - 3 Lumen, donde los 15 cm es la distancia mínima que normalmente cuentan los catéteres comerciales de buena referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 287 - 27. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
27. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45, donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 3 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, .Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de especificar la guía metálica, ya que la mayoría de marcas reconocidas en nuestro país, como en el exterior hoy en día utilizan una aleación metálica de nitinol, y para ser más específicos recomendamos a la convocante especificar de la siguiente manera: on guía de 0,032" x 60 cm de nitinol, lumen distal de 16 GA, lumen medio de 18 GA y Lumen Proximal de 18 GA, donde se detallan las distancias y tamaños mínimos estándares para éste tamaño de 7,5 Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 288 - 28. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
28. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 45, donde dice: Catéter venoso central 7,5 Fr - 3 Lumen Compatible para técnica de Seldinger, .Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Consultamos la posibilidad de que la convocante exija la inclusión de otros insumos mínimos que los cuales normalmente se precisa al momento de la utilización de estos insumos, tales insumos adicionales que recomendamos son: Abrazadera de catéter, Jeringa de 5 ml, Guía de 0,032" x 60 cm, dilatador de 8 Fr, Bisturi, tapón de inyección, Aguja introductora 18 GA. Todos estos insumos con esos tamaños detallados para un catéter de 7,5 Fr normalmente son provistos por los fabricantes de renombre al mismo costo que la convocante estima en la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 289 - 29. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
29. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61, donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la extensión mínima del circuito que se requiere, que normalmente es de 1.6 metros como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 290 - 30. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
30. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61, donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante el tipo de material solicitado para el circuito de anestesia, uno de los materiales atóxicos, resistentes y flexibles a la vez es el poliuretano y las conexiones a la máquina de anestesia de material de polipropileno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 291 - 31. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61, donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la posibilidad de incluir una bolsa de anestesia de 2 L y una manguera de extensión adicional con su respectivo adaptador para la máquina de anestesia, al mismo precio estimado que la convocante dispone.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 292 - 32. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
32. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 61, donde dice: Circuito corrugado para máquina de anestesia Adulto. Universal. Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante aclarar si éste ítem requieren que esté libre de plastificantes (DEHP) y que sea libre de látex		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 293 - 33. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
33. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Adulto. Sin válvula de Rubens. 1000 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la extensión mínima del circuito que se requiere, que normalmente es de 1.6 metros como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 294 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Adulto. Sin válvula de Rubens. 1000 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante el tipo de material solicitado para el circuito de anestesia, uno de los materiales atóxicos, resistentes y flexibles a la vez es el poliuretano y las conexiones a la máquina de anestesia de material de polipropileno		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 295 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Adulto. Sin válvula de Rubens. 1000 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la posibilidad de incluir una bolsa de anestesia de 2 L y una manguera de extensión adicional con su respectivo adaptador para la máquina de anestesia, al mismo precio estimado que la convocante dispone		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 296 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 62, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Adulto. Sin válvula de Rubens. 1000 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante aclarar si éste ítem requieren que esté libre de plastificantes (DEHP) y que sea libre de látex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 297 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la extensión mínima del circuito que se requiere, que normalmente es de 1.6 metros como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 298 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante el tipo de material solicitado para el circuito de anestesia, uno de los materiales atóxicos, resistentes y flexibles a la vez es el poliuretano y las conexiones a la máquina de anestesia de material de polipropileno		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 299 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante la posibilidad de incluir una bolsa de anestesia de 2 L y una manguera de extensión adicional con su respectivo adaptador para la máquina de anestesia, al mismo precio estimado que la convocante dispone.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 300 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 63, donde dice: Circuito para máquina de anestesia Pediátrico. Sin válvula de Rubens. 500 ml (Barakas). Compatible con el equipo de la institución Consultamos a la convocante aclarar si éste ítem requieren que esté libre de plastificantes (DEHP) y que sea libre de látex.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 301 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 64, donde dice: Adulto con 1 a 2 trampas de agua. Con conexiones adaptables al respirador. Cámara humidificadora. Universal, Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante a raíz que no piden hilo calefactor en éste ítem, solicitar un circuito con 2 trampas de agua debido a la condensación excesiva que arrojará la cámara humidificadora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 302 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 64, donde dice: Adulto con 1 a 2 trampas de agua. Con conexiones adaptables al respirador. Cámara humidificadora. Universal, Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar las conexiones estándares utilizados en circuitos con cámara universal tales como: línea de presión de 180 cm x 3mm, conector en L con puerto de muestreo, tapon de muestreo, Pieza en Y 15 ID/22OD, 22OD con puerto de temperatura, con tapón de puerto de temperatura, 4 tubos corrugados de 22 mm x 75 cm, 4 conectores recto 22ID/22OD, 1 tubo corrugado de 22 mm x 60 cm, Cámara humidificadora, 1 filtro antibacteriano de alta performance con puerto luer lock, Universal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 303 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 65

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 65, donde dice: Neonatal (LACTANTE MENOR) de 0 a 28 días menor a 3 kg. con 1 a 2 trampas de agua alambre calentador y cámara humidificadora. Conexiones adaptables al equipo. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar que sea con 1 hilo calentador y 1 trampa de agua debido a que cuando se utiliza el hilo calefactor, la trampa de agua no se requiere		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 304 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 65,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 65, donde dice: Neonatal (LACTANTE MENOR) de 0 a 28 días menor a 3 kg. con 1 a 2 trampas de agua alambre calentador y cámara humidificadora. Conexiones adaptables al equipo. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar las conexiones estándares utilizados en circuitos con cámara universal tales como: línea de presión de 150 cm x 1/8 pulgada con tapón, pieza en Y 10OD, 2 conectores recto 10ID/10OD, 2 tubos corrugados de 10 mm x 60 cm, 4 conectores recto 10OD/22ID, 1 trampa de agua, 1 conector tipo T, 1 tapón de temperatura, 1 tubo corrugado de 10 mm x 130cm azul con rama calentada, 1 tubo corrugado de 10 mm x 60 cm azul, 2 conectores recto desechable 7,8OD/10OD, 2 conectores recto desechable 22OD/10OD, 1 cámara humidificadora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 305 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 66

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 66, donde dice: Pediátrico, Universal 2 A 15 AÑOS (3,1 A 14,9 KG) con 1 a 2 trampa de agua, con conexiones adaptables al respirador. ALAMBRE CALENTADOR Y CÁMARA HUMIDIFICADORA. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar que sea con 1 hilo calentador y 1 trampa de agua debido a que cuando se utiliza el hilo calefactor, la trampa de agua no se requiere		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 306 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 66

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 66, donde dice: Pediátrico, Universal 2 A 15 AÑOS (3,1 A 14,9 KG) con 1 a 2 trampa de agua, con conexiones adaptables al respirador. ALAMBRE CALENTADOR Y CÁMARA HUMIDIFICADORA. Compatible con el equipo de la Institución consultamos a la convocante detallar las conexiones estándares utilizados en circuitos con cámara universal tales como: línea de presión de 150 cm x 1/8 pulgada, puerto de temperatura con tapón, pieza en Y 150D, 4 conectores recto 150D/22ID, 2 tubos corrugados de 15 mm x 60 cm, 1 tubo corrugado de 15 mm x 130 cm azul, 1 trampa de agua 150D, conjunto de alambre calentador para circuito de 130 cm, conector en T del alambre calentador, 1 tubo corrugado de 15 mm x 60 cm azul, 1 anillo de fijación para el circuito calentado, 1 cámara humidificadora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 307 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 67, 68, 69 colector de orina,

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítem 67, 68, 69 colector de orina, consultamos a la convocante aclarar si para estos ítems precisan que sea estéril o no para evitar infecciones urinarias, además de eso en cada uno de ellos ver la posibilidad de que tenga una válvula de desagote, para eliminar la orina alojada en la bolsa y que siga el paciente con la misma bolsa hasta que el médico decida cambiarla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 308 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98, consultamos a la convocante si requieren que los ítems sean libre de ftalatos plastificantes (DEHP) y libre de látex por ser un insumo que tiene contacto directo con las vías respiratorias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 309 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98, consultamos a la convocante aclarar si considera por la convocante que éste producto este preparado para su utilización normal en un rango de flujo de oxígeno de 6 a 8 Litros/min, con una concentración media de oxígeno entre 40 a 50%. Donde tal vez ciertos productos no cumplan eso y en caso de que el paciente requiera ese flujo, la bigotera no sea un impedimento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 310 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 97 y 98, consultamos a la convocante aclarar si considera por la convocante que éste producto este preparado para su utilización normal en un rango de flujo de oxígeno de 6 a 8 Litros/min, con una concentración media de oxígeno entre 40 a 50%. Donde tal vez ciertos productos no cumplan eso y en caso de que el paciente requiera ese flujo, la bigotera no sea un impedimento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 311 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 100 y 101

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 100 y 101, consultamos a la convocante si requieren que los ítems sean libre de ftalatos plastificantes (DEHP) y libre de látex por ser un insumo que tiene contacto directo con las vías respiratorias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 312 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 100 y 101

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 100 y 101, consultamos a la convocante si requieren que los ítems cuenten con una capacidad mínima de 8 ml para alojar medicamentos y que haya un volumen muerto máximo de 0.7 ml y conector hembra de 22 mm para la correcta sincronización con el ventilador pulmonar en el caso de utilizarse con éste último		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 313 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 136 al 153

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2022
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ítems 136 al 153, consultamos a la convocante si no creen pertinente que los tubos endotraqueales sean resistentes a la torsión, ya que si estos insumos se tuercen dentro de las vías respiratorias inferiores de un paciente, podrían matar por asfixia al mismo, ya que el tubo ET se utiliza con un paciente sedado y conectado al ventilador pulmonar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		



## Consulta 314 - Especificación Técnica Ítem 10 (Cánula Nasal para Oxigenoterapia)

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado donde dice tubuladora de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm debe decir longitud mínima de 90 cm, de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas 90 cm de longitud a más como mínimo no perjudica a ofertas de 100 cm de longitud si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 315 - Precio Referencial Ítem 23, 24 y 25 (Catéter de Aspiración).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los ítems Nº 23,24 y 25 Catéter de Aspiración, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 3.300.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 316 - Precio Referencial Ítem 28, 29, 30 y 31 (Catéter de Punción con Alas).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los ítems Nº 28,29, 30 y 31 Catéter de Punción con Alas, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.800.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 317 - Especificación Técnica Ítem 59 (Esparadrapo)

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt de largo como mínimo debe decir 4,5 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 318 - Precio Referencial Ítem 59 (Esparadrapo).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 59 Esparadrapo, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 13.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

### Consulta 319 - Especificación Técnica - Ítem 60 (Cinta Adhesiva)

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt como mínimo debe decir 4,5 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 320 - Precio Referencial Ítem 102, 103 y 104 (Pañal para Adultos).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems N° 102,103 y 104 Pañal para Adultos, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

### Consulta 321 - Precio Referencial Ítem 167 (Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 167 Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 22.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 322 - Asunto: Especificación Técnica Ítem 10 (Cánula Nasal para Oxigenoterapia)

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado donde dice tubuladora de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm debe decir longitud mínima de 90 cm, de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas 90 cm de longitud a más como mínimo no perjudica a ofertas de 100 cm de longitud si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 323 - Precio Referencial Ítem 23, 24 y 25 (Catéter de Aspiración).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los ítems Nº 23,24 y 25 Catéter de Aspiración, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 3.300.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 324 - Precio Referencial Ítem 28, 29, 30 y 31 (Catéter de Punción con Alas).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los ítems Nº 28,29, 30 y 31 Catéter de Punción con Alas, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 2.800.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 325 - : Especificación Técnica Ítem 59 (Españador)

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt de largo como mínimo debe decir 4,5 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 326 - Precio Referencial Ítem 59 (Esparadrapo).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 59 Esparadrapo, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 13.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

### Consulta 327 - Especificación Técnica - Ítem 60 (Cinta Adhesiva)

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 5 mt como mínimo debe decir 4,5 mts como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 4,5 mts a más como mínimo no perjudica a ofertas de 5 mts si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 328 - Precio Referencial Ítem 102, 103 y 104 (Pañal para Adultos).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Ítems N° 102,103 y 104 Pañal para Adultos, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 5.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

### Consulta 329 - Precio Referencial Ítem 167 (Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick).

Consulta	Fecha de Consulta	18-04-2022
: Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial del Ítem N° 167 Testigos de Esterilización p/ Autoclave Test de Bowie Dick, atendiendo que se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el mercado, el precio sugerido es de Gs. 22.000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

### Consulta 330 - Item 90- Control Biológico de Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Solicitamos a la convocante indicar el tiempo de incubación del indicador descrito en la sección de Suministros Requeridos- Especificaciones técnicas- ítem 90.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 331 - PRECIO REFERENCIAL ITEMS 23, 24, 25 y 26

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítems N°23, 24, 25 y 26 (CATETER DE ASPIRACION), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 110.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado. Se debe considerar que el costo de estos productos ha sufrido variaciones debido a la pandemia del covid-19		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 332 - REQUISITO DOCUMENTA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Solicitamos a la convocante verificar que los ítems N° 87; 96; 97; 98; 99 y 111, no corresponde a los a ítems de líquidos reveladores y fijadores. Por lo tanto solicitamos a la convocante la verificación de que ítems son los que no aplicaría la presentación del Registro Sanitario con relación a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 333 - LIQUIDOS REVELADORES Y FIJADORES REGISTRO SANITARIO:

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Los líquidos reveladores, fijadores y las placas radiográficas son representados por diferentes proveedores y/o oferentes por tal motivo no pueden estar incluidos en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios. Solicitamos a la convocante Excluir la presentación de registro sanitario para los LIQUIDOS REVELADORES Y FIJADORES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 334 - Liquido fijador para placas radiográficas

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Liquido fijador para placas radiográficas: Concentrado para placas radiográficas automático. Presentación para la entrega: Bidón x 5 lt. como mínimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido fijador concentrado para revelado de placas radiográficas. Presentación para la entrega: Preparación de 38 litros Unidad 3 (tres) Bidónes: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A . 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 335 - Liquido fijador para placas radiográficas:

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Liquido fijador para placas radiográficas: Concentrado para placas radiográficas manual. Presentación para la entrega: Bidón x 5 lt. como mínimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido fijador concentrado para revelado de placas radiográficas. Presentación para la entrega: Preparación de 38 litros Unidad 3 (tres) Bidónes: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A . 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 336 - Liquido revelador concentrado para placas radiográficas:

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Liquido revelador concentrado para placas radiográficas: Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas automático Unidad Presentación Para la entrega: Bidón x 5 lt. como mínimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido revelador concentrado para placas radiográficas. - Preparación de 38 litros. Presentación Para la entrega Unidad 3 (tres) Bidónes: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B y C como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 337 - Liquido revelador concentrado para placas radiográficas:

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Liquido revelador concentrado para placas radiográficas: Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas manual Unidad Presentación Para la entrega: Bidón x 5 lt. como mínimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido revelador concentrado para placas radiográficas. - Preparación de 38 litros. Presentación Para la entrega Unidad 3 (tres) Bidónes: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B y C como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

### Consulta 338 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar el precio referencial de los Líquidos reveladores y fijadores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		

## Consulta 339 - ITEM 64 AL 66

Consulta	Fecha de Consulta	19-04-2022
En relación a los ítems 64, 65 y 66 donde dicen: "... Compatible con el equipo de la institucion". Nos gustaría amablemente que compartan la información de cuales equipos (marca y modelo) utilizarían los accesorios solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 340 - Ítem Nº 10 - Cánula nasal para oxigenoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes y evitar que la misma sea direccionada hacia un solo oferente en particular, solicitamos a la convocante modificar el siguiente punto dentro de las Especificaciones Técnicas: Donde dice "tubo de las fosas nasales regulables": que la especificación regulable sea opcional, ya que esta no afecta a la funcionalidad de los tubos de las fosas nasales de silicona, estandarizados por Franja etaria, en este caso para adulto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 341 - LIQUIDOS REVELADORES Y FIJADORES REGISTRO SANITARIO:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Los líquidos reveladores, fijadores y las placas radiográficas son representadas por diferentes proveedores y/o oferentes por tal motivo no pueden estar incluidos en el registro sanitario de las placas radiográficas como accesorios. Solicitamos a la convocante Excluir la presentación de registro sanitario para los LIQUIDOS REVELADORES Y FIJADORES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 342 - Liquido fijador para placas radiográficas:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Liquido fijador para placas radiográficas: Concentrado para placas radiográficas automático. Presentación para la entrega: Bidón x 5 lt. como mínimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido fijador concentrado para revelado de placas radiográficas. Presentación para la entrega: Preparación de 38 litros Unidad 3 (tres) Bidones: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A . 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 343 - Ítem Nº 10 - Cánula nasal para oxigenoterapia

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes y evitar que la misma sea direccionada hacia un solo oferente en particular, solicitamos a la convocante modificar el siguiente punto dentro de las Especificaciones Técnicas: Donde dice "tubo de las fosas nasales regulables": que la especificación regulable sea opcional, ya que esta no afecta a la funcionalidad de los tubos de las fosas nasales de silicona, estandarizados por Franja etaria, en este caso para adulto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 344 - Liquido fijador para placas radiográficas

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Liquido fijador para placas radiográficas: Concentrado para placas radiográficas manual. Presentación para la entrega: Bidón x 5 lt. como mínimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido fijador concentrado para revelado de placas radiográficas. Presentación para la entrega: Preparación de 38 litros Unidad 3 (tres) Bidónes: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A . 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 345 - Liquido revelador concentrado para placas radiográficas:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Liquido revelador concentrado para placas radiográficas: Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas automático Unidad Presentación Para la entrega: Bidón x 5 lt.como minimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido revelador concentrado para placas radiográficas. - Preparación de 38 litros. Presentación Para la entrega Unidad 3 (tres) Bidónes: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B y C como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		

## Consulta 346 - Liquido revelador concentrado para placas radiográficas:

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2022
Liquido revelador concentrado para placas radiográficas: Liquido revelador Concentrado para placas radiográficas manual Unidad Presentación Para la entrega: Bidón x 5 lt.como minimo. Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas como sigue: Liquido revelador concentrado para placas radiográficas. - Preparación de 38 litros. Presentación Para la entrega Unidad 3 (tres) Bidónes: 1 (uno) Bidon de 9,5 litros Parte A 2 (dos) Bidones de 950 ml Parte B y C como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-05-2022
Favor ajustarse a los términos iniciales del PBC con sus últimas modificaciones realizadas en la versión 15.-		



## Consulta 347 - PRECIOS REFERENCIALES

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	20-04-2022
Solicitamos a la Convocante actualizar los precios referenciales		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	06-05-2022
Favor considerar los precios ya establecidos por la Convocante según Dictamen.		