

Consultas Realizadas

Licitación 405328 - LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".

Consulta 1 - Lote N° 12-3 Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Se solicita Proteína C Reactivo (P.C.R.) con la provisión de equipo Agitador de Placas en comodato. - Favor aclarar si realmente necesitarán los agitadores de placas. - Nuestra consulta obedece a que el precio referencial del P.C.R. con provisión de equipos en comodato solicitados en este lote está MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado. - Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
La convocante se mantiene en lo solicitado considerando que las mismas son necesarias. En cuanto a los precios referenciales han sido analizados y las mismas se mantienen tal como ha sido remitido según el Dictamen DOC N° 378/21, considerando que se han solicitado a más de 35 empresas y las mismas no fueron respondidas por ellas, por lo que se han utilizado y basado en los datos del Portal de precios adjudicados de la DNCP.		

Consulta 2 - Lote N° 17-1

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 24 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03.		

Consulta 3 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
<p>Informamos a la convocante que el precio referencial del insumo solicitado en los lotes N° 42, 147, 311, 383, están MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado, el insumos solicitado mínimamente está costando entre 900 y 1.000 Gs .</p> <p>Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene estos insumos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
<p>La convocante se mantiene en lo solicitado en cuanto a los precios referenciales; han sido analizados y las mismas se mantienen tal como fue remitido según el Dictamen DOC N° 378/21, considerando que se han solicitado a más de 35 empresas y las mismas no fueron respondidas por ellas, por lo que se han utilizado y basado en los datos del Portal de precios adjudicados de la DNCP.</p>		

Consulta 4 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
<p>Solicitan Pipetas Automática con volumen variable para los LOTES 69-2; 175-2; 252-2; 338-2 y 410-2 ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 5-50 ul?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
<p>Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03</p>		

Consulta 5 - Precios Refrenciales Frasco p/Orina

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
<p>Informamos a la convocante que el precio referencial del insumo solicitado en los LOTES N° 49, 154, 244, 318, 390 están MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado, el insumos solicitado mínimamente está costando entre 1.200 y 1.500 Gs .</p> <p>Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene estos insumos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
<p>La convocante se mantiene en lo solicitado en cuanto a los precios referenciales; han sido analizados y las mismas se ratifican tal como fue remitido según el Dictamen DOC N° 378/21 .</p>		

Consulta 6 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
<p>Presentación</p> <p>Solicitan Pipetas Automática con volumen variable de 50-200 ul para los LOTES 69-3; 175-3; 252-3 y 410-3 ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 20-200 ul?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
<p>Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03</p>		

Consulta 7 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Solicitan Pipetas Automática con volumen variable de 200-1.000 ul para los LOTES 69-4; 175-4; 252-4 y 410-4 ¿Podemos ofertar Pipeta Automática con volumen variable de 100-1.000 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 8 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Solicitan Puntas desechables para pipetas automáticas para los LOTES 69-11; 69-12; 69-16; 175-11; 175-12; 175-16; 252-9; 338-7; 410-11; 410-12 y 410-16 ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 2-200 ul? El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 9 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Solicitan Puntas desechables para pipetas automáticas para los LOTES 69-13; 175-13; 252-10; 338-8 y 410-13 ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 50-1.000 ul? El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 10 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Solicitan Puntas desechables para pipetas automáticas para los LOTES 69-15; 175-15 y 410-15 ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 0,5-20 ul? El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 11 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Solicitan Puntas desechables para pipetas automáticas para los LOTES 69-17; 175-17 y 410-17 ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 5-300 ul? El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 12 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Solicitan Puntas desechables para pipetas automáticas para los LOTES 69-14; 175-14; 252-10; 338-9 y 410-14 ¿Podemos ofertar Puntas desechables con volumen de 500-5.000 ul y en una presentación de Bolsa x 200 Unidades como mínimo? El volumen que estamos ofreciendo cumple con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 13 - Presentación

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Solicitan Sangre de Test Oculta con capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación, para los LOTES N° 116-1; 224-1; 279-1 y 363-1 ¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 24 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 14 - Precios Referenciales PCR

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2022
Se solicita para los LOTES N° 107-3; 271-3 y 358-3, Proteína C Reactivo (P.C.R.) con la provisión de equipo Agitador de Placas en comodato. - Favor aclarar si realmente necesitarán los agitadores de placas, - Nuestra consulta obedece a que el precio referencial del P.C.R. con provisión de equipos en comodato solicitados en estos lotes están MUY POR DEBAJO de los precios actuales y reales del mercado. - Favor tener en cuenta esta información porque a la hora de la evaluación casi siempre están declarando desierto por el elevado costo que realmente tiene.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
La convocante se mantiene en lo solicitado en cuanto a los precios referenciales; han sido analizados y las mismas se ratifican tal como fue remitido según el Dictamen DOC N° 378/21 .		

Consulta 15 - Año de Fabricacion de los Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
- Se podría ofertar equipos en comodato con un máximo de hasta 10 años de antigüedad de año de fabricación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 16 - Troponina Tn(I) - Dimero D

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
- Se puede ofertar reactivos inmunoturbidimetricos para Tn(I) y Dímero D de marca diferente a las ofertadas para las demás determinaciones que han sido previamente validados por el fabricante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
La convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC originalmente. Se solicita la misma marca de reactivos para todo el lote de reactivos.		

Consulta 17 - Equipo de Soporte Troponina - Dimero D

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
- Se podría ofertar un equipo de soporte para Troponina y Dimero D por la metodología de quimioluminiscencia que ofrezca los resultados en 13 minutos, teniendo en cuenta la importancia en la urgencia de estos resultados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 18 - Equipo de Crisis

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
- Se puede ofertar para crisis equipos de 4 canales de lectura con posiciones de incubación entre 8 y 10 muestras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
La convocante se mantiene en lo establecido originalmente en el PBC. Teniendo en cuenta que la consulta cumple con las EETT solicitadas.		

Consulta 19 - Requisitos Documentales - Habilitacion del Servicio Tecnico

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
- Requisitos documentales- Habilitación Vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos emitido por el MSPBS.: Se solicita a la convocante que la habilitación sea propia del oferente, no facilitado por terceros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
La convocante se mantiene a lo establecido originalmente en el PBC, no obstante se aclara que la habilitación del servicio técnico vigente debe ser del oferente .		

Consulta 20 - EQUIPO DE SOPORTE PARA ELECTROLITOS

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
Se podría ofertar un equipo de soporte para Electrolitos atendiendo a que esto permitiría la continuidad de la emisión de resultados de Química Clínica sin que se vea afectada ante desperfectos del módulo de electrodos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
Adecuarse a la Adenda y al Pliego de Bases y Condiciones Versión N° 03		

Consulta 21 - PARA CRASIS

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2022
- Para Crasis. Se pueden ofertar reactivos, controles y calibradores de la misma marca que sean diferentes a la marca original del equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
La convocante se mantiene en los términos establecidos en el PBC originalmente. Se solicita la misma marca de reactivos para todo el lote de reactivos.		

Consulta 22 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Se solicita amablemente a la convocante favor tener en cuenta para la primera entrega unos 30 días de plazo, considerando los tiempos de importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2022
La convocante se mantiene en los términos estipulados originalmente en el PBC. Se solicita respetar los tiempos estipulados teniendo en cuenta el stock crítico de insumos y reactivos en los laboratorios de la DRNL		

Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
para lotes 2/101/264/348 Consultamos a la Convocante si los Equipos en Comodato deben ser portátiles ? favor especificar el peso aproximado que debe tener el mismo para ser portátil o sea de mano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06. NO OBSTANTE LA CONVOCANTE ACLARA QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN COMODATO DEBEN SER PORTATILES DE MANO.		

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Para los lotes 2-101-264-348 CARTUCHO ANALIZADOR DE SANGRE consultamos a la Convocante si los equipos en comodato solicitados deben ser portátiles de mano?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06. NO OBSTANTE LA CONVOCANTE ACLARA QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN COMODATO DEBEN SER PORTATILES DE MANO.		

Consulta 25 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Para los Lotes N° 47, 152, 316, 388, en los que se solicita Detergente No iónico Solicitamos a la convocante aclarar si el detergente no iónico solicitado debe contar con 4 enzimas (proteasa, amilasa, lipasa y carbohidrasa) de manera a asegurarse la solubilización con facilidad del material orgánico o suciedad adherido a los instrumentales, equipos no críticos o semi -críticos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
----------	-------------------	------------

Para los Lotes N° 47, 152, 316, 388 en los que se solicita Detergente No iónico
Podría la convocante aclarar si la dilución del detergente no iónico debe ser de 1 ml de producto por cada 1 litro de agua?

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.

Consulta 27 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar las EETT de los lotes N° 47, 152, 316, 388 de la siguiente manera: "Detergente No iónico Multienzimático (4 ENZIMAS COMO MINIMO proteasa, lipasa, amilasa y carbohidrasa) para lavado de material quirúrgico. Con dilución de 1 ml por cada 1 litro de agua para mayor rendimiento. Biodegradable. Bidón x 5 litros como mínimo"

Las modificaciones solicitadas son de manera a que la convocante se asegure de que el producto a ser adquirido reúna las condiciones de un detergente de calidad, además de permitirse acceder a mejores ofertas en cuanto a precio y rendimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.

Consulta 28 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
----------	-------------------	------------

Para los Lotes N° 47, 152, 316, 388. Solicitamos a la convocante requerir la "presentación de certificados vigentes de gestión de calidad como la ISO 9001 Y la ISO 13485 emitida por organismos de certificación internacional". Estos documentos deben ser presentados de manera a corroborar que los fabricantes de los productos ofertados se encuentran utilizando e implementando sistemas de gestión de calidad en la producción de medicinas, desinfectantes y productos de limpieza, accediendo la convocante a lo solicitado la misma se asegurara de adquirir productos que hayan sido producidos bajo normas de calidad certificadas.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE PARA LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIONES ES EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA (LCSP) LA DEPENDENCIA DEL MSPBS ENCARGADA DE REGISTRAR A LAS EMPRESAS IMPORTADORAS Y SU PRODUCTO A IMPORTAR. Y SON ELLOS LOS QUE PROPORCIONAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PBC A LOS POSIBLES OFERENTES POTENCIALES.

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Con respecto al contador hematológico para los Lotes: LOTE 3: Horqueta LOTE 98: Hospitales distritales - II RG San Pedro LOTE 258: Hospital distrital Bella Vista norte LOTE 349: Hospital distrital Curuguaty El Pliego de Bases y condiciones solicita que el volumen de muestra sea entre 30-50 ul, Solicitamos a la convocante considerar el volumen de entre 20-50 ul lo cual sería conveniente en el caso de obtener muestras pediátricas y que requieran realizar varias repeticiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Con respecto al contador hematológico para los Lotes: LOTE 3: Horqueta LOTE 98: Hospitales distritales - II RG San Pedro LOTE 258: Hospital distrital Bella Vista norte LOTE 349: Hospital distrital Curuguaty El Pliego de Bases y condiciones solicita de acceso aleatorio, con capacidad de carga de 50 posiciones de muestra como mínimo, realizar urgencias aleatoriamente y continuar procesando las demás muestras, en relación a las posiciones de muestras solicitadas, podrían la convocante aceptar con 39 posiciones de muestras como mínimo? Esto permitirá contar con mayores ofertas susceptibles de adjudicación y no limitar la participación a un solo modelo de equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Con respecto al Analizador de Química para el LOTE 347: Hospital Regional Salto del Guairá. La convocante solicita 1 (un) equipo para área Química capaz de procesar como mínimo 350 det./hora, en relación al rendimiento por hora, podrían la convocante aceptar un procesamiento de como mínimo de 330 Det./hora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 32 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Con respecto al Analizador de Inmunología para el LOTE 347: Hospital Regional Salto del Guairá, la convocante solicitan las puntas de pipetas del equipo que deberán ser descartables, en relación a esta especificación favor considerar las puntas de las pipetas con sistemas de lavados internos sin puntas descartables, ya que dicha metodología de pipeteo solo se ajusta a un modelo equipo particular en el mercado. Por tal motivo solicitamos tener en cuenta el sistema de pipeteos y lavados automáticos de las agujas que evita el arrastre, ya que estas están ajustados igualmente a la efectividad de las pruebas con el fin de minimizar al máximo las contaminaciones cruzadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Con respecto al Analizador de Química para los Lotes: LOTE 3: Horqueta LOTE 258: Hospital distrital Bella Vista norte LOTE 347: Hospital Regional Salto del Guairá El reactivo de Hemoglobina Glicosilada podría ser de otra marca igualmente compatible al equipo y con la aplicación configurable para el mismo? O en su defecto podrían aceptar un equipo dedicado exclusivamente para hemoglobina Glicosilada por metodología HPLC o Inmunofluorescencia? En caso de ser afirmativo solicitamos a la convocante la modificación correspondiente en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 34 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
Podría la convocante aclarar si para los Lote 212 y Lote 268 - El Test Rápido de Hepatitis A, requiere kit de Antígeno o Anticuerpo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
La convocante en los Lotes N° 11, 106, 214, 270 y 357 solicita Kit de Reactivo Antigeno V.D.R.L con la siguiente presentación: Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 250 determinaciones por presentación. Se solicita a la convocante ampliar la Presentación de entrega de la siguiente manera: Capacidad de realizar como mínimo 100 y un máximo de 300 determinaciones por presentación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
La convocante en los Lotes N° 16, 115, 223, 278, 362 solicita Test Rápido para Rotavirus Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad. Solicitamos a la convocante que amplíe la sensibilidad de lo requerido a 99,1%. A fin de no limitar la participación a oferentes interesados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 37 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
La convocante en los Lotes N° 29 - Ítem N° 2; Lote N° 135 - Ítem N° 2; Lote N° 236 - Ítem N° 2; Lote N° 300 - Ítem N° 2 y Lote N° 373 - Ítem N° 2 solicita Tubo con anticoagulante - EDTA, con las siguientes especificaciones: En polipropileno transparente. Tubos con tapa conteniendo anticoagulante EDTA. Volumen de muestra máximo 2,5 ml. Solicitamos a la convocante ampliar el Tubo anticoagulante con capacidad de volumen máximo de 3 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 38 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
La convocante en los Lote N° 29 - ítems 3; Lote N° 135 - Ítem N° 3; Lote N° 236 - Ítem 3 solicita Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación, con las siguientes especificaciones: Con citrato de sódico al 3,8%. Capacidad de muestra máximo 1 ml. Solicitamos a la convocante ampliar el Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación con capacidad de volumen máximo de 1,8 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
La convocante en los Lote N° 30, 136, 237, 301 y 374 solicita Tubo de plástico separador de suero, con Capacidad de muestra MINIMA 1,5 a 10 ml. Solicitamos a la convocante ampliar y que la misma cuenta con una capacidad de volumen mínima de 1,5 ml a 9 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL PBC ORIGINALMENTE . SE ACLARA QUE LA CONSULTA CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO SOLICITADO.		

Consulta 40 - SERVICIOS BENEFICIARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
Solicitamos a la Convocante aclarar lugares donde debe entregarse el producto REACTIVO CONFIRMACION HIV de los lotes 119-227-282		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 41 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
LOTE 1: ¿Se podrán separar del lote 1 las pruebas de C3 y C4 que corresponden a los ítems 28 y 29?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 42 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-06-2022
LOTE 97: ¿Se podrán separar del lote 97 las pruebas de C3 y C4 que corresponden a los ítems 28 y 29?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06.		

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Solicitamos a la convocante aclarar si los equipos requeridos en comodato correspondientes a los lotes 2-101-264-348: DEBEN SER PORTATILES DE MANO?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES VERSION N° 06. NO OBSTANTE LA CONVOCANTE ACLARA QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN COMODATO DEBEN SER PORTATILES DE MANO.		

Consulta 44 - LOTE 16

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Solicitamos a la Convocante ampliar el rango de especificidad a 97%, con el propósito de dar posibilidad de ofertar a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Teniendo en cuenta que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de mejor desempeño.		

Consulta 45 - lote 102 ítem 1 Test rápido para HIV

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Con el propósito de dar mayor participación a potenciales oferentes: podría la convocante aceptar que la sensibilidad sea a partir del 97%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC Teniendo en cuenta que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de mejor desempeño.		

Consulta 46 - lote 96-ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Reactivos para procesamiento de hemograma automatizado, con provisión de 1 (un) equipo en comodato, mínimo 80 test/hora. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO AUTOMATIZADO MINIMO PARA 50 TEST/HORAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. El equipo solicitado es el que se necesita para cubrir la demanda de la prueba en el servicio afectado. Se debe tener en cuenta que es un laboratorio ubicado en un Hospital Regional que requiere un equipo de estas mínimas características solicitadas.		

Consulta 47 - lote 103 ítem 1 Sifilis - Test Rapido

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Con el propósito de dar mayor participación a potenciales oferentes, podría la convocante ampliar el requerimiento de sensibilidad al 97%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo establecido en el PBC. Teniendo en cuenta que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitado corresponde a una prueba de mejor desempeño		

Consulta 48 - lote 97-ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Reactivos para procesamiento de hemograma automatizado, con provisión de 1 (un) equipo en comodato, mínimo 80 test/hora. Con el propósito de dar mayor participación a potenciales oferentes: PODRIAMOS OFERTAR UN EQUIPO CON UN MINIMO DE 50 TEST/HORAS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. El equipo solicitado es el que se necesita para cubrir la demanda de la prueba en el servicio afectado. Se debe tener en cuenta que es un laboratorio ubicado en un Hospital Distrital de alta demanda de pacientes , que requiere un equipo de estas mínimas características solicitadas.		

Consulta 49 - Especificaciones Tecnicas-KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLOGICO

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
En los lotes donde solicitan: Reactivos para procesamiento de hemograma automatizado, con provisión de 1 (un) equipo en comodato, mínimo 80 test/hora. PODRIAMOS OFERTAR UN EQUIPO QUE HAGA COMO MINIMO 50 TEST/HORAS? Teniendo en cuenta la ley 2051 que ampara la libre competencia entre oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC . Se han formulado las EETT según los niveles de complejidad de los servicios afectados.		

Consulta 50 - LOTE 347

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
SOLICITAN: Reactivos todos listos para usar, con provisión de equipos en comodato: - 1 (un) equipo para área Química capaz de procesar como mínimo 350 det./hora, - 1 (un) equipo para área Inmunología, capaz de procesar como mínimo 100 det/hora Total: 2 (dos) equipos en comodato Consultamos a la Convocante si podemos ofertar un equipo integrado para química e inmunología que cumpla con los requerimientos solicitados en cuanto a la capacidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC . Las EETT son las mínimas requeridas entendemos que el equipo en comodato a presentar puede optimizar el requerimiento.		

Consulta 51 - Especificaciones Tecnicas-Test rápido para HIV

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Solicitamos a la Convocante que en todos los lotes donde solicitan: HIV 1+2. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o cassettes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación. Solicitamos ampliar la sensibilidad al 97%, con el propósito de dar mayor participación a los oferentes y así conseguir mejores precios para la Convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC Teniendo en cuenta que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de mejor desempeño.		

Consulta 52 - Especificaciones Tecnicas-Chagas Test Rapido

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Consultamos a la Convocante si en todos los lotes donde piden Chagas Test Rapido: Test rápido inmunocromatográfico IgG/IgM para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras debe ser depositadas directamente en las tiras o cassettes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.</p> <p>SE PODRIA AMPLIAR LA SENCIBILIDAD AL 97%?, con el propósito de dar mayor participación a potenciales oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Teniendo en cuenta que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de mejor desempeño.</p>		

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Test rápido para Hepatitis B: Teniendo en cuenta los lotes 10, 105, 213, 269 y 356 se solicita amablemente a la convocante pueda aceptar una sensibilidad para el test rápido de 96%.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Considerando que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de mejor desempeño.</p>		

Consulta 54 - Para los Lotes 97 y 347

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>- Para los lotes 97 y 347: Se solicita a la convocante la posibilidad de instalar un equipo de soporte por quimioluminiscencia para las determinaciones de Dímero D y Troponina(I) que emite resultados en menos de 15 minutos atendiendo a la importancia clínica de contar con dichos resultados en el menor tiempo posible.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
<p>. La convocante se mantiene en lo escrito en el PBC. Se ha estipulado que se incluirá hasta 1 equipo de apoyo que realice hasta dos determinaciones solicitadas en el lote tanto para química como para inmunología.</p>		

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Tiras reactivas para Leishmaniasis: Teniendo en cuenta los lotes 14, 109, 217, 273 y 360 donde se solicita: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de Leishmaniasis RK 39. Capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación." Favor considerar que el test rápido comúnmente comercializado y utilizado en los laboratorios realiza una detección de los anticuerpos anti RK39, por lo que sugerimos la siguiente corrección al pliego: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso para leishmaniasis. Método inmunológico para la detección de anticuerpos anti RK 39. Capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
<p>La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las EETT están formuladas para el requerimiento solicitado.</p>		

Consulta 56 - Cartucho para Analizador de Sangre Lote 2, 101, 264

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Podría la convocante tener en cuenta abrir la posibilidad y que los oferentes interesados puedan ofertar dos cartuchos independientes para analizador de sangre, para complementarse entre sí, en caso que un solo cartucho no cuente con Creatinina dentro de sus analitos, de esta forma poder asegurar la libre competencia y recibir mejores ofertas, teniendo en cuenta solo existe una marca en el mercado que podría cumplir con todo lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las EETT están formuladas para el requerimiento solicitado.		

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Solicitamos a la convocante aceptar cartucho para analizador portátil de sangre, uno exclusivo para Creatinina, para complementar con los demás analitos del cartucho solicitado, eso en caso de no contar con cartucho analizador de sangre que incluya todos los analitos con Creatinina, así poder asegurar la libre competencia y poder contar con mejores ofertas, esto teniendo en cuenta que actualmente solo la marca EPOC contiene el cartucho para todas las especificaciones solicitadas incluyendo Creatinina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las EETT están formuladas para el requerimiento solicitado.		

Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Consultamos respetuosamente a la Convocante si se podrán separar para el lote 5 ítem 11 la determinación de bilirrubina total y directa en suero?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las EETT están formuladas en base al requerimiento necesario. Aquí se prioriza la necesidad del servicio.		

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 260

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
Consultamos a la Convocante si se podrán separar para el lote 260 ítem 11 la determinación de bilirrubina total y directa en suero? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las EETT están formuladas en base al requerimiento necesario. Aquí se prioriza la necesidad del servicio.		

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 351

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos respetuosamente a la Convocante si se podrán separar para el lote 351 ítem 11 la determinación de bilirrubina total y directa en suero? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Las EETT están formuladas en base al requerimiento necesario. Aquí se prioriza la necesidad del Servicio.

Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos respetuosamente a la Convocante si se podría considerar ofertar que todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores y no a la marca del equipo? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda y su última Version.

Consulta 62 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Consultamos respetuosamente a la Convocante si se podría ofertar un equipo con un sistema de lavados internos y no descartables para las puntas de las pipetas? a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda y su última versión

Consulta 63 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante indicar que tipo de producto requerirá muestras, ya que los reactivos por su condición equipo dependientes en algunos casos y otros vienen con condiciones especiales de conservación acostumbran a ser evaluados mediante Hoja de datos de seguridad e instructivos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. El Comité evaluador de ser necesario solicitaría las muestras.

Consulta 64 - Lote 2, lote 101, lote 264, lote 348 Cartucho para Analizador de Sangre

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Lote 2, lote 101, lote 264, lote 348 Cartucho para Analizador de Sangre
Favor aclarar si el equipo lector en solicitado en comodato, debe ser portátil de mano

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el ultima versión del PBC. El equipo que se solicita es portátil de mano.

Consulta 65 - Lote 5, lote 260, lote 351

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante eliminar la presentación del Kit de reactivo, pues es limitativo, además el suministro esta dado en "determinaciones", razón por la cual esta demás especificar la presentación, información que será suministrada en la Planilla de datos garantizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. En este caso se solicita Kit de reactivos

Consulta 66 - EETT Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
----------	-------------------	------------

Para todos los lotes donde solicita Chagas, se solicita modificar la sensibilidad mínima de 98% requerida ya que dicho valor no corresponde a la metodología solicitada, en consecuencia se solicita amablemente reducir al 92% con el propósito de dar mayor participación a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Teniendo en cuenta que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de mejor desempeño.

Consulta 67 - EETT Hepatitis B

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante modificar la especificidad mínima del 98,00% ya que dicho valor no corresponde a la metodología requerida, por lo expuesto se pedimos a la convocante reducir al 96% con el propósito de dar mayor apertura a los oferentes además de ser consecuente con la metodología de las EETT.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Considerando que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de desempeño.

Consulta 68 - EETT Influenza

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
----------	-------------------	------------

Para todos los lotes donde solicita Influenza , se solicita modificar la sensibilidad mínima de la Influenza A del 97% requerida , reduciéndola al 96% con el propósito de dar mayor participación a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. considerando que el rango de la sensibilidad y especificidad solicitada corresponde a una prueba de mejor desempeño

Consulta 69 - EETT Rotavirus

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
----------	-------------------	------------

Para todos los lotes donde solicita Chagas, se solicita modificar la especificidad mínima del 99,6% requerida amablemente reducir al 97% con el propósito de dar mayor participación a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
-----------	--------------------	------------

No corresponde el titulo a la consulta. No obstante para las EETT en cuanto a sensibilidad y especificidad fueron formuladas para obtener mejores pruebas

Consulta 70 - Colorante Wrigh droga pura.

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Considerando es un colorante en polvo, se solicita eliminar la concentración de la pureza

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda y su última Versión.

Consulta 71 - Lote 32 , lote 261

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Hemoglobina Glicosilada (A1C) permitirá la convocante ofertar por metodología HPLC totalmente automatizada?

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. El requerimiento cumple con las EETT solicitadas.

Consulta 72 - 239 FTA ABS.

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

La convocante dispone del equipamiento para hacer la inmufluorescencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda y su última versión del PBC.

Consulta 73 - Kits Solución Contador Hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Equipo automatizado Solicita tecnología por impedancia automatizado o similar tecnología. Se solicita a la convocante permita equipos con tecnología por lectura ópticas de precisión laser o citometría de flujo

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

El requerimiento cumple con las EETT solicitadas.

Consulta 74 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 252

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Lote 252: Se solicita amablemente a la convocante aceptar en cuanto al ítem 10 del lote 252, puntas (compatibles con las micropipetas ofertadas) de volumen 50 a 1250 microlitros, en vez de solo 50 a 1000 microlitros, para dar posibilidad a la competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
------------------	---------------------------	------------

Adecuarse a la Adenda y su última versión del PBC.

Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 252

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
Lote 252: Se solicita amablemente a la convocante con respecto al ítem 10 del lote 252 cambiar la presentación a "unidad" y el precio referencial correspondiente dividido por unidad para dar posibilidad a ofertar bolsas de 1000 puntas y no solo bolsas de 500 unidades.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-08-2022
Adecuarse a la Adenda y su última versión del PBC		