

Consultas Realizadas

Licitación 405762 - LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS

Consulta 1 - Item 5 Catéter Percutáneo (PICC)

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022
Solicitamos a la convocante tener en cuenta el ID 366005 realizado por el MSP y BS en cuanto a las especificaciones técnicas y el precio referencial, tener en cuenta las especificaciones técnicas del llamado 366005 (item 170) ya que así como lo publicaron es de cumplimiento imposible para cualquier oferente en cuanto a la relación de Calibre (Fr) y datos del diam. por ejemplo, también tener en cuenta el referencial de este mismo ID para actualizar el utilizado para este llamado y evitar que el mismo se declare desierto por ese motivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC		

Consulta 2 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2022
ITEM 7: CATETER VENOSO CENTRAL; 3 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. ¿SE PODRA OFERTAR CVC Pediátrico de la medida 3,5 Fr - 2 Lumen?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
LA CONVOCANTE SE RATIFICA CON LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE ACLARA QUE LO SOLICITADO ES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas del ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
En el PBC, para las EETT del ítem 7 CATETER INTRAVENOSA PARA VIA CENTRAL PEDIATRICO solicitan: CATETER VENOSO CENTRAL; 3 Fr - 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Solicitamos a la convocante considerar catéteres de 4 FR 2 Lumen ya que esto no afectaría la funcionalidad del producto y permite la participación de un mayor número de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
LA CONVOCANTE SE RATIFICA CON LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE ACLARA QUE LO SOLICITADO ES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas del ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
En el PBC, para las EETT del ítem 8 CATETER VENOSO CENTRAL solicitan:		
4 Fr - 3 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger, Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%. Envasado en forma estéril en origen.		
Solicitamos a la convocante aclarar si este producto sería para uso pediátrico o en adultos. En caso de ser para adultos solicitamos considerar catéteres de 7 FR 3 Lumen ya que esta es la medida más utilizada para aplicación en adultos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
LA CONVOCANTE SE RATIFICA CON LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBC. SE ACLARA QUE LO SOLICITADO ES PARA USO PEDIÁTRICO, POR LO QUE EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LO SOLICITADO		

Consulta 5 - Especificaciones técnicas ítem 24.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice:		
Aguja para anestesia espinal en adulto con bisel en "punta de lápiz" (Tipo Whitakre) calibre 25, longitud 90mm (3½"). Pabe llón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.		
Solicitamos a la convocante ampliar el rango de longitud con una variación de +-2mm. Esta variación no afectará en la utilización del material y en los fines requeridos, además, permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC		

Consulta 6 - Ítem 35 Filtro para ventilador pulmonar

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Donde dice: Filtro para ventilador pulmonar, filtro para ventiladores: Filtro antibacteriano para ventiladores (Circuito de Asistencia Respiratoria) con sistema de conexión bidireccional. Libre de látex. Descartable. Para Adulto		
Solicitamos la aclaración del tipo de filtro, si es tipo HME o filtro seco.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
LA CONVOCANTE ACLARA QUE EL FILTRO DEBE SER HME		

Consulta 7 - ítem 16 Sierra de Gigli.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Sugerimos a la convocante aceptar paquetes de 5 unidades y en envases no estériles, ya que los mismos pasan por procesos de esterilización. Dichas modificaciones no afectan la buena utilización y cumplimiento de sus fines técnicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC. LA CONVOCANTE ACLARA QUE ES ENVASE INDIVIDUAL NO ESTERIL		

Consulta 8 - ítem 16 Sierra de Gigli.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Sugerimos a la convocante aumentar entre 15-20% el precio referencial del ítem, considerando el aumento de los costos logísticos a nivel mundial en los últimos meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
SE MANTIENE EL ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL REALIZADO POR EL DPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO RESPALDADA POR EL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 135/22, CONTEMPLANDO TODO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 1890/20, POR LO CUAL LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN TODOS LOS PRECIOS REFERENCIALES.		

Consulta 9 - ítem 38 Hoja de Dermátomo.

Consulta	Fecha de Consulta	10-08-2022
Sugerimos amablemente a la convocante aceptar hoja de dermatomo con 3 orificios y las siguientes medidas: 21 cm de largo y 5,4 cm de ancho, lo cual permitirá que sea compatible con diversos dispositivos manuales existentes en las instituciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC. DICHO ITEM ES EXCLUIDO DEL PRESENTE LLAMADO.		

Consulta 10 - ITEM 2 AGUJA PARA BIOPSIA RENAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT ya que se encuentran muy limitadas a una sola marca. Por lo que solicitamos la ampliacion a : 18 G pediátrico. Automática, De uso unico. Esteril. Centimetrada. 20 a 22 cm de longitud con retiro de muestra de 20 a 22 mm . Envasado en forma estéril en origen		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC		

Consulta 11 - ITEM 27 BOLSA DE REANIMACION Y MASCARA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante que se agregue el manometro a dicha bolsa ya que es algo fundamental en las bolsas ya que permite al medico o personal de blanco controlar la presion que se esta dando y no colapsar asi a los pulmones del paciente :: BOLSAS RESPIRATORIAS; Bolsa de reanimación 500 ml, autoinflable con válvula paciente, con manómetro, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara pediátrica transparente, anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxígeno sin rosca. Con reservorio de oxígeno		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBYC. LO SOLICITADO ES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y QUE LA MISMA FORMA PARTE DEL LISTADO DE INSUMOS ESENCIALES.		

Consulta 12 - Item 28 BOLSA DE REANIMACION ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante que se agregue el manómetro a dicha bolsa ya que es algo fundamental en las bolsas ya que permite al medico o personal de blanco controlar la presión que se está dando y no colapsar así a los pulmones del paciente : BOLSAS RESPIRATORIAS: Bolsa de reanimación 1000-1500ml, autoinflable con válvula paciente, con manómetro, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara pediátrica siliconizada con tubo de conexión a oxígeno con rosca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBYC, LO SOLICITADO ES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y QUE LA MISMA FORMA PARTE DEL LISTADO DE INSUMOS ESENCIALES.		

Consulta 13 - ITEM 29 MASCARA DE ANESTESIA ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el número de mascarilla ya que en algunas marcas cambia el número pero se mantiene el peso : MASCARILLA PARA ANESTESIA: Mascarilla Laringea Nº 4,5 a 5. Para adultos de 70-100 Kg. Elíptica con un reborde exterior insuflable, con canula de silicona de 22 cm aprox, con adaptador, barra de apertura, tubos, válvula y balón indicador, descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC		

Consulta 14 - ITEM 30 MASCARA DE ANESTESIA ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el número de mascarilla ya que en algunas marcas cambia el número pero se mantiene el peso : MASCARILLA PARA ANESTESIA: MASCARILLA PARA ANESTESIA: Mascarilla Laringea Nº 3,5 a 4 Adulto, Para adultos de 50-70Kg. con reborde insuflable de material transparente, resistente con adaptador universal, descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC		

Consulta 15 - ITEM 43 SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante ser más claros o especificar mejor el SET ya que requiere de varios accesorios tanto para la colocación como para el uso del paciente y muchas marcas tienen lo justo para abaratar costos y no siendo así el ideal y el necesario para la correcta colocación. Se puede observar la LPN 73 21 del IPS ID 392708 . por lo que solicitamos que dicho set diga: SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA: TUBOS PARA GASTROSTOMIA, ENDOSCOPICOS PERCUTANEO. SET. CON BANDEJA ESTERIL, debe contener 1 paño fenestrado, 1 guía de inserción con lazo de 150 cm, 1 asa fría, 1 sonda de alimentación de silicona de 24 FR , paños de gasa de 4x4, 1 tijera, 1 hemostato, 1 cabezal, 1 pinza hemostática, 1 adaptador universal, 1 adaptador para bolos, 1 abrazadera twist lock, 1 brida, 1 adaptador de alimentación, lubricante hidrosoluble, 1 aguja calibre 22g, 1 aguja calibre 25 g, 1 pomada de povidona, 1 frasco de vidrio de 5 ml de xilocaína, 1 jeringa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC		

Consulta 16 - ITEM 44 SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
<p>Solicitamos a la convocante ser mas claros o especificar mejor el SET ya que se trata de un Set que requiere de varios accesorios tanto para la colocación como para el uso del paciente y muchas marcas tienen lo justo para abaratar costos y no siendo así el ideal y el necesario para la correcta colocación. Se puede observar la LPN 73 21 del IPS ID 392708 . por lo que solicitamos que dicho set diga: SET DE GASTROSTOMIA PERCUTANEA: TUBOS PARA GASTROSTOMIA, ENDOSCOPICOS PERCUTANEOS. SET, CON BANDEJA ESTERIL, debe contener 1 paño fenestrado, 1 guía de inserción con lazo de 150 cm, 1 asa fría, 1 sonda de alimentación de silicona de 24 FR , paños de gasa de 4x4, 1 tijera, 1 hemostato, 1 cabezal, 1 pinza hemostática, 1 adaptador universal, 1 adaptador para bolos, 1 abrazadera twist lock, 1 brida, 1 adaptador de alimentación, lubricante hidrosoluble, 1 aguja calibre 22g, 1 aguja calibre 25 g, 1 pomada de povidona, 1 frasco de vidrio de 5 ml de xilocaína, 1 jeringa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC</p>		

Consulta 17 - ITEM 28 BOLSA DE REANIMACION Y MASCARA PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORREGIR LA DESCRIPCION YA QUE SEGUN EL TAMAÑO QUE PIDE EN LAS EETT SERIA UNA BOLSA DE REANIMACION Y MASCARA ADULTO. SIN EMBARGO , HOY EN DIA EN EL PBC DICE PEDIATRICA.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC</p>		

Consulta 18 - Item 38 Hoja de Dermatomo

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
<p>Solicitamos a la convocante aclarar si la hoja debe ser compatible con algún modelo de dermatomo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC. SE EXCLUYE EL ITEM DEL PRESENTE LLAMADO.</p>		

Consulta 19 - Item 43

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
<p>Solicitamos a la convocante modificar el Set solicitado para el mencionado ítem, ya que en las especificaciones técnicas se solicitan ítems que no son esenciales para el Kit de Gastrostomía Percutánea, de esta manera se obtendrá mayor participación de oferentes donde se evaluará la calidad y evitar el direccionamiento hacia una sola marca con accesorios innecesarios ya que la institución los adquiere de forma separada y no necesita volver a comprar en el set, por lo expuesto solicitamos que se modifique de la siguiente manera: Set de Gastrostomía Percutánea, tubo para gastrostomía endoscópica de silicona 100% 20 FR, set estéril con pinza ergonómica, anillo y clip de fijación, aguja introductora, escalpelo, capuchón simple y doble tapa, campo estéril y una guía flexible para colocación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
<p>ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC</p>		

Consulta 20 - ítem 44

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar el Set solicitado para el mencionado ítem, ya que en las especificaciones técnicas se solicitan ítems que no son esenciales para el Kit de Gastrostomía Percutánea, de esta manera se obtendrá mayor participación de oferentes donde se evaluará la calidad y evitar el direccionamiento hacia una sola marca con accesorios innecesarios ya que la institución los adquiere de forma separada y no necesita volver a comprar en el set, por lo expuesto solicitamos que se modifique de la siguiente manera: Set de Gastrostomía Percutánea, tubo para gastrostomía endoscópica de silicona 100% 24 FR, set estéril con pinza ergonómica, anillo y clip de fijación, aguja introductora, escalpelo, capuchón simple y doble tapa, campo estéril y una guía flexible para colocación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC

Consulta 21 - EETT DEL ITEM Nº 24 AGUJA RAQUIDEA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante que la presentación de entrega sea modificada de modo que la aguja y el introductor se encuentren en envases individuales dentro de un mismo empaque con el fin de garantizar la esterilidad en la manipulación del producto a ser cotizado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
-----------	--------------------	------------

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSION 03 DEL PBYC.

Consulta 22 - EETT DEL ITEM Nº 31 CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante que el diámetro externo de la cánula nasal sea de las siguientes medidas 2.00 mm (+5mm), esto a modo de no limitar innecesariamente la participación de potenciales oferentes. Así también para que la Convocante asegure su permanente abastecimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBYC. LO SOLICITADO ES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y QUE LA MISMA FORMA PARTE DEL LISTADO DE INSUMOS ESENCIALES.

Consulta 23 - PRECIO REFERENCIAL ITEM Nº 32 CATETER DE ASPIRACION

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita que el precio referencial sea ajustado, esto debido a que el producto solicitado debe contar con Circuito cerrado atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es Gs 132.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
-----------	--------------------	------------

SE MANTIENE EL ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL REALIZADO POR EL DPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO RESPALDADA POR EL DICTAMEN DE PRECIOS DOC Nº 135/22, CONTEMPLANDO TODO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION Nº 1890/20, POR LO CUAL LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN TODOS LOS PRECIOS REFERENCIALES.

Consulta 24 - PRECIO REFERENCIAL ITEM N° 34 CATETER DE ASPIRACION

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial de los ítem N° 34 (CATETER DE ASPIRACION), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 8.800, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
SE MANTIENE EL ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL REALIZADO POR EL DPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO RESPALDADA POR EL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 135/22, CONTEMPLANDO TODO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 1890/20, POR LO CUAL LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN TODOS LOS PRECIOS REFERENCIALES.		

Consulta 25 - PRECIO REFERENCIAL ITEM N° 37 TUBO ENDOTRAQUEAL

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial del ítem N° 37 (TUBO ENDOTRAQUEAL), atendiendo que el precio utilizado se encuentra muy por debajo del precio actual comercializado en el sector privado, el precio sugerido para dicho ítem es de Gs. 37.000, de esta manera la convocante evitará tener que cancelar la adquisición del mismo ya que ningún proveedor podrá cotizar a los precios hoy solicitados, por lo que deberán cotizar muy por encima del precio referencial fijado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
SE MANTIENE EL ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL REALIZADO POR EL DPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO RESPALDADA POR EL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 135/22, CONTEMPLANDO TODO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 1890/20, POR LO CUAL LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN TODOS LOS PRECIOS REFERENCIALES.		

Consulta 26 - Ítem 3 Bolsas de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el ítem 3 Bolsas de anestesia, solicitan con superficie antideslizante, solicitamos a la convocante que punto sea opcional para dar mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO ORIGINALMENTE EN EL PBYC. SE ACLARA QUE LO SOLICITADO ES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y QUE LA MISMA FORMA PARTE DEL LISTADO DE INSUMOS ESENCIALES.		

Consulta 27 - Ítem 3 Bolsas de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
En el ítem 3 Bolsas de anestesia observamos que el precio referencia es de 110.000gs, solicitamos a la convocante modificar el precio con el precio actual del mercado a 180.000gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
SE MANTIENE EL ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL REALIZADO POR EL DPTO. DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO RESPALDADA POR EL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 135/22, CONTEMPLANDO TODO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 1890/20, POR LO CUAL LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN TODOS LOS PRECIOS REFERENCIALES.		

Consulta 28 - Item 5 Catéter Percutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	11-08-2022
Solicitamos a la convocante verificar el precio referencial establecido para el mencionado item ya que se visualiza en la estimación de precios como referencia una adjudicación del ID 366005 LPN 64/19, en el mismo toman como punto de comparación un item de ese llamado que corresponde a un catéter de 1 lúmen y en el presente llamado item 5 solicitan de doble lumen, deberían de tomar como referencia el item 170 del ID 366005 que corresponde realmente de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2022
SE MANTIENE EL ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL REALIZADO POR EL DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO RESPALDADA POR EL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 135/22, CONTEMPLANDO TODO LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 1890/20, POR LO CUAL LA CONVOCANTE SE RATIFICA EN TODOS LOS PRECIOS REFERENCIALES. ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA VERSIÓN 03 DEL PBYC		

Consulta 29 - Item 42

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2022
Solicitamos aclarar a la convocante en la Versión 3 del PBC si se refiere a "gasa estéril" o "campo estéril" entre los componentes del Set.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION 04 DEL PBC		

Consulta 30 - Item 43

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2022
Solicitamos a la convocante tener en cuenta lo establecido en el item 42 de la versión 3 del PBC para el item 43 ya que es el mismo insumo con un calibre diferente y el item 42 si fue modificado para una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-08-2022
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION 04 DEL PBC		