

## Consultas Realizadas

# Licitación 409146 - Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y odontológicos

### Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 188

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
ITEM 188 IODOFORMO POLVO AL 10%. Favor confirmar que lo requerido es al 10%, lo habitual es Iodoformo puro, 10 gr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2022
ITEM 188. Iodoformo Polvo 10 gr. : Se dará por aceptado el bien requerido en la Carta de Invitación, teniendo en cuenta lo solicitado según la presentación de frasco x 10 gr.		

### Consulta 2 - Ítem Nº 63

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
Tromboplastina Cálcica ¿Podemos ofertar en una presentación de 60 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
Se dará por aceptada la oferta siempre y cuando cumpla con la cantidad de determinaciones solicitadas en la presentación establecida en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación		

### Consulta 3 - Ítem Nº 65

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
Proteína LCR ¿Podemos ofertar en una presentación de 90 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
Se dará por aceptada la oferta siempre y cuando cumpla con la cantidad de determinaciones solicitadas en la presentación establecida en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación		

### Consulta 4 - Ítem Nº 76

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
Fosfatasa Alcalina ¿Podemos ofertar en una presentación de 100 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
Se dará por aceptada la oferta siempre y cuando cumpla con la cantidad de determinaciones solicitadas en la presentación establecida en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación.		

## Consulta 5 - Ítem N° 77

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
GOT ¿Podemos ofertar en una presentación de 100 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
Se dará por aceptada la oferta siempre y cuando cumpla con la cantidad de determinaciones solicitadas en la presentación establecida en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación.		

## Consulta 6 - Ítem N° 78

Consulta	Fecha de Consulta	23-05-2022
GPT ¿Podemos ofertar en una presentación de 100 determinaciones como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2022
Se dará por aceptada la oferta siempre y cuando cumpla con la cantidad de determinaciones solicitadas en la presentación establecida en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación		

## Consulta 7 - plazo de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
FAVOR TENER EN CUENTA DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 45 A 60 DIAS DE MODO A DAR OPORTUNIDAD A MAS OFERENTES DE PRESENTARSE A ESTA LICITACION		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Ver ADENDA N° 01/2022, publicado en el SICP.		

## Consulta 8 - 138 E-Test Oxacilina

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
Favor confirmar si quiere 2 unidades de E test Oxacilina, pues serian suficientes para 2 pacientes. Siendo así la presentación no es x caja, seria blíster. Pues su precio referencial se ajusta a estas características. Si en realidad solicita cajas x 50 tiras (como minimo) el precio referencial es muy superior. Ej. 1.700.000Gs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Ver ADENDA N° 01/2022, publicado en el SICP.		

## Consulta 9 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2022
solicita: 6. Copia autenticada de Acta de fijación de Precios vigente expedida por DNVS, emitida con anterioridad a la fecha de apertura. Aclaremos que este requerimiento no aplica a reactivos ni insumos medicos ni de laboratorio. Favor aclarar en el Pliego que quedan excluidos los mismos. A los efectos de evitar inconvenientes al momento de la evaluacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Ver ADENDA N° 01/2022, publicado en el SICP.		

## Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
ÍTEM 35: Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Capilares sin heparina para Hematocrito Vencimiento mínimo de 12 (doce) meses al momento de la entrega" aceptar "Capilares sin heparina para Hematocrito" ya que no posee vencimiento al no tener heparina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Ver ADENDA N° 01/2022, publicado en el SICP.		

## Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 40

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
ÍTEM 40 Se solicita amablemente a la convocante donde dice "Lamina cubreobjeto, 22x22mm" aceptar "Lamina cubreobjeto, 24x32mm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Se mantiene lo establecido en la sección Requisitos Requeridos - Especificaciones Tecnicas de la Carta de Invitación.		

## Consulta 12 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Se solicita amablemente a la convocante extender a 30 días la entrega de los bienes, debido a que algunos productos son importados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2022
Ver ADENDA N° 01/2022, publicado en el SICP.		

## Consulta 13 - Item 67 - Magnesio

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
ITEM 67 Magnesio, se podría ofertar en una presentación de volumen inferior a 200 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2022
Se dará por aceptada la oferta siempre y cuando cumpla con la cantidad solicitada en la presentación establecida en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación		

## Consulta 14 - ITEM 76- FOSFATASA ALCALINA

Consulta	Fecha de Consulta	01-06-2022
ITEM 76 Fosfatasa alcalina, se podría ofertar en una presentación cuyo tiempo de reacción sea mayor a 2 min?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-06-2022
Se mantiene lo establecido en la sección Requisitos Requeridos - Especificaciones Tecnicas de la Carta de Invitación.		

## Consulta 15 - ITEM 77- GOT

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 77 GOT, se puede ofertar en una presentación cuyo tiempo de reacción sea mayor a 2 min?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-06-2022
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en la sección Requisitos Requeridos - Especificaciones Tecnicas de la Carta de Invitación.

## Consulta 16 - ITEM 78 GPT

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 78 GPT, se puede ofertar en una presentación cuyo tiempo de reacción sea mayor a 2 min?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-06-2022
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en la sección Requisitos Requeridos - Especificaciones Tecnicas de la Carta de Invitación.

## Consulta 17 - ITEM 79- HDL COLESTEROL

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	01-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 79 HDL Colesterol, se puede ofertar en una presentación de volumen inferior a 4 X 80 ml?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	02-06-2022
------------------	---------------------------	------------

Se dará por aceptada la oferta siempre y cuando cumpla con la cantidad solicitada en la presentación establecida en las Especificaciones Técnicas de la Carta de Invitación

## Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 19

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	02-06-2022
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 19 ESPARADRAPO: en donde dice Esparadrappo color piel, de 7,5 cm., x 5 mts., como mínimo, podrían aceptar de 7.5 CM X 4.5 Mts?

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	03-06-2022
------------------	---------------------------	------------

Se mantiene lo establecido en la sección Requisitos Requeridos - Especificaciones Tecnicas de la Carta de Invitación.