

Consultas Realizadas

Licitación 410596 - Adquisición de Silla de Ruedas

Consulta 1 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2022
A manera de dar mayor participación a potenciales oferente y por sobre todo se tenga en cuenta lo disponibilidades en el mercado local sobre los bienes solicitados sea considerado cuanto sigue: Donde dice ruedas trasera neumáticos sea considerado ruedas traseras neumáticas y/o macizas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-05-2022
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas las cuales mantenemos por considerar que son las más apropiadas		

Consulta 2 - DOCUMENTOS SOLICITADOS

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Donde solicitan: Autorización del Fabricante - Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación: SI , presentar Autorización del Fabricante consolidado o apostillado. Solicitamos de manera a tener mayor seguridad en la provisión de los bienes y el despacho de los mismos se solicite: " Autorización del Fabricante vigente consolidado o apostillado, con Inscripción en el Registro Público de Comercio", de manera a que todos participemos en igual de condiciones, salvo en contrario nos veremos en la necesidad de hacer uso de nuestro derecho de protestar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
DONDE SOLICITAN: Posa brazos fijos, Recomendamos se soliciten posa brazos abatibles, esto permite al usuario incorporarse a la silla sin mayores inconvenientes, principalmente para obesos, o personas con discapacidades importantes. Por otra parte la mayoría de las sillas de ruedas nuevas, modernas, cuentan en forma estandar ya con estas especificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 4 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
DONDE SOLICITAN: Ruedas traseras aro 24 (pulgadas), solicitamos permitan cotizar, silla de ruedas con ruedas trasera aro de 24 pulgadas +/- 10%) para no limitar la participación y tener más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 5 - DOCUMENTOS SOLICITADOS

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Solicitamos hacer cumplir las leyes vigentes, y por tanto incluir lo siguiente, tal como se incluyen en todos los llamados: "Demostrar que el equipo cotizado cuenta con Certificado de Registro Sanitario de acuerdo a la Ley N° 4659/12 de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria reglamentada según la Resolución SG N° 669/16 para empresas importadoras y distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 6 - DOCUMENTOS SOLICITADOS

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Solicitamos en cumplimiento de las leyes vigentes incorporar los siguiente como requisito: "Demostrar dar cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento y distribución para empresas importadoras y distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 7 - DOCUMENTOS SOLICITADOS

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
Solicitamos incluir la siguiente disposición legal para equipamientos médicos; "Demostrar contar con la Autorización de apertura y funcionamiento como importador o representante o distribuidor y servicio de mantenimiento técnico de dispositivos médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social", de manera a dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de salud, caso contrario nos veremos en la necesidad de hacer uso de nuestro derecho de protestar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 8 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2022
DONDE SOLICITAN: Rueda delantera 8 (pulgadas) mínimo, favor considerar rueda delantera 8 (pulgadas) +/-10% en las medidas de manera a no presentar valores absolutos que corresponden a un tipo de modelo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-05-2022
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.		