

## Consultas Realizadas

# Licitación 411512 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA

### Consulta 1 - Requisito documental p/evaluar la capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Se solicita Certificado ISO 13485, CE y FDA de las marcas de dispositivos ofertados, solicitamos sea incluida la frase al menos una de ellas, ya que no corresponde la solicitud de las 3 certificaciones, debido a que los fabricantes son de diferentes zonas geograficas y se rigen solo por algunas de dichas normas. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

### Consulta 2 - Lote 1 Item 9 Clavo de Schanz

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Lote 1 Item 9 Clavo de Schanz 5.0mm x 180mm long x 30mm rosca, solicitamos que el rango de la longitud solicitada sea de +-5mm, con esto se estaria dando oportunidad a la mayoría de los oferentes y no se estaria dando ventaja a un proveedor en particular. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

### Consulta 3 - Lote 1 Item 10 Clavo de Schanz

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Lote 1 Item 10 Clavo de Schanz 5.0mm x 180mm long x 40mm rosca, solicitamos que el rango de la longitud solicitada sea de +-5mm, con esto se estaria dando oportunidad a la mayoría de los oferentes y no se estaria dando ventaja a un proveedor en particular. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

## Consulta 4 - Lote 1 Item 11 Clavo de Schanz

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Lote 1 Item 11 Clavo de Schanz 5.0mm x 180mm long x 50mm rosca, solicitamos que el rango de la longitud solicitada sea de +-5mm, con esto se estaria dando oportunidad a la mayoría de los oferentes y no se estaria dando ventaja a un proveedor en particular. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2022
Dirigirse a la ADENDA.		

## Consulta 5 - Lote 4 Item 4 Protesis parcial de cadera

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
Lote 4 Item 4 Protesis parcial de cadera, solicitamos que dicho Item sea eliminado del Lote 4 por no corresponder a la naturaleza del mismo, en dicho lote se requiere Placas y Tornillos para cadera y pelvis y la protesis parcial de cadera como su nombre lo indica no se encuadra en dicha clasificacion, (no es un material de osteosintesis propiamente dicho como los demas Items del lote), ademas con esto se estaria dando oportunidad a la mayoría de los oferentes a presentar oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2022
Se solicita remitirse a las EETT establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la prótesis parcial de cadera se utiliza en fracturas de cadera, así como la placas DHS por lo cual es conveniente para la convocante tener ambas opciones dentro de un solo lote.		