

## Consultas Realizadas

# Licitación 414728 - Adquisición de Equipos e Instrumentales Médicos para los Hospitales de Encarnación- Coronel Bogado y Natalio.-

### Consulta 1 - Item 12 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
En donde dice: "USB para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC" Se consulta a la convocante si es posible presentar ofertas que, en vez de USB, la transferencia se realice por medio de tarjeta de memoria tipo compact flash. Esto no influye en el paciente y menos en la dificultad de transferencia de datos por parte del usuario, simplemente es otro tipo de dispositivo de memoria flash. En este caso, solicitamos modificar este punto a: "USB o memoria tipo flash para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 2 - Item 12 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
En donde dice "Parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo." Se consulta a la convocante si es posible presentar parches descartables para DEA con fecha de fabricación de al menos 6 meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos SI la fecha de vencimiento es de dos años como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - Item 9 - Mesa quirúrgica para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
En donde dice: "Acolchados a prueba de agua de al menos 7 cm. adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables." Se consulta a la convocante si es posible ofertar acolchados de 6cm. Normalmente las mesas que cumplen con normativa europea de fabricación tienen este tamaño de espesor, por lo que darían oportunidad de participación a más oferentes con equipos de excelentes prestaciones abriendo este punto. Se consulta amablemente poder dejar este punto de la siguiente forma: "Acolchados a prueba de agua de al menos 6 cm. adecuado para uso en cirugía. Los acolchados deberán acompañar las secciones de la mesa y deberán ser removibles y desinfectables."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 4 - Item 9 – Mesa quirúrgica para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
<p>En donde dice: “Sistema de freno de la mesa eléctrico, mecánico o pedal, con 2 posiciones; freno total y bloqueo en al menos 2 ruedas para movimiento en línea recta”</p> <p>Se consulta a la convocante si es posible ofertar el sistema de tres posiciones, freno total, movimiento libre y movimiento en línea recta con bloqueo de una rueda (lo cual es suficiente para el desplazamiento en línea recta) y la mayoría de los fabricantes lo hacen de ese modo.</p> <p>Se consulta amablemente si este punto podría ser cambiado a:</p> <p>“Sistema de freno de la mesa eléctrico, mecánico o pedal, con 3 (tres) posiciones; freno total y bloqueo en al menos 1 (una) rueda para movimiento en línea recta”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 5 - Item 8- Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
<p>En donde dice: “USB para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC”</p> <p>Se consulta a la convocante si es posible presentar ofertas que, en vez de USB, la transferencia se realice por medio de tarjeta de memoria tipo compact flash. Esto no influye en el paciente y menos en la dificultad de transferencia de datos por parte del usuario, simplemente es otro tipo de dispositivo de memoria flash.</p> <p>En este caso, solicitamos modificar este punto a:</p> <p>“USB o memoria tipo flash para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 6 - Item 8- Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	27-06-2022
<p>En donde dice “Parches descartables para DEA, 6 (seis) pares (o kits) por equipo. Los mismos deberán tener fecha de vencimiento (o expiración) de al menos 1 (un) año posterior a la fecha de recepción de los equipos o en su defecto, fecha de fabricación de cómo máximo tres meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos. Si los mismos poseen cables conexión reutilizables, deberán ser entregados 1 (uno) por cada equipo.”</p> <p>Se consulta a la convocante si es posible presentar parches descartables para DEA con fecha de fabricación de al menos 6 meses anteriores a la fecha de recepción de los equipos SI la fecha de vencimiento es de dos años como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 7 - Ítem 17 Caja de Especializada de instrumental para cirugía gineco-obstetrica

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2022
<p>En el ítem 17 se visualiza: Pinza de disección anatómica estándar sin diente 14 cm. Solicitamos a la convocante aclarar este punto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 8 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Certificado de Normas de calidad específica: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento de estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. En caso de presentar certificación CE, podría considerarse válido si en el mismo se describe la marca y la categoría del equipo cotizado, teniendo en cuenta que en algunos casos no precisa el modelo, sólo la categoría.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 9 - Especificaciones Técnicas ítems 14, 15, 16, 17, 18 y 19 Cajas especializadas

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Solicitamos a la Convocante otorgar un margen de +/-2cm en las medidas de los instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 10 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Debido a las graves interrupciones en las cadenas logísticas ocasionadas por factores de común conocimiento en Europa, se ralentiza actualmente la obtención de materia prima y la fabricación de los equipos solicitados. Por lo tanto, consultamos ¿se podría modificar el plazo de entrega a 90 días calendario luego de la firma del contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 11 - Solicitud de inclusión de anticipo financiero

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2022
Debido a la complejidad y el tipo de tecnología, varios de los equipos e instrumentos solicitados, son fabricados a pedido y a medida de cada proyecto en las fábricas de origen. Son equipos de alta tecnología y alto costo, que no se encuentran en Stock, y la fabricación se confirma contra confirmación y anticipo del total del valor del bien. De manera a garantizar el mejor precio posible teniendo en cuenta las condiciones de financiación, solicitamos a la convocante evaluar la posibilidad de otorgar un anticipo financiero para este proyecto. ¿Es factible otorgar un anticipo financiero para esta licitación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 12 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
----------	-------------------	------------

Item 1 cortador de yeso eléctrico  
Donde dice potencia 740W, solicitamos amablemente a la convocante acotar el requerimiento de potencia de 740W o menor, considerando que equipos con mejores prestaciones requieren de menor potencia para la misma revolución

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 13 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
----------	-------------------	------------

Item 1 cortador de yeso eléctrico  
Donde dice velocidad 1400 rpm, solicitamos amablemente a la convocante acotar este requerimiento a 1400rpm o superior, considerando que existe equipos y ofertas con mejores prestaciones y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 14 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
----------	-------------------	------------

Item 1 cortador de yeso eléctrico  
Solicitamos amablemente a la convocante emitir una especificación técnica mas dimensionada y no dirigida como se encuentra actualmente. Sugerimos  
Frecuencia: mayor a 12500 veces/min  
Potencia: 125 VA  
Voltaje: 110V, 50 Hz

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 15 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
----------	-------------------	------------

Item 1 cortador de yeso eléctrico  
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar registro sanitario o constancia de trámite de registro sanitario, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 16 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 2 Equipo de rayos X odontológico portátil Sugerimos a la convocante solicitar especificaciones técnicas mas detallada de los equipos Tiempo de exposición: 0.02 - 4 segundos Corriente de tubo: 1.5 mA Foco: 0.3mm * 0.3mm Voltaje de salida: DC 16.8V Frecuencia: 32 Khz Voltaje del tubo: 60KV Con soporte pedestal tipo rodante		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 17 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 7 Lampara Scialitica de Pie Donde dice clasificación del producto de acuerdo a MDD:1, sugerimos a la convocante eliminar este requerimiento o definir la clasificación, considerando que es una normativa europea y que generalmente no se especifica en manuales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 18 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 8 Cardiodesfibrilador Donde dice "Monitor desfibrilador ECG, DEA, PMS." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el item PMS (prevención de muerte súbita) considerando que esta función es propia de la marca Instramed modelo cardiomax 8. De esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca, y por lo tanto dar lugar de participación a potenciales oferentes y por lo tanto recibir mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 19 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Donde dice, "limite inferior 1J", solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con límite inferior a 2J. Considerando energía mínima requerida para realizar maniobras, y al aceptar esta condición no se altera las prestaciones del equipo y se da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 20 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 9 Mesa Quirúrgica para Cirugía Donde dice Largo de la mesa al menos 200cm, solicitamos amablemente a la convocante acotar el requerimiento de la siguiente manera, "Largo de la mesa 200cm +/- 5 cm, considerando que el largor varía acorde al fabricante y que dicha acotación no altera las prestaciones del equipo y da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 21 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 9 Mesa Quirúrgica para Cirugía Donde dice "Ancho de la mesa al menos 52cm". Solicitamos amablemente a la convocante acotar el requerimiento de la siguiente manera. " ancho de la mesa 52cm +/- 2cm, considerando que el ancho varía acorde al fabricante y que dicha acotación no altera las prestaciones del equipo y da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 22 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 9 Mesa Quirurgica para Cirugía Donde dice "Angulación vertical de la sección piernas de 38º/90° (manual)", solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Angulación vertical de la sección piernas de 15º/90° (manual), considerando que al aceptar este requerimiento no altera las prestaciones del equipo y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 23 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 10 Monitor Multiparametrico Donde dice "Los datos de paciente deberán poder enviarse al HIS del Hospital en formato HL7, a futuro". Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requerimiento o agregar a la descripción la palabra opcional, considerando que el formato HL7 no es un formato considerado en todas las marcas, y que al tener conexión RED o red de monitoreo central como requerido en el item anterior ya cubre la necesidad mencionada. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 24 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 10 Monitor multiparametrico Donde dice. "Despliegue de 03 ondas de ECG en simultaneo (como mínimo)". Sugerimos a la convocante solicitar este item de la siguiente manera ". Despliegue de 03 ondas de ECG en simultaneo (como mínimo) mediante 2 canales" considerando que la mayoría de los equipos cuentan con dos canales de ECG con posibilidad de despliegue de 6 formas de ondas al menos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 25 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 10 Monitor multiparametrico Donde dice "Detección de pulso de marcapasos". Solicitamos amablemente a la convocante agregar a la descripción o indicador de pulso de marcapasos. Sugerimos Detección de pulso de marcapasos o función indicador de marcapasos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 26 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 10 monitor multiparametrico Donde dice "De -30 a 300mmHg o rango más amplio, con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4$ % el valor que sea mayor" solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de medición de -10 a 300mmHg o rango mejor con exactitud de $\pm 4$ mmHg o $\pm 4$ % el valor que sea "mejor". De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 27 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 11 Carro de paro Donde dice "Estructura en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono" Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos fabricados con polímero resistente. Sugerimos carro de paro de Estructura en acero inoxidable AISI 304, acero al carbono, o polímero de alta resistencia, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 28 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 11 Carro de paro Donde dice "Paragolpes de goma envolviendo todo el carro" Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con envolvente de plástico rígido, teniendo en cuenta que cumpla la misma función, es decir no altera las prestaciones del equipo y permite la participación de mayor cantidad de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 29 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 11 Carro de Paro Donde dice "Cuatro (04) ruedas antiestáticas de 10" de diámetro como mínimo". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con ruedas antiestáticas de al menos 5", considerando que 10" son casi 25cm de diámetro que generalmente son ruedas de camilla de transporte.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 30 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Item 11 Carro de Paro Donde dice "Dimensiones mínimas: Altura 1m incluyendo ruedas, Ancho 0.60m, Profundidad: 0,49m." Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como medidas aproximadas, considerando que la forma de cada equipo varía según el fabricante, y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 31 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo. Donde dice "Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 340mm o mayor". Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el rango del punto requerido, sugerimos 250mm o menor a 300 o mayor, de esta manera aceptar equipos con mejores prestaciones y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		



## Consulta 32 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-07-2022
Ítem 13- Lámpara quirúrgica de techo. Donde dice "Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 340mm o mayor". Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el rango del punto requerido, sugerimos 250mm o menor a 300 o mayor, de esta manera aceptar equipos con mejores prestaciones y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 33 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 8 Cardiodesfibrilador Donde dice "Software para PC, se debe incluir al menos una licencia de Software, para ver los datos transferidos a la PC. USB para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC", Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como opcional, considerando que los datos almacenado de ECG se pueden visualizar en el monitor del Desfibrilador, de esta manera obtener mejores costos en la adquisición y por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 34 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 8 Cardiodesfibrilador Donde dice "Capacidad de cargar en 6 segundos o menos a 200 Joules o más". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de carga de 7 segundos o menos a 200 Joule o más, teniendo en cuenta que el requerimiento se acerca a lo solicitado y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 35 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 7 Lampara Cialitica de Pie Donde dice, "Peso de la cúpula: no mayor a 10kg". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos que tengan peso de la cúpula no mayor a 14 kg. Considerando que equipo con mejores prestaciones y mayor cantidad de led a lo requerido suelen pesar mas que lo solicitado, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 36 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 3 Sillón odontológico Donde dice "Programas de trabajo con memorización de la condición del reflector". Solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto de la siguiente manera Programas de trabajo con memorización de la condición del sillón, de esta manera evitar futuras confusiones referente a las especificaciones requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 37 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 3 Sillón odontológico Donde dice AMBIDIESTRO, solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Este parámetro eleva el costo del producto considerando que el precio referencial es muy bajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 38 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 3 Sillón Odontológico Donde dice "Con sensor de proximidad que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera", solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como opcional. Este parámetro eleva el costo del producto considerando que el precio referencial es muy bajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 39 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Consulta Item 4 Autoclave Donde dice "Dimensión del tanque: 24,8 cm de diámetro y 48,1 cm de profundidad". Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento la palabra "aproximado". Estas medidas no son exactas y varían acorde a cada fabricante, de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento o directamente especificar el volumen en litros que es la unidad correcta para medir cámara interna de autoclave. Item 4 Autoclave Donde dice "Dimensiones externas: 35,3 x 36,8 x 57,1 cm (Ancho x Altura x Profundidad)" Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento la palabra "aproximado". Estas medidas no son exactas y varían acorde a cada fabricante, de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 40 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 4 Autoclave Donde dice "Potencia: 1400W", solicitamos amablemente a la convocante acotar este requerimiento como mínimo o aproximado. El parámetro solicitado varían acorde a cada fabricante, de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 41 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Item 4 Autoclave Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el requerimiento hace referencia a Autoclaves verticales o de mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 42 - EETT ítem 13 Procesador de imágenes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Donde dice: EL procesador debe contar con al menos tres filtros digitales integrados y/u ópticos que permitan: Posibilitar unificar la iluminación de la cavidad, aunque se generen sombras Posibilitar al usuario poder distinguir con claridad la transición entre distintos tipos de tejidos. Permitir distinguir mejor las estructuras rojas más pequeñas como vasos sanguíneos y mucosa. Se solicita a la convocante poner tecnología similar según fabricante como TONOS DE COLOR RBC, esto debido a que lo solicitado es exclusivo a una marca en específica; de esta manera permitirá mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 43 - EETT ítem 13 - Procesador de imágenes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Donde dice: El procesador debe permitir, además, mostrar en el monitor, al mismo tiempo, tanto la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros ópticos y/o digitales aplicados. Sugerimos a la convocante poner como opcional este punto, estas especificaciones son exclusivas de una marca, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 44 - EETT ítem 13 - Procesador de imágenes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Donde dice: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización. Sugerimos a la convocante poner como opcional este punto, estas especificaciones son exclusivas de una marca en particular, además en el caso de la fuente de luz, es automática la regulación de luz, po lo tanto no se requiere de ningún dato que aporte al procedimiento; de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 45 - ítem 13 - Procesador de imágenes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Donde dice: El procesador debe ofrecer la posibilidad de incorporar módulos adicionales, que permitan que con la misma torre se puedan realizar simultáneamente endoscopías rígidas, y videoendoscopias. Utilizando el mismo monitor, y con la capacidad de mostrar ambas imágenes (la de endoscopia rígida y la de la videoendoscopia) al mismo tiempo, para poder realizar procedimientos híbridos. Sugerimos a la convocante poner como opcional este punto, estas especificaciones son exclusivas de una marca en particular, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 46 - Ítem 13 - Cabezal de cámara

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: - Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrilation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2- 18, para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta. Se solicitan que sean clasificación BF que son la clasificación de los equipos de laparoscopia Tipo BF: Aquellos de tipo B con la entrada o parte aplicada al paciente mediante circuitos flotantes. Según la norma IEC, deberán ser equipos tipo BF todos aquellos equipos que tengan una parte aplicada al paciente; de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 47 - Ítem 13 - Insuflador de CO2

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Manejo mediante pantalla táctil Sugerimos a la convocante poner como opcional este punto, estas especificaciones son exclusivas de una marca en particular, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 48 - EETT Ítem 13 - Insuflador de CO2

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Manejo mediante pantalla táctil color de al menos 5" Sugerimos a la convocante poner como opcional este punto, estas especificaciones son exclusivas de una marca en particular, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 49 - EETT Ítem 13 - Insuflador de CO2

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Tubo de insuflación, esterilizable, 9mm de diámetro, longitud entre 230 y 280cm. Sugerimos ampliar el rango del diámetro de 9mm +/- 2mm y longitud entre 230 y 300cm, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 50 - EETT Ítem 13 – Insuflador de CO2

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Filtros de gas de CO2, estéril para un solo uso, envase de 10 unidades; Sugerimos a la convocante que el envase no necesariamente sea de 10 unidades, debido a que otras marcas cuentan con envases de 20 unidades, se solicita que este punto diga lo siguiente: Filtros de gas de CO2, estéril para un solo uso, 10 unidades; de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 51 - EETT Ítem 13 – Fuente de luz

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Fuente de luz fría LED Sugerimos a la convocante que la fuente de luz sea LED o de Xenón, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 52 - EETT Ítem 13 – Fuente de luz

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: de 175Watt o superior Sugerimos a la convocante que sea 300 Watt o mayor, ya que una de 175W es insuficiente para cirugía avanzada, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 53 - EETT Ítem 13 – Fuente de luz

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Duración de la vida útil de la lámpara de 25.000hs o mejor. Sugerimos a la convocante que la duración de vida útil sea de 500 horas en caso de ser Xenón y colocar en la oferta 1- 2 bombillos adicionales, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 54 - EETT Ítem 13 – Fuente de luz

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Temperatura de color de 6000 Kelvin como mínimo. Sugerimos a la convocante que el rango de temperatura de color sea de 4500 kelvin a 6800 kelvin		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 55 - EETT Ítem 13 - Carro de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Con paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta.  
Sugerimos a la convocante que las dos puertas con llave y una gaveta sea opcional, debido que este punto en específico corresponde a EETT de una marca en específica; de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 56 - EETT Ítem 13 - Carro de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Pintura anticorrosiva, gavetas con cierre para instrumentales y paneles divisores necesarios para todos los equipos.  
Sugerimos a la convocante que las gavetas con cierre sean opcionales, debido que este punto en específico corresponde a EETT de una marca en específica; de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 57 - Ítem 13 - Set instrumentals videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Set de instrumentales videolaparoscopia  
Sugerimos a la convocante que los sets de instrumentales de videolaparoscopia se realice en otro ítem, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 58 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Temperatura de color 3800K o mejor.  
Recomendamos para un mejor aprovechamiento del equipo para el personal médico, que el punto sea Temperatura de color ajustable de 9 niveles como mínimo y en el rango de 3200 a 5200 Kelvin o mejor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 59 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Reproducción cromática Rg: 90 (+-5).  
Solicitamos que para dar mayor participación este punto sea considerado Opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 60 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Panel de control en el cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte Recomendamos para un mejor aprovechamiento del personal médico la siguiente especificación: "Panel de control TFT touch screen, en el cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte, con 20 niveles de ajuste de intensidad de la luz como mínimo de 5 a 100%. El último nivel de intensidad debe quedar en memoria al encendido del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 61 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Sombra con 2 máscaras: 55 % (+-5%) Sombra con 1 tubo: 97 % (+-3%) Sombra con tubo y 2 máscaras: 50 % (+-5%) Solicitamos permitan cotizar directamente equipos libre de sombras, según la siguiente especificación: Sombra con 2 máscaras: 55 % (+-5%) o libre de sombras. Sombra con 1 tubo: 97 % (+-3%) o libre de sombras. Sombra con tubo y 2 máscaras: 50 % (+-5%) o libre de sombras.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 62 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Cúpula que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 100.000 lux como mínimo. Recomendamos solicitar; "Cúpula que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 140.000 lux como mínimo"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 63 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de las cúpulas: de al menos 500 mm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		



### Consulta 64 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Profundidad de campo: entre 100cm o mayor  
Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de campo: entre 50 a 150cm o mejor rango

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2

### Consulta 65 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor  
Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 150 mm o menor a 250mm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 66 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Temperatura de color: 3.800K o mejor  
Recomendamos para un mejor aprovechamiento del equipo: Temperatura de color: hasta 5.200K o mejor

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 67 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Temperatura de color: 3.800K o mejor  
Recomendamos para un mejor aprovechamiento del equipo: Temperatura de color: hasta 5.200K o mejor

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 68 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1  
Solicitamos permitan contizar con la siguiente especificación: Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 ó ABNT NBR IEC 60601-1

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 69 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Clase de protección IP 54, o superior. Solicitamos que este punto sea opcional, para dar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 70 - EETT - Item N° 7 Lámpara Cialíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Sistema de baterías de respaldo de al menos 3hs de duración. Recomendamos para mejor aprovechamiento del equipo solicitar como sigue: "Sistema de baterías de respaldo de al menos 3hs de duración, con indicación de autonomía e indicador de falta de energía en pantalla".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 71 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Recomendamos solicitar en las especificaciones para el Cardiodesfibrilación el siguiente certificado: Certificación de vibración MIL-STD-810F 514.5 para uso en Ambulancia y Helicóptero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 72 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Monitor desfibrilador ECG, DEA, PMS. Se solicita para no dirigir a una marca y modelo en particular; la siguiente especificación: Monitor desfibrilador ECG, DEA, PMS o VF.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 73 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Pantalla color 8". Se solicita para no dirigir a una marca y modelo en particular; la siguiente especificación: Pantalla color 6.5".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 74 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Función RCP Solicitamos permitan cotizar equipos con la siguiente especificación: Función RCP o similar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 75 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Pantalla LCD a colores de 8" o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con Pantalla LCD a colores de 6.5" o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 76 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español Recomendamos para un mejor aprovechamiento del equipo la siguiente especificación: "Despliegue en pantalla de hasta 4 formas de onda en simultaneo y panel de control en idioma español".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 77 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Despliegue en pantalla y panel de control en idioma español Recomendamos para un mejor aprovechamiento del equipo la siguiente especificación: "Despliegue en pantalla de hasta 4 formas de onda en simultaneo y panel de control en idioma español".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 78 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: USB para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC Recomendamos la siguiente participación para mejor la prestación y dar mayor participación "USB o Bluetooth para transferencia de ECG almacenado en el modo DEA a una PC"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 79 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes.  
Recomendamos la siguiente especificación de manera a unificar los criterios de capacidad en memoria: "Memoria para almacenar sucesos relacionados de al menos 100 horas de ECG continuos"

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 80 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Energía seleccionable por pasos, modo bifásico  
Límite inferior: 1 Joules  
Límite superior: 360 Joules  
Recomendamos solicitar la siguiente especificación;  
"Energía seleccionable por pasos 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 y 270J".  
Al respecto, la posibilidad de poder seleccionar por pasos bien cortos es fundamental en la operativa del equipo, y es importante mencionar que por seguridad y recomendaciones de calidad ya no se utilizar equipos con límite superior de 360 joules, sino de hasta 270 joules.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 81 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Capacidad de autosecuencia de carga: para transportar energías preconfiguradas por el usuario para el 1er, 2do y 3er choques, sin necesidad de alteración manual del selector.  
Solicitamos para no orientar a una marca y modelo, permitan cotizar equipos con posibilidades de la especificación similar o directamente establecer como opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 82 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Monitorización de ECG  
Recomendamos solicitar la siguiente especificación para dar mayor tecnología al equipo:  
"Monitorización de derivadas I, II, III, Palas, aVL, Avf, V1 y V6 como mínimo".

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 83 - EETT Item N° 8 Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido  
Recomendamos agregar la siguiente especificación: "Con carga completa mínimo 100 descargas a 270J"

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 84 - EETT - Ítem 9- MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDES SOLICITAN: Capacidad de carga 380 kg. en todas las posiciones, o mayor.  
SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con capacidad de carga de hasta 200KG o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

### Consulta 85 - EETT Ítem 9- MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Tren delemburg directo e inverso: 30° e inverso: 30° (eléctrica) o mejor.  
SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con Trendelemburg directo e inverso: 22° e inverso: 25° (eléctrica) o mejor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 86 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Con hardware para conexión en red y a central de monitoreo.  
Recomendamos solicitar; "Con hardware para conexión en red y a central de monitoreo con sistema inalámbrico" de manera a no necesitar ningún tipo de trabajos de conexión y cableado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

Consulta 87 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Pantalla de al menos 12, policromática, táctil Recomendamos atendiendo los multiples parámetros que solicitan para el equipo en simultaneo, solicitar "Pantalla de al menos 15, policromática, táctil"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 88 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITA: Despliegue de curvas/ondas de parámetros fisiológicos: al menos ocho (8) ondas simultáneas. Recomendamos considerando que se trata de un monitor de alta complejidad solicitar los siguiente: Despliegue de curvas/ondas de parámetros fisiológicos: al menos quince (15) ondas simultáneas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 89 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Con grafico o tendencias que permitan verificar el comportamiento de los parámetros monitoreados, en al menos las últimas 24 horas. Recomendamos solicitar con grafico o tendencia en al menos las últimas 72 horas. Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica para ampliación futura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 90 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: V. Presión arterial invasiva (IBP) Recomendamos solicitar para un monitor de alta complejidad: "Medición de variación de presión sistólica (VPS), variación de presión de pulso (VPP), presión de perfusión cerebral (PPC), medición de la presión venosa central al final de la espiración (PVC-ET)". Etiquetado del sitio de medición de al menos P1, P2, P3, ART, ART2, RAD, DORS, AO, FEM, UA, UV, PAP, CVP, RAP, RVP, LAP, LVP, ICP, ICP2, ICP3.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 91 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Considerando de que las especificaciones refieren a un monitor de altas prestaciones y complejidad, y de los altos beneficios que podrían otorgar al paciente y los profesionales médicos agregar la siguiente especificación: IX. EEG Con al menos 8 canales de EEG Verificación automática de impedancia y reconocimiento de conjuntos de cables Posibilidad de mediciones de referencia o bipolares Frecuencia de muestreo 100 Hz por canal Rango $\pm 400 \mu\text{V}$ Rango de frecuencia de 0,5 a 30 Hz Resolución 60 nV Impedancia de entrada $> 8 \text{ M}\Omega$ a 10 Hz Nivel de ruido $< 0.5 \mu\text{V rms}$ de 0,5 Hz a 30 Hz CMRR $> 100 \text{ dB}$ a 50 Hz"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 92 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Con batería interna recargable con respaldo de 120 minutos como mínimo. Atendiendo que las terapias cuentan con generadores eléctricos permitan cotizar equipos "Con batería interna recargable con respaldo de 60 minutos como mínimo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 93 - EETT Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular o con tecnología de conectores inteligentes, con módulos y conectores de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta
	07-07-2022
DONDES SOLICITAN: Instalación de todos los equipos en sus racks de pared y cableado de la red de monitores (incluye el cable). Favor aclarar que si solo fuere necesario para el correcto uso de los monitores, ya que algunas marcas no usan rack para los módulos.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.	

Consulta 94 - EETT Ítem 11- CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta
	07-07-2022
Recomendamos incorporar los certificados de calidad habituales para este tipo de productos: Normas de calidad específicas: FDA y/o CE y/o Mercosur al menos alguna de ellas. Norma de calidad general: ISO 13485	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	

Consulta 95 - EETT Ítem 11- CARRO DE PARO

Consulta	Fecha de Consulta
	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Cinco (05) cajones como mínimo. Al menos 3 (tres) de ellos con separaciones plásticas internas Favor aclarar las dimensiones y características de esta especificación para que todos cotizemos en las mismas condiciones	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	

Consulta 96 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta
	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Panel de control en el cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte Recomendamos para un mejor aprovechamiento del personal médico la siguiente especificación: "Panel de control TFT touch screen, en el cabezal de la lámpara o en el brazo de soporte, con 20 niveles de ajuste de intensidad de la luz como mínimo de 5 a 100%. El último nivel de intensidad debe quedar en memoria al encendido del equipo.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	



### Consulta 97 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Sombra con 1 máscara: 55 % (+-5%) Sombra con 2 máscara: 45 % (+-5%) Sombra con 1 tubo: 90 % (+-5%) Sombra con tubo y 1 máscara: 50 % (+-5%) Sombra con tubo y 2 máscaras: 45 % (+-5%) Solicitamos permitan cotizar directamente equipos libres de sombras, según la siguiente especificación; Sombra con 1 máscara: 55 % (+-5%) ó libre de sombras Sombra con 2 máscara: 45 % (+-5%) ó libre de sombras Sombra con 1 tubo: 90 % (+-5%) ó libre de sombras Sombra con tubo y 1 máscara: 50 % (+-5%) o libre de sombras Sombra con tubo y 2 máscaras: 45 % (+-5%) o libre de sombras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 98 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 150.000 lux como mínimo en cada lámpara Solicitamos permitan cotizar equipos con "Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 140.000 lux como mínimo" de manera a dar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 99 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de las cúpulas: de al menos 500 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 100 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Irradiación total de al menos a 160.000lx= 364W/m <sup>2</sup> Solicitamos permitan cotizar equipos con Irradiación total de al menos a 140.000lx= 318W/m <sup>2</sup>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 101 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 150 mm o menor a 250mm o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 102 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Temperatura de color: 3.800K o mejor Recomendamos para un mejor aprovechamiento del equipo: Temperatura de color: hasta 5.200K o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 103 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Monitor. El equipo deberá contar con tercer brazo para soporte de monitor. Debe incluir monitor de grado médico de al menos 24 Full HD		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Si, debe contar con un tercer brazo para el monitor.		

### Consulta 104 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
SOLICITAMOS considerar toda esta especificaciones como opcional, o eliminar de las especificaciones ya que los precios referenciales de este ítem son insuficientes para cubrir los precios del productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 105 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
DONDE SOLICITAN: Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 Solicitamos permitan contizar con la siguiente especificación: Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 ó ABNT NBR IEC 60601-1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 106 - ITEM 14 AL 19: CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTALES

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	07-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos muy amablemente considerar una variación de +/-2cm en cada una de la medidas de los distintos instrumentales que forman parte de las cajas de instrumentales para los Items del 14 al 19 de manera a no limitar la participación de los distintos fabricantes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-07-2022
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 107 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	07-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Carcasa de aluminio sellado para fácil desinfección  
SOLICITAMOS permitan cotizar equipos con Carcasa de aluminio y/o policarbonato de alto impacto manera a dar mayor participación

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-07-2022
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 108 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	07-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Suspensión cardan para la colocación de la luminaria.  
Recomendamos solicitar con suspensión según fabricante, esto no hace a la prestación del equipo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-07-2022
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 109 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	07-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Temperatura de color 3800K o mejor.  
Recomendamos para un mejor aprovechamiento del equipo para el personal médico, que el punto sea Temperatura de color ajustable de 9 niveles como mínimo y en el rango de 3200 a 5200 Kelvin o mejor.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-07-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 110 - Ítem 12- Lámpara quirúrgica de techo.

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	07-07-2022
-----------------	--------------------------	------------

DONDE SOLICITAN: Reproducción cromática Rg: 90 (+-2).  
Solicitamos que para dar mayor participación este punto sea considerado Opcional.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	18-07-2022
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 111 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

Sugerimos a la convocante tener en cuenta cabezal que no precisa esterilización, ya que la misma puede incluir un cobertor térmico o funda para el efecto. Este cobertor mantiene la temperatura constante y evita el empañamiento de la cámara, por lo cual permite el cumplimiento de los fines de uso y a su vez, permitiría una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 112 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

01 (una) Camisas de Reducción/Extractor 11/5. (+/- 1mm)  
01 (una) Pieza de Reducción 11/5. (+/- 1mm).

Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.  
Considerar la reducción de 10 a 5 mm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 113 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

02 (dos) Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm,

Sugerimos a la convocante ampliar el rango de diámetro de 10 a 11 mm o aceptar de 10 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 114 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

02 (dos) Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm,

Sugerimos a la convocante ampliar el rango de diámetro de 5 a 6 mm o aceptar de 5 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 115 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (un) Tubo de aspiración e irrigación, 5 mm de diámetro Longitud 36 cm (+/- 2cm), con aberturas laterales.  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 116 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (un) Electrodo de coagulación y disección, Forma de L, Tamaño 5 mm, aislado, con conexión para coagulación unipolar, Longitud 36 cm (+/- 2cm).  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 117 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
02 (dos) Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4 mm, Longitud 300 cm (+/- 5cm), para unidades HF.  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 118 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (una) Pinza de disección y agarre tipo KELLY,  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 119 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (una) Pinza de agarre, mandíbulas de tigre,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 120 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (una) Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 121 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
02 (dos) Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 122 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (una) Pinza agarre con dentado múltiple, 01 (una) Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, 01 (una) Pinza de garra 2x3 dientes,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 123 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
02 (dos) Aplicador de clips,  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 124 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (una) Aguja para inyección,  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 0,8 a 1,2 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 125 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
01 (un) Macro porta aguja  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 126 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>01 (un) Recipiente de plástico o aluminio para esterilización y almacenamiento, con armazón extraíble para instrumentos y soporte para la fijación de hasta 12 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm Ø y hasta 6 trocares, perforado, con tapa transparente, dimensiones adecuadas capaz de contener todo el instrumental</p> <p>Considerar contenedor para esterilización y almacenamiento con armazón extraíble capaz de contener todos los instrumentales y trocares solicitados, y que serán visto en catálogo para su mejor apreciación.</p> <p>Esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 127 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>01 (una) Pinza de agarre bipolar tipo KELLY, 01 (una) Pinza de adherencias tipo VANCAILLIE, una mandíbula fenestrada 01 (una) Pinza para trompas de Falopio tipo VANCAILLIE</p> <p>Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 128 - Especificaciones Técnicas del ítem 14 - Caja especializada de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>1 separador de GOSSET pequeño, abertura máxima 160 mm, valvas laterales 58 mm, valva central 57 x 60 cm.</p> <p>Sugerimos a la convocante aclarar que la valva central las medidas son 59 x 57 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		



## Consulta 129 - Especificaciones Técnicas del ítem 14 - Caja especializada de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 Valva vaginal o Separador de Doyen de hoja grande, 115 x 45 mm, 25 cm de longitud		
Sugerimos a la convocante se poder cotizar VALVA VAGINAL DOYEN 120X45MM, 24 cm de longitud, ya que no afecta la funcionalidad 5 mm en la valva y 1 cm en la longitud y esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 130 - Especificaciones Técnicas del ítem 14 - Caja especializada de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 Pinza de DUVAL, para agarrar, 15mm de boca, 21 cm 1 (un) Pote redondo de 250 cc.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de +- 1 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 131 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
2 (dos) Pinza anatómica sin diente de 14 cm 2 (dos) Pinza anatómica con diente de 14 cm 2 (dos) Tijera METZENBAUM recta de 14 cm 2 (dos) Tijera METZENBAUM recta de 20 cm		
2 (dos) Tijera METZENBAUM curva de 14 cm 2 (dos) Porta aguja BAUMGARTNER de 14 cm 2 (dos) Porta aguja MAYO-HEGAR de 18 cm 6 (seis) Pinza DUVAL (triangular) 15mm x 20.5 cm 6 (seis) Pinza KOCHER curva de 23 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de todos los citados componentes +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 132 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
10 (diez) Pinza de campo de BACKAUS de 15 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de todos los citados componentes +2 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 133 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
2 (dos) Separador RICHARDSON 24 cm, 20 x 25 mm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de todos los citados componentes +2 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 134 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 4,5cmx8,5cmx24cm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 90X45MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 135 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 4,5cmx11cmx24cm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 120X45MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 136 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
2 (dos) Separador U.S. ARMY (tipo anillo) 21 cm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta el instrumental 20 CM DE MATHIEU, US ARMY NO TIENE ANILLO, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 137 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
6 (seis) Pinza Clamps intestinal KOCHER 23 cm acodado		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de +- 1 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 138 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
6 (seis) Pinza Clamps intestinal DEBAKEY 20 cm curva		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta el instrumental CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO DE HARTMANN, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 139 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 (uno) Separador de FINOCHIETO grande, 42 x 62 x 170 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: VALVAS 44X65MM, ABERTURA 210MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 140 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 (uno) Separador de FINOCHIETO mediano, 28 x 30 x 100 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: VALVAS 28X32MM, ABERTURA 120MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 141 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 (uno) Separador DEEVER (suprapúbica 100 mm x 30 cm)		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: ANCHO DE VALVA 25MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 142 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 (uno) Separador de GOSSET de 160 x 58 x 57 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 175 mm x 200 mm, PROFUNDIDAD DE VALVA 58 MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 143 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 (uno) Separador de costilla BALLEY 17 cm.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de +- 2 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 144 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
2 (dos) Pote redondo de 250 cc.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de +- 0,2 L, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 145 - Especificaciones Técnicas del Ítem 16- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE MEDIANA COMPLEJIDAD - VESÍCULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
6 x PINZA DE CAMPO BACKHAUS, largo 13cm 1 x PORTA AGUJA MAYO HEGAR, estriada con ranura, largo 18cm 1 x PINZA FOERSTER RECTA, estriada, largo 24cm. 1 x PINZA Hemostática ADSON, RECTA largo 18cm 1 x TIJERA LITTAUER para cortar hilo, Recta, 13 cm.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 146 - Especificaciones Técnicas del Ítem 18- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 x Histerómetro de SIMS, 32 cm, rígido, graduado en cm 1 x Pinza de restos ovulares de COLLIN, 26 cm 1 x Cureta para biopsia de NOVAK, 23 cm, diámetro de 4 mm. 1 x Pinza para placenta WINTER, 28 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 1 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 147 - Especificaciones Técnicas del Ítem 18- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 x Pinza para curaciones de CHERON, 26 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 2 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 148 - Especificaciones Técnicas del Ítem 18- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 x Especulo de GRAVES, mediano 100x30 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 95X30MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 149 - Especificaciones Técnicas del Ítem 17- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECO-OBSTÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
6 x Pinza de Campo de BACKHAUS 13 cm 1 Especulo vaginal DOYEN, 45 x 85 mm, 25 cm, mediano 2 x Porta agujas MAYO-HEGAR 24 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR s/ diente 14 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR s/ diente 14 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR c/ diente 14 cm 1 x Pinza FOERSTER recta 24 cm, mandíbula estriada 1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm 1 x Pinza hemostática HALSTED (ADSON) s/ diente 18 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 150 - Especificaciones Técnicas del Ítem 17- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECO-OBSTÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 x Cánula de succión YANKAUER 28 cm, con extremo y tubo de conexión removible		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta la especificación siguiente: sin necesidad de ser removible, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 151 - Especificaciones Técnicas del Ítem 19- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA PARTO POR CESÁREA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Consulta 42 - Especificaciones Técnicas del Ítem 19- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA PARTO POR CESÁREA		
1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm		
6 x Pinza de Campo de BACKHAUS 13 cm		
1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR s/ diente 14 cm		
1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR c/ diente 14 cm		
1 x Par de separadores FARABEU-F-BABY 12 cm		
1 x Pinza FOERSTER recta 24 cm, mandíbula estriada		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 152 - Especificaciones Técnicas del Ítem 17- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECO-OBSTÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
1 x Cánula de succión YANKAUER 28 cm, con extremo y tubo de conexión removible		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta la especificación siguiente: sin necesidad de ser removible, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2		

### Consulta 153 - Especificaciones Técnicas del Ítem 21- Pinza Mixer Recta:

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Mandíbula con angulación de 60° grados, parte operativa de forma ovalada plana con fenestra central; cara interna con ranuras transversales; ramas de superficie lisa unidas por un tornillo liso en tercio medio. Mango ergonómico y anillos completos		
Favor aclarar si se refiere a pinza de disección OVERHOLT MIXTER de 20,5 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 154 - Ítem 1 - Cortador de yeso eléctrico

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Solicitamos a la convocante se puedan cotizar cortador de yeso eléctrico con potencia de 500W, considerando que es suficiente para cortar yeso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

### Consulta 155 - Ítem 1 - Cortador de yeso eléctrico

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Por favor aclarar a qué se refiere esta especificación: Su textura con canales helicoidales acelera el desgaste del modelo, a juzgar por la redacción fue copiado de un catálogo o cotización en particular.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

### Consulta 156 - Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular, con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En el rango de presión invasiva, solicitamos se acepten monitores con rango de medición de presión no invasiva de -40 a 300mmHg y exactitud de + 4%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		



Consulta 157 - Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular, con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde solicitan respiración de 1 a 150 respiraciones por minuto o mayor, solicitamos se puedan cotizar monitores con rango de respiración de 3 a 150 rpm, un valor apenas menor no afecta a la funcionalidad del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 158 - Ítem 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Solicitamos a la convocante que donde solicitan (un) CD de instalación de software, el mismo pueda ser instalado a través de un dispositivo USB u online, con su respectiva licencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 159 - Ítem 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Monitor desfibrilador ECG, DEA, PMS, solicitamos que la especificación PMS sea eliminada o considerada opcional, teniendo en cuenta que corresponde a una marca en particular por lo que se limita la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 160 - Ítem 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden: Pantalla color 8", de manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se acepten pantalla color de 7" o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 161 - Ítem 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Por favor solicitamos se aclare que la función RCP se refiere a la ayuda de voz y en pantalla?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Si, se refiere a dicha función.-		

### Consulta 162 - Item 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Pantalla LCD a colores de 8" o mayor de manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se acepten pantalla color de 7" o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 163 - Item 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
De manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan ofertar desfibriladores con memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 50 resúmenes de eventos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 164 - Item 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden: Límite superior: 360 Joules, solicitamos puedan revisar esta especificación considerando que se solicita forma de onda bifásica y es dañino para el corazón tener 360 Joules de energía de en dos direcciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

### Consulta 165 - Item 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde solicitan: Capacidad para uso con latiguillos 3, 5 o 10 vías, por favor considerar el cable de 10 vías como opcional, debido a que el ECG del desfibrilador no se utiliza con fines diagnósticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 166 - Item 8 - Cardiodesfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Con respecto a la batería 180 minutos de monitoreo continuo, solicitamos se puedan cotizar desfibriladores con batería de 150 minutos de monitoreo continuo, seguido de 20 choques a carga máxima.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 167 - Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular, con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Solicitamos se puedan ofertar monitores multiparamétricos modulares o preconfigurados, siempre que los monitores cuenten con todos los parámetros solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 168 - Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular, con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En el rango de temperatura solicitamos se puedan ofertar monitores con rango de temperatura de 25 a 45 °C, este valor no afecta en ningún modo el uso debido a que temperaturas muy bajas no son compatibles con la vida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 169 - Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular, con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde solicitan: VII. Gasto Cardíaco mínimamente invasivo a través de la presión arterial o no invasivo, solicitamos a la convocante pueda ampliar las especificaciones técnicas de este parámetro, considerando que el gasto cardíaco mínimamente invasivo se realiza con una referencia de termodilución, por lo que se debe utilizar los mismos insumos de Swan Ganz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 170 - Ítem 10- Monitor multiparamétrico modular, con módulos de la misma marca que el monitor, con accesorios, para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Manuales originales de operación y de servicio se deben entregar con el equipo, impresos o en soporte electrónico y en español, solicitamos acepten manuales de servicio en inglés, prácticamente ningún fabricante cuenta con manuales de servicio en español.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 171 - Item 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden 2 Pinzas císticas MIXTER 19 cm, solicitamos se puedan ofertar 2 Pinzas císticas MIXTER 19 cm, con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 172 - Item 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden 2 Pinzas císticas MIXTER 23 cm, solicitamos se puedan ofertar 2 Pinzas císticas MIXTER 23 cm, con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 173 - Item 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden 6 Pinzas Backhaus para campo 10,5 cm, solicitamos se puedan ofertar 6 Pinzas Backhaus para campo 10,5 cm, con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 174 - Item 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden 4 Pinzas Foerster mandíbula estriada 24 cm curva, solicitamos se puedan ofertar 4 Pinzas Foerster mandíbula estriada 24 cm curva con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 175 - Item 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden 4 Pinzas Foerster mandíbula estriada 24 cm recta, solicitamos se puedan ofertar 4 Pinzas Foerster mandíbula estriada 24 cm recta con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 176 - Ítem 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 separador de GOSSET pequeño, abertura máxima 160 mm, valvas laterales 58 mm, valva central 57 x 60 cm, solicitamos nos permitan cotizar 1 separador de GOSSET pequeño, abertura máxima 160 mm, valvas laterales 63 mm, valva central 56 x 60 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 177 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 2 (dos) Separador Maleable OSCHNER 5cm x 33 cm solicitamos se puedan cotizar 2 (dos) Separador Maleable OSCHNER 5cm x 31 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 178 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 2 (dos) Separador Maleable OSCHNER 3cm x 33 cm, solicitamos se puedan cotizar 2 (dos) Separador Maleable OSCHNER 3cm x 31 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 179 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 2 (dos) Separador Maleable OSCHNER 4cm x 33 cm solicitamos se puedan cotizar 2 (dos) Separador Maleable OSCHNER 4cm x 31 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 180 - Ítem 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice 1 Valva vaginal o Separador de Doyen de hoja grande, 115 x 45 mm, 25 cm de longitud, solicitamos nos permitan cotizar 1 Valva vaginal o Separador de Doyen de hoja grande, 115 x 55 mm, 28 cm de longitud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 181 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 12 (doce) Pinzas Hemostáticas de CRILE recta de 14 cm, solicitamos nos permitan cotizar 12 (doce) Pinzas Hemostáticas de CRILE recta de 14 cm con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 182 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 2 (dos) Separador RICHARDSON 24 cm, 20 x 25 mm, solicitamos se puedan cotizar 2 (dos) Separador RICHARDSON 24 cm, 20 x 28 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 183 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 4,5cmx8,5cmx24cm, solicitamos se puedan cotizar 2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 5,5cmx9,5cmx28cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 184 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 6 (seis) Pinza DUVAL (triangular) 15mm x 20.5 cm, solicitamos se puedan cotizar 6 (seis) Pinza DUVAL (triangular) 15mm x 20.5 cm con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 185 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 6 (seis) Pinza Clamps intestinal KOCHER 23 cm acodado solicitamos se puedan cotizar 6 (seis) Pinza Clamps intestinal KOCHER 23 cm con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 186 - Item 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden: 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en aluminio anodizado, sugerimos respetuosamente a la convocante se sustituya por 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en acero inoxidable, por la larga vida útil de las cajas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 187 - Ítem 16- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE MEDIANA COMPLEJIDAD - VESÍCULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 x PORTA AGUJA MAYO HEGAR, estriada con ranura, largo 15cm, solicitamos nos permitan cotizar 1 x PORTA AGUJA MAYO HEGAR, estriada con ranura, largo 15cm con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 188 - Item 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 (un) Pote redondo de 250 cc., solicitamos se puedan cotizar 1 (un) Pote redondo de 160 cc. que corresponde a una medida estándar para este tipo de potes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 189 - Ítem 18- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Donde dice: 1 x Pinza de restos ovulares de COLLIN, 26 cm, solicitamos se pueda cotizar 1 x Pinza de restos ovulares de COLLIN, 26 cm con variación de + 1 cm en la medida</p> <p>Donde dice: 1 x Pinza para curaciones de CHERON, 26 cm solicitamos se pueda cotizar 1 x Pinza para curaciones de CHERON, 26 cm con variación de + 1 cm en la medida</p> <p>Donde dice: 1 x Pinza para placenta WINTER, 28 cm solicitamos se pueda cotizar : 1 x Pinza para placenta WINTER con variación de + 1 cm en la medida</p> <p>Donde dice: 1 x Juego de curetas SIMS, 6 piezas del 1 al 6, romas, 24.5 26 cm, solicitamos se pueda cotizar 1 x Juego de curetas SIMS, 6 piezas del 1 al 6, romas, de 31 cm.</p> <p>Donde dice: 1 x Juego de curetas SIMS, 6 piezas del 1 al 6, cortantes, 24.5 26 cm, solicitamos se pueda cotizar 1 x Juego de curetas SIMS, 6 piezas del 1 al 6, cortantes, de 31 cm.</p> <p>Donde piden: 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en aluminio anodizado, sugerimos respetuosamente a la convocante se sustituya por 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en acero inoxidable, por la larga vida útil de las cajas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 190 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Donde dice: 12 (doce) Pinzas Hemostáticas de CRILE curva de 14 cm, solicitamos nos permitan cotizar 12 (doce) Pinzas Hemostáticas de CRILE curva de 14 cm con variación de + 1 cm en la medida</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 191 - Ítem 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Donde dice: 1 Pinza de DUVAL, para agarrar, 15mm de boca, 21 cm, solicitamos nos permitan cotizar 1 Pinza de DUVAL, para agarrar, 15mm de boca, 21 cm con variación de + 1 cm en la medida</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		



### Consulta 192 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 (uno) Separador de GOSSET de 160 x 58 x 57 mm, solicitamos se pueda cotizar 1 (uno) Separador de GOSSET de 160 x 63 x 56 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 193 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 4,5cmx11cmx24cm, solicitamos se puedan cotizar 2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 5,5cmx11,5cmx28cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 194 - Ítem 14 - Caja especializada de instrumental para cirugía general

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 2Valva suprapúbica o Separador maleable OSCHNER, mediano, 40 x 330 mm, solicitamos nos permitan cotizar 2Valva suprapúbica o Separador maleable OSCHNER, mediano, 40 x 300 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 195 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 6 (seis) Pinza DUVAL (triangular) 25mm x 23 cm, solicitamos se puedan cotizar 6 (seis) Pinza DUVAL (triangular) 27 mm x 24		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 196 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 (un) Pote redondo de 250 cc., solicitamos se puedan cotizar 1 (un) Pote redondo de 160 cc. que corresponde a una medida estándar para este tipo de potes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 197 - Ítem 16- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE MEDIANA COMPLEJIDAD - VESÍCULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden: 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en aluminio anodizado, sugerimos respetuosamente a la convocante se sustituya por 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en acero inoxidable, por la larga vida útil de las cajas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 198 - Ítem 17- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECO-OBSTÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 Especulo vaginal DOYEN, 45 x 85 mm, 25 cm, mediano, solicitamos nos permitan cotizar 1 Especulo vaginal DOYEN, 55 x 95 mm, 28 cm, mediano		
Donde dice: 1 x Par de separadores doble PARKER (FARABEUF) 18 cm, solicitamos nos permitan cotizar 1 x Par de separadores doble PARKER (FARABEUF) 18 cm con variación de + 1 cm en la medida		
Donde dice: 1 x Par de separadores FARABEUF-BABY 12 cm x 10 mm, solicitamos se pueda cotizar 1 x Par de separadores FARABEUF-BABY 12 cm x 10 mm con variación de + 1 cm en la medida		
Donde dice: 1 x Pinza hemostática HALSTED (ADSON) s/ diente 18 cm, solicitamos se pueda cotizar 1 x Pinza hemostática HALSTED (ADSON) s/ diente 18 cm con variación de + 1 cm en la medida		
Donde dice: 1 x TUBO DE ASPIRACIÓN YANKAUER, largo 28cm solicitamos nos permitan cotizar 1 x TUBO DE ASPIRACIÓN YANKAUER, largo 28cm con variación de + 1 cm en la medida		
Donde piden: 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en aluminio anodizado, sugerimos respetuosamente a la convocante se sustituya por 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en acero inoxidable, por la larga vida útil de las cajas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 199 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde piden: 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en aluminio anodizado, sugerimos respetuosamente a la convocante se sustituya por 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en acero inoxidable, por la larga vida útil de las cajas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 200 - Ítem 16- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE MEDIANA COMPLEJIDAD - VESÍCULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 x PINZA ANATÓMICA de disección, modelo estándar 1 x 2 dientes, largo 14.5cm, solicitamos se puedan cotizar 1 x PINZA ANATÓMICA de disección, modelo estándar 1 x 2 dientes, largo 14.5cm con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 201 - Ítem 16- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE MEDIANA COMPLEJIDAD - VESÍCULA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 x TUBO DE ASPIRACIÓN YANKAUER, largo 28cm solicitamos nos permitan cotizar 1 x TUBO DE ASPIRACIÓN YANKAUER, largo 28cm con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 202 - Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: 1 (uno) Separador de costilla BALLEY 17 cm, solicitamos nos permitan cotizar 1 (uno) Separador de costilla BALLEY 17 cm con variación de + 1 cm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 203 - Ítem 19- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA PARTO POR CESÁREA

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Ítem 19- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA PARTO POR CESÁREA		
Donde dice: 1 x Separador valva, N° 2 mediana, 33 cm solicitamos se pueda cotizar 1 x Separador valva, N° 2 mediana, 33 cm con variación de + 2 cm en la medida		
Donde dice: 1 x Par de separadores FARABEUFBABY 12 cm x 10 mm, solicitamos se pueda cotizar 1 x Par de separadores FARABEUFBABY 12 cm x 10 mm con variación de + 1 cm en la medida		
Donde dice: 1 x TUBO DE ASPIRACIÓN YANKAUER, largo 28cm solicitamos nos permitan cotizar 1 x TUBO DE ASPIRACIÓN YANKAUER, largo 28cm con variación de + 1 cm en la medida		
Donde piden: 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en aluminio anodizado, sugerimos respetuosamente a la convocante se sustituya por 1 (una) Caja de esterilización, tapa y fondo, en acero inoxidable, por la larga vida útil de las cajas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 204 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Considerando las demoras en las cadenas de provisión, escasez de materia prima, solicitamos que el plazo de entrega de los equipos e instrumentales sea de 120 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 205 - Ítems 3 Sillón Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Ademas de las especificaciones técnicas que se encuentra en el pliego, se podría considerar también las siguientes:		
<p>Sillón</p> <p>Estructura(base y respaldo) construida en acero solido y revestido con tratamiento anticorrosivo</p> <p>Tapizado del respaldo fácilmente desmontable(sin tornillo) para su desinfección</p> <p>Capacidad de soportar pacientes de 180 Kg</p> <p>Posibilidad de accionamiento de movimientos del sillón a través de un pedal de comando ubicado en la base del sillón y un comando ubicado en la unidad dental.</p> <p>Pedal comando con: 3 programaciones de trabajo, retorno automático a la posición cero, activación del reflector y bloqueo del movimiento del sillón al activar cualquier tecla</p> <p>Ambidiestro</p> <p>Unidad Dental</p> <p>Pedal neumático individual para las piezas de mano, progresivo que permite el control de la velocidad de accionamiento y en cualquier punto del pedal.</p> <p>Bandeja de acero inoxidable, desmontable para su desinfección</p> <p>Escupidera</p> <p>Unidad de agua rebatible manualmente con movimiento horizontal de 90° con drenaje para retener los sólidos y la cobertura para evitar salpicaduras.</p> <p>Filtro de residuos individuales para cada manguera suctor, de fácil acceso, extracción y limpieza</p> <p>Reflector odontológico</p> <p>El reflector con fuente de luz blanca y fría</p> <p>Accionamiento en el pedal de comando del sillón y en la unidad dental</p> <p>Manijas bilaterales en forma de asa</p> <p>Espejo multifacetado o iluminación directa</p> <p>Intensidad de iluminación: entre 8.000 y 35.000 Lux</p> <p>Cabeza en material resistente, con 620° de rotación de la cabeza</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 206 - Ítems 4Autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Capacidad del tanque: 12 litros</p> <p>Tanque de presión: en acero inoxidable            Bandejas: 2 acero inoxidable            Puerta: en aluminio inyectado recubierto de acero inoxidable            Anillo sellador de la puerta: de silicona</p> <p>Indicación para monitoreo: manómetro (presión / temperatura)            Desaeración automática            Sistema electrónico micro-controlado de tiempo y temperatura            Tecla de emergencia            Sistema electrónico que interrumpe el ciclo de esterilización            Termostato            Dos válvulas de sobrepresión sello de seguridad            Válvula de subpresión antivació            Válvula solenoide            Anillo de silicona para veda de la puerta            Dispositivo con sistema de seguridad contra abertura accidental de la puerta            Conjunto de fusibles eléctricos            Filtro sinterizado            Aislamiento térmico interno            Manguera para drenaje del vapor            Resistencia tipo collar            Cable sensor de temperatura            Tubería interna de cobre</p> <p>Potencia:1600 VA</p> <p>Temperatura de operación:128°C ± 5 (123 a 133°C)</p> <p>Tempos de esterilización:16 minutos</p> <p>Tempo del ciclo completo:60 minutos</p> <p>Consumo de Agua:150 - 200ml</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 207 - Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
<p>Se deberia de pedir muestras y montajes de equipos ofertados en las licitaciones de equipamientos siempre es importante eso para evitar luego inconvenientes de las bondades reales de los equipos y asi evitar ofertas erroneas o mal intencionadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 208 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Donde dice: Monitor desfibrilador ECG, DEA, PMS, solicitamos diga Monitor desfibrilador ECG, DEA, y que PMS sea opcional considerando que solo una marca cuenta con PMS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 209 - EE TT - ITEM 7 - Lámpara scialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm" Se solicita a la convocante admitir equipos con diámetro de cúpula de 670mm a más. Esta diferencia no afecta a las prestaciones de los equipos y permitiría presentarse a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 210 - EE TT - ITEM 7 - Lámpara scialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor" Se solicita a la convocante admitir equipos con diámetro de campo regulable de 180mm ó menor y 280mm o mayor considerando que es un equipo portátil y de apoyo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 211 - EE TT - ITEM 7 - Lámpara scialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Peso de la cúpula: no mayor a 10kg." Se solicita a la convocante admitir equipos de mayor peso, 16kg o menos, considerando las prestaciones y características solicitadas. Las mismas inevitablemente influyen en el peso de la cúpula de la lámpara.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 212 - EE TT - ITEM 7 - Lámpara scialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Clase de protección IP 54, o superior" Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 213 - EE TT - ITEM 8 - CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Pantalla LCD a colores de 8" o mayor". Se solicita a la convocante admitir equipos de 7" o más, esta diferencia no afectaría a las prestaciones y un equipo más compacto pero eficiente es más útil en una situación de emergencia. Así también, permitirían la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 214 - EE TT - ITEM 8 - CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Memoria para almacenar sucesos relacionados a al menos 150 pacientes.". Se solicita a la convocante admitir equipo con capacidad de 100 pacientes o más, así permitiendo la participación de más oferentes. Esta especificación no sería crucial en el desempeño del equipo debido a que deberá contar con la opción de transferir los datos del paciente mediante un dispositivo externo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 215 - EE TT - ITEM 9 - MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Cuatro ruedas de al menos 12,5 cm. de diámetro." Se solicita a la convocante admitir equipos con ruedas de 7.5cm o más. Cada equipo está diseñado para soportar su estructura y sus prestaciones. Así permitirían la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 216 - EE TT - ITEM 9 - MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Trendelemburg directo e inverso: 30° e inverso: 30° (eléctrica) o mejor." Se solicita a la convocante admitir equipos con +/- 25° de inclinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 217 - EE TT - ITEM 9 - MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA GENERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Angulación vertical de la sección piernas de 38°/90° (manual)" Se solicita a la convocante admitir equipos con 20°/ 90° de inclinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 218 - EE TT - ITEM 10 - MONITOR CARDIORESPIRADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

Donde mencionan "Con sistema de prueba automática de todas las funciones del equipo y diagnóstico automático de fallas." Se solicita modificar el punto a Opcional. Esta especificación es característica de un fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

## Consulta 219 - EE TT - ITEM 10 - MONITOR CARDIORESPIRADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Con tecnología para supresión de artefactos y baja perfusión." Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL debido a que este inciso fue copiado de la página web de un fabricante específico con representación local.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 220 - EE TT - ITEM 10 - MONITOR CARDIORESPIRADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Método de medición: Oscilométrico, utilizando deflación gradual y lineal." Se solicita a la convocante aclarar este punto o modificarlo a OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 221 - EE TT - ITEM 10 - MONITOR CARDIORESPIRADOR

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Las condiciones ambientales mínimas para operación del equipo, deben ser conforme a las condiciones propias de la zona geográfica donde se localiza el Hospital y las condiciones propias del Ambiente/Servicio donde se instalará el equipo." Se solicita a la convocante aclarar o modificar este punto debido a que no contiene características del ambiente referido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Debe ser adaptable a nuestro ambiente climatico.-

## Consulta 222 - EE TT - ITEM 12 - Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor" Se solicita a la convocante admitir equipos con diámetro de campo regulable de 180mm ó menor y 280mm o mayor. En la práctica es un margen eficiente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.



### Consulta 223 - EE TT - ITEM 10 - Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm" Se solicita a la convocante admitir equipos con diámetro de cúpula de 670mm a más. Esta diferencia no afecta a las prestaciones de los equipos y permitiría presentarse a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 224 - EE TT - ITEM 12 - Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm" Se solicita a la convocante admitir equipos con diámetro de cúpula de 670mm a más. Esta diferencia no afecta a las prestaciones de los equipos y permitiría presentarse a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 225 - EE TT - ITEM 12 - Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Carcasa de aluminio sellado para fácil desinfección" Se solicita a la convocante modificar este punto debido a que el aluminio no es un material ideal para el ambiente en el que se desarrollaría el equipo. Se solicita admitir equipos de "Carcasa de aluminio o polímero de alta resistencia".

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

### Consulta 226 - EE TT - ITEM 12 - Lámpara quirúrgica de techo.

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Clase de protección IP 54, o superior" Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

### Consulta 227 - EE TT - ITEM 13 - Torre para cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

En los ítems referentes al PROCESADOR DE IMÁGENES ENDOSCÓPICAS FULL HD. Se solicita modificar estos puntos debido a que lo solicitado es característica de una marca afianzada en el mercado, así evitando realizar direccionamientos. Se solicita modificar los mismos que no sean genéricos a OPCIONAL. Por ejemplo, el inciso referente a la realización simultánea de endoscopia rígida y video endoscopia mediante un módulo, que es de público conocimiento que es una prestación característica de cierto fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 228 - EE TT - ITEM 13 - Torre para cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Se solicita a la oferente solicitar los instrumentales para CVL en otro llamado o lote debido a que no todos los fabricantes de equipos ofrecen instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 229 - EE TT - ITEM 13 - Torre para cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrillation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18, para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta." Se solicita a la convocante admitir equipos con protección del tipo BF, considerando que el cabezal de cámara no es un equipo que interfiera o que esté en contacto directo o indirecto con el corazón del paciente, y en caso de una eventual fibrilación existen protocolos por lo tanto no sería determinante que el equipo contara con tal tipo de protección por sí solo. Así también, estaría permitiendo la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 230 - EE TT - ITEM 13 - Torre para cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Regulación de intensidad de la luz: en al menos 15 niveles" Se solicita a la convocante admitir equipos con 14 niveles de regulación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 231 - EE TT - ITEM 13 - Torre para cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Posibilidad de ajustar el nivel de luz, mediante los botones del cabezal de cámara" Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL, debido que anteriormente fue solicitado un cabezal de cámara de al menos 2 botones. Con este inciso se crea una contradicción debido a que con esa cantidad de botones difícilmente se puedan tener estas prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 232 - EE TT - ITEM 20 - Lámpara cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
"Carcasa de aluminio sellado para fácil desinfección" Se solicita a la convocante modificar este punto debido a que el aluminio no es un material ideal para el ambiente en el que se desarrollaría el equipo. Se solicita admitir equipos de "Carcasa de aluminio o polímero".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 233 - EE TT - ITEM 20 - Lámpara cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm" Se solicita a la convocante admitir equipos con diámetro de cúpula de 670mm a más. Esta diferencia no afecta a las prestaciones de los equipos y permitiría presentarse a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 234 - EE TT - ITEM 20 - Lámpara cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor" Se solicita a la convocante admitir equipos con diámetro de campo regulable de 180mm ó menor y 280mm o mayor. En la práctica es un margen eficiente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 235 - EE TT - ITEM 20 - Lámpara cialitica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

"Clase de protección IP 54, o superior" Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 236 - consultas para Item 12 Lámpara quirúrgica de techo

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA De forma a evitar confusiones, se solicita que donde  
 Dice: Suspensión cardan para la colocación de la luminaria.  
 Diga: Suspensión con doble arco para la colocación de las cúpulas.

CONSULTA Se solicita poder cotizar índice de rendimiento cromatico R9 de 85% ±2%

CONSULTA Se recomienda que la scialítica tenga un panel de control principal localizado en la pared y panel de control individual en cada cúpula o brazo resorte. Una vez posicionada la scialítica sobre el campo, cualquier accionamiento de su panel de control en la cúpula o en el brazo resorte, puede mover la scialítica de su posicionamiento sobre el campo. Generalmente las scialíticas son comandadas desde el control de pared por un personal de enfermería.

CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.

CONSULTA Se consulta si la cialítica debe ser compatible con Flujo Laminar.

CONSULTA Considerando que la IEC IEC 60601-2-41 no establece la cantidad de leds que debe poseer una cialítica y que no todos los fabricantes de cialíticas poseen exactamente 50 leds en sus cúpulas. La producción y calidad de la luz emitida y colimada no es directamente dependiente de la cantidad de leds que se utilizan y si del sistema óptico que optimiza el flujo de luz producido. Favor considerar este item opcional o retirar, porque es irrelevante y dirige las especificaciones a una marca y modelo.

CONSULTA Favor aclarar si el diámetro de campo de luz debe ser ajustable electrónicamente.

CONSULTA Se consulta si la debe poseer control de intensidad digital y electrónico de 10% a 100% ajustable en un panel de control localizado en la pared y en la cúpula principal y la cúpula satélite.

CONSULTA Se consulta si la scialítica debe tener luz ambiental para cirugías con video laparoscopia o endoscópicas.

CONSULTA En las especificaciones se solicita solamente la profundidad de iluminación al 20% igual a 1000mm. Pero actualmente la nueva Norma IEC 60601-2-41 "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico", solicita que se especifique también la profundidad de iluminación al 60%. Por lo tanto, se solicita que en las especificaciones también se solicite la profundidad al 60%, se recomienda un mínimo de 500mm o mayor, de forma a atender la Norma IEC 60601-2-41. Favor verificar.

CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener panel de control, instalada en la pared de la sala, donde se pueden controlar funciones como: Encendido/Apagado, Selección de la scialitica principal y satélite, Luz ambiental, Control de intensidad luminosa, Diámetro del punto focal, Indicador visual del nivel de carga de la batería. Favor especificar.

CONSULTA Se consulta si la scialitica debe detectar sistema automático para la detección de la cabeza del cirujano y compensar su sombra aumentando automaticamente la intensidad en los otros leds.

CONSULTA Debido a que las scialiticas no están expuestas a líquidos y polvo en forma directa, se solicita que la protección contra ingresos de líquidos y polvo sea IP44 o mejor para las cúpulas.

CONSULTA De forma a permitir una mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 340mm o mayor

Diga: Diámetro del campo regulable electrónicamente : d10 de al menos 200 mm o menor a 250mm o mayor

CONSULTA No todos los fabricantes poseen exactamente 60 LEDS en sus cúpulas. La producción y calidad de la luz producida y colimada no es directamente dependiente de la cantidad de LEDs y si del sistema óptico que optimia la luz producida. Favor considerar este item opcional o retirar.

CONSULTA Se consulta si la scialitica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de iluminación, lo que posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.

Respuesta	Fecha de Respuesta
Remitirse a la Adenda N° 2.	19-07-2022

## Consulta 237 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta
En dicho item establecen que el cabezal debe ser esterilizable por gas, plasma o autoclave. Al respecto, sugerimos a la convocante tener en cuenta cabezal que no precisa esterilización, ya que la misma puede incluir un cobertor térmico o funda para el efecto. Este cobertor mantiene la temperatura constante y evita el empañamiento de la cámara, por lo cual permite el cumplimiento de los fines de uso y a su vez, permitiría una mayor participación de oferentes.	07-07-2022

Respuesta	Fecha de Respuesta
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.	19-07-2022

## Consulta 238 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes: 01 (una) Camisas de Reducción/Extractor 11/5. (+/- 1mm) 01 (una) Pieza de Reducción 11/5. (+/- 1mm).		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Considerar la reducción de 10 a 5 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 239 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 02 (dos) Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de diámetro de 10 a 11 mm o aceptar de 10 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 240 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 02 (dos) Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de diámetro de 5 a 6 mm o aceptar de 5 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 241 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (un) Tubo de aspiración e irrigación, 5 mm de diámetro Longitud 36 cm (+/- 2cm), con aberturas laterales.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 242 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes		
01 (un) Electrodo de coagulación y disección, Forma de L, Tamaño 5 mm, aislado, con conexión para coagulación unipolar, Longitud 36 cm (+/- 2cm).		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 243 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes		
02 (dos) Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4 mm, Longitud 300 cm (+/- 5cm), para unidades HF.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 244 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (una) Pinza de disección y agarre tipo KELLY,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 245 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (una) Pinza de agarre, mandíbulas de tigre,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 246 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (una) Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 247 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 02 (dos) Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 248 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (una) Pinza agarre con dentado múltiple, 01 (una) Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, 01 (una) Pinza de garra 2x3 dientes,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 249 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 02 (dos) Aplicador de clips,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 250 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (una) Aguja para inyección,		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 0,8 a 1,2 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 251 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (un) Macro porta aguja		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		



## Consulta 252 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (un) Recipiente de plástico o aluminio para esterilización y almacenamiento, con armazón extraíble para instrumentos y soporte para la fijación de hasta 12 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm Ø y hasta 6 trocares, perforado, con tapa transparente, dimensiones adecuadas capaz de contener todo el instrumental		
Considerar contenedor para esterilización y almacenamiento con armazón extraíble capaz de contener todos los instrumentales y trocares solicitados, y que serán visto en catálogo para su mejor apreciación. Esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 253 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
En los siguientes componentes 01 (una) Pinza de agarre bipolar tipo KELLY, 01 (una) Pinza de adherencias tipo VANCAILLIE, una mandíbula fenestrada 01 (una) Pinza para trompas de Falopio tipo VANCAILLIE		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 254 - Especificaciones Técnicas del ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Caja especializada de instrumental para Cirugía General 1 separador de GOSSET pequeño, abertura máxima 160 mm, valvas laterales 58 mm, valva central 57 x 60 cm.		
Sugerimos a la convocante aclarar que la valva central las medidas son 59 x 57 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 255 - Especificaciones Técnicas del ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Caja especializada de instrumental para Cirugía General 1 Pinza de DUVAL, para agarrar, 15mm de boca, 21 cm 1 (un) Pote redondo de 250 cc.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de +- 1 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 256 - Especificaciones Técnicas del ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
Caja especializada de instrumental para Cirugía General 1 Valva vaginal o Separador de Doyen de hoja grande, 115 x 45 mm, 25 cm de longitud		
Sugerimos a la convocante se poder cotizar VALVA VAGINAL DOYEN 120X45MM, 24 cm de longitud, ya que no afecta la funcionalidad 5 mm en la valva y 1 cm en la longitud y esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 257 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA De forma a evitar confusiones, se solicita que donde Dice: Suspensión cardan para la colocación de la luminaria. Diga: Suspensión con doble arco para la colocación de las cúpulas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 258 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se solicita poder cotizar índice de rendimiento cromático R9 de 85% ±2%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 259 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se recomienda que la scialítica tenga un panel de control principal localizado en la pared y panel de control individual en cada cúpula o brazo resorte. Una vez posicionada la scialítica sobre el campo, cualquier accionamiento de su panel de control en la cúpula o en el brazo resorte, puede mover la scialítica de su posicionamiento sobre el campo. Generalmente las scialíticas son comandadas desde el control de pared por un personal de enfermería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 260 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 261 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se consulta si la cialítica debe ser compatible con Flujo Laminar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Debe ser compatible con flujo laminar.		

## Consulta 262 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Considerando que la IEC IEC 60601-2-41 no establece la cantidad de leds que debe poseer una cialítica y que no todos los fabricantes de cialíticas poseen exactamente 50 leds en sus cúpulas. La producción y calidad de la luz emitida y colimada no es directamente dependiente de la cantidad de leds que se utilizan y si del sistema óptico que optimiza el flujo de luz producido. Favor considerar este item opcional o retirar, porque es irrelevante y dirige las especificaciones a una marca y modelo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 263 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Favor aclarar si el diámetro de campo de luz debe ser ajustable electrónicamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 264 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se consulta si la debe poseer control de intensidad digital y electrónico de 10% a 100% ajustable en un panel de control localizado en la pared y en la cúpula principal y la cúpula satélite.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 265 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se consulta si la scialítica debe tener luz ambiental para cirugías con video laparoscopia o endoscópicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Debe poseer.		

## Consulta 266 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA En las especificaciones se solicita solamente la profundidad de iluminación al 20% igual a 1000mm. Pero actualmente la nueva Norma IEC 60601-2-41 "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico", solicita que se especifique también la profundidad de iluminación al 60%. Por lo tanto, se solicita que en las especificaciones también se solicite la profundidad al 60%, se recomienda un mínimo de 500mm o mayor, de forma a atender la Norma IEC 60601-2-41. Favor verificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 267 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener panel de control, instalada en la pared de la sala, donde se pueden controlar funciones como: Encendido/Apagado, Selección de la scialitica principal y satélite, Luz ambiental, Control de intensidad luminosa, Diámetro del punto focal, Indicador visual del nivel de carga de la batería. Favor especificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 268 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se consulta si la scialitica debe detectar sistema automático para la detección de la cabeza del cirujano y compensar su sombra aumentando automaticamente la intensidad en los otros leds.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 269 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Debido a que las scialíticas no están expuestas a líquidos y polvo en forma directa, se solicita que la protección contra ingresos de líquidos y polvo sea IP44 o mejor para las cúpulas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 270 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA De forma a permitir una mayor participación de oferentes y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 340mm o mayor Diga: Diámetro del campo regulable electrónicamente : d10 de al menos 200 mm o menor a 250mm o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 271 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA No todos los fabricantes poseen exactamente 60 LEDs en sus cúpulas. La producción y calidad de la luz producida y colimada no es directamente dependiente de la cantidad de LEDs y si del sistema óptico que optimia la luz producida. Favor considerar este item opcional o retirar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 272 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA Se consulta si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de iluminación, lo que posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 273 - Item 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2022
CONSULTA4 Favor aclarar si la scialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 274 - Item 7 Lámpara sicalíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 7.1 De forma a no dirigir las especificaciones, se solicita que donde dice:  
Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm, Diga Diámetro de las cúpulas: de al menos 690 mm o menor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 275 - Item 7 Lámpara sicalíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 7.2 De forma a no dirigir las especificaciones a un determinado fabricante y considerenado que se trata de una scialitica portátil y no de techo, se solicita que donde  
Dice: Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 300 mm o menor a 330mm o mayor  
Diga: Diámetro del campo regulable: d10 de al menos 220mm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 276 - Item 7 Lámpara sicalíticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 7.3 Considerando que se trata de una scialitica portátil, se solicita que donde  
Dice: Clase de protección IP 54, o superior  
Diga: Clase de protección IP 20, o superior

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 277 - Ítem 8- CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 8.1 De forma a no dirigir las especificaciones, se solita que donde  
Dice: Pantalla LCD a colores de 8" o mayor  
Diga: Pantalla LCD a colores de 7" o mayor

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 278 - Ítem 8- CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 8.2 Considerando la última revisión de la AHA (American Heart Association) y de forma a no dirigir las especificaciones se solicita que donde  
Dice: Límite superior: 360 Joules  
Diga: Límite superior: 200 Joules o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 279 - Ítem 8- CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 8.3 Se solicita que esta solicitud sea considerada opcional Capacidad de autosecuencia de carga: para transportar energías preconfiguradas por el usuario para el 1er, 2do y 3er choques, sin necesidad de alteración manual del selector sea considerada opcional porque dirige las especificaciones al modelo Dualmax de INSTRAMED.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 280 - Ítem 8- CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 8.4 Se solicita no colocar siglas sin explicar su significado. Favor explicar que significa la sigla PMS. Informamos que esta sigla es utilizada por INSTRAMED

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 281 - Ítem 8- CARDIODESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CONSULTA 8.5 CONSULTA Considerando las descargas del desfibrilador se realizan con batería sin estar conectado a la red y para evitar confusiones. Se solicita que donde  
Dice: Capacidad de cargar en 6 segundos o menos a 200 Joules o más  
Diga: Tiempo de carga de 1 a 200 Julios en 7 seg, o menos, funcionando a batería o conectado a la red eléctrica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N° 2.

## Consulta 282 - Especificaciones Técnicas del ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
----------	-------------------	------------

CABEZAL DE CÁMARA  
De 3 Chip HD CCD 16:9 DE 1/3, 1920 X 1080 pixel por chip o mejo, lente interna con zoon óptico parafofocal.  
- Resolución de la imagen de 1920 x 1080 pixeles o mejor, en escaneo progresivo (FULL HD)  
Al menos 2 botones de cabezal de cámara programable  
Debe contar con el grado de protección del tipo "Cardiac flowting desfibrillation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18, para la protección del paciente como del equipo, demostrado e indicado en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta.  
Esterilizable por gas, plasma o autoclave.  
Sugerimos a la convocante tener en cuenta cabezal que no precisa esterilización, ya que la misma puede incluir un cobertor térmico o funda para el efecto. Este cobertor mantiene la temperatura constante y evita el empañamiento de la cámara, por lo cual permite el cumplimiento de los fines de uso y a su vez, permitiría una mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 283 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (una) Camisas de Reducción/Extractora 11/5. (+/- 1mm) 01 (una) Pieza de Reducción 11/5. (+/- 1mm). Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia + - 1cm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Considerar la reducción de 10 a 5 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 284 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
02 (dos) Trocar con válvula multifuncional, tamaño 11 mm, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de diámetro de 10 a 11 mm o aceptar de 10 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 285 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (un) Tubo de aspiración e irrigación, 5 mm de diámetro Longitud 36 cm (+/- 2cm), con aberturas laterales. Sugerimos a la convocante ampliar el rango de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 286 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
02 (dos) Trocar con válvula multifuncional, tamaño 6 mm, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de diámetro de 5 a 6 mm o aceptar de 5 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		



## Consulta 287 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (un) Electrodo de coagulación y disección, Forma de L, Tamaño 5 mm, aislado, con conexión para coagulación unipolar, Longitud 36 cm (+/- 2cm). Sugerimos a la convocante ampliar el rango de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 288 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
02 (dos) Cable de alta frecuencia unipolar. Con clavija de 4 mm, Longitud 300 cm (+/- 5cm), para unidades HF. Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 289 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (una) Pinza de disección y agarre tipo KELLY, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 290 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (una) Pinza de agarre, mandíbulas de tigre, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 291 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (una) Pinza de disección y agarre tipo REDICK-OLSEN, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 292 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
02 (dos) Pinza agarre con dentado atraumático especialmente fino, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 293 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (una) Pinza agarre con dentado múltiple, 01 (una) Pinza agarre y disección, mandíbulas acodadas en ángulo recto, 01 (una) Pinza de garra 2x3 dientes, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 294 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
02 (dos) Aplicador de clips, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 33 a 36 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 295 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (una) Aguja para inyección, Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de todos los citados componentes de 0,8 a 1,2 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 296 - Especificaciones Técnicas del Ítem 17- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECO-OBSTÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 x Cánula de succión YANKAUER 28 cm, con extremo y tubo de conexión removible  Sugerimos a la convocante tener en cuenta la especificación siguiente: sin necesidad de ser removible, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 297 - Especificaciones Técnicas del Ítem 19- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA PARTO POR CESÁREA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
6 x Pinza de Campo de BACKHAUS 13 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR s/ diente 14 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR c/ diente 14 cm 1 x Par de separadores FARABEU-F-BABY 12 cm 1 x Pinza FOERSTER recta 24 cm, mandíbula estriada  Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 298 - Especificaciones Técnicas del Ítem 19- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA PARTO POR CESÁREA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. Además, confirmar si lo solicitado se refiere a pinza kocher.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 299 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (un) Macro porta aguja		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 300 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (un) Recipiente de plástico o aluminio para esterilización y almacenamiento, con armazón extraíble para instrumentos y soporte para la fijación de hasta 12 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm Ø y hasta 6 trocares, perforado, con tapa transparente, dimensiones adecuadas capaz de contener todo el instrumental		
Considerar contenedor para esterilización y almacenamiento con armazón extraíble capaz de contener todos los instrumentales y trocares solicitados, y que serán visto en catálogo para su mejor apreciación.		
Esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 301 - Especificaciones Técnicas del ítem 13 en los siguientes componentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
01 (una) Pinza de agarre bipolar tipo KELLY,		
01 (una) Pinza de adherencias tipo VANCAILLIE, una mandíbula fenestrada		
01 (una) Pinza para trompas de Falopio tipo VANCAILLIE		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de 31 a 33 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 302 - Especificaciones Técnicas del ítem 14 - Caja especializada de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 separador de GOSSET pequeño, abertura máxima 160 mm, valvas laterales 58 mm, valva central 57 x 60 cm. Sugerimos a la convocante aclarar que la valva central las medidas son 59 x 57 mm, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 303 - Especificaciones Técnicas del Ítem 17- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECO-OBSTÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 x Cánula de succión YANKAUER 28 cm, con extremo y tubo de conexión removible Sugerimos a la convocante tener en cuenta la especificación siguiente: sin necesidad de ser removible, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 304 - Especificaciones Técnicas del ítem 14 - Caja especializada de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 Valva vaginal o Separador de Doyen de hoja grande, 115 x 45 mm, 25 cm de longitud  Sugerimos a la convocante se poder cotizar VALVA VAGINAL DOYEN 120X45MM, 24 cm de longitud, ya que no afecta la funcionalidad 5 mm en la valva y 1 cm en la longitud y esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 305 - Especificaciones Técnicas del Ítem 21- Pinza Mixer Recta:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
Mandíbula con angulación de 60° grados, parte operativa de forma ovalada plana con fenestra central; cara interna con ranuras transversales; ramas de superficie lisa unidas por un tornillo liso en tercio medio. Mango ergonómico y anillos completos  Favor aclarar si se refiere a pinza de disección OVERHOLT MIXTER de 20,5 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 306 - Especificaciones Técnicas del Ítem 18- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 x Especulo de GRAVES, mediano 100x30 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 95X30MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 307 - Especificaciones Técnicas del ítem 14 - Caja especializada de instrumental para Cirugía General

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 Pinza de DUVAL, para agarrar, 15mm de boca, 21 cm 1 (un) Pote redondo de 250 cc.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de vástago de +- 1 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 308 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
2 (dos) Pinza anatómica sin diente de 14 cm 2 (dos) Pinza anatómica con diente de 14 cm 2 (dos) Tijera METZENBAUM recta de 14 cm 2 (dos) Tijera METZENBAUM recta de 20 cm  2 (dos) Tijera METZENBAUM curva de 14 cm 2 (dos) Porta aguja BAUMGARTNER de 14 cm 2 (dos) Porta aguja MAYO-HEGAR de 18 cm 6 (seis) Pinza DUVAL (triangular) 15mm x 20.5 cm 6 (seis) Pinza KOCHER curva de 23 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de todos los citados componentes +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 309 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
10 (diez) Pinza de campo de BACKAUS de 15 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de todos los citados componentes +2 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 310 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
2 (dos) Separador RICHARDSON 24 cm, 20 x 25 mm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de todos los citados componentes +2 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 311 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 4,5cmx8,5cmx24cm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 90X45MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 312 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
2 (dos) Separador DOYEN (valva vaginal) 4,5cmx11cmx24cm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 120X45MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 313 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
2 (dos) Separador U.S. ARMY (tipo anillo) 21 cm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta el instrumental 20 CM DE MATHIEU, US ARMY NO TIENE ANILLO, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 314 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
6 (seis) Pinza Clamps intestinal DEBAKEY 20 cm curva		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta el instrumental CLAMP INTESTINAL ATRUMATICO DE HARTMANN, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 315 - Especificaciones Técnicas del Ítem 17- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECO-OBSTÉTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
6 x Pinza de Campo de BACKHAUS 13 cm 1 Especulo vaginal DOYEN, 45 x 85 mm, 25 cm, mediano 2 x Porta agujas MAYO-HEGAR 24 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR s/ diente 14 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR s/ diente 14 cm 1 x Pinza de disección anatómica ESTANDAR c/ diente 14 cm 1 x Pinza FOERSTER recta 24 cm, mandíbula estriada 1 x Pinza hemostática ROCHESTER-OCHSNER (ADSON) c/ diente 18 cm 1 x Pinza hemostática HALSTED (ADSON) s/ diente 18 cm		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		



### Consulta 316 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes: 6 (seis) Pinza Clamps intestinal KOCHER 23 cm acodado		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de +- 1 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 317 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 (uno) Separador de FINOCHIETO grande, 42 x 62 x 170 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: VALVAS 44X65MM, ABERTURA 210MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 318 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 (uno) Separador de FINOCHIETO mediano, 28 x 30 x 100 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: VALVAS 28X32MM, ABERTURA 120MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 319 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 (uno) Separador DEEVER (suprapúbica 100 mm x 30 cm)		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: ANCHO DE VALVA 25MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 320 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 (uno) Separador de GOSSET de 160 x 58 x 57 mm		
Sugerimos a la convocante tener en cuenta las siguientes medidas: 175 mm x 200 mm, PROFUNDIDAD DE VALVA 58 MM, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 321 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
1 (uno) Separador de costilla BALLEY 17 cm.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de +- 2 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 322 - Especificaciones Técnicas del Ítem 15- CAJA ESPECIALIZADA DE ABDOMEN Y TÓRAX para los siguientes componentes:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
2 (dos) Pote redondo de 250 cc.		
Sugerimos a la convocante ampliar el rango de +- 0,2 L, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 323 - Especificaciones Técnicas del Ítem 16- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE MEDIANA COMPLEJIDAD - VESÍCULA.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
<p>Para los siguientes componentes: 6 x PINZA DE CAMPO BACKHAUS, largo 13cm 1 x PORTA AGUJA MAYO HEGAR, estriada con ranura, largo 18cm 1 x PINZA FOERSTER RECTA, estriada, largo 24cm. 1 x PINZA Hemostática ADSON, RECTA largo 18cm 1 x TIJERA LITTAUER para cortar hilo, Recta, 13 cm.</p> <p>Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 5 mm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 324 - Especificaciones Técnicas del Ítem 18- CAJA ESPECIALIZADA DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO.

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
<p>1 x Histerómetro de SIMS, 32 cm, rígido, graduado en cm 1 x Pinza de restos ovulares de COLLIN, 26 cm 1 x Cureta para biopsia de NOVAK, 23 cm, diámetro de 4 mm. 1 x Pinza para placenta WINTER, 28 cm</p> <p>Sugerimos a la convocante ampliar el rango de tolerancia de cada uno de los componentes +- 1 cm de longitud, ya que esto no afectaría su finalidad, el cumplimiento de los fines técnicos está garantizado y permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 325 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
<p>Lote 4 - Autoclaves</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante a tener en cuenta que las especificaciones de los equipos no deben ser cerradas para una marca, se sugiere unos rangos en las especificaciones para una justa competencia entre oferentes.</p> <p>Sugerimos las siguientes EETT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta y tanque en acero inoxidable</li> <li>• Aislamiento térmico evitando la disipación de calor</li> <li>• Estructura externa construida con polímeros de ingeniería o acero, proporcionando mejor acabado y fácil higienización</li> </ul> <p>Programas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con ciclos pre-programados completamente automáticos</li> </ul> <p>-Tres programas como mínimo</p> <p>Secado: Puerta cerrada</p> <p>Esterilización: 121°C / 1,15 Bar y 134°C / 2,15 Bar</p> <p>Dimensión del tanque: 24,8 a 30 cm de diámetro y 35 a 48,1 cm de profundidad</p> <p>Con Pantalla LCD o Digital Retroiluminada</p> <p>Aislamiento térmico: Manta de fibra cerámica o de lana de roca</p> <p>Seguridad: Sistemas mecánicos y digitales</p> <p>Potencia: 1400W a 1800W</p> <p>Suministrada con: Mínimo de 2 a 3 bandejas</p> <p>Garantía: 2 años</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 326 - Ítem N° 8 Desfibrilador bifásico:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
<p>Ítem N° 8 Desfibrilador bifásico: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Pantalla color 8". Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con la siguiente configuración; Pantalla color 7" o mayor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 327 - Ítem N° 8 Desfibrilador bifásico:

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2022
<p>Ítem N° 8 Desfibrilador bifásico: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Pantalla LCD a colores de 8" o mayor Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con la siguiente configuración; Pantalla LCD a colores de 7" o mayor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 328 - Ítem N° 8 Desfibrilador bifásico:

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	08-07-2022
Ítem N° 8 Desfibrilador bifásico: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Límite superior: 360 Joules Respetuosamente solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con la siguiente configuración; Límite superior: 200 Joules o mayor		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	19-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 2.		