

## Consultas Realizadas

### Licitación 415304 - Adquisición de reactivos para el ONI - INTN - ad referéndum

#### Consulta 1 - ÍTEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	02-06-2022
En las E.T del PBC figura: Cloruro de sodio (Na cl) p.a. CAS 7647-15-6 Frasco 500 gr. Este CAS corresponde al Bromuro de Sodio. Favor especificar el CAS correcto o si en realidad se trata de Bromuro y no Cloruro		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-06-2022
Se aclara que las especificaciones correctas son: Cloruro de sodio (NaCl) p.a .CAS 7667-14-5.Frasco 500 gramos. Se realizará la modificación correspondiente a través de una adenda al Pliego de Bases y Condiciones.		