

Consultas Realizadas

Licitación 415762 - LPN N° 58/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUA

Consulta 1 - Capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem de capacidad técnica se solicita: Habilitación vigente o constancia en trámite, de Servicio Técnico en Dispositivos Médicos, emitida por el M.S.P.B.S. | | |
| Consultamos amablemente a la convocante si puede ser aceptado como documento demostrable para cumplir este requisito mediante carnet de ingeniero químico emitido por el MSPyBS por la dirección de registro y control de profesionales. El ingeniero debe ser parte del plantel de la empresa oferente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-09-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en lo establecido inicialmente en el PByC, en atención a que se solicita habilitación vigente o constancia en trámite. La empresa puede solicitar la habilitación mencionada donde la convocante acepta como constancia en trámite. Así también el responsable del mantenimiento y arreglo de una planta tratadora de agua para hemodiálisis debe ser un profesional con experiencia en el área biomédica específicamente agua pura para hemodiálisis, que no es lo mismo que producir agua pura para una instalación industrial o laboratorio. | | |

Consulta 2 - Capacidad de experiencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos amablemente si podrían incluir como capacidad de experiencia la provisión y/o instalación de plantas tratadoras y/o potabilizadoras de agua. | | |
| Esto dará lugar a un número mayor de oferentes con las capacidades técnicas de ofertar en la licitación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-09-2022 |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la versión N° 2 del PByC. | | |