

## Consultas Realizadas

# Licitación 416233 - ADQUISICIÓN DE DEFIBRILADOR PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL

### Consulta 1 - EETT punto 4.2.2

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
Donde solicitan 300 J o más como límite superior, recomendamos solicitar 350 Joules o más de tal manera a tener mayor eficacia de desfibrilación en pacientes críticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 2 - EETT punto 4.2.2

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
Donde solicitan 300 J o más como límite superior, recomendamos solicitar 350 Joules o más de tal manera a tener mayor eficacia de desfibrilación en pacientes críticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 3 - Item 1 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
Donde dice: Desfibrilador. Forma de onda bifásica para la terapia de desfibrilación. Límite superior: 300 Joules o más. Capacidad de cargar en 7 segundos o menos a 200 Joules o más; solicitamos se modifique esta especificación. La tecnología bifásica justamente se utiliza para reducir la energía aplicada al paciente y por lo tanto lograr menor daño al miocardio. La tecnología bifásica es descarga en dos sentidos por lo tanto si se descarga 300 Joules se el miocardio estaría recibiendo 600 joules en total. Los desfibriladores con forma de onda bifásica tienen una capacidad de descarga máxima de 200 Joules en dos fases.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 4 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
Sistema de registro Para papel de 50mm ¿Se podría cotizar para papel de 50 a 58mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 5 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
donde dice: Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo.		
Solicitamos a la convocante sean pantallas de 8 pulgadas como minimo eso facilitaria la funcion de monitoreo de signos vitales. aprovechando todas las funciones del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 6 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
donde dice ECG.		
solicitamos especificar el Tamaño de ECG: recomendamos 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 4 cm/mV con visualización en el monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 7 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
ECG		
solicitamos aclarar si cuantas formas de onda se requiere visualizar, no especifican claramente.		
recomendamos		
Selección de derivaciones que se muestra en el monitor, palas, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 8 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
donde solicita SPO2.		
solicitamos especificar rangos de medicion, recomendamos rangos estandar de 30-100%, +- 2% como minimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 9 - CONSULTAS GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
Donde solicitan: Tiempo de entrega del bien de 30 días corridos a partir del cobro del anticipo.		
Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 60 días corridos a partir del cobro del anticipo, considerando que los tiempos de transporte han cambiado desde la aparición del COVID-19, y hasta el momento no se han normalizado principalmente para las importaciones desde Asia y Europa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 10 - CONSULTAS GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<p>Donde solicitan: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso de esterilizador a gas plasma no debe ser solicitado).</p> <p>Solicitamos modificar donde refiere a esterilizador a gas plasma, recomendamos el siguiente texto: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso del desfibrilador debe ser solicitado).</p> <p>Considerando que este tipo de equipamiento médico requiere de registro sanitario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
<p>Favor ajustarse a la Adenda N° 1.</p>		

## Consulta 11 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<p>Donde solicitan: Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo.</p> <p>Solicitamos permitan cotizar equipos con pantalla LCD a colores de 6,5 pulgadas como mínimo, considerando que esta especificación no hace diferencia en la prestación del equipo al paciente, y la diferencia de 0.5 pulgadas no representa mejores condiciones para los profesionales médicos, además permitiría mayor participación, y no limitar a un fabricante en particular.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
<p>Favor ajustarse al PBC.</p>		

## Consulta 12 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<p>Donde solicitan: Límite superior: 300 Joules o más.</p> <p>Solicitamos permitan cotizar equipos con Límite superior: 270 Joules o más, considerando que la tecnología bifásica que se solicita como especificación por normativas internacionales de seguridad ya no permiten descargas de más de 270 joules, solo equipos del pasado anterior a estas nuevas tecnologías permiten descargas de hasta 300 joules, además limitan la participación de importantes marcas reconocidas en nuestro medio que solo cuentan con límite superior de hasta 270 joules.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
<p>Favor ajustarse a la Adenda N° 2.</p>		

## Consulta 13 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2022
<p>DONDE SOLICITAN: Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 120 minutos de monitoreo continuo.</p> <p>Recomendamos considerando las condiciones eléctricas en nuestro país, y por sobre todo en los casos de traslados en ambulancias, solicitar: "Que permita al menos 80 desfibrilaciones a carga máxima ó 180 minutos de monitoreo continuo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
<p>Favor ajustarse al PBC.</p>		

### Consulta 14 - CONSULTAS GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Donde solicitan: Tiempo de entrega del bien de 30 días corridos a partir del cobro del anticipo. Solicitamos ampliar el tiempo de entrega a 60 días corridos a partir del cobro del anticipo, considerando que los tiempos de transporte han cambiado desde la aparición del COVID-19, y hasta el momento no se han normalizado principalmente para las importaciones desde Asia y Europa.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

### Consulta 15 - CONSULTAS GENERALES:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Donde solicitan: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso de esterilizador a gas plasma no debe ser solicitado).		
Solicitamos modificar donde refiere a esterilizador a gas plasma, recomendamos el siguiente texto: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPBS según corresponda de acuerdo al ítem ofertado (en el caso del desfibrilador debe ser solicitado).		
Considerando que este tipo de equipamiento médico requiere de registro sanitario.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

### Consulta 16 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Donde solicitan: Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo.		
Solicitamos permitan cotizar equipos con pantalla LCD a colores de 6,5 pulgadas como mínimo, considerando que esta especificación no hace diferencia en la prestación del equipo al paciente, y la diferencia de 0.5 pulgadas no representa mejores condiciones para los profesionales médicos, además permitiría mayor participación, y no limitar a un fabricante en particular.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse al PBC.		

### Consulta 17 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Donde solicitan: Límite superior: 300 Joules o más.		
Solicitamos permitan cotizar equipos con Límite superior: 270 Joules o más, considerando que la tecnología bifásica que se solicita como especificación por normativas internacionales de seguridad ya no permiten descargas de más de 270 joules, solo equipos del pasado anterior a estas nuevas tecnologías permiten descargas de hasta 300 joules, además limitan la participación de importantes marcas reconocidas en nuestro medio que solo cuentan con límite superior de hasta 270 joules.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2022
Favor ajustarse a la Adenda N° 2.		

## Consulta 18 - CONSULTAS TECNICAS:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
DONDE SOLICITAN CON RESPECTO A LA BATERIA: Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 120 minutos de monitoreo continuo.		
Recomendamos considerando los inconvenientes constantes en la red eléctrica en nuestro país, solicitar como sigue: Que permita al menos 90 desfibrilaciones a carga máxima ó 180 minutos de monitoreo continuo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, favor ajustarse al PBC.		

## Consulta 19 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Donde dice: Sistema de Registro: para papel de 50mm, solicitamos permita ofertar equipos con impresora incorporada para papel de hasta 80mm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-10-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, favor ajustarse al PBC.		