

## Consultas Realizadas

# Licitación 416900 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS, CATETERES Y OTROS INSUMOS MÉDICOS PARA EL INCAN

### Consulta 1 - Lote N° 2 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Solicitamos amablemente a la convocante modificar donde dice "SUTURA MECÁNICA LAPAROSCÓPICA LINEAL CORTANTE, ARTICULADA DE 60 MM, LILA" por "SUTURA MECÁNICA LAPAROSCÓPICA LINEAL CORTANTE, ARTICULADA DE 60 MM", ya que el color LILA específicamente esta direccionando a la marca COVIDIEN, la manera correcta sería especificar el tipo de tejido como normal o grueso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Favor ajustarse a la Adenda Nro. 1		

### Consulta 2 - Lote N° 5 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "SUTURA MECÁNICA CIRCULAR CURVA DE 32 MM DE DIAMETRO, DE UN SOLO USO", o dar la posibilidad de cierto rango como por ejemplo de 31 - 33 MM de diámetro que es lo utilizado generalmente para cirugías en hombres adultos, ya que este tamaño es específico de la marca COVIDIEN, otras marcas poseen diferente diámetro con el mismo fin y también para dar posibilidad a más oferentes posibilitando una mejor oferta para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Favor ajustarse a la Adenda Nro. 1		

### Consulta 3 - Lote N° 6 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2022
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "SUTURA MECÁNICA CIRCULAR CURVA DE 32 MM DE DIAMETRO, DE UN SOLO USO", o dar la posibilidad de cierto rango como por ejemplo de 31 - 33 MM de diámetro que es lo utilizado generalmente para cirugías en hombres adultos, ya que este tamaño es específico de la marca COVIDIEN, otras marcas poseen diferente diámetro con el mismo fin y también para dar posibilidad a más oferentes posibilitando una mejor oferta para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Favor ajustarse a la Adenda Nro. 1		

## Consulta 4 - Lote 4 - Item 1 Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Sutura mecánica circular curva de 28mm de diámetro de un solo uso. Se solicita a la Convocante aplicar un rango de variación de + - 1mm, de manera a dar oportunidad a mas oferentes a presentar oferta dentro del marco de la Ley de Igualdad y libre competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda Nro 2

## Consulta 5 - Lote 12 - Item 1 Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Set de cateter ureteral doble J Calibre 5 - 8FR, longitud 22 - 32cm, siliconado. Se consulta a la Convocante si el material del producto podría ser bañado en silicona, esto de manera a dar mayor oportunidad de participación a los oferentes dentro del marco de igualdad y libre competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda Nro 2

## Consulta 6 - SISTEMA DE ABASTESIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante cambiar el sistema de provisión de bienes al sistema de Abastecimiento Simultaneo, a fin de garantizar que los usuarios del sistema de salud cuenten con los insumos en tiempo y forma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse al PBC

## Consulta 7 - LOTE 9

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante analizar el precio de referencia, esta muy bajo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

## Consulta 8 - LOTE 10

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante analizar el precio de referencia, esta muy bajo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

### Consulta 9 - LOTE 11

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante analizar el precio de referencia, esta muy bajo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

### Consulta 10 - LOTE 12

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante analizar el precio de referencia, esta muy bajo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-09-2022
-----------	--------------------	------------

FAVOR AJUSTARSE AL PBC

### Consulta 11 - LOTE 12 SET DE CATÉTER URETERAL DOBLE J

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar si el set debe de incluir cateter empujador y guia teflonada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda Nro 2

### Consulta 12 - LOTE 13 KIT INDUCTOR PARA TRAQUEOTOMIA PERCUTÁNEA

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar si el kit debe de incluir los siguientes accesorios para su correcta colocación: - Dilatador percutaneo curvo; - 3 Introdutores para diferentes tipo de colocación de tubos de traqueostomia; - aguja introductora de 15 a 18 G; - guia teflonada; -Dilatador introductor; -cateter guia; - gasas; -lubricante;- lubricante; - bisturi # 11 a 15

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda Nro 2

### Consulta 13 - LOTE 14 KIT DE DRENAJE PARA NEUMOTÓRAX Y DERRAME PLEURAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante si el kit debe incluir los siguientes accesorios para su correcta colocación : - el cateter de drenaje;- aguja introductora;- tubo de conexión; - bisturi #11; -valvula de drenaje unidireccional ; -llave de tres vias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda Nro 2

## Consulta 14 - LOTE 7 ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante pueda verificar el precio referencial del ítem mencionado, teniendo en cuenta que el monto no se ajusta al precio actual del mercado, por lo cual recomendamos que el precio sea reajustado a Gs. 198.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC

## Consulta 15 - PUNTO 4: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante modificar el requisito 4 de la siguiente manera: "Los oferentes de productos que no son de su elaboración/fabricación (para los productos importados), deberán presentar Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF / GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria competente en origen O Certificado ISO / CE / UL / FDA / TUVF - otorgado por la entidad certificadora en origen. De esta forma la convocante podrá verificar que los insumos cotizados cuenten con las documentaciones necesarias para su comercialización ajustada a la Resolución S.G. N° 669 en su Art. 4 Inc. B) de Dispositivos Médicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA NRO 3

## Consulta 16 - CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante excluir la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento del fabricante de origen, debido que para la obtención de Registro Sanitario para Dispositivos Médicos (INSUMOS MÉDICOS) según la Resolución S. G. N° 669 en su Art. 4 Inc. B) , no es necesario que las empresas importadoras cuenten con dicho documento, por lo que solicitar el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación de origen estaría en contraposición a la ley vigente, por dicho motivo solicitamos la exclusión de dicho documento del Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA NRO 3

## Consulta 17 - Especificaciones Técnicas Lotes 3 al 6

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
----------	-------------------	------------

¿Se podría otorgar una variación de +/-1mm en las medidas solicitadas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE A LA ADENDA NRO 3

## Consulta 18 - Especificaciones Técnicas del Lote 7 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
<p>En las EETT del lote 7 ítem 1 "Catéter Venoso Central" solicitan:            "7Fr DE 3 LUMEN COMPATIBLE PARA TÉCNICA DE SELDINGER. POLIURETANO, RADIOPACO, CON GUÍA METÁLICA, CON DILATADOR VENOSO Y AGUJA INTRODUCTORA".</p> <p>Sugerimos a la convocante modificar a:            "7 Fr, 3 Lumen, 20 cm de longitud, de poliuretano, técnica de Seldinger con guía de NITINOL a prueba de doblado y acodamiento, resistente y con válvula de seguridad sin aguja, con cable para derivación de ECG para monitorización intra vascular de la posición del catéter, estéril descartable. Con dilatador y aguja introductora."</p> <p>Esto a modo de garantizar insumos de mayor calidad y con características de fabricación que aseguren durabilidad, optimización del flujo de trabajo de los profesionales médicos y seguridad del paciente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
AJUSTARSE A LA ADENDA NRO 3		

## Consulta 19 - Precio referencial del Lote 7 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
<p>Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial del lote 7 ítem 1 "Catéter venoso central" ya que difiere considerablemente del precio actual del mercado. Asimismo, los precios actuales se ven afectados por el aumento en los costos de importación (flete y costos logísticos). Sugerimos modificar a Gs. 300.000.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2022
AJUSTARSE AL PBC		

## Consulta 20 - lote 9

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
<p>Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia, esta muy bajo . Pueden verificar en el ultimo llamado ID 364798 ITEM 33, 34, 35</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
AJUSTARSE AL PBC		

## Consulta 21 - lote 10

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
<p>Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia, esta muy bajo . Pueden verificar en el ultimo llamado ID 364798 ITEM 33, 34, 35</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2022
Ajustarse al PBC		

## Consulta 22 - lote 11

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	26-09-2022
Solicitamos a la convocante verificar el precio de referencia, esta muy bajo . Pueden verificar en el ultimo llamado ID 391513 ITEM 184, 185		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	30-09-2022
Ajustarse al PBC		