

Consultas Realizadas

Licitación 417654 - ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL

Consulta 1 - Normativas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos cite lo siguiente: NORMATIVAS: Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Normas de calidad generales: ISO 13485. esto se debe a que la mayoría de las fabricas obtienen estos documentos por la totalidad de las familias de dispositivos medicos. esta solicitud no evita que se onbtengan equipos con dichas certificaciones y no afecta sustancialmente al llamado permitiendo asi la participacion de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Item 1 Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Item 2 Ecografo portátil de Anestesia Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Item 3 Ecografo Modular Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Item 4 Ecografo portátil inrtaoperatorio Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 7 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>El PBC establece: "Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 30% (TREINTA por ciento) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los siguientes años: 2019,2020 y 2021 en promedio. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos médicos y/o dispositivos médicos "de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación", a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: (2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 8 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos médicos y/o dispositivos "médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación."</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 9 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>El PBC establece: "5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)" Se solicita a la Convocante excluir este requisito en vista a que la Ley se encuentra derogada.-</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 10 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>El PBC establece: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento Vigente según corresponda, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato. Se solicita a la Convocante que se acepten las constancias en trámite de renovación del documento, pues el procedimiento está teniendo bastante retraso, estando pendientes de emisión solicitudes de incluso tres meses atrás.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 11 - Inspecciones y pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>El PBC establece: // O en caso de que el Comité Evaluador requiera la presentación al momento de realizar la evaluación de las ofertas presentadas, conforme al plazo establecido por el mismo.</p> <p>Se solicita a la Convocante excluir este requisito ya que se tratan de Equipos Médicos que son fabricados sobre pedido y no se encuentran en stock, por lo que es de cumplimiento imposible que sea solicitada la fabricación, siendo un gasto demasiado alto para el oferente, para el solo efecto de someterse a pruebas e inspecciones sin haberse adjudicado los ítems.-</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 12 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados.&#8239;Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:</p> <p>Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ <p>Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta &#8239;Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.</p>		

Consulta 13 - MULTAS ;  ;

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>En la página 50 del PBC, establece El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: Cero coma uno por ciento (0,01%) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso.&#8239;&#8239;;&#8239;</p> <p>Solicitamos a la Convocante que el porcentaje&#8239;;de multa&#8239;;por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,001. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado&#8239;;como se indica en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: Cero coma cero cero uno (0,001) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 14 - Formas y condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
El PBC establece que el Proveedor deberá presentar entre otras documentaciones para solicitar el pago: Acta de Recepción Final, debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los Servicios.		
Se consulta a la Convocante el plazo en el cual será emitida el Acta de Recepción y especificar los firmantes de la recepción de los bienes (no del servicio).-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 15 - Formas y condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
El PBC establece que el Proveedor deberá presentar entre otras documentaciones para solicitar el pago: Copia del Contrato y Adendas si las hubiere		
Se solicita a la Convocante la exclusión de este requisito, pues tanto el PBC como sus adendas son documentos que se encuentran digitalizados en el Portal de Contrataciones Públicas, pudiendo ser estos observados allí sin necesidad de ser impresos, teniendo en cuenta en principio de sustentabilidad de las compras públicas.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 16 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
El PBC establece: El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: 20 (veinte) días corridos.		
Se consulta a la Convocante si ¿ el plazo para la solicitud del pago de anticipo se empezará a computar desde la firma del contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 17 - EETT ÍTEM 4: Requerimientos eléctricos

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Se solicita a la Convocante definir el responsable de realizar las adecuaciones eléctricas necesarias como ser tomas eléctricas con sistema de puesta a tierra para el funcionamiento de cada equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 18 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (SSD) de al menos 500 GB o mejor" El disco rígido HDD de 1 tera bytes limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, ya que esta característica se encuentra presente en la actualidad, en muy pocos modelos disponibles en el mercado.</p> <p>Además con un disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 19 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Donde dice "Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión." Solicitamos a la convocante que el módulo de expansión sea opcional debido a que esta característica encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el precio referencial establecido para esta licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 20 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal o hanafy lens para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 21 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
<p>Donde dice: "Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
<p>Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.</p>		

Consulta 22 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice: "El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente: Garantía escrita por 1 (un) año como mínimo, con Servicio Técnico ante cualquier falla incluyendo repuestos y/o materiales necesarios para su funcionamiento" solicitamos a la convocante aclarar si el plazo es de un año pues entre las características solicitadas en los ítems 1, 2, 3 y 4 solicitan: "Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 23 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Para el ítem 3, solicitamos a la convocante considerar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI o UPS) del tipo online de manera a proteger el equipo ante variaciones de voltaje, de acuerdo a los requerimientos del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 24 - Capacitación

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Solicitamos a la convocante aclarar las horas de capacitación necesarias para cada ítem, considerando que 16 hs es más que suficiente para capacitar al personal médico y biomédico para el uso, limpieza y cuidado de cada ecógrafo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 25 - Item 2 - Ecógrafo Portátil Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
En el ítem 2 "Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (SSD) de al menos 500 GB o mejor" El disco rígido HDD de 1 tera bytes limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, ya que esta característica se encuentra presente en la actualidad, en muy pocos modelos disponibles en el mercado. Además con un disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, además es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 26 - Item 2 - Ecógrafo Portátil Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
En el ítem 2 Donde dice "Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión." Solicitamos a la convocante que el módulo de expansión sea opcional debido a que esta característica encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el precio referencial establecido para esta licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 27 - Item 2 - Ecógrafo Portátil Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal o hanafy lens para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 28 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
En el ítem 4 donde dice: "Descripción: Equipo de ultrasonido digital modular Doppler color" solicitamos a la convocante aclarar si el equipo que precisan es un equipo modular o un portátil pues arriba de este punto se menciona también en la descripción "Equipo de ultrasonido digital Doppler color, portátil para aplicaciones generales"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 29 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Para el ítem 4 Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (SSD) de al menos 500 GB o mejor" El disco rígido HDD de 1 tera bytes limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, ya que esta característica se encuentra presente en la actualidad, en muy pocos modelos disponibles en el mercado. Además con un disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 30 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice: "Transductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockeystick L de 5.0 MHz a 12.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante subir el rango superior a 16 Mhz o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 31 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
En el ítem 4 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal o hanafy lens para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 32 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
En el ítem 3, donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500 GB o mejor" debido a que el disco rígido (HDD) de 1 TB limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, por encontrarse presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado en la actualidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 33 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice: "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°" solicitamos a la convocante modificar a "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -80° a +80°" lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 34 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
En el ítem 3, donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500 GB o mejor" debido a que el disco rígido (HDD) de 1 TB limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, por encontrarse presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado en la actualidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 35 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice:"Rango dinámico de al menos 300 dB" solicitamos a la convocante permitir ofertar equipos con "Rango dinámico de al menos 260 dB o mayor" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 36 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice: "Al menos 4 (un) puerto activo, para conexión de transductores" solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de puertos necesarios para la conexión de transductores, si es 1 (una) unidad o 4 (cuatro) unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 37 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice:"Debe poseer interfaz RS232, salida de audio, salida de video" solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer interfaz RS232 (Opcional), salida de audio, salida de video" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 38 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice:"Guia de Aguja mejorada para guía de biopsia" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que el mismo encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el costo referencial establecido en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 39 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice:"Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz a 14.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante permitir ofertar "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 10.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 40 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice:"Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.5 MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." solicitamos a la convocante permitir ofertar "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz o menor a 5 MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 41 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice:"Transductor Endocavitario 5.0MHz a 14.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante permitir ofertar "Transductor Endocavitario 5.0MHz o menor a 10.0 Mhz o mayor Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 42 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
Donde dice:"Transductor sectorial 2.5 a 5.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor sectorial 2.0 MHz o menor a 4.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 43 - Ítem 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice:"Carro de transporte de la misma marca del equipo con sistema de anclaje y soporte para transductores" solicitamos a la convocante eliminar este punto, pues el carro de transporte es solo para ecógrafos portátiles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 44 - Ítem 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice:"Posibilidad de agregarle opción de examen cardiológico" solicitamos a la convocante que dicho punto sea obligatorio debido a que solicitan transductor cardiológico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 45 - Ítem-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita la posibilidad de ofertar almacenamiento en discos de estado sólido, por ser más eficientes que los discos duros.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 46 - Ítem 1-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita la posibilidad de ofertar almacenamiento en discos de estado sólido, por ser más eficientes que los discos duros.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 47 - Ítem 1-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita admitir el rango dinámico de 265dB o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 48 - Ítem 2-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se solicita admitir pantallas de 12 o más. A modo de contar con la mayor cantidad de ofertas técnicas y económicas y no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 49 - Ítem 2-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se solicita la posibilidad de ofertar almacenamiento en discos de estado sólido, por ser más eficientes que los discos duros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 50 - Ítem 2-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se solicita admitir el rango dinámico de 265dB o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 51 - Ítem 2-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se solicita la posibilidad de cotizar sondas lineales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 52 - Ítem 3-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Se solicita admitir SSD integrados de 512 o la posibilidad de expandir la capacidad con una memoria externa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 53 - Ítem 3-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Brazo de monitor: Se solicita admitir que la sumatoria de ángulos de movimiento sea de 180° y el ajuste de altura hasta 15cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 54 - Ítem 3-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita admitir 4 puestos USB distribuidos. A modo de no limitar la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 55 - Plan de entrega de los bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde Dice 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Solicitamos a la convocante muy amablemente que la entrega de todos los bienes sean 120 días posteriores a la recepción del anticipo. esto es debido a los problemas de logística que existen

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.

Consulta 56 - Ítem 3-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita admitir salida RJ45. A modo de contar con mayor cantidad de propuestas técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 57 - Ítem 3-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita admitir transductores lineales con rango de 4 o menor a 13 o mayor.
 Se solicita admitir sondas endocavitarias de 4 o menor a 10 o mayor.
 Se solicita admitir sonda sectorial de 1.7 o menor a 4 o mayor.
 Se solicita admitir sonda volumétrica de 2.5 o menor a 5 o mayor.
 A modo de no limitar la participación de potenciales oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 58 - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado, Solicitamos a la convocante omitir E indicar marca y modelo del equipo ofertado ISO 13485 Certifica a la fábrica y no al modelo de los equipos

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 59 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o la flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 60 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde solicitan Rango dinámico de al menos 280 dB. Solicitamos muy amablemente a la convocante que permita cotizar equipos de 170 dB en adelante así dará mayor oportunidad de participación a oferentes potenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 61 - Ítem 4-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos amablemente a la convocante cuanto sigue: 1- Admitir monitor de 14 o más 2- Admitir mando de control totalmente táctil 3- Admitir sondas tipo hockey stick L de 8 a 18 MHz 4- Admitir sonda lineal de 8 o menor a 12 o mayor 5- Admitir almacenamiento de HDD de 128 GB 6- Admitir rango dinámico de 260dB o más Solicitamos la ampliación de las especificaciones técnicas a modo de permitir la libre participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 62 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión. Solicitamos a la convocante aclarar si el módulo de expansión de Conectores solicitado se refiere al carro de transporte		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 63 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante analizar el costeo del precio referencial debido a que solicitan Estuche de transporte, Carro de Transporte, video impresora e insumos de papel de la impresora que esto hace un sobre costo al referencial y no es el adecuado con lo lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 64 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o el flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 65 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Rango dinámico de al menos 280 dB. Solicitamos muy amablemente a la convocante que permita cotizar equipos de 170 dB en adelante así dará mayor oportunidad de participación a oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 66 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión. Solicitamos a la convocante aclarar si el módulo de expansión de Conectores se refiere al carro de transporte

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 67 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Modo M con 4 modos de visualizaciones en pantalla solicitamos a la convocante permita cotizar Modo M B+B a modo de dar mayor participación de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 68 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
donde dice Modo B+B (Dual B), Modo 4B solicitamos que el Modo 4B sea Opcional de esta forma dara participacion a oferentes potenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 69 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor, solicitamos a la convocante que omita la palabra Matricial porque es una palabra muy ambigua y da interpreta de muchas formas y para evitar controversias de cumplimiento de esta palabra solicitamos sea eliminada de las EETT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 70 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitamos a la convocante analizar el coste del precio referencial debido a que solicitan Estuche de transporte, Carro de Transporte e video impresora e insumos de papel de la impresora que esto hace un sobre costo al referencial y no es el adecuado con lo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 71 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan para todos lo items: Plan de entrega 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Solicitamos la modificación de dicho requerimiento por 60 días hábiles a partir del pago de anticipo financiero. Actualmente es de conocimiento publico la crisis de contenedores y los excesivos incrementos de costos de importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 72 - Item 1. Ecografo Portátil para Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente
Recomendamos incluir: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente con desplazamiento lateral de 90°

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.

Consulta 73 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 74 - item 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°. Solicitamos a la convocante que soliciten pantalla de 21 para mejor visibilidad de la imagenes

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 75 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 76 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan Al menos 2 (dos) puertos USB para conexión de periféricos, recomendamos solicitar Al menos 2 (dos) puertos USB 3.0 para conexión de periféricos

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 77 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

donde dice Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros Sugerimos para mejor interacción del operador con el equipo soliciten pantalla táctil de 12" pulgadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 78 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o el flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 79 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

donde dice Rango dinámico de al menos 300 dB. Solicitamos a la convocante que soliciten Rango dinámico de 270 db para tener mayor participación de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 80 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas, solicitamos diga posibilidad de agregar en el futuro Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas ya que no se solicita el transductor cardiológico

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.

Consulta 81 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Recomendamos incluir Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) ginecológicas y obstétricas considerando que se solicita el transductor endocavitario

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 82 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Debe poseer interfaz RS232, salida de audio, salida de video Solicitamos que este punto sea Opcional, el sistema de HDMI o DVI ya viene con salida video seria innecesario tener una salida adicional para conexión a audio

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 83 - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente
Recomendamos incluir: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente con desplazamiento lateral de +/-90° para mayor comodidad del usuario

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 84 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Modo M y 4B, solicitamos a la convocante que el punto 4B sea opcional a manera de tener mayor participación de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 85 - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 86 - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 87 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan Al menos 2 (dos) puertos USB para conexión de periféricos, recomendamos solicitar Al menos 2 (dos) puertos USB 3.0 para conexión de periféricos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 88 - item 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor, solicitamos a la convocante que omita la palabra Matricial porque es una palabra muy ambigua y da interpreta de muchas formas y para evitar controversias de cumplimiento de esta palabra solicitamos sea eliminada de las EETT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 89 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros, solicitamos diga: Pantalla táctil auxiliar de al menos 8,9 para ajustes de parámetros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 90 - item 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Modo B/2B/4B/M SOLicítamos a la convocante que el MDO 4B sea opcional de esta forma dara participacion a oferentes potenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 91 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 92 - Item 3. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros, solicitamos diga: Pantalla táctil auxiliar de al menos 8,9 para ajustes de parámetros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 93 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan Guia para biopsia y el precio referencial no se ajusta a lo solicitado. Solicitamos reemplantar costos referenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 94 - Item 3. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan al menos 6 puertos USB para conexion de periféricos, solicitamos diga al menos 6 puertos USB para conexion de periféricos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 95 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
donde dice Technology Tecnologia de representación de superficies 3D/4D. Solicitamos a la conovcante que este ítem sea de la siguiente manera Posibilidad a Technology Tecnologia de representación de superficies 3D/4D		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 96 - Item 3. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Donde dice debe tener interfaz RS232, salida de audio, salida de video, solicitamos diga: debe tener interfaz RS232 o RJ45, salida de audio, salida de video, ya que la interfaz RS232 ya no es muy utilizada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 97 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

donde dice Imágenes 3D/4D, Solicitamos a la convocante que sea opcional este requerimiento

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 98 - Ítem 3. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar a que se refiere con Imágenes armónicas de cambio de fase (PF)

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 99 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos que el punto Calculo automático de IMT sea Opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 100 - Ítem 3. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan Transductor Endocavitario 5 a 14Mhz, solicitamos diga: Transductor Endocavitario 5 a 10 Mhz

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 101 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice, Calculo automático de OB, Solicitamos a la convocante que este ítem sea opcional o bien solicitar calculo semiautomático o similar,

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 102 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
-----------------	--------------------------	------------

donde dice Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz a 14.0 Mhz Solicitamos a la convocante permitir cotizar transductor lineal de 5 a 12 Mhz

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 103 - Item 3. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Posibilidad de agregarle opción de exámen cardiológico recomendamos que la Aplicación cardiológica así como los paquetes de cálculos estén incluidos ya que se solicita el transductor cardiol+ogico

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 104 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o el flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 105 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Rango dinámico de al menos 280 dB. Solicitamos muy amablemente a la convocante que permita cotizar equipos de 170 dB en adelante así dará mayor oportunidad de participación a oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 106 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Al menos 1 (un) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 modulo de expansión para conexión de 3 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión. Favor aclarar si esto es por el carro de transporte

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 107 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente
Recomendamos incluir: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente con desplazamiento lateral de 90°

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 108 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante analizar el coste del precio referencial debido a que solicitan Estuche de transporte, Carro de Transporte e video impresora e insumos de papel de la impresora que esto hace un sobre costo al referencial y no es el adecuado con lo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 109 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 110 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 111 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Al menos 2 (dos) puertos USB para conexión de periféricos, recomendamos solicitar Al menos 2 (dos) puertos USB 3.0 para conexión de periféricos

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 112 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
----------	-------------------	------------

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)
Excluir del PBC este punto debido a que la LEY ya fue derogada

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.

Consulta 113 - Item 4.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2022
Solicitan Transductor Intraoperatorio de peso ligero tipo Hockey-stick de 5 a 12, solicitamos diga: Transductor Intraoperatorio de peso ligero tipo Hockey-stick de 6 a 12		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		

Consulta 114 - Item 1 - Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice "Debe poseer 500.000 o más canales de procesamiento digital", solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer 450.000 o más canales de procesamiento digital", lo solicitado se debe a que cada fabricante calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Además, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 115 - Item 1 - Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido (HDD) se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad del mismo las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 116 - Item 1 - Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: "Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3 Mhz o menor a 8 Mhz o mayor" solicitamos a la convocante aclarar si requieren de una o dos unidades de este transductor, debido a que se menciona dicho transductor dos veces entre las características de este mismo ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 117 - Item 2 - Portátil Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>Donde dice "Debe poseer 500.000 o más canales de procesamiento digital", solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer 450.000 o más canales de procesamiento digital", lo solicitado se debe a que cada fabricante calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Además, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 118 - Item 2 - Portátil Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>Donde dice: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro (SSD) se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad del mismo las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 119 - Item 2 - Portátil Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>Para el ítem 2 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 120 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°" solicitamos a la convocante modificar a "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y ROTACIÓN DE -80° a +80°", lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 121 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: "Guía de Aguja mejorada para guía de biopsia" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que el mismo encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el costo referencial establecido en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 122 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: "Se aceptarán transductores de 2MHz o menor a 5MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Convexo de 2MHz o menor a 5MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Lo solicitado se debe a que en este punto no se menciona el tipo de transductor requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 123 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: "Transductor volumétrico de 2.0Mhz a 5.0Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor volumétrico de 3.0 Mhz o menor a 7.0Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 124 - Item 4 - Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice "Debe poseer 500.000 o más canales de procesamiento digital", solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer 450.000 o más canales de procesamiento digital", lo solicitado se debe a que cada fabricante calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Además, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 125 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido (HDD) se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad del mismo las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 126 - ITEM 1, 2 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Para el ítem 1, 2 y 4 Donde dice: "Rango dinámico de al menos 170 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 250 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 127 - Items 1, 2 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Para los ítems 1,2 y 4 Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o mayor" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 128 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>El PBC establece: "El oferente que no sea el fabricante del producto ofertado deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Oferente Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato...//...Para los Productos Nacionales: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Para los Productos Importados: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente."</p> <p>Se solicita a la Convocante una especial consideración respecto a este requisito, ya que los trámites de renovación de Certificaciones de Buenas Prácticas se están demorando más de lo usual, llegando incluso a trámites pendientes desde hace tres meses. Por ello se solicita la presentación de constancia en trámite para el momento de la evaluación, y el Certificado solo para el oferente en caso de ser adjudicado, de modo a no limitar innecesariamente la participación de oferentes por la falta de una documentación cuya demora en emitirse es causa de la Administración y no del oferente.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 129 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>Donde dice: "Doppler Tisular (TDI) Con posibilidad de realizar transesofágico 3D" solicitamos a la convocante modificar a "Doppler Tisular (TDI) Con posibilidad de realizar transesofágico 3D o 2D" Lo solicitado se debe a que para realizar estudios de Doppler Tisular es suficiente contar con el transductor transesofágico 2D, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 130 - Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>El PBC establece: "Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)"</p> <p>Se solicita a la Convocante excluir este requisito teniendo en cuenta que la Ley N° 6355/19 se encuentra derogada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Se Aclara que, la presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas activos y pasivos no es requerida, debido a la derogación de la Ley 6.355/19.		

Consulta 131 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice: Memoria CINE de al menos 1000 cuadros OPCIONAL, consideramos que este punto es importante por lo que debería decir Memoria CINE de al menos 1000 cuadros o mas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 132 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice Con posibilidad de realizar transesofagico 3D, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 133 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
En el encabezado de SOFTAWRE PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES, se cita en 2 oportunidades Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3Mhz o menor a 8Mhz o mayor, consideramos que estos fueron agregados accidentalmente, favor aclarar si se solicita el Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3Mhz o menor a 8Mhz o mayor y en caso afirmativo se debe hacer entrega de uno o 2 Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3Mhz o menor a 8Mhz o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 134 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice Al menos uno o dos puerto activo para conexión de transductores, con un modulo de expansión para conexión de 3 transductores intercambiables por aplicacion en la línea sin necesidad de desconexión, considerando que se solicita solo dos transductores solicitamos que en caso de que el equipo cuente con 2 puertos no sea necesario incluir el modulo de expansión		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 135 - Item 3. Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Solicitan Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros, solicitamos diga: Pantalla táctil auxiliar de al menos 8,5 para ajustes de parámetros		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 136 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice Memoria CINE de al menos 1000 cuadros (opcional), recomendamos que este punto no sea opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al PBC.

Consulta 137 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

TRANSDUCTORES, Donde dice Se aceptaran transductores de 2 a 5mhz o mayor, favor especificar si se refiere a transductor convexo

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al PBC.

Consulta 138 - Item 4.

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice CINE memory al menos 1000 cuadros (opcional), recomendamos que este punto no sea opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al PBC.

Consulta 139 - Item 3 Ecografo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde pide: "Transductor volumétrico de 2.0Mhz o menor a 5.0Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo}"
Podria colocar: Transductor volumétrico de 2.6Mhz o menor a 7.0Mhz o mayor, con el fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 140 - Item 3 Ecografo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde Dice: "Rango dinámico de al menos 250 dB.", podrían acceder a Rango dinámico de al menos 240dB.; con el fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 141 - Item 1 Ecografo para Urgencias

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde dice "Con posibilidad de realizar transesofagico 3D", podrian colocarlo como opcional? El costo del equipo es orientado a un equipo mas basico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 142 - Item 1 Ecografo para Urgencias

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Dicho Pedido se encuentra duplicado : Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3 Mhz o menor a 8 MHZ o Mayor.- Favor aclarar si necesitan 2 mismos transductores o solo 1.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 143 - Item 2 Ecografo Portatil de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde se pide "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.-", podrian solicitar" Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.- o disco SSD de 128GB o mayor", esto debido a la calidad del disco compensando con el espacio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 144 - ÍTEM 1 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir monitores con tecnología LCD de alta resolución. Los mismo son mejores respecto al brillo y contraste que las pantallas LED. Así también permitiría la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 145 - Item 4 Ecografo Intraoperativo

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Donde piden: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.-, podrian admitir: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.- o disco SSD de 128GB o mayor"?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 146 - ITEM 1 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir 220.000 canales o más. Considerando el precio referencial, el mismo puede ser bajo para poder cotizar un equipo con esas prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 147 - ITEM 1 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante modificar los requisitos de Transductor cardiológico. Los mismos no son solicitados más abajo y limitan la participación de oferentes con equipos de buena calidad. O en su defecto, ampliar el rango de frecuencias de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 148 - ITEM 2 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante permitir cotizar sondas lineales en vez de matriciales. El precio referencial bajo para poder cotizar una sonda matricial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 149 - ITEM 2 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir 220.000 canales o más. El precio referencial es bajo para poder cotizar equipos con tales prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 150 - ITEM 2 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir monitores con tecnología LCD de alta resolución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 151 - ITEM 3 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante admitir monitores con tecnología LCD TFT.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 152 - ITEM 4 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante admitir monitores con tecnología LCD TFT de alta resolución.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, favor ajustarse al PBC.

Consulta 153 - ITEM 3 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde menciona "Modo de armónico tisular (THI), imagen de tejido específico. (TSI)" Se solicita modificar a opcional o admitir una función similar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 154 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
----------	-------------------	------------

En los ítems 1 Ecografo Portatil para Urgencias, ítem 2 Ecografo Portatil para Anestesia y el ítem 4 Ecografo Portatil Intraoperatorio en donde dice Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente solicitamos muy amablemente a la convocante que permita la cotización de equipos con pantalla LCD y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes, ya que este parámetro no altera ni disminuye la funcionalidad del equipo y mucho menos afecta al paciente, es un parámetro técnico que depende del criterio de diseño de cada fabricante, con esto lo que hace la convocante es beneficiar a un solo fabricante que es Mindray (Chino), dejando de lado a proveedores de alta calidad de orígenes Europeo y Norteamericanos y así solo un fabricante cumpla con esta especificación. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Pantalla: Monitor LCD ó LED de al menos 15 (pulgadas) medidas diagonalmente

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 155 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>En el ítem 1 Ecografo Portatil para Urgencias donde dice Con posibilidad de realizar transesofagico 3D solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem sea considerado como OPCIONAL, ya que encarece el equipo innecesariamente ya que la finalidad que se le dará al equipo es utilizarlo en el servicio de Urgencias donde no es realizado este tipo de estudios ni procedimientos, además no se encuentra incluido en el precio referencial, por todo lo expresado de esta manera se podrá realizar mejor uso de los recursos económicos del Estado Paraguayo y además no se limitaría la participación de potenciales oferentes. Al mismo tiempo nos llama la atención este tipo de pedidos ya que no es necesaria esta aplicación en un servicio de Urgencias, sino más bien los estudios transesofágicos 3D es utilizada para estudios cardiológicos más especializados con preparación previa del paciente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 156 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>En los ítems 1 Ecografo Portatil para Urgencias, ítem 2 Ecografo Portatil para Anestesia y el ítem 4 Ecografo Portatil Intraoperatorio en donde dice Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y partes pequeñas con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 MHz o mayor, solicitamos muy amablemente a la convocante apertura en el rango de frecuencia y permita cotizar equipos con rango de frecuencia con el límite superior comúnmente utilizado para este tipo de transductor que ronda los , de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y MHz y además de fomentar la competencia libre, ya que el rango solicitado solo lo podrá proveer un solo fabricante. Por lo tanto, sugerimos la modificación del ítem de la siguiente manera Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y partes pequeñas con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 157 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>En el ítem 4 - Ecografo Portatil Intraoperatorio en donde dice Transductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockey-stick L de 5.0 MHz a 12.0 Mhz solicitamos muy amablemente a la convocante la apertura de las especificaciones técnicas a un rango de frecuencia mas amplio de utilización y fabricación de los distintos proveedores que seria de 6 MHz o menor a 10 MHz o mayor, logrando asi que potenciales oferentes puedan participar de esta licitación y no cerrarse que solo un fabricante cumpla con lo solicitado inicialmente en las especificaciones técnicas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 158 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2022
<p>Solicitamos amablemente a la convocante considere 90 días para la entrega de los equipos, contados desde el día de cobro del anticipo. Esto considerando la problemática de logística a nivel mundial, que escapa de cualquier proveedor o empresa local, ya que la disponibilidad de vuelos y transportes marítimos se encuentra limitada, además se debe tener en cuenta el tiempo que ocupa despachar los equipos en nuestra aduana que suele demorar fácilmente de entre dos a tres semanas. Nuevamente este tiempo escapa del alcance de control de las empresas, y 30 días como es solicitado en el PBC solo dará beneficio a aquella empresa que cuenta con los equipos en stock y claramente que ya obtuvo información privilegiada con anticipación de esta licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 159 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
<p>Item 1 Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 160 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
<p>Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 161 - Item 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
<p>Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 162 - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 163 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 164 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 165 - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 166 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas, recomendamos diga posibilidad de agregar en el futuro Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas ya que no se solicita el transductor cardiológico

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 167 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) ginecológicas y obstétricas considerando que se solicita el transductor endocavitario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 168 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor, recomendamos solicitar Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor que alcance una profundidad de al menos 40cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 169 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Transductor Endocavitario con frecuencia de 6Mhz o menor a 10MHz o mayor, Recomendamos diga: Transductor Endocavitario con frecuencia de 6Mhz o menor a 10MHz con campo de apertura de al menos 200°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 170 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Visión extendida, recomendamos diga: Visión extendida de al menos 60 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 171 - Item 1. Ecografo Portatil para uso de Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, Recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 4000 cuadros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 172 - Item 1. Ecografo Portatil para uso de Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 173 - item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
En Modo de Visualización recomendamos agregar Doppler Pulsado con alta frecuencia de repetición de pulso (PW+ HPRF).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 174 - Item 1. Ecografo Portatil para uso de Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Recomendamos solicitar Transductor Convexo con un ancho de banda de 1.0MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Con campo de apertura de al menos 70°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 175 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitamos incluir al menos 1000.000 de canales de procesamiento digital		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 176 - Item 1. Ecografo Portatil para uso de Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar Software para eliminar artefactos de motas y ruido, Software que mejore dinámicamente los márgenes de los tejidos y mejorando la visibilidad de los tejidos en tiempo real		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 177 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitamos agregar software que permita el ajuste automático de los parámetros de imágenes, Color y Doppler con solo presionar un botón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 178 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir Software de alta sensibilidad para detección de flujo lento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 179 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos solicitar que el equipo cuente con batería con al menos 90 minutos de autonomía para la realización de estudios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 180 - Item 2. Ecografo portatil para uso de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, Recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 4000 cuadros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 181 - Item 2. Ecografo portatil para uso de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir al menos 1000.000 de canales de procesamiento digital		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 182 - Item 2. Ecografo portatil para uso de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar Software para eliminar artefactos de motas y ruido, Software que mejore dinámicamente los márgenes de los tejidos y mejorando la visibilidad de los tejidos en tiempo real.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 183 - Item 2. Ecografo portatil para uso de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitamos agregar software que permita el ajuste automático de los parámetros de imágenes, Color y Doppler con solo presionar un botón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 184 - Item 2. Ecografo portatil para uso de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir Software de alta sensibilidad en la detección de flujo lento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 185 - Item 2. Ecografo portatil para uso de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos solicitar que el equipo cuente con batería con al menos 90 minutos de autonomía para la realización de estudios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 186 - Item 2. Ecografo portatil para uso de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 187 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor, recomendamos solicitar Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor que alcance una profundidad de al menos 40cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 188 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Visión extendida, recomendamos diga: Visión extendida de al menos 60 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 189 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Software que mejore la visibilidad de la aguja durante las inserciones de agujas en ángulo para diferentes procedimientos clínicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 190 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar Softwre que mejore la visibilidad de la aguja durante las inserciones de agujas en ángulo para diferentes procedimientos clínicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 191 - Item 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Visión extendida, recomendamos diga: Visión extendida de al menos 60 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 192 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir Software que mejore la visibilidad de la aguja durante las inserciones de agujas en ángulo para diferentes procedimientos clínicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 193 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor, recomendamos solicitar Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor que alcance una profundidad de al menos 40cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 194 - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, Recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 4000 cuadros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 195 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir al menos 1000.000 de canales de procesamiento digital		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 196 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar Software para eliminar artefactos de motas y ruido, Software que mejore dinámicamente los márgenes de los tejidos y mejorando la visibilidad de los tejidos en tiempo real		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 197 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar software que permita el ajuste automático de los parámetros de imágenes, Color y Doppler con solo presionar un botón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 198 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir Software de alta sensibilidad en la detección de flujo lento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 199 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos solicitar que el equipo cuente con batería con al menos 90 minutos de autonomía para la realización de estudios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 200 - ítem 3. Ecografo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Imagen Panorámica recomendamos diga Imagen Panorámico de al menos 60 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 201 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar los siguientes softwares: Software de Compensación de ganancias general y temporal de manera automática Software para detectar y prevenir artefactos en Modo B Software de eliminación de Speckle Software de mejoramiento de bordes. Optimización de la imagen con un solo botón en todos los modos de imagen		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 202 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta
	09-11-2022
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 9000 cuadros	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	

Consulta 203 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta
	09-11-2022
Solicitan Al menos 6 (seis) puertos USB para conexión de periféricos, solicitamos diga: Al menos 4 (cuatro) puertos USB para conexión de periféricos	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	

Consulta 204 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta
	09-11-2022
Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de ángulo, y rotación de -90 a +90 solicitamos diga Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de ángulo, y rotación de -80° a +80°	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	

Consulta 205 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta
	09-11-2022
Donde dice: Debe poseer interfaz RS232 salida de audio, salida de video solicitamos diga: Debe poseer interfaz RS232 o RJ 45, salida de audio, salida de video	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	

Consulta 206 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta
	09-11-2022
Considerando las características de los pacientes del INCAN, recomendamos agregar Software de elastografía por strain compatible con los transductores lineales, endocavitario y convexo incluidos en este item	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	

Consulta 207 - ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos Que permita observar imágenes almacenadas en el equipo a través de la pantalla táctil de manera a permitir realizar comparaciones con la imagen en la pantalla principal y seguimiento de estudios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 208 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Donde dice: Doppler Pulsado con alta frecuencia de repetición de pulso (PW+ HPRF) recomendamos diga: Doppler Pulsado con alta frecuencia de repetición de pulso (PW+ HPRF) con optimización de parámetros con un solo botón, esto permitirá mejorar el flujo de trabajo, traducándose en menos tiempo de diagnóstico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 209 - ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir al menos Posibilidad de agregar en el futuro Software de elastografía por onda transversal (Point Shear Wave)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 210 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir al menos Posibilidad de agregar en el futuro Software de elastografía por onda transversal (Point Shear Wave)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 211 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir a menos Posibilidad de agregar en el futuro Software dedicado a estudios de contraste		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 212 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos incluir Software de Optimización vascular automática que corrige automáticamente la posición y el ángulo de la caja de registro de color, la posición y el tamaño del volumen de la muestra siguiendo la dirección del vaso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 213 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar Software de visualización de estructuras microvascularizadas de flujos lentos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 214 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Recomendamos agregar Software de optimización de imagen que modifica simultáneamente los parámetros de resolución espacial, temporal y penetración		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 215 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Sugerimos incluir Software de optimización automática de los parámetros fundamentales TGC, Rango Dinámico y Ganancia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 216 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.50 MHz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo. Recomendamos solicitar Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.50 MHz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo. FOV/ Campo de visión igual o mayor a 60°.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 217 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Transductor Endocavitario 5.0MHz a 14.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo, solicitamos diga: Transductor Endocavitario 5.0MHz a 12.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo FOV/campo de visión igual o mayor a 240°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 218 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Solicitan Tecnología de representación de superficies 3D/4D en tiempo real, recomendamos agregar Tecnología de representación de superficies 3D/4D en tiempo real que permita la medición de translucencia nual e intracraneal		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 219 - ITEM 1; ITEM 2; ITEM 4 - ECOGRAFO PORTÁTIL

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir equipos con pantalla LCD. Este tipo de pantallas son mejores en resolución de brillo y contraste que la tecnología LED.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 220 - EE TT - ECOGRAFOS PORTÁTILES

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir equipos con rango dinámico de 260dB o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 221 - ÍTEM 1 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas lineales. La sondas matriciales aumentan significativamente el costo del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 222 - ITEM 2 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas lineales. La sondas matriciales aumentan significativamente el costo del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 223 - ITEM 3 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar equipos con 4 puertos USB para perifericos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 224 - ITEM 3 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas lineales de ancho de banda de hasta 13 MHz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 225 - ITEM 4 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar equipos con TGC de 6 segmentos, considerando que son equipos portátiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 226 - ITEM 4 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar equipos con disco de almacenamiento tipo SSD de 128GB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 227 - ITEM 4 - EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas tipo Hockey Stick con rango de 7 a 18MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 228 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
<p>Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes o en disco duro (SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, las celdas del mismo pueden reescribirse un número limitado de veces, es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 229 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
<p>Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o más" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 230 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
<p>Para el ítem 1 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 231 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
<p>Donde dice "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 500 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 232 - Item 1 - Ecógrafo Portátil Urgencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2022
Donde dice: "Transductor Endocavitario con frecuencia de 6.0 Mhz o menor a 10.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Transductor Endocavitario con frecuencia de 4.0 Mhz o menor a 10.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 233 - Item 2 - Ecógrafo Portátil para Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes o en disco duro (SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, las celdas del mismo pueden reescribirse un número limitado de veces, es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 234 - Item 2 - Ecógrafo Portátil para Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
Donde dice "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 500 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 235 - Item 2 - Ecógrafo Portátil para Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o más" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 236 - Item 2 - Ecógrafo Portátil para Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Para el ítem 1 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 237 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>En el ítem 4 donde dice: "Descripción: Equipo de ultrasonido digital modular Doppler color" solicitamos a la convocante aclarar si el equipo que precisan es un equipo modular o un portátil pues arriba de este punto se menciona también en la descripción "Equipo de ultrasonido digital Doppler color, portátil para aplicaciones generales"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Aclaremos que, solicitamos un equipo portátil.</p>		

Consulta 238 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes o en disco duro (SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, las celdas del mismo pueden reescribirse un número limitado de veces, es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 239 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 500 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 240 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o más" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 241 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice: "Transductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockeystick L de 5.0 MHz a 12.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockeystick L de 5.0 MHz a 18.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 242 - Item 4 - Ecógrafo Portátil Intraoperatorio

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Para el ítem 1 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 243 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice: "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°" solicitamos a la convocante modificar a "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -80° a +80°" lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 244 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB o mejor" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 245 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 260 dB" a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 246 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice:"Debe poseer interfaz RS232, salida de audio, salida de video" solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer interfaz RS232, Puerto HDMI o Display Port ó salida de audio/salida de video analógico" Lo solicitado constituye una "característica meramente constructiva" que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 247 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice:"Guia de Aguja mejorada para guía de biopsia" favor aclarar si la guía de aguja mejorada para guía de biopsia es para el transductor lineal, convexo o endocavitario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Aclaremos que, es para los 3 (tes) transductores: lineal, convexo y endocavitario.

Consulta 248 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice:"Tecnología de detección de tumores de mama" solicitamos a la convocante permitir el estudio de elastografía con Strain para el análisis de detección de tumores de mama, debido a que con dicho estudio se puede realizar el mismo análisis, además el informe de elastografía ya está incluido en los BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) de la ACR (American College of Radiology).

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.

Consulta 249 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice: "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.50 MHz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Convexo de 2MHz o menor a 5MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 250 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice: "Transductor Endocavitario 5.0MHz a 14.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Endocavitario 4.0MHz a 10.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 251 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde dice: "Transductor volumétrico de 3.0Mhz a 5.0Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor volumétrico de 3.0 Mhz o menor a 8.0Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 252 - Item 3 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2022
<p>Donde: "Transductor sectorial 2.5 a 5.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor sectorial 3 Mhz o menor a 8.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2022
<p>Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.</p>		