

## Consultas Realizadas

# Licitación 418129 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR A GAS PLASMA - PLURIANUAL

### Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
ITEM 1 donde dice "Cassete de H2O2 compatible con equipo de esterilización plasma de la marca Shinva modelo XG2.C-130, cassete de 12*5ml (cartucho para 6 ciclos estándar). H2O2 56-60%/6.84x10g/L 7.44 10g/L." Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modelo específico en el requerimiento, durante una visita técnica hemos verificado que el modelo Visualizado corresponde a PS-100GXP. Solicitamos la aclaración o sustitución de dicha descripción. Sugerimos "Cassete de H2O2 compatible con equipo de esterilización plasma de la marca Shinva modelo PS-100GXP, cassete de 12*5ml (cartucho para 6 ciclos estándar). H2O2 56-60%/6.84x10g/L 7.44 10g/L.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, DIRIGIRSE A LA ADENDA 1		

### Consulta 2 - Plan de Entrega de Bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitan según PBC lo siguiente:  Primera entrega dentro de los primeros 30 días contados a partir de la firma del contrato, según orden de compra remitida por el Dpto. De Suministros del Hospital, las siguientes entregas serán dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir del siguiente día hábil de la notificación de la Orden de Compra o Servicio vía correo electrónico por parte de la contratante.  Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega 45 días hábiles corridos a partir de la notificación de Orden de Compra. Solicitamos tengan a bien considerar modificar este punto debido a, la crisis de contenedores, la escasez de espacio disponible para importar productos y los exorbitantes incrementos de costos de fletes y los largos tiempos de espera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, DIRIGIRSE A LA ADENDA 1		

### Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas. Item 12

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitan lo siguiente:		
Papel para esterilización Rollo de papel compatible para impresora para esterilizador plasma marca shinva, modelo XG2.C-130. Hoja de polipropileno 75X75.		
Favor aclarar si lo que requieren es papel para impresión de ciclos o lo que requieren es hoja de polipropileno para envoltorios de paquetes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, DIRIGIRSE A LA ADENDA 1		

### Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas. Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2022
Solicitan lo siguiente.		
Tiras indicadoras química para esterilizador (H2O2; PERÓXIDO DE HIDRÓGENO) tamaño 16mm x 100m.		
Tengan a bien especificar si requieren tiras indicadores de tipo I o tipo IV. En cuanto a las medidas de la tira solicitamos que esas medidas sean +-5mm a modo de no limitar la libre participación de otros oferentes.		
En cuanto a las cantidades solicitan 26 unidades de tiras, y solicitan 391 cassette de peróxidos de 6 ciclos cada uno que eso equivaldría a un total de 2.346 ciclos y las tiras indicadoras están diseñadas para ser empleadas 1 en cada paquete a procesar. Entonces la cantidad debería ser minimamente unas 2000 unidades. Solicitamos puedan verificar esos requerimientos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, DIRIGIRSE A LA ADENDA 1		

### Consulta 5 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
Donde dice: Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años años: 2019, 2020 y 2021.		
Solicitamos a la convocante cite lo siguiente Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma o equipos esterilizadores a gas plasma, con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de en cualquiera de los ultimos 3 años: 2019 o 2020 y/o 2021. esto permitiría una mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, DIRIGIRSE A LA ADENDA 1		

## Consulta 6 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
donde dice Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.		
Solicitamos cite lo siguiente		
Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.		
esto permitira una mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, DIRIGIRSE A LA ADENDA 1		

## Consulta 7 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
donde dice El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.		
Solicitamos a l convocante que tambien sean aceptados mesas de entrada de registro sanitario del los productos ofertados, teniendo en cuenta que actualmente DINAVISA presenta retrasos de hasta 5 a 6 meses en la evaluacion y emision de certificados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, AJUSTARSE AL PBC		

## Consulta 8 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2022
en los parrafos donde dice que los documentos deberan mantener su vigencia durante toda la duración del contrato.		
Solicitamos a la convocante este punto sea opcional en todos los parrafos solicitados, debido a que no es preciso saber si el contrato durara el mismo tiempo que los documentos. y son renovados como minimo entre 2 años y la gestion de renovacion tarda 15 dias aproximadamente, entonces no afectara a la ejecucion del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, DIRIGIRSE A LA ADENDA 1		

## Consulta 9 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años años: 2019, 2020 y 2021. Solicitamos a la convocante cite lo siguiente Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma o equipos esterilizadores a gas plasma, con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de cualquiera de los ultimos 3 años: 2019 o 2020 y/o 2021. esto permitiría una mayor participacion de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
-----------	--------------------	------------

GRACIAS POR SU CONSULTA, PODRA PRESENTA CUALQUIERA DE LOS 3 AÑOS, SIEMPRE QUE LA EXPERIENCIA REQUERIDA DEMUESTRE EL 25%, YA SEA EN LA SUMATORIA DE FACTURAS O UNA SOLA FACTURA.

## Consulta 10 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos cite lo siguiente: Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. esto permitirá una mayor participación de oferentes debido a que existen contratos que avala la experiencia pero sus facturas son del siguiente año como por ejemplo si se firma en diciembre del 2021 la factura estaría siendo emitida en 2022 en algunos casos .

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
-----------	--------------------	------------

GRACIAS POR SU CONSULTA, PODRA PRESENTA CUALQUIERA DE LOS 3 AÑOS, SIEMPRE QUE LA EXPERIENCIA REQUERIDA (COPIA DE FACTURACIONES, CONTRATOS Y/O RECEPCIONES FINALES) DEMUESTRE EL 25%, ES DECIR: YA SEA EN LA SUMATORIA DE FACTURAS O UNA SOLA FACTURA, CONTRATO/S Y/O RECEPCIONES FINALES.

## Consulta 11 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años años: 2019, 2020 y 2021.

Solicitamos a la convocante cite lo siguiente Demostrar la experiencia en provisión de insumos para esterilizador a gas plasma o equipos esterilizadores a gas plasma, con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de cualquiera de los últimos 3 años: 2019 o 2020 y/o 2021. esto permitiría una mayor participación de oferentes teniendo en cuenta que cuando se vende un esterilizador a gas plasma se incluyen todos los insumos necesarios para su funcionamiento es decir que se provee de dichos insumos con la venta del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
-----------	--------------------	------------

GRACIAS POR SU CONSULTA, FAVOR AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS EN EL PBC.

## Consulta 12 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
<p>Donde dice: Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma, con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años años: 2019, 2020 y 2021.</p> <p>Solicitamos a la convocante cite lo siguiente Demostrar la experiencia en provisión de insumos para esterilizador a gas plasma o equipos esterilizadores a gas plasma, con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de cualquiera de los últimos 3 años: 2019 o 2020 y/o 2021. esto permitiría una mayor participación de oferentes teniendo en cuenta que cuando se vende un esterilizador a gas plasma se incluyen todos los insumos necesarios para su funcionamiento es decir que se provee de dichos insumos con la venta del equipo.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, FAVOR AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS EN EL PBC.		

## Consulta 13 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
<p>donde dice: Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.</p> <p>Solicitamos cite lo siguiente: Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. esto permitirá una mayor participación de oferentes debido a que existen contratos que avala la experiencia pero sus facturas son del siguiente año como por ejemplo si se firma en diciembre del 2021 la factura estaría siendo emitida en 2022 en algunos casos y anteriormente ya acepto presentación de contratos como experiencia requerida.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, PODRA PRESENTA CUALQUIERA DE LOS 3 AÑOS, Y CUALQUIERA DE LOS COCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL AVAL SOLICITADO, SIEMPRE QUE LA EXPERIENCIA REQUERIDA (COPIA DE FACTURACIONES, CONTRATOS Y/O RECEPCIONES FINALES) DEMUESTRE EL 25%, ES DECIR: YA SEA EN LA SUMATORIA DE FACTURAS O UNA SOLA FACTURA, CONTRATO/S Y/O RECEPCIONES FINALES.		

## Consulta 14 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
<p>Solicitamos a la convocante a fin de asegurar que los insumos solicitados en el ítem 1, ítem 11, ítem 12 son compatibles para el equipo de esterilización plasma de la marca Shiva modelo PS-100 GXP instalado en el hospital, la convocante solicite una declaración jurada del fabricante donde se constate la marca y modelo de los insumos y en la misma indique que es compatible con el equipo, esto se debe a que de esta forma la convocante tendrá un documento que le avale para que si los mismos ocasionaran daños al equipo la empresa proveedora se hará responsable de la reparación de los daños al equipo si ocurrieren, así mismo a su vez estarían asegurando que los insumos son verdaderamente compatibles y no genéricos que puedan ocasionar daños al equipo</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, FAVOR AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS DEL PBC. CON LAS MUESTRAS PRESENTADAS SE VERIFICARA LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO.		

## Consulta 15 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2022
Donde dice: Toda documentación e información sobre la muestra presentada, deberá estar en idioma español.		
Solicitamos a la convocante sean aceptadas en idioma distinto al español con su correspondiente traducción, esto teniendo en cuenta que no todos los fabricantes tienen documentaciones en español. Esto permitiría una mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, FAVOR AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS EN EL PBC. EN EL MISMO NO DESCARTA LA POSIBILIDAD DEL IDIOMA DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES DE LAS MUESTRAS DISTINTO AL ESPAÑOL, LA CONVOCANTE COMPRENDE QUE LOS INSUMOS SOLICITADOS PODRIAN TRATARSE EN SU MAYORIA DE PRODUCTOS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, ES DECIR, QUE SABIENDO ESTO, LOS MISMOS SOLO DEBEN AJUSTARSE AL IDIOMA SOLICITADO (ESPAÑOL), PUDIENDO SER LA TRADUCCION DE DICHS DOCUMENTOS LA VIA RESPECTIVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PBC.		

## Consulta 16 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2022
Donde dice: Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma		
Solicitamos a la convocante cite lo siguiente Demostrar la experiencia en provisión de insumos para esterilizador a gas plasma o equipos esterilizadores a gas plasma, esto se debe a que normalmnete cuando se provee un esterilizador a gas plasma el mismo viene con insumos para un periodo de tiempo lo que demuestra la capacidad del oferente en proveer el insumo correspondiente solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, FAVOR AJUSTARSE A LOS REQUERIMIENTOS EN EL PBC.		

## Consulta 17 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
Donde dice: Demostrar la experiencia en provision de insumos para esterilizador a gas plasma		
Solicitamos a la convocante cite lo siguiente Demostrar la experiencia en provisión de insumos para esterilizador a gas plasma y/o equipos esterilizadores a gas plasma. esto se debe a que normalmnete cuando se provee un esterilizador a gas plasma el mismo viene con insumos para un periodo de tiempo lo que demuestra la capacidad del oferente en proveer el insumo correspondiente solicitado. tener en cuenta que esto permitiria una participacion mayor de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
GRACIAS POR SU CONSULTA, FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA 2.		

## Consulta 18 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2022
<p>Donde dice: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.</p> <p>Solicitamos Respecto al punto donde se SOLICITAN REGISTROS SANITARIOS, hacemos mención que para esterilizadores a gas plasma y a insumos para gas plasma no aplica dicha solicitud, debido a que dichos ítem no requieren de Registro Sanitario para su ingreso ni comercialización en el país. Mencionando que conforme a lo establecido en la Resolución Nro 669/16 Por el cual se reglamenta el Artículo 4° inciso B) de la Ley N° 4659/12 Que implementa Procedimientos de Seguridad y Mecanismos de Prevención de Riesgos para los Profesionales de la Salud y Pacientes, Estableciendo Normas para la Obtención del Registro Sanitario de Productos Considerados Dispositivos Médicos, Material Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual. Por lo cual dichos ítems, No requieren Registro Sanitario en el rubro de dispositivos médicos, debido a que dicho producto no se encuentra enmarcado en lo establecido en dicha Resolución. adjuntamos dicha ley y Resolución. A dicionalmente adjuntamos una impresión de pantalla de la página oficial de aduanas donde se cargo la solicitud de despacho correspondiente al producto en cuestión y el mismo no solicita documentos de dinavisa, también a modo de ejemplo cargamos una solicitud de despacho de una bomba de infusión a jeringa y sus insumos la cual si requiere registro sanitario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2022
<p>GRACIAS POR SU CONSULTA, FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA 2.</p>		