

Consultas Realizadas

Licitación 418788 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE UROLOGIA, PLACAS RADIOGRAFICAS, CONTENEDOR DE ORINA E INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406070-PLURIANUAL

Consulta 1 - Ítem 14 Sonda Foley

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Se consulta si el material debe ser 100% siliconado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Las sondas deben ser 100% siliconadas.		

Consulta 2 - Ítem 15 Sonda Foley

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
Se consulta si el material debe ser 100% siliconado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Las sondas deben ser 100% siliconadas.		

Consulta 3 - Ítem 17 Catéter / Stent

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
¿Se podría cotizar de 4.8 a 5Fr? ¿Se podría cotizar de 24 a 28cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 4 - Ítem 19 Vaina introductora

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
¿Se podría cotizar 10 / 13Fr, 35 a 36cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 5 - Ítem 20 Vaina introductora

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
¿Se podría cotizar 10 / 13Fr, 45 a 46cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 6 - Ítem 19 Vaina introductora

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
¿Se podría cotizar 10-12Fr? ¿Se podría cotizar 35-36cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 7 - Ítem 20 Vaina introductora

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
¿Se podría cotizar 10-12Fr? ¿Se podría cotizar 45-46cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 8 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
ITEM 3 COLECTOR / CONTENEDOR DE ORINA: En el PBC en la Sección de las Especificaciones Técnicas solicitan, Frasco colector de plástico con tapa rosca, con indicador de volumen, de 100 ml de capacidad. Estéril. Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar Frasco colector de plástico con tapa rosca, con indicador de volumen, de 80 a 100 ml de capacidad. Estéril.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 9 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
<p>ITEM 13 SET PARA BOMBA DE INFUSION: En el PBC en la Sección de las Especificaciones Técnicas solicitan: Set de Infusión Parenteral: Descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas intravenosa y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer loc. Compatible con bomba de la marca BBRAUN. Transparente.</p> <p>Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar Set de Infusión Parenteral: Descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas intravenosa y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer loc. Compatible con bomba de la marca MEDCAPTAIN. Transparente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
<p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 10 - SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2022
<p>ITEM 16 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE: Tira reactiva para la lectura de glucosa capilar en sangre. Compatible con el glucómetro CODEFREE con que cuenta el Hospital de Policía. Envase conteniendo tubo x 25 tiras como mínimo. Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar: Tira reactiva para la lectura de glucosa capilar en sangre. Compatible con el glucómetro ONCALL SURE. Envase conteniendo tubo x 25 tiras como mínimo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
<p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 11 - ITEM 1 Esfinterotomo endoscópico

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
<p>Consultamos si la longitud de punta distal se refiere al largo del alambre , y si es así si solicitamos que este debería ser de 20mm.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
<p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 12 - ITEM 4 Cateter guia

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
<p>Solicitamos a la convocante que ampliar las EETT ya que aquí pone un nombre y esto dirige a solo una marca por lo que para mayor participacion de oferentes solicitamos que sea: Guia Zebra o Hidrofilica: 0,35 x 1,50 cm punta recto y angulada</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
<p>Se realiza la modificación correspondiente. Se solicita Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, Versión 2.</p>		

Consulta 13 - ITEM 4 Cateter guia

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
Solicitamos a la convocante tener en cuenta que el nombre del producto es una cosa y las eett se refieren a otro producto. Piden Cateter guia , que es un cateter y las EETT detallan un hilo guia .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Se solicita Guía hidrofílica.		

Consulta 14 - ITEM 17 Cateter / Stent urinario uretral

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
Solicitamos a la convocante si el Stent debe venir con hilo guia-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
en la especificación técnica, se menciona hidrofílico, lo que corresponde al hilo guía.		

Consulta 15 - ITEM 18 Cateter / Stent urinario uretral

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
Solicitamos a la convocante si el Stent debe venir con hilo guia-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
en la especificación técnica, se menciona hidrofílico, lo que corresponde al hilo guía.		

Consulta 16 - ITEM 19 Vaina Introdutora

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Vaina de acceso Ureteral 10,5/13 x 35 a 36 cm, con introductor flexible, anillo radiopaco, Hidrofílico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 17 - ITEM 20 Vaina Introdutora

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Vaina de acceso Ureteral 10,5/13 x 45 a 46 cm, con introductor flexible, anillo radiopaco, Hidrofílico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 18 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
----------	-------------------	------------

30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 15 días desde la recepción de la orden de compra ya que la mayoría de los productos son importados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
-----------	--------------------	------------

Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.

Consulta 19 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
----------	-------------------	------------

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Plan de entrega de los bienes, dice:
30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.
70% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.
Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera:
30% de lo Adjudicado a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor.
70% de lo Adjudicado a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
-----------	--------------------	------------

Se solicita adecuarse al pliego de bases y condiciones, el plan de entrega esta establecido debido a la necesidad de contar con los bienes en el menor tiempo posible.

Consulta 20 - Ítem 1 Esfinterotomo Endoscópico

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: diámetro de parte distal 5 a 6 Fr., Longitud de trabajo.

Se consulta a la convocante si el diámetro de la parte distal podría ser desde 4.5 a 6 Fr. , de manera de dar más oportunidades a mas oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
-----------	--------------------	------------

Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.

Consulta 21 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
<p>Plan de entrega de los bienes, dice: 30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato. Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera: 30% de lo Adjudicado a los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 30(treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato. Ya que los insumos deben ser importados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
<p>Se solicita adecuarse al pliego de bases y condiciones, el plan de entrega esta establecido debido a la necesidad de contar con los bienes en el menor tiempo posible.</p>		

Consulta 22 - Item 17 - Cateter / Stent urinario uretral .

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
<p>PBC DICE: Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 5 FR - 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico. Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera las EETT Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 4.8 o mayor 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico o percuflex revestido de hidroplus, para mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
<p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 23 - Item 18 - Cateter / Stent urinario uretral .

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2022
<p>Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 7 FR - 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera las EETT Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 7 FR 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico o percuflex revestido de hidroplus, para mayor participación de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-10-2022
<p>Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.</p>		