

## Consultas Realizadas

# Licitación 419169 - LPN SBE 136-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN E INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGÍA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE N° 33/21, N° 153/21

### Consulta 1 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2022
Solicitamos a la convocante actualizar los precios referenciales para los ítems 20, 21, 22, la misma se encuentra muy por debajo del precio que se maneja en el mercado. Los precios están actualmente 5.000.000 guaraníes cada uno		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
el oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP		

### Consulta 2 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Muestras: Se solicita amablemente a la convocante que donde menciona la solicitud de muestras de los insumos requeridos, se acepten catálogos y/o insertos, al ser productos importados no se poseen en stock.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - Vencimiento de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
En donde dice: El vencimiento deberá ser igual o superior a 18 (Diez y ocho) meses como mínimo para los Insumos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar un mínimo de vencimiento de 12 meses ya que algunos son insumos importados y el periodo de transito es extenso por lo que el periodo de vencimiento se ve afectado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 4 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde menciona CANTIDAD MÍNIMA: 20% Hasta los 8 (ocho) días calendarios. Se solicita amablemente a la convocante extender el periodo de entrega a 60 días, ya que son productos importados y llevan un periodo amplio de fabricación y tránsito		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 5 - Item 1 Alambre Guia

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
Donde dice: ALAMBRE GUÍA: GUÍA 0.035" PUNTA CURVA EN "J" Y TEFLONADA O DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) De 0.035" y de 50 a 80 cm. de long. Descartable Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar alambre guia con las especificaciones tecnicas solicitadas pero de 150 a 180 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
se aclara que el pedido se realiza en base a la solicitud del Servicio y de como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2022
ITEM 16: Solicitamos amablemente a la convocante tener en cuenta en el pliego donde menciona CATÉTER COBRA: CATÉTER COBRA DE 5 FR. DE 100 CM DE LARGO. TIPO C1 aceptar catéteres a partir de 80 cm de largo o ampliar a tipo C2 de 100 cm ya que la diferencia entre los tipos C1 y C2 son mínimas, y así dar oportunidad a mas oferentes asegurando mejores resultados clínicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2022
se aclara que el pedido se realiza en base a la solicitud del Servicio y de como figura en el Cuadro Básico de Dispositivos Médicos, por lo tanto el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		