

## Consultas Realizadas

# Licitación 419198 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA SNI

### Consulta 1 - \* En vista a que

| Consulta  | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>el Sistema de Adjudicación de la Licitación de referencia, POR LOTE, limita a muchos oferentes a poder presentar Ofertas, puesto que el llamado cuenta con 6 ítems de diversa índole. Este Sistema de Adjudicación además de eliminar a varios oferentes por no poder ofertar uno de los productos; perjudica a la Convocante, puesto que existen oferentes que podrían contar mejores precios con ciertas marcas. Por estos motivos, y a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: : donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas". Solicitamos respetuosamente que El Sistema de Adjudicación sea POR ÍTEM</p> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Debido a la cantidad de bienes solicitados, y la necesidad de contar con ellos se solicita mantener la adjudicación por LOTE, considerando que, al separarlos por Ítem, varios de ellos podrían declararse desiertos, con ello no se limitan ni restringen la participación de posibles oferentes, teniendo en cuenta adjudicaciones anteriores en esta Secretaria de Estado.</p> |                    |            |

### Consulta 2 - \* Con relacion al ítem 5 UPS 1000/1100VA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>en donde el PBC solicita "Autonomía: 10 minutos como mínimo", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado equipos que cumplan con "Autonomía típica (100W) 22 minutos aproximadamente", considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido en algunas UPS de 1000VA. O en su defecto, solicitamos sea aclarado a cuantos Watts de carga se requiere dicha potencia. De manera a ofertar correctamente lo solicitado. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>En las especificaciones dice "Autonomía: 10 minutos como mínimo", se pide el mínimo, no especifica el máximo.</p> |                    |            |

### Consulta 3 - \* Con relacion al ítem 5 UPS 1000/1100VA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>en donde el PBC solicita "Conector de entrada IEC 320 C14 10A. Incluir cable de conexión", Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar "Cable de conexión o de poder integrado tipo americano 5-15P fijo" considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo de equipo requerido, siendo que este sistema de enchufes en la actualidad también es compatible con las tomas de hoy en día. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p> |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Podría ser aceptado ese tipo de conector o poder integrado</p> |                    |            |

### Consulta 4 - \* Con relacion al item 5 UPS 1000/1100VA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| en donde el PBC solicita "Protección de línea de datos Internet/Teléfono", solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sean OPCIONAL o retiradas de las especificaciones técnicas, ya que es una tecnología que hoy en día solo las UPS de mayor porte la usan, lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad ya que lo solicitado no sería el estándar para el porte de equipo requerido a partir de 650VA hasta 1000VA en líneas interactivas y de manera a no limitar y a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La especificación Protección de línea de datos Internet/Teléfono queda como Opcional |                    |            |

### Consulta 5 - \* Con relacion al item 5 UPS 1000/1100VA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|---|-------------------|------------|
| en donde el PBC solicita "Puertos de comunicación: Puerto de interfaz USB", solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sean OPCIONAL o retiradas de las especificaciones técnicas, ya que es una tecnología que hoy en día solo las UPS de mayor porte la usan, lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad ya que lo solicitado no sería el estándar para el porte de equipo requerido a partir de 650VA hasta 1000VA en líneas interactivas y de manera a no limitar y a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La especificación Puertos de comunicación: Puerto de interfaz USB, queda como Opcional |                    |            |

### Consulta 6 - \* Con relacion al item 5 UPS 1000/1100VA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| en donde el PBC solicita "Ruido Audible: <42dB", solicitamos respetuosamente a la convocante que tambien sean aceptado UPS que cumplan con "Ruido Audible:<40dB", teniendo en cuenta que la diferencia es infima y es el estandar en la mayoría de las UPS de 1000va. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas y dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas donde cita: si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratista. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se aceptará la especificación Ruido Audible: <40dB |                    |            |

### Consulta 7 - \* Con relacion al item 5 UPS 1000/1100VA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 29-09-2022 |
|--|-------------------|------------|
| en donde el PBC solicita "Software: Software de administración", solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sean OPCIONAL o retiradas de las especificaciones técnicas, ya que es una tecnología que hoy en día solo las UPS de mayor porte la usan, lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad ya que lo solicitado no sería el estándar para el porte de equipo requerido a partir de 650VA hasta 1000VA en líneas interactivas y de manera a no limitar y a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La especificación Software: Software de administración, queda como Opcional. |                    |            |

## Consulta 8 - En el PBC, para el ítem 2, Escáner, Capacidades

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitan: "conversión en archivos Word y Excel editables, o PDF con reconocimiento de texto"<br>Solicitamos amablemente que ccapacidad de "conversión en archivos Word y Excel editables" pueda ser excluído o de carácter opcional no requerido, teniendo en cuenta que normalmente los escaneos realizados tienen formato de salida PDF, que es el tipo de funcionalidad generalmente utilizada, además de que la mayoría de las marcas de escáneres no posee esta funcionalidad o software por defecto, teniendo que adicional una licencia para poder cumplir, localmente solo la marca Brother incluye software que permite esta funcionalidad, de manera a poder competir en igualdad de condiciones. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Se necesita que el equipo tenga la capacidad solicitada. remitirse a lo que indica el PBC |                    |            |

## Consulta 9 - En el PBC, para el ítem 2, Escáner, Interfaces

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitan: "Ethernet Network (RJ-45, 1.000Base-T/100Base- TX/10Base-T)"<br>Solicitamos amablemente que el requerimiento de Ethernet Network (RJ-45, 1.000Base-T/100Base- TX/10Base-T) pueda ser excluido o de carácter opcional, atendiendo a que los escáneres del porte solicitado generalmente solo poseen el puerto USB para poder utilizarlo localmente conectado a una PC y no en red, favor indicar si los mismos serán utilizados en red y si esta característica es requerida indefectiblemente, de manera a no limitar la participación. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se requiere esta funcionalidad para que el equipo pueda funcionar en red |                    |            |

## Consulta 10 - En el PBC, para el ítem 3 Impresora B/N, Función.

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitan: "Fax"   |                   |            |
| Solicitamos excluir o dejar como Opcional no requerido el requerimiento de "Fax", considerando que la mayoría de los equipos en el mercado y en el segmento solicitado, ya no cuentan con esta función de manera estándar, la cual es reemplazada por el envío de correo electrónico desde el equipo, reduciendo de manera significativa los costos en papel, siendo el requerimiento de fax una función prácticamente obsoleta en la actualidad no siendo técnicamente indispensable, de mantenerse el requerimiento mencionado, la convocante estaría limitando la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos, además de limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado, evitando establecer limitantes sin justificación técnica. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se puede considerar opcional la funcionalidad de Fax |                    |            |

## Consulta 11 - En el PBC, para el ítem 3 Impresora B/N, Procesador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 04-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitan: "1 GHz o superior"  |                   |            |
| Solicitamos que puedan ser aceptados equipos con velocidad de procesador 800MHz, atendiendo a que existen equipos con procesadores de frecuencia 800 Mhz que pueden cumplir con las demás especificaciones técnicas y satisfacer las necesidades de la convocante con el procesador mencionado el cual es recomendado para equipos del porte solicitado, la diferencia es infima e imperceptible por el usuario, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se aceptarán procesadores iguales o superiores a 800 Mhz |                    |            |

## Consulta 12 - En el PBC, Fecha límite de consultas.

| Consulta  | Fecha de Consulta  | 04-10-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Fechas establecidas:<br>"Fecha Límite de Consultas: martes, 4 de octubre de 2022 - 15:00"   |                    |            |
| Solicitamos que la fecha límite para realizar consultas, pueda ser prorrogada en al menos 3 días hábiles más y por ende las demás fechas establecidas de entrega de ofertas y de apertura, teniendo en cuenta que desde la publicación del llamado son solo 3 (tres) días hábiles de tiempo para que los oferentes puedan analizar los requerimientos y realizar las consultas, lo cual es muy poco tiempo, de manera a que la convocante pueda dar oportunidad a que los potenciales oferentes puedan analizar y trabajar correctamente en una propuesta, así también no limitar la participación de potenciales oferentes, de mantenerse, solo se estaría beneficiando el oferente que dispone de los equipos solicitados y no requiere más tiempo de análisis del PBC. |                    |            |
| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
| Plazo Modificado, ver Adenda  |                    |            |

## Consulta 13 - En el PBC, para el ítem 3 Impresora B/N, Sistema de suministros.

| Consulta  | Fecha de Consulta  | 04-10-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Solicitan: "tónér y cilindro por separado."   |                    |            |
| Solicitamos a la convocante que puedan ser aceptados equipos con sistema de tónér todo en uno, teniendo en cuenta que los mismos aportan un mayor rendimiento de cantidad de copias, siendo este sistema el más conveniente en la relación rendimiento/costo. Así como también la sustitución de forma sencilla de todos los insumos (Cilindro, tónér, cuchilla, etc.) por el usuario final, evitando de esta forma recurrir a los gastos de cambio de cilindro, cuchilla, etc. Corresponde a una estándar de fabricación para el segmento solicitado. Los costos de impresiones finales son bajos y conveniente para la institución. De mantenerse el requerimiento mencionado, la convocante estaría limitando la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos, además de limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado. |                    |            |
| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
| Se aceptarán tónér todo en uno o separados  |                    |            |

## Consulta 14 - En el PBC, en el portan, Sistema de Adjudicación

| Consulta   | Fecha de Consulta  | 04-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Solicitan:<br>Sistema de Adjudicación: Por Lote  |                    |            |
| Solicitamos amablemente que el sistema de adjudicación pueda ser por ítems, teniendo en cuenta que la mayoría de los oferentes no poseen la capacidad de ofertar la totalidad de los ítems, así también es importante mencionar que, de mantenerse este sistema de adjudicación, se estaría beneficiando a un solo oferente con la posibilidad de ofertar todos los ítems, en la estimación de precios claramente se puede observar que no todos los oferentes pueden cotizar la totalidad, pero la convocante de igual forma ha publicado en un solo Lote la totalidad de ítems. De manera a no limitar la participación. |                    |            |
| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 05-10-2022 |
| Debido a la cantidad de bienes solicitados, y la necesidad de contar con ellos se solicita mantener la adjudicación por LOTE, considerando que, al separarlos por ítem, varios de ellos podrían declararse desiertos, con ello no se limitan ni restringen la participación de posibles oferentes, teniendo en cuenta adjudicaciones anteriores en esta Secretaria de Estado. El Dictamen de Estimación de Costos, se ajusta a lo estipulado en la Resolución DNCP N°1890/2020   |                    |            |

## Consulta 15 - Con respecto a las especificaciones tecniacs del item 2 -

| Consulta   | Fecha de Consulta | 07-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos sea considerado como opcional la interfaz Ethernet Network (RJ-45, 1.000Base-T/100Base-TX/10Base-T), teniendo en cuenta el precio estimado, solo una marca en el mercado local cumple con lo solicitado para el porte de equipo solicitado, teniendo que, los demas oferentes, ofertar equipos de mayor porte los cuales superan el precio estimado, generando una desventaja. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 10-10-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se requiere esta funcionalidad para que el equipo pueda funcionar en red |                    |            |

## Consulta 16 - Con respecto a las especificaciones tecnicas del item 2 -

| Consulta   | Fecha de Consulta | 07-10-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos sea considerada como opcional el requisito "Permita escanear documentos a una PC, smartphones, Tablets, sin necesidad de conectar vía un cable", ya que solo una marca en el mercado local cumple con lo mencionado en el porte de equipo solicitado, teniendo que , los demas oferentes, ofertar equipos de mayor porte, los cuales superan el precio estimado del llamado. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 10-10-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Se necesita que el equipo tenga la capacidad solicitada atendiendo la dinámica actual de conectividad de equipos con los que se cuentan |                    |            |