

Consultas Realizadas

Licitación 419828 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2022
En las especificaciones técnicas indican: DIODO LASER 625NM, <1MW. Consultamos: si el mencionado rango podría modificarse a: DIODO LASER 635NM, <1MW., ya que la mayoría de los equipos cumplen con este rango y además es lo que figura en su DICTAMEN DE ANALISIS DE COSTOS (DICTAMEN UOC N° 51/2022) de fecha 29 de septiembre de 2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2022
FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA N° 1		