

Consultas Realizadas

Licitación 420001 - LPN Nº 02/2023 - "ADQUISICIÓN DE NEURONAVEGADOR PARA EL ÁREA DE NEUROCIRUGÍA GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"

Consulta 1 - Personal Tecnico Calificado

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Consultamos amablemente a la convocante en cuanto al personal técnico calificado, solicitar al menos dos ingenieros biomedicos entrenados la solicitud atiende ya que el equipo solicitado necesita asistencia técnica durante el uso con el personal médico

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Resulta indispensable éste requerimiento, debido a la calidad de la inversión y complejidad que se hará en ésta adquisición. La empresa debe dar respaldo de garantía, certificación técnica y respuesta inmediata, ante cualquier situación que lo amerite, considerando además que, en experiencias anteriores, empresas que cuentan con escaso o nulo personal calificado, no pueden resolver a tiempo los servicios técnicos necesarios, afectando de ésta manera la atención, productividad y calidad a la que apunta la institución. Se debe contar con al menos dos Ingenieros Biomédicos entrenados. El certificado de cada Ingeniero Biomédico entrenado debe estar apostillado o legalizado en origen, según corresponda. Ajustarse al PBC

Consulta 2 - Registro Sanitario

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar mesa de entrada de registro Sanitario ya que esto posibilita más oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 3 - especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

en el punto: 4.1.1.6, donde dice: "Sistema de aumento continuo (zoom) manual 0,4 2,4 (3,9 x a 23,3x)"

Consultamos si podría decir de la siguiente manera: "Sistema de aumento continuo (zoom) manual o a pedal 0,4 2,4 (3,9 x a 23,3x)"

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse a la última versión del PBC

31/10/24 20:24



Consulta 4 - especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

en el punto 4.1.2.2, donde dice: "Fuente de lluminación: LED" consultamos si podría decir de la siguiente manera: "Fuente de lluminación: LED o Halógena"

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse a la última versión del PBC

Consulta 5 - Separar lote

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Solicitamos amablemente a la Convocante que separe los equipos solicitados en dos lotes diferentes, ya que las empresas proveedoras son diferentes. Lote 1 MIcroscopio y Lote 2 Neuronavegador

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Existen marcas que fabrican por separado ambos equipos, y existen marcas que integran ambos equipos y son parte o accesorios uno del otro, de manera que, separado en Lotes, se dejaría fuera a marcas que no pueden vender por separado, sin embargo, tal como se encuentra redactado, no limita que se puedan ofertar dos marcas, uno del Microscopio Neuroquirúrgico y otro Neuronavegador, en un sólo ítem.

Ajustarse al PBC

Consulta 6 - Punto 4.2.1.1

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Teniendo en cuenta que el equipo solicitado se utilizará en el Servicio de Neurocirugía, se recomienda incluir los consumibles para navegación óptica: 80 (ochenta) esferas de navegacion, 100 (cien) marcadores fiduciales y 20 (veinte) agujas para biopsia pasiva

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 7 - Puntos 4.2.1.6 y 4.2.1.18

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se recomienda cambiar el item por funciones especificas para aplicaciones craneales

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC, el principal, el principal uso del Neuronavegador está indicado para la Neurocirugía, sin embargo, el propósito de la compra, no es limitar solo al uso en una única especialidad, optimizando recursos para ser utilizados en las diversas especialidades establecidas en las EETT, que son cirugía Máxilo Facial, Cirugía Plástica Reconstructiva y Otorrinolaringología (ENT)

31/10/24 20:24 2/7



Consulta 8 - Punto 4.2.1.22 y 4.2.1.23

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se recomienda cambiar el item por: Dos monitores de pantalla tactil de 27" de gran definición para navegación óptica y electromagnética

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Se mantiene lo solicitado, además si la tecnología del equipo precisa y es necesario, se pueden incluir uno o dos monitores, de acuerdo con las dimensiones y características del fabricante.

Consulta 9 - Punto 4.2.1.27

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se recomienda cambiar el item por brazo de sujeción con cámara óptica de gran volumen de seguimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Se puede ofertar con brazo de sujeción o cámara óptica de gran volumen de seguimiento

Consulta 10 - Punto 4.2.1.24

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se recomienda eliminar este item ya que corresponde a la especialidad de otorrinolaringología

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 11 - Punto 4.2.1.7

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se recomienda a la Convocante eliminar este punto ya que NO corresponde a cirugías craneales

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 12 - Punto 4.2.1.10

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se recomienda a la Convocante eliminar este punto ya que NO corresponde a cirugías craneales

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 13 - Punto 4.2.1.3

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se recomienda cambiar lo solitado por instrumentales standares reutilizable para realizar Biopsias craneales

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

31/10/24 20:24 3/7



Consulta 14 - Punto 4.2.1.32

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se solicita a la Convocante se pueda presentar el certificado CE y/o FDA

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse a la última versión del PBC

Consulta 15 - Punto 4.3.1.4

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se solicita a la Convocante a reducir a 1 (uno) el nro de ingenieros biomedicos, ya que solo es 1 equipo el solicitado

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 16 - Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se solicita a la Convocante ampliar el plazo de entrega a 120 (ciento veinte) días

Respuesta Fecha de Respuesta 01-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 17 - Anticipo

Consulta Fecha de Consulta 26-12-2022

Se solicita a la Convocante prever un anticipo del 20% debido a la complejidad e inversión del equipo

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Ajustarse al PBC

Consulta 18 - Separar ITEM

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

En el PBC se piden 2 equipos diferentes en un solo item, se solicita a la Convocante separar los equipos en items diferentes: Item 1 Microscopio cabezal óptico y el item 2 Neuronavegador

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC,

31/10/24 20:24 4/7



Consulta 19 - Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

La fabricación de equipos especializados demoran al menos 90 dias para estar listos y ademas hay que prever 30 días para la importación de los mismos, motivo por el cual solicitamos a la Convocante amplie a 120 (ciento veinte) días el plazo de entrega para no entran en incumplimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC,

Consulta 20 - Punto 4.3.1.4

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Solicitamos a la Convocante que para este punto sea suficiente la habilitación del Servicio Técnico del oferente por parte del MSP (Dinavisa)

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC,

Consulta 21 - Punto 4.2.1.3

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Lo solicitado en el PBC corresponde a cirugias endoscopicas de los senos paranasales (FESS), se solicita que sea para procedimientos específicos de CEREBRO y de BASE DE CRANEO (Neurocirugía)

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC, se aclara que se utilizará en un Hospital multidisciplinario, por lo tanto las características solicitadas no son exclusivamente para una sola especialidad, sino abarca todas las especialidades posibles, con la mejor inversión.-

Consulta 22 - Punto 4.2.1.6

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Se solicita a la Convocante cambiar por funciones de navegación óptica y electromagnÉtica para NEUROCIRUGIAS

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC.-

Consulta 23 - Punto 4.1.2.7

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Se solicita a la convocante eliminar este punto ya que las EETT corresponden a un equipo de MONITORIZACION DE NERVIOS y NO A UN NEURONAVEGADOR

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC

31/10/24 20:24 5/7



Consulta 24 - Punto 4.2.1.10

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Se solicita a la Convocante cambiar a la función de reconocimiento de paciente mediante tomografía y/o resonancia magnética debido a que lo solicitado corresponde a cirugías faciales

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC

Consulta 25 - Punto 4.2.1.18

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Se solicita cambiar a FUNCIONES PARA NEUROCIRUGIAS Y ENT (Cirugías de base de craneo)

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC, se aclara que el propósito de la compra no es limitar solo al uso en una única especialidad, optimizando recursos para ser utilizados en las diversas especialidades establecidas en las EETT, como ser Cirugía Maxilo Facial, Cirugía Plástica Reconstructiva y Otorrinolaringologo.-

Consulta 26 - Puntos 4.2.1.22 y 4.2.1.23

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Se recomienda cambiar los items por: Dos monitores de pantalla táctil de 27" de gran definición para navegación óptica y electromagnética

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC

Consulta 27 - Punto 4.2.1.24

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Se solicita a la Convocante a cambiar las bandas elasticas para ENT por AGUJAS NAVEGABLES para toma de biopsias craneales

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC

Consulta 28 - Punto 4.2.1.3

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

Se solicita a la Convocante eliminar este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023

Favor considerar la última versión del PBC

31/10/24 20:24 6/7



Consulta 29 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

DICE: 4.3.1.4 Contar con al menos 2 Ingenieros Biomedicos dentro del plantel de profesionales de la empresa, presentardocumentación que avale este criterio.

CONSULTA: Como debe debe demostrarse este criterio? debido a que la respuesta a la consukta Nro 1 fue la siguiente: "Resulta indispensable éste requerimiento, debido a la calidad de la inversión y complejidad que se hará en ésta adquisición. La empresa debe dar respaldo de garantía, certificación técnica y respuesta inmediata, ante cualquier situación que lo amerite, considerando además que, en experiencias anteriores, empresas que cuentan con escaso o nulo personal calificado, no pueden resolver a tiempo los servicios técnicos necesarios, afectando de ésta manera la atención, productividad y calidad a la que apunta la institución. Se debe contar con al menos dos Ingenieros Biomédicos entrenados. El certificado de cada Ingeniero Biomédico entrenado debe estar apostillado o legalizado en origen, según corresponda. Ajustarse al PBC"

¿ Se debe presentar los certificados, o documentos emitido por el fabricante, de que la empresa cuenta con dos Ingenieros Biomedicos, y que están entrenados por el fabricante?, además, dicho documento, debe estar apostillado y/o legalizado en el país de origen según corresponda? o se debe adecuar al PBC, esta consulta hacemos debido a que se nota una contradicción a la respuesta de la consulta Nro 1

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC

Consulta 30 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

DICE: 4.1.2.2 Fuente de Iluminación: LED y/o

Halógena y/o xenón y 4.1.2.3 Fuente de irugíaión de XENON

CONSULTA: se debería eliminar el punto 4.1.2.3 ya que se encuentra duplicado

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC

Consulta 31 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 02-02-2023

DICE: 4.1.2.4 Control: Iluminación con motor

CONSULTA: Se podría aclarar este punto? Tal vez debe decir "Control de Iluminación"

Respuesta Fecha de Respuesta 14-02-2023
Favor considerar la última versión del PBC

31/10/24 20:24 7/7