

## Consultas Realizadas

# Licitación 420475 - LPN N° 05/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTUDIOS CARDIOVASCULARES"

### Consulta 1 - Ítem N° 3 Sistema de Monitorización de la tensión Arterial

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En una parte de las Especificaciones técnicas del Ítem N° 3 Sistema de Monitorización de la tensión Arterial, dice:<br>Almacenar hasta 1000 mediciones.<br>Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Almacenar 300 mediciones o mayor capacidad. - |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 2 - Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Resolución de conversión de 10 bits.<br>Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Resolución de conversión de 10 bits o mayor. - |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 3 - Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Resolución de conversión de 10 bits.<br>Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Resolución de conversión de 10 bits o mayor. - |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 4 - Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Frecuencia de muestreo: 175 muestras por segundo.<br>Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Frecuencia de muestreo: 175 muestras por segundo o equivalente en otra unidad de medida |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 5 - Ítem N° 5 ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En una parte de las EETT del Ítem N° 5 ELECTROCARDIOGRAFO, dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,01-150 Hz o mejor Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05 (o menor) - 150 Hz (o mayor).

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 6 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos ampliar la entrega del ítem 6 Desfibrilador, a por lo menos 60 días corridos, a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 7 - Ítem 6 Desfibrilador

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos indicar el o los lugares donde deberán ser instalados los equipos, considerando que dentro las especificaciones sólo se señala que debe ser instalado dentro del edificio, sin identificar el lugar.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 8 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 9 - Inspecciones y pruebas

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de determinar quienes serian los responsables de la recepción y emisión de las Actas y demás documentos pertinentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 10 - Ítem 6 Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP.<br>¿Se consulta si lo solicitado corresponde al accesorio que permita guiar al usuario sobre la frecuencia, fuerza e intervalos de compresión, a los efectos de realizar un correcto procedimiento de RCP? |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 11 - Ítem 6 Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico.<br>Consultamos si este requisito podría ser considerado como Opcional |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 12 - Ítem 6 Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco).<br>Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad correcta (sistema de click). Indicador lumínico atraves de sistema de luces que indiquen el correcto ritmo de las compresiones durante el masaje cardiaco. Debe incluir pulmones plásticos cantidad 5 (Cinco). Material resistente a la suciedad y la grasa. Bolso de transporte.<br>Consultamos si estos requisitos podrían ser considerados como Opcional, considerando que los equipos deben ser montados en sus gabinetes |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 13 - Muestras (Pagina 9/63 del PBC)

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Muestras (Pagina 9/63 del PBC)<br>En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc.<br>En licitaciones, de mucho tiempo atrás, fueron adjudicados Esfigmomanometros que no cumplían con estas y otras especificaciones técnicas. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 14 - Muestras (Pagina 9/63 del PBC)

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Muestras (Pagina 9/63 del PBC)</p> <p>En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc.</p> <p>En licitaciones realizadas por otras entidades, fueron adjudicados Esfigmomanometros que no cumplían con estas y otras especificaciones técnicas, por lo que sería prudente que el Convocante tome la decisión de solicitar muestra para este ítem, a fin de realizar la correcta adjudicación.</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 15 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ítem 1 - Equipo de Ergometria</p> <p>Donde dice: Filtro de pasa bajo de 40 Hz</p> <p>Se solicita a la convocante permita: Filtro de pasa bajo de 40 Hz o mayor</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 16 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Ítem 1 - Equipo de Ergometria</p> <p>Donde dice: Registro en impresora térmica</p> <p>Solicitamos a la convocante este punto sea OPCIONAL, pues en líneas más adelante en las especificaciones técnicas se solicita 01) Una Impresora laser blanco y negro.</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 17 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ítem 1 - Equipo de Ergometria</p> <p>Donde dice: Capacidad de elevación al menos desde 0 a 25%</p> <p>Se solicita a la convocante permita: Capacidad de elevación al menos desde 0 a 22% o mayor rango</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 18 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 1 - Equipo de Ergometria  
Donde dice: Superficie de la banda al menos 55cm de ancho por 155 cms de largo. (+/- 5cm)  
Se solicita a la convocante permita: Superficie de la banda al menos 55cm de ancho por 155 cms de largo. (+/- 10cm)

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 19 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 1 - Equipo de Ergometria  
Donde dice: Debe disponer de doble Botón de parada  
Se solicita a la convocante permita: Debe disponer de Botón de parada, (OPCIONAL doble botón)

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 20 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 1 - Equipo de Ergometria  
Donde dice: Debe soportar un peso de 220Kg o superior  
Se solicita a la convocante permita: Debe soportar un peso como mínimo de 150Kg o superior

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 21 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 1 - Equipo de Ergometria  
Donde dice: Protocolos definidos por usuario, hasta 100 protocolos  
Se solicita a la convocante permita: Debe contar con Protocolos pre-establecidos y con protocolos definibles por el usuario.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 22 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Plan de entrega de los bienes: Dentro de los 30 (treinta) días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Sugerimos a la convocante extender el plazo de entrega a 90 (noventa) días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Teniendo en cuenta que los equipos solicitados en el presente llamado deben ser importados y esto conlleva unos plazos extensos de fabricación y envío.</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 23 - Experiencia requerida

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado."</p> <p>Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación, a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado.</p> |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 24 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Se solicita a la Convocante que se solicite Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación.</p> |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 25 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la Convocante permitir la presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación, teniendo en cuenta el tiempo que se demora la Entidad Reguladora en la emisión de los Certificados.-</p> |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 26 - Anticipo

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita a la Convocante estipular el pago de anticipo.-

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 27 - Acta de recepción

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Teniendo en cuenta que el Acta de recepción definitiva es un documento indicador del cumplimiento de contrato, por ende habilitante para la solicitud de pago por parte del Proveedor, se solicita establecer un plazo máximo de 5 días hábiles para la emisión del Acta.-

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 28 - Ítem 6 - Desfibrilador

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el ítem de Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico.  
Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácicas  
Solicitamos amablemente a la convocante explicar a qué se refiere con 4 escenarios de rescate predeterminados y considerar el control remoto inalámbrico y el juego de parches como opcionales, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 29 - Ítem 6 - Desfibrilador

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el ítem Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad correcta (sistema de click)  
Solicitamos amablemente a la convocante considerarlo como opcional, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 30 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía.<br>Solicitamos amablemente a la convocante considerar desde al menos 2 Niveles de energía de descarga, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 31 - Ítem 1 Equipo de Ergometría

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Registro en Impresora térmica<br>Solicitamos diga: Registro en Impresora térmica, solicitamos diga Registro en Impresora térmica o con impresora laser, de esta manera la institución no depende de los papeles de una marca determinada, sino que los informes se podrán imprimir en cualquier tipo de papel |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 32 - Ítem 5

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice Tiempo de arranque Menos de 7 segundos o menor solicitamos que este punto sea opcional |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 33 - ítem 1

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: La razón de muestreo debe ser de 32.000 muestras/seg/canal o mejor solicitamos diga La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor para dar mayor participación a los oferentes |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |



## Consulta 34 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "El Equipo deberá incluir un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG y la maniobra de RCP del mismo." solicitamos a la convocante modificar este apartado, expresándolo como "El Equipo deberá incluir un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG". Asimismo, se solicita eliminar o establecer como opcional el requerimiento de almacenamiento de la maniobra de RCP, debido a que la gran mayoría de este tipo de equipos guían al usuario durante todo el proceso de RCP, por lo que el RCP se realiza en base a las indicaciones que da el mismo equipo, motivo por el cual muchos fabricantes no almacenan esa información. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes potenciales.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 35 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

"Donde dice: ""Se deberá entregar 1 par de electrodos para adultos (De al menos cinco años de vida útil) y 1 par de electrodos pediátricos"" solicitamos a la convocante que este apartado sea expresado de la siguiente manera "" Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil"" El parámetro solicitado es el estándar en la mayoría de los desfibriladores, debido a que los parches de electrodos tienen un gel que actúa como agente aglutinante, lo que es crucial para poder utilizar el desfibrilador de forma eficaz. Sin el gel, los parches pueden desplazarse y no adherirse al paciente, y el análisis del DEA y los tratamientos no tendrán la precisión necesaria. Con el tiempo la capa de gel adhesivo comienza a secarse hasta un punto en el cual no se adhiere mas firmemente al paciente. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de garantizar la correcta adhesión de los parches al paciente y que el tratamiento sea preciso, permitiendo así la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales. Asimismo, solicitamos 1 par de electrodos para adultos y pediátricos, pues varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos."

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 36 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

"Donde dice: ""Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario). Solicitamos a la convocante aclarar:  
1. Si los niveles crecientes de energía se refieren a las modalidades principales de energías de descarga. Si se refiere a lo mencionado solicitamos a la convocante modificar a ""Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 2 niveles crecientes de energía"". Tanto para pacientes adultos como pediátricos.  
2. Asimismo, Se consulta si el equipo puede contar con capacidad de 180 shocks continuos, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales. Cabe destacar que la batería puede ser reemplazable fácilmente y es provista por nuestra empresa (representante de la marca)"

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 37 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Solicitamos a la convocante modificar este punto a "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 5 (cinco) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Dicho parámetro solicitado es el estándar en la mayoría de los fabricantes de reconocida marca nacional e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 38 - ÍTEM 3 SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA TENSION ARTERIAL

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice Técnica oscilométrica, recomendamos diga Técnica oscilométrica y auscultatoria combinadas ya que esto asegura una correcta medición de la presión incluso cuando el paciente está en movimiento |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 39 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP" solicitamos a la convocante aclarar a qué se refiere con 3 modos de guiar al rescatista. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 40 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalado y deberá contar con alarma visual y sonora y un sistema de envío de mensajes de alerta, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio, medidas aproximadas de 44 cm x 22 cm, material Melamina de buena calidad" Se consulta a la convocante aclarar a qué se refiere con sistema de envío de mensajes de alerta. Especificar a donde y de qué manera sería el envío solicitado. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 41 - ÍTEM 3 SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA TENSION ARTERIAL

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Medición oscilométrica con desinflado en etapas, recomendamos diga: Medición oscilométrica y auscultativa con desinflado en etapas. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 42 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácica" Solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere al Desfibrilador de entrenamiento, y si es así, solicitamos poner este punto como opcional, debido a que solamente los desfibriladores de entrenamiento tienen control remoto inalámbrico y escenarios de rescate. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 43 - Item 3

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Alimentación con 2 baterías alcalinas de 1.5V (AA) solicitamos diga : Alimentación con 2 baterías alcalinas de 1.5V (AA) o bateríaa recargables |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 44 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice "El equipo debe indicar: Si los parches están colocados de forma correcta. Si las compresiones son buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco); Nivel de carga de Batería.". Solicitamos a la convocante poner este punto como opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 45 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: "FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA: Dentro de los 30 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor" solicitamos a la convocante modificar a "FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA: Dentro de los 30 días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor"

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 46 - Item 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Accesorios: 02 (dos) baterías alcalinas de tipo AA o AAA Frecuencia de medición programable. Solicitamos diga 02 (dos) baterías alcalinas de tipo AA o AAA o baterías recargables

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 47 - Item 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Descargar al computador a través de un lector de memoria removible  
 Solicitamos diga Descargar al computador a través de un lector de memoria removible o a través de USB

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 48 - Item 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Almacenar 1000 mediciones, solicitamos diga: Almacenar 400 mediciones o mas

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 49 - Item 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Histogramas de Presión:  
 Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca y doble producto,  
 solicitamos diga: Histogramas de Presión:  
 Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 50 - Item 3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: Graficos de Tendencias de Presión: Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca y doble producto, solicitamos diga: Gráficos de Tendencias de Presión Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 51 - Item 3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: Tabla de 24hs. con los valores de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca y Doble Producto, solicitamos diga: Tabla de 24hs. con los valores de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 52 - Item 3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: Grabación en Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las mediciones de la presión arterial o en memoria interna o a través de USB

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 53 - Item 3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice Lector de memoria SD, solicitamos diga Lector de memoria SD, si el equipo lo requiere

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 54 - Item 3

|                 |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| <b>Consulta</b> | <b>Fecha de Consulta</b> | 30-11-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Solicitan Posibilidad de que el paciente genere mediciones manuales, solicitamos que este punto sea opcional

|                  |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
| <b>Respuesta</b> | <b>Fecha de Respuesta</b> | 19-01-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 55 - Item 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Posibilidad de almacenar varios estudios en una tarjeta de memoria sin necesidad de descargar al computador. Solicitamos que este punto sea opcional o se elimine ya que por normativa no se deben tener varios estudios en una misma memoria para evitar que haya confusiones de resultados

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

### Consulta 56 - Plan de entrega

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Dentro de los 30 días corridos posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor, solicitamos diga: Dentro de los 60 días corridos posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 57 - Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Para el Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA Sistema de Ergometría completo que incluye: PC validada por el fabricante con software de análisis de ECG en reposo y de esfuerzo con detección de arritmias montado en carro de transporte ligero y compacto, modulo de adquisición de ECG inalambrico y cinta caminadora

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 58 - Precio referencial ITEM 1

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

El precio referencial de este ítems esta muy por debajo del referencial ya que estan solicitando un equipo ergonómico con modulo de ecg inalambrico y la cinta caminadora, todo este equipo en el mercado privado ronda por los 525.000.000 por lo tanto el precio referencia esta muy por debajo de lo estipulado, también utilizaron llamados muy viejos para sus precios referenciales

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

### Consulta 59 - Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Para el Item 1 Equipo de Ergometria: las especificaciones técnicas estan guiadas para uso de cardiopulmonar y no así exclusivo para cardiología, favor aclarar si seria para el servicio de Cardiología y de esta manera si podrían enviar las especificaciones que debe ser utilizado Exclusivamente para Cardiologia

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 60 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos se haga una revisión a las especificaciones técnicas, considerando que las solicitadas en este Pliego corresponden de manera exclusiva a la marca GE modelo MAC600, si las especificaciones continúan de esta manera se estaría atentando contra la oportunidad de libre competencia amparada bajo la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 61 - Item 5 Electrocardiógrafo.

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Por favor solicitamos aclarar a qué se refiere este punto: Rango dinámico Diferencial CA}5mV, desfase CC 300 mV o mejor

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 62 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde piden: Resolución 4.88 &#956;V/LSB a 500 mps o mejor, si la resolución solicitada es para la impresora, esta debe ser 8 ppm, por favor modificar

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 63 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Frecuencia de análisis de ECG 500 muestras/segundo (mps) o mejor. Tasa de muestreo digital 2,000 muestras/segundo/canal; solicitamos se puedan ofertar los valores de frecuencia y análisis de muestreo con los valores que cuente cada equipo y no restringir a los valores de un ECG de la marca GE

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 64 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB), solicitamos se revise esta especificación porque no coincide con los valores normales, sugerimos poner: 75Hz,100Hz,150Hz, 200Hz, Apagado

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 65 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde piden: Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz, solicitamos se puedan ofertar equipos con frecuencia de corte alta encendida o apagada. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 66 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: Filtro de CA adaptable 47 Hz a 53 Hz, solicitamos respetuosamente se puedan ofertar electrocardiógrafos con filtro de CA adaptable 50 a 60 Hz |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 67 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: Almacenamiento de ECG en formato *.XML, *. PDF, *.DCM, *.ECG, *.SCP de los estándares aECG, DICOM, ISHNE, MUSE-XML, OmronECG, SCP-ECG, por favor considerar las extensiones de archivos con las que cuentan los equipos a ser ofertados |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 68 - Item 5 Electrocardiógrafo

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Considerar este punto como OPCIONAL: Software Admite la medición con el programa de análisis de ECG y capacidad de importar todos formatos de los archivos del ECG para análisis y mediciones con soporte y exportación en formato de imagen .BMP, .JPG, .PNG y otros compatibles. Compatible para sistema operativo con Windows o Linux, provisión del instalador y llaves si corresponde |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |



## Consulta 69 - Item 6 Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Las características solicitadas para este desfibrilador no son propias de un desfibrilador DEA, el mismo debe ser lo más sencillo posible para permitir un fácil acceso a un personal sin formación médica a realizar la resucitación en caso necesario, por lo que el equipo DEA debe contar con instrucciones de voz claras y precisas y la menor cantidad de comandos posibles, la interpretación del ECG la debe realizar el propio DEA a través de la paleta y sin necesidad de pantalla o cables para ECG. Además consideramos que estas especificaciones son propias de una marca en particular por lo que atentan contra la libre participación de posibles oferentes. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 70 - Item 6 Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 30-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sean reemplazadas las especificaciones técnicas para que puedan ofertarse equipos DEA, con suficiente autonomía del operador del mismo |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 71 - ITEM 5: ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo. Solicitamos a la convocante permita cotizar Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo o teclado mecánico con teclas alfanuméricas y teclas de función. con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 72 - ITEM 5: ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde Dice: Almacenamiento externo 100 o más ECG en la memoria externa (tarjeta SD) o USB. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con memoria interna 100 o mas y opcional 1000. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 73 - HOLTER

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Software libre de Licencia incluyendo las Actualizaciones. Solicitamos excluir de las especificaciones o que sea opcional. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 74 - HOLTER

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, solicitamos a la convocante aclarar la cantidad.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 75 - ITEM 4

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante permita cotizar Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 76 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

solicitamos a la convocante permita cotizar Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 77 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante permita cotizar equipo con Descargas Directamente del holter por cable.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 78 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Software Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos excluir de las especificaciones.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 79 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, solicitamos a la convocante aclarar la cantidad.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 80 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácicas<br>Solicitamos amablemente a la convocante explicar a qué se refiere con 4 escenarios de rescate predeterminados y considerar el control remoto inalámbrico y el juego de parches como opcionales, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 81 - Precio referenciales.

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante actualizar los precio referenciales. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 82 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad correcta (sistema de click).Solicitamos amablemente a la convocante considerarlo como opcional, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 83 - Plazo de reposición de Bienes:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| solicitamos a la convocante extender el plazo de reposición de bienes a 15 días hábiles. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 84 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía.<br>Solicitamos amablemente a la convocante considerar desde al menos 2 Niveles de energía de descarga, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 85 - Muestras (Pagina 9/63 del PBC)

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Muestras (Pagina 9/63 del PBC)<br>En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc.<br>En licitaciones realizadas por otras entidades, fueron adjudicados Esfigmomanómetros que no cumplían con estas y otras especificaciones técnicas, por lo que sería prudente que el Convocante tome la decisión de solicitar muestra para este ítem, a fin de realizar la correcta adjudicación. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 86 - Inspecciones y pruebas

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de determinar quienes serian los responsables de las documentaciones. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 87 - Entrega de bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 88 - Entrega de bienes

| Consulta   | Fecha de Consulta | 01-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 19-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 89 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 16-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: "Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y 1 par de Electrodo pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil." solicitamos a la convocante permitir ofertar equipos que cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos, es decir solicitamos modificar este punto a "Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y 1 par de Electrodo pediátricos, o (1) par de electrodos que sirva tanto para pacientes adultos y pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil." Lo solicitado se debe a que varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p> |                   |            |

| Respuesta                                      | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p> |                    |            |

## Consulta 90 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 16-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)". Solicitamos a la convocante modificar a "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 2 niveles crecientes de energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 180 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p> |                   |            |

| Respuesta                                      | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p> |                    |            |

## Consulta 91 - Ítem 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 16-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice: "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Solicitamos a la convocante modificar este punto a "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 5 (cinco) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Dicho parámetro solicitado es el estandar en la mayoría de los fabricantes de reconocida marca nacional e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p> |                   |            |

| Respuesta                                      | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p> |                    |            |

## Consulta 92 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 16-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP" solicitamos a la convocante modificar a "El software del equipo deberá incluir al menos 1 (un) modo de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP. Accesorios a incluir: A- Barrera de protección para insuflación. B-Guantes descartables. C- Tijera multipropósito. D- Guía de instrucciones rápidas impresa. E- Rasuradora. F- Toallita antibacterial" |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 93 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta   | Fecha de Consulta | 16-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácica" Solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere al Desfibrilador de entrenamiento, y si es así, solicitamos poner como OPCIONAL los 4 escenarios de rescate predeterminados y el control remoto inalámbrico, debido a que solamente los DESFIBRILADORES DE ENTRENAMIENTO tienen el CONTROL REMOTO INALÁMBRICO y los escenarios de rescate. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 94 - Item 6 - Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 16-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "El equipo debe indicar: Si los parches están colocados de forma correcta. Si las compresiones son buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco); Nivel de carga de Batería.". Solicitamos a la convocante poner como opcional la parte donde dice que el equipo debe indicar: "Si las compresiones son buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco)", lo solicitado se debe a que no todas las marcas poseen dicha indicación, por lo que solicitamos que pongan este punto como opcional a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 95 - ITEM 3 Sistema de Monitorización de la Tensión Arterial:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 19-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD, solicitamos a la convocante se puedan ofrecer equipos con memoria interna |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 96 - ITEM 3 Sistema de Monitorización de la Tensión Arterial:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 19-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Pantalla/Display LCD color informativo, se solicita a la convocante se puedan ofrecer equipos con pantalla LCD color o monocromática, ya que esta característica no afecta el funcionamiento del equipo. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 97 - Item 4 Sistema de monitorización HOLTER:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 19-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Sobreimposición a 120X la velocidad normal. Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere específicamente este punto o dejarlo como opcional para dar mayor participación. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 98 - Item 4 Sistema de monitorización HOLTER:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 19-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Permitir realizar el trazado completo de 24hs. Se solicita dejar este punto como opcional ya que no es necesaria la impresión del estudio completo sino más bien la interpretación y el informe del médico que realiza el análisis del estudio. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 99 - Item 4 Sistema de monitorización HOLTER:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 19-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Pantalla/Display de información. Se solicita a la convocante dejar este punto como opcional, ya que no es una función imprescindible en este tipo de equipos y se estaría dando oportunidad a mas oferentes |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 100 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| El software debe tener la seguridad de ingreso de usuario y clave. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos de 1 Usuario con clave. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

### Consulta 101 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| El software debe tener la capacidad de asignar permisos diferentes para los diferentes usuarios. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos de 1 Usuario con clave. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

### Consulta 102 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos 1000 muestras/seg/canal o mejor para mayor participación de oferente. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

### Consulta 103 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD: Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD o Memoria Interna del Holter para mayor participación de oferente. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 104 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Descargar al computador a través de un lector de memoria removable o a través de conexión USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con Descarga al computador a través de un lector de memoria removable o a través de conexión USB o Descarga mediante Bluetooth. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 105 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Almacenar hasta 1000 mediciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Almacenamiento hasta 300 mediciones o mejor. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |



## Consulta 106 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Pantalla/Display LCD color informativo. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Pantalla/Display LCD color informativo o monocromático.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 107 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Interpretación de causas de error. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Visualización de Error en Software.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse a la última versión del PBC.-

## Consulta 108 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Visualización de resultados ocultable para evitar que el paciente se alarme. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Visualización de resultados ocultable para evitar que el paciente se alarme o Resultados solo visibles por Software.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 109 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Programado en forma independientemente sin conectarlo al computador. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Opción carga de paciente.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 110 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Posibilidad de importar y exportar estudios. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Estudios Almacenados DB del Fabricante

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

### Consulta 111 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Software Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Software propietario con USBKey. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

### Consulta 112 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Un grabador de estado sólido. Solicitamos a la convocante que dicha especificación sea opcional, para mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

### Consulta 113 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| EETT DICE: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes:<br>Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad o el motivo de solicitud de 6 unidades de PC, ya que esto influye en la cotización del equipo. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Cantidad de PC de escritorio: 8 unidades por el total de equipos MAPA ofertados. Se requiere esa cantidad de computadoras ya que los equipos de MAPA se estarán distribuyendo en distintos lugares.- |                    |            |

### Consulta 114 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Monitor color 19 LCD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar Monitor color 18.5 LCD o mejor. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 115 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB u Opcional el Lector. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 116 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Que no requiera el uso de una llave o Pendrive para su utilización. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con USB Key o que dicha eett sea opcional para mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 117 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Posibilidad de importar y exportar estudios en formato pdf, doc. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con Posibilidad de importar o exportar estudios en formato pdf, doc. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 118 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Editor de morfología. Solicitamos a la convocante que dicha EETT se opcional para mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 119 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Software Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Software propietario con USBKey. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 120 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Lector de tarjetas de memoria SD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con:Lector de tarjetas de memoria SD o Memoria Interna. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 121 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Tarjeta de memoria. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Tarjeta de memoria o Memoria Interna para mayor participación de oferentes |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 122 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Descargar la información por un lector de memoria con conexión USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Descargar de la información por un lector de memoria con conexión USB o Descarga desde Dispositivo via Cable USB. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 123 - Item 1 Equipo de Ergometría

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor . OPCIONAL<br>Recomendamos que esta solicitud no sea opcional, considerando que la La razón de muestreo influye directamente sobre la calidad del estudio, recomendamos diga: La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 124 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| EETT DICE: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes:<br>Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad ya que solicitan 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes: o el motivo de solicitud de 6 unidades de PC, ya que esto influye en la cotización del equipo. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Cantidad de PC de escritorio: 8 unidades por el total de equipos de Holter ofertados. Se requiere esa cantidad de computadoras ya que los equipos de HOLTER se estarán distribuyendo en distintos lugares.- |                    |            |

### Consulta 125 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Monitor color 19 LCD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar Monitor color 18.5 LCD o mejor. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 126 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB u Opcional el Lector. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 127 - Sistema de Monitorización Holter:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Que no requiera el uso de una llave o Pendrive para su utilización. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con USB Key o que dicha eett sea opcional para mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

### Consulta 128 - ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Electrodo desechable y reutilizable, seleccionable por el usuario. Solicitamos a la convocante permita cotizar Electrodo desechable seleccionable por el usuario. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 129 - ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Teclas de Silicona sin opción a teclado externo. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

### Consulta 130 - ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05-150 Hz o mejor. . Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05-300 Hz o mejor. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 131 - ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Resolución 4.88 &#956;V/LSB a 500 mps o mejor. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Resolución 1&#956;V/LSB a 500 mps o mejor. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 132 - Inspecciones y pruebas

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de determinar los responsables de las documentaciones. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| La recepción de los bienes se realizará en el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Inspección y pruebas posterior según necesidad en Capital, Central e interior del País. |                    |            |

## Consulta 133 - Entrega de bienes:

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación posterior según necesidad en Capital, Central e Interior del país |                    |            |

## Consulta 134 - Experiencia requerida

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado."</p> <p>Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos médicos "de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación", a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado.</p> <p>Lo solicitado obedece a que la Convocante pueda tener la certeza de que el proveedor ya tienen experiencia en la venta, puesta en marcha y servicio de mantenimiento de lo ofertado.-</p> |                   |            |

| Respuesta          | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC.- |                    |            |

## Consulta 135 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita que se establezca: "Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos médicos ((de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación))."

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 136 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la Convocante permitir la presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación. Lo solicitado obedece a que la propia Institución emisora del Certificado está expidiendo las constancias en trámite en vista a los retrasos en que se están expidiendo las mismas. En ese sentido solicitamos la equidad en cuanto a la validación de uno u otro documento.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Ajustarse al PBC.-

## Consulta 137 - EETT ÍTEM 6: Desfibrilador

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

El PBC establece: " Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalado y deberá contar con alarma visual y sonora, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio, medidas aproximadas de 44 cm x 22 cm, material Melanina de buena calidad.

Solicitamos a la Convocante establecer en el PBC los lugares de instalación de los equipos, teniendo en cuenta que correrá por cuenta del proveedor realizar todo lo necesario dentro del edificio para su instalación, debiendo prever este dichos costos en el precio final de su oferta.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación posterior según necesidad en Capital, Central.-

## Consulta 138 - Condiciones de Entrega

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>El PBC establece: "La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación posterior según necesidad en Capital Central e Interior del país. El PNPC emitirá el Acta de Recepción definitiva . Una vez realizada la entrega de acuerdo al plan de entrega, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Se verificará que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia. La emisión de la orden de compra lo realizará el Administrador del Contrato."</p> <p>Se solicita a la Convocante aclarar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la Instalación posterior a la entrega, según necesidad en Capital Central e Interior del país estará a cargo del proveedor.</li> <li>2. La documentación necesaria que el proveedor debe presentar al momento de la entrega de los bienes.</li> </ol> |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>La Instalación posterior a la entrega, según necesidad en Capital Central e Interior del país estará a cargo del proveedor. Ajustarse a la última versión del PBC</p> <p>La documentación necesaria que el proveedor debe presentar al momento de la entrega de los bienes, conforme lo indica en los indicadores de cumplimiento, Ajustarse al PBC.-</p> |                    |            |

## Consulta 139 - En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Que no requiera uso de una llave o pendrive para su utilización</p> <p>Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Que no requiera uso de una llave o pendrive para su utilización (opcional)</p> |                   |            |

| Respuesta                                      | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p> |                    |            |

## Consulta 140 - Item 6 Desfibrilador

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Las características solicitadas para este desfibrilador no son propias de un desfibrilador DEA, el mismo debe ser lo más sencillo posible para permitir un fácil acceso a un personal sin formación médica a realizar la resucitación en caso necesario, por lo que el equipo DEA debe contar con instrucciones de voz claras y precisas y la menor cantidad de comandos posibles, la interpretación del ECG la debe realizar el propio DEA a través de la paleta y sin necesidad de pantalla o cables para ECG. Además consideramos que estas especificaciones son propias de una marca en particular por lo que atentan contra la libre participación de posibles oferentes.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sean reemplazadas las especificaciones técnicas para que puedan ofertarse equipos DEA, con suficiente autonomía del operador del mismo.</p> |                   |            |

| Respuesta                                      | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p> |                    |            |



## Consulta 141 - Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA

| Consulta  | Fecha de Consulta  | 20-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| el precio referencial es de 219.333.333, y en el resumen de análisis la empres Jack Fack cotizo a 273.000.000 por lo tanto el precio que estan colocando esta totalmente desfazado y no tiene justificativo algún para colocar dicho precio, en la actualidad el precio del producto se suman muchas factores, Software de análisis de ECG( 180.000.000) Tecnología inalámbrica ECG (120.000.000) Carro de trasmporte original del fabricante con pc incluido(167.000.000) y cinta caminadora (140.000.000) sumando todo esto da un total aproximado de 607.000.000gs |                    |            |
| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
| Ajustarse al PBC.-  |                    |            |

## Consulta 142 - Ítem N° 2 esfigmomanómetro o tensiómetro,

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el ítem N° 2 esfigmomanómetro o tensiómetro,<br/>           En el Pliego de Bases y Condiciones Versión 3, la convocante incurrió en un error involuntario al mezclar las especificaciones técnicas del esfigmomanómetro o tensiómetro con el Sistema de Monitorización Holter.<br/>           En la página 34 partir de; Peso del grabador 150g. o menos incluida la batería hasta UPS 850 VA o mejor; son características que corresponden al Holter y no al Esfigmomanómetro. Solicitamos a la Convocante eliminar las Especificaciones técnicas:<br/>           Peso del grabador 150g. o menos incluida la batería.<br/>           Pantalla/Display de información.<br/>           Estuche y cinturón ajustable para cada grabador<br/>           Botón marcador de evento de paciente de fácil uso.<br/>           Lector de tarjetas de memoria SD.<br/>           Tarjeta de memoria.<br/>           Almacenamiento en Memoria removible hasta por 48 hs.<br/>           Descargar la información por un lector de memoria con conexión USB<br/>           Liberar rápidamente al grabador.<br/>           Utilizar una pila 1.5V AA alcalina para su funcionamiento.<br/>           Software para interpretación de estudios.<br/>           Catálogos en español<br/>           Manual de uso en español.<br/>           Garantía: Un (01) año como mínimo desde la instalación y puesta en funcionamiento.<br/> <b>ACCESORIOS:</b><br/>           Electrodos para realizar el estudio. Cantidad: 100 unidades.<br/>           Cable-paciente para ECG tipo Snap. Cantidad: 2 unidades<br/>           Estuche y cinturón ajustable para cada grabador<br/>           01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los siguientes componentes:<br/>           Monitor color 19 LCD<br/>           Procesador<br/>           Placa madre<br/>           Memoria RAM de 8Gb<br/>           Disco duro 1Tb<br/>           6 puertos USB<br/>           Gabinete<br/>           Teclado alfanumérico<br/>           Mouse<br/>           Supresor de picos<br/>           Lector de Memoria tipo SD con entrada USB<br/>           Sistema operativo compatible con el software de Holter<br/>           Voltaje: 220 Volts /50 Hz<br/>           Impresora Laser<br/>           UPS 850 VA o mejor</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 143 - Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial

| Consulta  | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial,<br/>           Son solicitados como accesorios 6 Unidades de PC de Escritorio. Por favor aclarar ¿se deben entregar 6 unidades por la totalidad (30 unidades) de Sistema de Monitorizacion de la tension arterial?</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 144 - Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial

| Consulta   | Fecha de Consulta  | 20-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| En el Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial,<br>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema operativo compatible con el software de Holter. Por favor aclarar ¿está correcto este pedido? Consideramos que no corresponde este pedido, solicitamos al Convocante modifique este punto, sugerimos se solicite lo siguiente: Sistema operativo compatible con el software del Sistema MAPA. |                    |            |
| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 20-01-2023 |
| Ajustarse a la última versión del PBC.-  |                    |            |