

## Consultas Realizadas

# Licitación 420685 - ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA

### Consulta 1 - Item 6 Cateter Venoso Central

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2022
Favor aclarar si el Cateter Venoso Central 5 Fr corresponde a 2 o 3 Lumen, y si la presentación es el kit de, abrazaderas de, Guia marcada de doble propósito con avanzador. Dilatador. Aguja introductora. Conector. Jeringa d Bisturí. Jeringa Introductora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Remitirse a la Adenda 1		

### Consulta 2 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 “Catéter con Reservorio Subcutáneo”

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: “Cateter siliconado de poliuretano totalmente implantable de 7,8F con reservorio cutáneo para administración de quimioterapia y productos sanguíneos”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse al PBC		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas del ítem 3 “Catéter con Reservorio Subcutáneo”

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan: “Cateter siliconado de poliuretano totalmente implantable de 5F con reservorio cutáneo para administración de quimioterapia y productos sanguíneos”  Solicitamos a la convocante modificar a:  “Cateter siliconado de poliuretano totalmente implantable de 5 a 6,5 F con reservorio cutáneo para administración de quimioterapia y productos sanguíneos”  Esto considerando que dicho rango comprende las medidas disponibles a nivel local para las distintas marcas de puertos implantables para infusión de quimioterapias, principalmente de uso pediátrico; y a modo de dar participación a un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse al PBC		

## Consulta 4 - Especificaciones Técnicas del ítem 2 “Catéter con Reservorio Subcutáneo”

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 2 solicitan: “Cateter siliconado de poliuretano totalmente implantable de 7,8F con reservorio cutáneo para administración de quimioterapia y productos sanguíneos”</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar a:</p> <p>“Cateter siliconado de poliuretano totalmente implantable de 7 a 8,5 F con reservorio cutáneo para administración de quimioterapia y productos sanguíneos”</p> <p>Esto considerando que dicho rango comprende las medidas disponibles a nivel local para las distintas marcas de puertos implantables para infusión de quimioterapias y a modo de dar participación a un mayor número de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse al PBC		

## Consulta 5 - Especificaciones Técnicas del ítem 4 “Agujas para administración de puertos intravenosos o arteriales”.

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 4 solicitan: “AGUJA TIPO HUBER DE 20GA x3/4” para inserción en reservorio de puerto cutáneo, con tubuladura de extensión, sistema LUER LOCK y plataforma de estabilización de la aguja”</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar a:</p> <p>“AGUJA TIPO HUBER DE 20GA x 3/4” ± 1mm para inserción en reservorio de puerto cutáneo, con tubuladura de extensión, sistema LUER LOCK y plataforma de estabilización de la aguja”</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar agujas con una longitud de 3/4" ± 1mm ya que dicho rango de longitud no afecta la funcionalidad del producto y permite la participación de un mayor número de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Remitirse a la Adenda 1		

## Consulta 6 - Especificaciones Técnicas del ítem 5 “Agujas para administración de puertos intravenosos o arteriales”.

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2022
<p>En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 5 solicitan: “AGUJA TIPO HUBER DE 20GA x1" para inserción en reservorio de puerto cutáneo, con tubuladura de extensión, sistema LUER LOCK y plataforma de estabilización de la aguja”</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar a:</p> <p>“AGUJA TIPO HUBER DE 20GA x 1" ± 5mm para inserción en reservorio de puerto cutáneo, con tubuladura de extensión, sistema LUER LOCK y plataforma de estabilización de la aguja”</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar agujas con una longitud de 1" ± 5 mm ya que dicho rango de longitud no afecta la funcionalidad del producto y permite la participación de un mayor número de oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2022
Ajustarse al PBC		