

Consultas Realizadas

Licitación 422564 - LPN Nº 38/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL"

Consulta 1 - LOTE 7 ITEM 7 plaqueta con microprocesador

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
A que se estaría refiriendo con plaqueta con microprocesador?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 2 - LOTE 7 ITEM 7 estufa de material exterior

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
Se podría considerar una estufa de material exterior: de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacterias, cámara interior de acero inoxidable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 3 - LOTE 7 ITEM 7 estufa de consumo

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
Se podría considerar una estufa de consumo de 650w?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 4 - LOTE 7 ITEM 7 estufa con LED display

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
Se podría considerar una estufa con LED display?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 5 - lote 9 item 9 autoclave con LED display

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría considerar un autoclave con LED display?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 6 - lote 9 item 9 plaqueta con microprocesador

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

A que se estaría refiriendo con plaqueta con microprocesador?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 7 - lote 9 item 9 autoclave de potencia de 1600W

Consulta	Fecha de Consulta	01-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría considerar un autoclave de potencia de 1600W?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 8 - MOTORES COLGANTES NO SON EFICIENTES

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Los MOTORES COLGANTES están desactualizados y fueron reemplazados por los MOTORES DE MESA, con un rendimiento ampliamente superior y con costos similares.

Las mayoría de las fabricas optan por ya no fabricar los MOTORES COLGANTES.

(Solicitamos a la convocante aceptar MOTORES DE MESA).

Recomendamos sustituir el MOTOR COLGANTE, ya que este no es eficiente al día de hoy.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Dadas las características particulares del trabajo llevado a cabo por el laboratorio de prótesis dental de la Dirección de Salud Bucodental y la experiencia de los técnicos, se solicitan solo tornos colgantes por adecuarse a las exigencias de jornadas extensas y a las condiciones que se transportan los equipos durante los viajes realizados.

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas incompletas en el PLIEGO

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

En la parte de "suministros requeridos-especificaciones técnicas", las especificaciones técnicas se encuentran cargadas incompletamente, la parte lateral derecha se encuentra con palabras incompletas que hacen imposible su comprensión. Solicitamos a la convocante atender este asunto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 10 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 7 Estufa para esterilización
Donde dice con 3 programas de esterilización, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con programas de esterilización ajustable, considerando que existen diversidades de fabricantes de instrumentales dentro de un consultorio odontológico y que cada tipo de instrumento requiere distinto tipo de parámetros de esterilización. Sugerimos 3 programas de esterilización o parámetros de esterilización ajustable. Esto permitirá la versatilidad durante el uso del equipo lo cual es conveniente para el usuario y además permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 11 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 7 Estufa para esterilización
Donde dice con 4 bandejas perforadas como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con 3 rejillas como mínimo, considerando que el tamaño de la cámara interna solicitada tiene dimensiones muy limitada (15Litros) para la división de sus estanterías. Sugerimos 3 bandejas perforadas o rejillas como mínimo. De esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes permitir la competencia por mejores ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 12 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 7 Estufa para esterilización
Donde dice con un rango de temperatura de 100 a 190°C como mínimo. Sugerimos a la convocante ampliar dicho rango debido a que estos tipos de equipos también se podrían utilizar como medio de secado de instrumentos y que algunos elementos requieren mayor grado de temperatura. Sugerimos a la convocante con un rango de temperatura desde temperatura ambiente +10°C o menor hasta 250°C o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 13 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 7 Estufa para esterilización
Donde dice Potencia 700W, sugerimos a la convocante acotar dicho requerimiento debido a que la potencia suele variar acorde al fabricante, para el tamaño de estos dispositivos se podría solicitar de la siguiente manera: Potencia 700W +/- 100W, O 700W aproximadamente. De esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
ITEM 7 Estufa para esterilización Donde dice Consumo 1.6A (220V), sugerimos a la convocante acotar dicho requerimiento debido a que el consumo máximo suele variar acorde al fabricante, para el tamaño de estos dispositivos se podría solicitar de la siguiente manera: Consumo 1.6A (220V) aproximadamente. De esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Consultas ITEM 7 Estufa para esterilización Donde dice fusible de protección de 4A. Sugerimos amablemente a la convocante solicitar fusible de protección acorde a la potencia del equipo, considerando que esta depende de cada fabricación de consumo de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Item 7 Estufa para esterilización De manera a mejorar la calidad de productos a ser cotizado y para el beneficio de la convocante y el usuario final, sugerimos amablemente a la convocante incluir los siguientes requerimientos. <ul style="list-style-type: none"> - Parámetros del sistema de ahorro automático y arranque automático después de una interrupción del suministro eléctrico. - Puerta con visor - Rango de tiempo de al menos 0 9999 min - Fluctuación de la temperatura de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ o mejor - Alarmas de sobre temperatura, alarma de tiempo, alarma de falla del sensor - Equipado con aireación por convección forzada para mejor homogenización de la cámara y un proceso de esterilización mas seguro, con tecnología avanzada de ultima generación. - Cámara interna con esquinas redondeadas para facilidad de la limpieza - Elemento calefactor de acero inoxidable - Material de la carcasa exterior: Superficie de chapa de acero laminado en frío - Uniformidad de la temperatura: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; Temperatura máxima de trabajo $\pm 2.5\%$ o mejor 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.		

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas -ítem 6: Equipo de Rayos X Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
El PBC en su pág. 14 expresa lo siguiente Excelente estabilidad y desplazamiento de uso en odontología. Sugerimos a la Convocante que el desplazamiento sea una requisito opcional permitiendo así la posibilidad de ofertar equipos con características fijas a una pared, lo cual evitaría el desgaste rápido del equipo, golpes u otros daños a consecuencia del desplazamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. debido a que se solicita equipo móvil ya que por los recursos limitados no se puede dotar de un aparato de rayos para cada consultorio por lo que se constituye en una necesidad poder trasladar el equipo de rayos X entre los consultorios de un servicio.		

Consulta 18 - Especificaciones Técnicas -Item 6: Equipo de Rayos X odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Pag 14. Donde se expresa lo siguiente: Mancha focal eléctrica: 0-8 mm. Sugerimos a la convocante que sea a partir de 0-4mm para un mejor diagnóstico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.		

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas -Item 4: MicroMotor Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Pág. 14 Donde se expresa lo siguiente: Un micromotor, un contra Angulo y pieza recta Solicitamos a la convocante que estos instrumentos sean desglosados en tres ítems ya que son piezas diferentes y cuyo precio del micromotor es el establecido como referencial, faltando así los precios referenciales del contra ángulo y pieza recta respectivamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2023
Favor considerar las modificaciones a ser introducidas.		

Consulta 20 - Item 1: sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Sugerimos a la convocante solicitar que las piezas de repuesto están disponibles cómo mínimo 10 años después de la fabricación del producto.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.		

Consulta 21 - Ítem 1: sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Donde se expresa lo siguiente: El sillón debe ser sin fijación al piso. Estructura de acero. Sugerimos a la convocante poner como opcional que el sillón este fijado al suelo con tornillos para mayor estabilidad del mismo y seguridad de los pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Se solicita sillón sin fijación al piso debido a que las conexiones en los servicios no están preparadas para un sillón fijado al piso.		

Consulta 22 - ítem 1: sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Sugerimos a la convocante que el sillón cuente con un mecanismo de seguridad: 5 interruptores de desconexión de seguridad que detienen automáticamente el sillón, en caso de que el movimiento hacia abajo se vea interrumpido por un obstáculo y que las piezas de mano se bloqueen automáticamente esto para evitar accidentes en pacientes o sus acompañantes en especial niños pequeños.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 23 - Ítem 1: Sillón odontológico.

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica Se sugiere a la Convocante solicitar la Certificación ISO 7494-1 sobre requerimientos y métodos de prueba para equipos de tratamiento odontológico Y/0 la certificación CE de acuerdo con la Directiva 93/24/CEE.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 24 - Plazo de entrega Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
Donde se expresa lo siguiente: Dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Solicitamos a la Convocante aumentar el plazo de entrega a 150 días corridos teniendo en cuenta la cantidad de bienes requeridos para cada ítem y los plazos de importación, transporte y logística.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Dada la situación actual de nuestros servicios, el tiempo que ha pasado desde la última adquisición de equipamientos, se hace necesario contar con los mismos en la brevedad posible, por lo cual extender los plazos de entrega no está dentro de nuestras posibilidades.		

Consulta 25 - Especificaciones Técnicas -ítem 4,5 y 6

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante establecer el plazo de garantía de los bienes y establecer que esta garantía incluya un servicio de mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el correcto funcionamiento de los equipos.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 26 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante exigir a todo el Plantel Técnico encargado para la prestación de servicio técnico durante el periodo de Garantía. Que cuente con AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) que es la credencial habilitante y obligatoria de cumplimiento individual a todos los técnicos encargados para prestar servicios a los equipos emisores de radiación ionizante establecida en la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. ya que ésta es una autorización para el usuario Odontólogo y Radiólogo, Autorización Individual de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto TOE.

Consulta 27 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante exigir al Oferente La Autorización para Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante de Categoría 5 otorgados a Equipos de Rayos X Dental, como lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 28 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-03-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante exigir al Oferente La Constancia de Inscripción como Empresa encargada de realizar importación de Fuentes de Radiación Ionizante establecida en la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 29 - ITEM 7 Estufa de Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar estufas de esterilización con potencia diferente a 700w y un consumo diferente a 1,6A para permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 30 - Ítems 1 Sillón Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
El consultorio (sillón, salivadero, y mesa de mando) debe ser ambidiestro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 31 - Ítems 1

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Podrían aclarar a que se refiere el material de alto sanitario o material sanitario según normas internacionales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 32 - ITEM 7 Estufa de Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar estufas de esterilización con un número de bandejas perforadas menor a 4 esto permitirá mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 33 - ITEM 7 Estufa de Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar estufas de esterilización con bandejas en rejilla en vez de bandeja perforada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Se solicitan las bandejas perforadas no las rejillas, ya que en los servicios no disponen de cajas para esterilizar y los instrumentales individuales por lo general se caen o atascan en las rejillas.		

Consulta 34 - Ítems 1 sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
La base del sillón debe tener tratamiento anticorrosivo y antideslizante, ya que durante la limpieza hay mucho contacto con el agua y además el antideslizante logra más estabilidad aun -Solicitan el tapizado del sillón sin costura. Es muy necesario por cuestiones de bioseguridad que el respaldo del sillón sea fácilmente desmontable(sin tornillo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 35 - ITEM 7 Estufa de Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar estufas de esterilización con rango de temperaturas ajustables y tiempo de esterilización ajustable; sin programación predeterminada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 36 - ITEM 9 Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar autoclaves de esterilización con tanques de materiales diferentes al acero inoxidable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Se solicita tanque de acero inoxidable por ser más resistentes y duraderos. Dado el tiempo que transcurre entre las renovaciones de nuestros equipamientos necesitamos equipos con la mayor vida útil posible.		

Consulta 37 - Ítems 1 sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Sillón piden con apoya brazos con tapizados. Se sugiere solicitar brazos estándares de alta resistencia debido a que los apoyas brazos tapizados están dirigidos a una marca específica y no resisten mucho tiempo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 38 - ITEM 9 Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar autoclaves de esterilización con aislamiento térmico diferente a la manta de fibra cerámica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Se solicita aislamiento de Manta Fibra Cerámica por su excelente capacidad aislante y sellado superior en comparación a otros materiales.		

Consulta 39 - ÍTEM 9 Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la Convocante considerar autoclaves de esterilización con potencia diferente a 1400W

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 40 - Ítems 1 sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
----------	-------------------	------------

Es necesario que la base y el respaldo sean construido en acero solido, ya que esto logra mayor estabilidad y durabilidad, se recomienda

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 41 - ÍTEM 9 Autoclave de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar el precio referencial puesto que se encuentra desfasado según características solicitadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las modificaciones a ser introducidas.

Consulta 42 - Ítems 1 sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
----------	-------------------	------------

Capacidad de levantamiento: Carga distribuida de 200 kg (peso de los pacientes + equipo y accesorios) Sería lo ideal contar con esa capacidad de carga

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 43 - Ítems 1 sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
----------	-------------------	------------

El reflector debe tener Cabezal giratorio con un minimo de 620°?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 44 - Ítems 1 sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Aclarar porque: La salivadera: deben tener picos de bacha y llena vaso desmontable y auto lavables teniendo en cuenta que por cuestiones de normativas internacionales relacionadas a la BIOSEGURIDAD los fabricantes determinan que los picos externos ya están en desuso, debido al riesgo de Contaminación Cruzada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Debido a que no hay normativas desde DINAVISA que prohíban el uso de picos de bacha.

Consulta 45 - Ítems 1 sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

La empresa proveedora debe contar con Servicio Técnico habilitado por el MSPYBS

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 46 - Ítems en general

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que se incluya como requisito de la oferta el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones técnicas) solicitados por vuestra institución, a modo de muestra y de esa forma que todos vean tanto oferentes como convocantes si en verdad cumplen con las Especificaciones técnicas muy puntuales

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 47 - Ítems 6 rayos x

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Podria el campo especificado de conformidad con el tiempo de irradiación estar comprendido entre 0,06 y 3,2 segundos?
- Podria ser la corriente del cabezal 7mA
- La potencia ideal 1330 VA?

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante.

Consulta 48 - Ítems 6 rayos x

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

- Tipos de fusible 20mm de vidrio

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 49 - Ítems 1 sillones odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitan compresores de 55 litros , se solicita se podría dar un margen desde 40 a 55 litros , ya en el mercado local solo un proveedor trae de esa medida y esto podría hacer que solo una empresa pueda oferta este ítems . Llama la atención que pidan de esa medida y con el motor de 1.5 que también se solicita se pueda cotizar desde 1,1 hp . Tener en cuenta que los compresores más grande tarda más en la carga y eso también da menos vida útil al compresor .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 50 - Compresor odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Se podría cotizar desde 30 litros a 55 litros de tanque y desde 1 hp hasta 1,5 hp . Tener en cuenta que solo una empresa trae la medida que solicitan . Favor dar un margen para que otros compresores y oferentes puedan ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 51 - Ítems compresores

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Solicitan de 55 litros y de 1,5 , se podría cotizar de 40 litros y de 1,1 hp		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Se solicita tanque de 55 litros debido a una mayor capacidad de carga y permite mayor tiempo de trabajo.		

Consulta 52 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
En la apartado 5 de Requisito documental para evaluar la capacidad técnica donde solicitan Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, Solicitamos a la convocante que esta Declaración Jurada sea del Oferente quien lo emitida pudiente quedar de la siguiente manera, Para los Fabricantes y/o Oferentes Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 53 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
En el punto donde solicitan Catálogo Técnico del equipo ofertado en español. solicitamos a la convocante que los también puedan ser presentados en idioma ingles, portugués o bien pueda ser traducido por un transductor matriculado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
Se aclara que los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción, conforme lo indica el PByC.		

Consulta 54 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-03-2023
Favor aclarar donde serian las entregas debido a que el administrador realizara el acta definitiva, teniendo en cuenta las cantidades y solicitamos que se realicen actas provisorias por la entrega por la Dirección de Salud Bucodental y posterior donde se designe lugar la entrega definitiva a modo de cortar plazos con la entrega provisorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Fabricado en acero inoxidable si es que debe ser fabricado en dicho material tanto el interior como el exterior del equipo. Se sugiere Interior Fabricado en acero inoxidable teniendo en cuenta que la cámara del equipo es la que debe de ser fabricada en acero inoxidable y el material de fabricación del exterior varía entre los diferentes fabricantes, manteniendo la calidad de los mismos y así, permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
Se aclara que se solicita de acero inoxidable internamente. Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Fabricado en acero inoxidable si es que debe ser fabricado en dicho material tanto el interior como el exterior del equipo. Se sugiere Interior Fabricado en acero inoxidable teniendo en cuenta que la cámara del equipo es la que debe de ser fabricada en acero inoxidable y el material de fabricación del exterior varía entre los diferentes fabricantes, manteniendo la calidad de los mismos y así, permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
Se aclara que se solicita de acero inoxidable internamente. Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación con 3 programas de esterilización.
Se sugiere con 3 programas de esterilización (opcional) con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Debe contar con una plaqueta con microprocesador capacidad de 15 Litros como mínimo a que se refiere con plaqueta con microprocesador.
Se sugiere Debe contar con controlador de temperatura digital por microprocesador con sistema PID.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la resolución de temperatura del equipo solicitado.
Se sugiere Resolución: 0,1°C con el objetivo de asegurar la fiabilidad y precisión del equipo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la variación de temperatura del equipo solicitado.
Se sugiere Variación: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ con el objetivo de asegurar la fiabilidad y precisión del equipo solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Debe contar con una plaqueta con microprocesador capacidad de 15 Litros como mínimo. a que se refiere con plaqueta con microprocesador.
Se sugiere Debe contar con controlador de temperatura digital por microprocesador con sistema PID.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 62 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
<p>Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Debe poseer 4 bandejas perforadas como mínimo ya que el volumen mínimo del equipo solicitado limita la cantidad de bandejas. Así también, limita la posibilidad de oferentes que puedan ofertar en este ítem. Se sugiere Debe poseer 3 bandejas perforadas como mínimo con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
<p>Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.</p>		

Consulta 63 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
<p>Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Potencia 700w si aceptarían equipos de mayor potencia. Se sugiere Potencia 700w como mínimo con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
<p>Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.</p>		

Consulta 64 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
<p>Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Consumo 1,6A(220V).Alimentación de 4A ya que el amperaje puede variar entre los diferentes equipos de acuerdo a su capacidad y potencia, sin embargo, el voltaje debe ser compatible con la red eléctrica local. Se sugiere Alimentación eléctrica: 220V/50Hz con el objetivo de asegurar un equipo compatible con la red eléctrica local y así contar con mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
<p>Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.</p>		

Consulta 65 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
<p>Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Comando digital- display: LCD Iluminado ya que no se trata de una especificación necesaria para el correcto funcionamiento del equipo ni para asegurar una esterilización correcta. Se sugiere Pantalla grafica LED o LCD de 72x40 mm como mínimo, con botones digitales o mejor con el objetivo ampliar la cantidad de oferentes que puedan ofertar sus equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
<p>Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.</p>		

Consulta 66 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar las dimensiones internas aproximadas de los equipos solicitados.
Se sugiere Dimensiones internas 23 Cm de diámetro y 45 cm de Profundidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que no se consideran medidas internas si cumple con las capacidad referida. Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 67 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Secado: Puerta cerrada a que hace referencia

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Se refiere a que durante el ciclo de secado no pueda abrirse la puerta, por seguridad ante posibles accidentes. Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 68 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Potencia 1400W. preventivo ya que la palabra Preventivo no es clara a que hace referencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 69 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Potencia 1400W
Sugerimos Potencia: 1300W como mínimo con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante, debido a que la potencia solicitada es la de 1400 a 1600 W.

Consulta 70 - Item 6 Rayos X

Consulta	Fecha de Consulta	06-03-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos cotizar con un rango de tiempo 0.01 y 2 Segundos ya que los tiempos son mas que suficientes para los sistemas actuales.
Tambien la potencia del cabezal, solicitamos cotizar con 70kv - 7 mA
esto dara mayor amplitud a los participantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-03-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 71 - lote 7 ítem 7 Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿favor podrían indicar el lugar de entrega e instalación de los equipos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 72 - lote 7 ítem 7 Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿Dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Solicitamos a la Convocante aumentar el plazo de entrega a 150 días corridos teniendo en cuenta la cantidad de bienes requeridos para cada ítem y los plazos de importación, transporte y logística?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Dada la situación actual de nuestros servicios, el tiempo que ha pasado desde la última adquisición de equipamientos, se hace necesario contar con los mismos en la brevedad posible, por lo cual extender los plazos de entrega no está dentro de nuestras posibilidades.

Consulta 73 - lote 7 ítem 7 estufa con rango de temperatura

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría considerar una estufa con rango de temperatura de: 50-200˚C?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Considerando que las EE.TT. solicitadas para el esterilizador el rango de temperatura es de 1 a 190° C. como mínimo, por lo que lo sugerido se contempla dentro de lo solicitado.

Consulta 74 - LOTE 9 ÍTEM 9 autoclave sin sistema de conexión

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría admitir un autoclave sin sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. se aclara que lo recomendable es que el equipo cuente con contador de ciclos, con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización para un mayor control de bioseguridad.

Consulta 75 - LOTE 9 ITEM 9 Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-03-2023
¿Dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Solicitamos a la Convocante aumentar el plazo de entrega a 150 días corridos teniendo en cuenta la cantidad de bienes requeridos para cada ítem y los plazos de importación, transporte y logística?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Dada la situación actual de nuestros servicios, el tiempo que ha pasado desde la última adquisición de equipamientos, se hace necesario contar con los mismos en la brevedad posible, por lo cual extender los plazos de entrega no está dentro de las posibilidades.		

Consulta 76 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
El consultorio (sillón, salivadero, y mesa de mando) debe ser ambidiestro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 77 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Podrían aclarar a que se refiere el material de alto impacto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
La convocante aclara que el material de alto impacto se refiere a resistente a los golpes, la corrosión, el desgaste que con el tiempo puede sufrir el equipo.		

Consulta 78 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Solicitan el tapizado del sillón sin costura. Es muy necesario por cuestiones de bioseguridad que el respaldo del sillón sea fácilmente desmontable(sin tornillo). Se podría agregar este pedido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 79 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
La base del sillón debe tener antideslizante? Durante la limpieza hay mucho contacto con el agua y además el antideslizante logra más estabilidad. Se podría agregar este detalle.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.		

Consulta 80 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Solicitan respaldo metálico. Es necesario que la base y el respaldo sean construido en acero solido? Esto logra mayor estabilidad y durabilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos. La convocante aclara que la base sea de acero solido y el respaldo metálico, puede o no ser de acero solido.		

Consulta 81 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
El reflector debe tener Cabezal giratorio con un mínimo de 620º? Se puede agregar esto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que al solicitar cabezal giratorio con un mínimo de 620º se limitaría la participación de potenciales oferentes ya que es una característica que solo poseen pocas marcas.		

Consulta 82 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
El reflector se podrá cotizar de 3 LEDS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar las modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 83 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Con respecto al reflector a que se refiere temperatura de color de 4.500 -5000k?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos. La convocante aclara que la temperatura de color LED es un valor que se mide en grados kelvin (K) y determina los tonos de luces cálidas y tonos de luces frías, y sirve para mejorar el contraste en tejidos suaves.		

Consulta 84 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
En la platina solicitan pantalla táctil y comando digital Touch. Cual solicitan? Ya que son 2 cosas distintas , lo ideal seria Touch		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
La convocante aclara que pantalla táctil y comando digital touch son la misma cosa.		

Consulta 85 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Cuales son las 9 memorias a que se refieren? Aclarar memoria o programa , ya que posicionar el respaldo u otra parte del sillón también son memorias o programas .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-04-2023
La convocante aclara que se refiere a la capacidad de tener 9 memorias programables de trabajo (9 posiciones de trabajo programados)		

Consulta 86 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Se podrá cotizar el de 5 soportes en la platina?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
Favor considerar las modificaciones a ser incluidas en el PByC.		

Consulta 87 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Los accesorios mínimos a que se refiere , a todo lo que tiene el equipo o son lo que debemos incluir una unidad mas. Ejemplo: el equipo pide con turbina, debemos incluir una turbina mas como accesorio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
La convocante aclara que solo se solicita 1 (una) turbina y los son: 1 turbina, 1 micromotor con contrángulo y pieza recta, 1 compresor odontológico, 1 luz led fotopolimerizadora, 1 ultrasonido, 1 jeringa triple y 1 kit de mangueras de conexión.		

Consulta 88 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Aclarar porque: La salivadera: deben tener picos de bacha y llena vaso desmontable y auto lavables teniendo en cuenta que por cuestiones de normativas internacionales relacionadas a la BIOSEGURIDAD los fabricantes determinan que los picos externos ya están en desuso, debido al riesgo de Contaminación Cruzada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que los picos de bacha y llena vaso desmontable y autoclavables es una característica opcional.		

Consulta 89 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
Ser podrá cotizar bacha con movimiento de 90° ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
Favor considerar las modificaciones a ser incluidas en el PByC.		

Consulta 90 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

La empresa proveedora debe contar con Servicio Técnico habilitado por el MSPYBS? Seria lo ideal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 91 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que se incluya como requisito de la oferta el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones técnicas) solicitados por vuestra institución(MUESTRAS)

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.

Consulta 92 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

- Podría el campo especificado de conformidad con el tiempo de irradiación estar comprendido entre 0,06 y 3,2 segundos? Es importante que por seguridad del paciente y el operador el tiempo de exposición a la radiación sea la mas baja posible

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. se aclara que se solicita rango de exposicion de 0.60 a - 2,0s lo cual es menor a lo sugerido por lo cual se cuida la seguridad del paciente y el operador.

Consulta 93 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

- Es posible el Valor del Punto Focal Nomina (0,8 x 0,8mm) (ubicado con relación al eje de referencia del tubo RX conforme IEC336/1982)

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que cuanto mas alto es el punto focal nominal es menor la calidad de la imagen.

Consulta 94 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

- Podría ser la corriente del cabezal 7mA?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.

Consulta 95 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
----------	-------------------	------------

- Es posible la potencia ideal 1200 VA?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que la potencia máxima solicita es de 900 VA.

Consulta 96 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
----------	-------------------	------------

- Los fusibles podrían ser de 20mm de vidrio?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.

Consulta 97 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	27-03-2023
----------	-------------------	------------

- Sobre la corriente kVp (media) del tubo: 70 kVp (p/ máx. corriente del tubo 7,0 mA) es posible?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.

Consulta 98 - Ítems 3 Compresor Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
----------	-------------------	------------

Piden de 1.5 HP y de 55 Litros , solo una empresa trae esa características , se podría dar un rango de 1.1 a 1.5 hp y un rango de 50 a 55 litros , esto es para dar mayor participación de oferentes. parece muy dirigido el pedido. Favor tener en cuenta esto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que se solicita de 55 litros por una mayor capacidad de carga de aire y permite mayor tiempo de trabajo y motor de 1.5 HP tiene mayor fuerza de caudal.

Consulta 99 - LOTE 9 ITEM 9 autoclave sin contador

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
----------	-------------------	------------

¿Se podría admitir un autoclave sin contador de ciclos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
-----------	--------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que el contador de ciclos es fundamental para un control de esterilización y el periodo de mantenimiento.

Consulta 100 - items 2 Fotopolimerizador

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Piden Modo turbo 1 Y 3 segundos , se puede cotizar de 1 a 8 segundos .

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que con este modo de tubo se economiza tiempo a la del fotopolimerizador de las resinas.

Consulta 101 - LUGARES DE INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se pide amablemente dar a conocer los lugares de instalacion debido a que esto influye directamente en el costo y el tiempo para su instalacion . Ejemplo , no es lo mismo instalar un equipo en el departamento Central o montar un equipo en el Chaco u otro lugar mas alejado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el PbyC.

Consulta 102 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se deberia de pedir montaje de los equipos para verificar la veracidad de sus componentes, por lo menos probar la parte electrica y aire. Basicamente Muestras. Esto no quitara ningun tiempo a la convocante incluso le sera mas facil y rapido ver todo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.

Consulta 103 - ITEM 7 - Estufa de esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante considerar como opcional la característica de 3 programas de esterilización como mínimo, teniendo en cuenta que la temperatura de uso es regulable según necesidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que se solicita con 3 programas para mayor eficacia y seguridad de los equipos, al tener ciclos programados seguros de esterilización disminuye el riesgo a un error humano en cuanto al tiempo y/o temperatura.

Consulta 104 - ITEM 9 - Autoclave para esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante considerar también tanques de agua de plástico además de tanques de acero inoxidable de esta manera al considerar los tanques de plástico dará oportunidad a potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Se solicita tanque de acero inoxidable por ser más resistentes y duraderos. Dado el tiempo que transcurre entre las renovaciones de nuestros equipamientos necesitamos equipos con la mayor vida útil posible.

Consulta 105 - ITEM 9 - Autoclave para esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante considerar como opcional el aviso de mantenimiento preventivo debido a que de acuerdo a los fabricantes tienen su protocolo a seguir para el mantenimiento preventivo sin necesidad de alarma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que el mantenimiento preventivo es para asegurar la cadena de esterilización sea eficiente, así también mantener el buen funcionamiento del equipo.

Consulta 106 - Tanque Compresor Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos y recomendamos a la convocante el aumento del rango de litros del tanque en el compresor para una mejor competencia.

De 30 a 60 litros sería un buen rango, solicitan tanque de 55 litros en el pliego 5. Pero favor tener en cuenta que todos cumplen con los 100 a 170 litros/minuto solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que la solicitud de tanque de 55 litros obedece a una mayor capacidad de carga de aire, permite mayor tiempo de trabajo y el motor de 1.5 HP contiene una mayor fuerza de caudal.

Consulta 107 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Donde solicitan registro sanitario, solicitamos a la convocante que excluir los ítem de estufa de esterilización y autoclave de esterilización que no necesitan de registro sanitario por la partida arancelaria no necesita de intervención de DINAVISA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.

Consulta 108 - ITEM 3 Compresor

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante aceptar Compresor de uso odontológico con diferencia de 5 litros en el tanque (el solicitado siendo de 55), cumpliendo con los 100 a 170 litros/minuto solicitados y acorde a los 1,5 HP, 220v, y garantía de 12 meses. Única diferencia son 5 litros menos de capacidad del tanque que no alteran rendimiento del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que la solicitud de tanque de 55 litros obedece a una mayor capacidad de carga de aire, permite mayor tiempo de trabajo y el motor de 1.5 HP contiene una mayor fuerza de caudal.

Consulta 109 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Con respecto la solicitud de sistema de agua tibia o caliente. En nuestro país es necesario?

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

La convocante aclara que para mayor comodidad del paciente se solicita agua tibia y caliente. Favor considerar los criterios ya establecidos.

Consulta 110 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 6 aclara que los documentos solicitados como DDJJ sean para el oferente

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.

Consulta 111 - Item 3 COMPRESOR ODONTOLOGICO

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante aceptar compresores de (1) hp y un rango de (30 a 60litros) de tamaño de tanque, ya que tambien se adecuan con los requerimientos de caudal de aire, 100 a 170 litros por minuto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante. Se aclara que la solicitud de tanque de 55 litros obedece a una mayor capacidad de carga de aire, permite mayor tiempo de trabajo y el motor de 1.5 HP contiene una mayor fuerza de caudal.

Consulta 112 - Consulta 1: Pag 14. Especificaciones Técnicas -ítem 6: Equipo de Rayos X Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
-----------------	--------------------------	------------

Donde expresa lo siguiente Móvil. Excelente estabilidad y desplazamiento de uso en odontología.
Solicitamos a la Convocante que el desplazamiento sea una requisito opcional permitiendo así la posibilidad de ofertar equipos con características fijas a una pared, lo cual evitaría el desgaste rápido del equipo, golpes u otros daños a consecuencia del desplazamiento, y no limitaría la participación de oferentes que cumplen con la seguridad de un equipo fijo.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que se solicita equipo móvil debido a lo recursos limitados no se puede dotar de un aparato de rayos X para cada consultorio, por lo que se constituye en una necesidad poder trasladar el equipo entre los consultorios del servicio.

Consulta 113 - Especificaciones Técnicas -Item 4: MicroMotor Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
En el PBC establece que el ítem requerido es un Micromotor odontológico pero en la descripción de las EETT, se establece que el micromotor odontológico debe ser con contra ángulo y pieza recta. Se menciona a la Convocante que el contra ángulo y la pieza recta son otras dos piezas a parte del micromotor, debiendo estas solicitarse como ítems diferentes, pues cada una de ellas tiene un precio individual, diferente al del micromotor, siendo un error pretender adquirir tres piezas por el precio de una según las EETT.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
Favor considerar las modificaciones a ser incluidas en el PByC.		

Consulta 114 - Item 1: sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
Sugerimos a la convocante solicitar que las piezas de repuesto están disponibles como mínimo 10 años después de la fabricación del producto, esto es de modo a garantizar que los bienes adquiridos tengan soporte en el mercado y no queden obsoletos en 10 2 años, lo cual sería un perjuicio económico para el Estado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
La convocante aclara que las garantías se dan de acuerdo a normas internacionales de cada fabricante. Favor considerar los criterios ya establecidos.		

Consulta 115 - Item 1: sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
Donde se expresa lo siguiente: El sillón debe ser sin fijación al piso. Estructura de acero. Sugerimos a la convocante poner como opcional que el sillón este fijado al suelo con tornillos para mayor estabilidad del mismo y seguridad de los pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
La Convocante aclara que se solicita sillón sin al piso debido a que la estructura de los servicios no están preparados y requieren de extensiones que no se adecúan al tamaño de la caja de conexión para la instalación de un sillón fijado al piso.		

Consulta 116 - ítem 1: sillón odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
ítem 1: sillón odontológico Sugerimos a la convocante que el sillón cuente con un mecanismo de seguridad: 5 interruptores de desconexión de seguridad que detienen automáticamente el sillón, en caso de que el movimiento hacia abajo se vea interrumpido por un obstáculo y que las piezas de mano se bloqueen automáticamente esto para evitar accidentes en pacientes o sus acompañantes en especial niños pequeños.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
La convocante aclara que se solicita que el sillón cuente con parada de emergencia. Favor considerar los criterios ya establecidos.		

Consulta 117 - Plazo de entrega Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
<p>Donde se expresa lo siguiente: Dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Solicitamos a la Convocante aumentar el plazo de entrega a 150 días corridos teniendo en cuenta la cantidad de bienes requeridos para cada ítem y los plazos de importación, transporte y logística.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
<p>Dada la situación actual de nuestros servicios, el tiempo que ha pasado desde la última adquisición de equipamientos, se hace necesario contar con los mismos en la brevedad posible, por lo cual extender los plazos de entrega no está dentro de nuestras posibilidades. Favor considerar los criterios ya establecidos.</p>		

Consulta 118 - ITEM 4 ITEM 5 PIEZAS DE MANO

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
<p>Solicitamos a la convocante aceptar otros tipos de metales en LAS PIEZAS DE MANO (MicroMotor ITEM 4, Turbina ITEM 5)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
<p>La convocante aclara que se solicita pieza de mano anodizado. La anodización genera una protección que aumenta el aislamiento eléctrico, Protección mecánica contra la corrosión, protección mecánica contra el desgaste del tiempo.</p>		

Consulta 119 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
<p>Solicitamos a la Convocante exigir a todo el Plantel Técnico encargado para la prestación de servicio técnico durante el periodo de Garantía. Que cuente con AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) que es la credencial habilitante y obligatoria de cumplimiento individual a todos los técnicos encargados para prestar servicios a los equipos emisores de radiación ionizante establecida en la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
<p>La convocante aclara que el punto solicitado no aplica debido a que dicha autorización corresponde al usuario odontológico y radiológico Autorización Individual de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE).</p>		

Consulta 120 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
<p>Solicitamos a la Convocante exigir al Oferente La Autorización para Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos Generadores de Radiación Ionizante de Categoría 5 otorgados a Equipos de Rayos X Dental, como lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
<p>La convocante aclara que solicita constancia de inscripción ante la Autoridad Reguladora Radiológica Y Nuclear. Favor considerar los criterios ya establecidos inicialmente.</p>		

Consulta 121 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	28-03-2023
Solicitamos a la convocante la eliminación de sistema de conexión en nube en el Item 9 (autoclave) para mayor participación de competidores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-04-2023
La convocante aclara que lo recomendable para mayor control del ciclo de esterilización por bioseguridad. Favor considerar los criterios ya establecidos.		

Consulta 122 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Con un rango de temperatura de 1 a 190° C como mínimo ya que para esterilizar se utilizan temperaturas altas, y teniendo en cuenta la aplicación para este equipo, no es necesario que el parámetro mínimo de la temperatura sea de +1°C. Se sugiere Con un rango de temperatura de +5 a 190° C o mejor con el objetivo de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
La convocante aclara que el rango de temperatura ya fue ampliado en versiones anteriores del PbyC a modo de dar mayor participación a potenciales oferentes. Favor considerar los criterios ya establecidos.		

Consulta 123 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Ítem 7. Estufa para esterilización. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la especificación Potencia 650w a 700w si aceptarían un equipo de mayor potencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
La convocante aclara que el rango de potencia ya fue ampliado en versiones anteriores del PbyC a modo de dar mayor participación a potenciales oferentes. Favor considerar los criterios ya establecidos.		

Consulta 124 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Secado: Puerta cerrada ya que no se trata de una especificación indispensable para el correcto funcionamiento del equipo ni para asegurar una esterilización correcta. Se sugiere Secado: Puerta cerrada (Opcional) con el objetivo ampliar la cantidad de oferentes que puedan ofertar sus equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
La convocante aclara que solicita que durante el ciclo de secado no pueda abrirse la puerta, por seguridad antes posibles accidentes al manipular el equipo. Favor considerar los criterios ya establecidos.		

Consulta 125 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
<p>Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación Secado: Puerta cerrada ya que no se trata de una especificación indispensable para el correcto funcionamiento del equipo ni para asegurar una esterilización correcta.</p> <p>Se sugiere Secado: Puerta cerrada o a puerta entreabierta (convección) con el objetivo ampliar la cantidad de oferentes que puedan ofertar sus equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
<p>La convocante aclara que solicita que durante el ciclo de secado no pueda abrirse la puerta, por seguridad antes posibles accidentes al manipular el equipo. Favor considerar los criterios ya establecidos.</p>		

Consulta 126 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	20-04-2023
<p>Ítem 9. Autoclave para esterilización de 17 litros. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización teniendo en cuenta que es una especificación que no afecta al correcto funcionamiento del equipo y podría ser considerado como opcional.</p> <p>Se sugiere sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización (Opcional) con el objetivo de permitir mayor participación de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
<p>La convocante aclara que lo recomendable para mayor control del ciclo de esterilización por razones de bioseguridad. Favor considerar los criterios ya establecidos.</p>		

Consulta 127 - Especificaciones Técnicas -Ítem 4:

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
<p>MicroMotor Odontológico Donde se expresa lo siguiente: Un micromotor, un contra Angulo y pieza recta</p> <p>En el PBC establece que el ítem requerido es un Micromotor odontológico pero en la descripción de las EETT, se establece que el micromotor odontológico debe ser con contra ángulo y pieza recta. Se menciona a la Convocante que el contra ángulo y la pieza recta son otras dos piezas a parte del micromotor, debiendo estas solicitarse como ítems diferentes, pues cada una de ellas tiene un precio individual, diferente al del micromotor, siendo un error pretender adquirir tres piezas por el precio de una según las EETT.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
<p>Favor considerar el ultimo Dictamen DOC N° 55/23, de complemento de análisis de precio referencial.</p>		

Consulta 128 - Plazo de entrega Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Donde se expresa lo siguiente: Dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.		
Se solicita que el plazo sea en días hábiles teniendo en cuenta la cantidad de bienes solicitados, los plazos de fabricación, embarque, despacho etc.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la Convocante. Dada la situación actual de nuestros servicios, el tiempo que ha pasado desde la última adquisición de equipamientos, se hace necesario contar con los mismos en la brevedad posible, por lo cual extender los plazos de entrega no está dentro de nuestras posibilidades.		

Consulta 129 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
El consultorio (sillón, salivadero, y mesa de mando) debe ser ambidiestro? Ya que esto ayuda a la ergonomía del profesional, si podrían aclarar esto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
La convocante aclara que no se solicita equipo ambidiestro.		

Consulta 130 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
No debería ser opcional la base del sillón con antideslizante, ya que durante la limpieza hay mucho contacto con el agua y además el antideslizante logra más estabilidad. Tener en cuenta las normas de bioseguridad internacionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
La convocante aclara que no hay relación entre el material antideslizante y las normas de bioseguridad siempre y cuando la superficie sea lavable. Favor considerar los criterios ya establecidos.		

Consulta 131 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Es muy necesario por cuestiones de bioseguridad que el respaldo del sillón sea fácilmente desmontable(sin tornillo). Sugerimos que esta especificación no sea opcional. Como organismo de Salud deberían tener en cuenta las normas de Bioseguridad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 132 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Es muy necesario por cuestiones de bioseguridad que el respaldo del sillón sea fácilmente desmontable(sin tornillo). Sugerimos que esta especificación no sea opcional, atendiendo las normas de bioseguridad internacionales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 133 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
En la platina se podría ser la opción de tener pantalla táctil o botones convencionales tipo Touch.? ya que esto no influye a las prestaciones del sillón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 134 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Podrían ser de 4 a 9 memorias de trabajo, ya que esto no incide en el buen funcionamiento del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 135 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Se puede cotizar el encendido/apagado del reflector desde pedal de comando y desde la platina?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 136 - ítems 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Solicitamos que se incluya como requisito de la oferta el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones técnicas) solicitados por vuestra institución(MUESTRAS) Deberia ser esta opcion valida para validar el producto ofertado , no implicara ningun atrazo ni daño para la institucion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 137 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Piden Valor del Punto Focal hasta 0.7 mm , Es posible el Valor del Punto Focal Nominal sea (0,8 x 0,8mm) (ubicado con relación al eje de referencia del tubo RX conforme IEC336/1982), el pedido es minimo y no incidira en el buen funcionamiento del equipo y dar un mayor rango de cobertura que seria lo ideal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Se aclara que cuanto mas alto es el punto focal nomina (0,8 x 0,8 mm) menor es la calidad de la imagen. Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 138 - Ítems 6: Equipo de Rayos X Odontológico

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Piden Potencia maxima de 900 VA, Es posible cotizar potencia maxima de 1200 VA? Esto seria lo recomendado para una mayor imagen de la placa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 139 - ítems 9 Autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Se podria cotizar de 16 litros ya que la diferencia de lo que piden es infimo .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 140 - ítems 9 Autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Piden de 1600 de potencia , se podria cotizar de 1800 de potencia , es mas ideal incluso para la institucion por ser con mas potencia de esterilizacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar los criterios ya establecidos por la convocante.		

Consulta 141 - LUGARES DE INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2023
Es importante que se detalle los lugares de instalacion , tener en cuenta que no es lo mismo instalar Un Equipo en el Departamento Central que instalar en el Departamento de Concepcion , la convocante deberia de dar esa informacion , en consultas anteriores no fueron contestadas. No se porque se daria ese hermetismo para una cuestion muy importante para el costo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-04-2023
Favor considerar las últimas modificaciones introducidas en el plan de entrega de los bienes.		