

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 422592 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023

Consulta 1 - Item Nro 167

Consulta Fecha de Consulta 13-01-2023

En PBC ítem nro 167 figura como característica, Venda enyesada 20 cm x 3 metros de largo. Consulta: ¿podría presentarse Venda enyesada 20 cm x por 4 metros?

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 2 - ITEM 77 LAMINA ESMERILADA

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2023

ITEM 77 LAMINA ESMERILADA.

Favor considerar las dimensiones 76x25x1mm (+/-1), de modo a poder ofertar 75x25x1 mm

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 3 - REGISTRO SANITARIO ITEM 77 LAMINA ESMERILADA

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2023

ITEM 77. LAMINA ESMERILADA.

Favor excluir el requisito de Registro Sanitario para el Item 77 ya que dicho insumo es instrumento de uso general en laboratorio y esta excluido de la Res. S.G. N° 669 del MSP y BS

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 4 - ITEM 182 LAMINA CUBRE OBJETO. REGISTRO SANITARIO

Consulta Fecha de Consulta 17-01-2023

ITEM 182. LAMINA CUBRE OBJETO. REGISTRO SANITARIO

Favor excluir el requisito de Registro Sanitario para el Item 182 ya que dicho insumo es instrumento de uso general en laboratorio y esta excluido de la Res. S.G. N° 669 del MSP y BS

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27



## Consulta 5 - Item 119 Tubo de drenaje pleural con equipo trocar

Consulta Fecha de Consulta 19-01-2023

Solicitamos poder cotizar en presentación de 350 cc como mínimo, de manera a poder habilitar a potenciales proveedores. , de permitirse ofertas 350 cc a más como mínimo no perjudica a ofertas de 500 cc si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 6 - Item 136 Venda Elastica

Consulta Fecha de Consulta 19-01-2023

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 4 mt de largo como mínimo debe decir 1,8 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores, de permitirse ofertas de 1,8 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 4 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 7 - Item 137 Venda Semielastica

Consulta Fecha de Consulta 19-01-2023

Consultamos a la Convocante si la presentación estéril solicitada es correcta?

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

#### Consulta 8 - Item 137 Venda Semielastica

Consulta Fecha de Consulta 19-01-2023

Solicitamos poder cotizar presentación standard del mercado en longitud donde dice 3 mt de largo como mínimo debe decir 1,80 mts de largo como mínimo de manera a habilitar a potenciales proveedores de estos ítems, de permitirse ofertas de 1,80 mts de largo a más como mínimo no perjudica a ofertas de 3 mts de largo si los hubiere, sin embargo a la inversa si perjudica a potenciales competidores al limitar su participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 9 - item 153 Paño para Baño Seco

Consulta Fecha de Consulta 23-01-2023

Paño para Baño Seco con Extracto de Clorhexidina y Polihexanida de 20x20 cm 1,5 gramos

Consultas: la descripcion 1,5 gramos se refiere al agente de limpieza?

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

29/11/24 21:27 2/20



## Consulta 10 - item 153 Paño para Baño Seco

Consulta Fecha de Consulta 23-01-2023

Paño para Baño Seco con Extracto de Clorhexidina y Polihexanida de 20x20 cm 1,5 gramos consulta: favor aclarar cantidad por paquete.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 11 - item 154 Paño para baño seco - Clorhexidina

Consulta Fecha de Consulta 23-01-2023

Paño para Baño Seco con Cloherxidina de 20x20 x 1.5 gramos Consulta: La descripcion 1,5 gramos se refiere a agente de limpieza? favor aclarar la cantidad por paquete.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 51

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem 51. Compresa de vientre. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica "compresa de vientre de 45 a 50) x 45 a 50 cm". Se sugiere "Compresa de vientre de 45 a 45 cm o mayor" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 13 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 51

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem 51. Compresa de vientre. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación técnica "compresa de vientre de 45 a 50) x 45 a 50 cm". Se sugiere "Compresa de vientre de 45 a 50 cm +/-5 cm" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 14 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 51

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem 51. Compresa de vientre. Especificaciones técnicas. Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de compresas por paquete. Sugerimos solicitarlos en paquetes individuales.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

29/11/24 21:27 3/20



# Consulta 15 - Ítem N° 24: Campo adhesivo quirúrgico.-

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

En las Especificaciones Técnicas dice: "campo adhesivo estéril 60x45"

Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera:

Campo adhesivo estéril 60x45 cm como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

# Consulta 16 - Ítem N° 60: Hilo para sutura ácido poliglicolico

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem N° 60: Hilo para sutura ácido poliglicolico.-

En las Especificaciones Técnicas dice: "composición química del material 100% acido poliglicólico 2/0 recubierto, absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm 3/8 circulo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable serie siliconada presentación de doble empaque"

Solicitamos amablemente al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida de la aguja, así también declarar OPCIONAL la frase "serie siliconada". De tal forma quede redactado de la siguiente manera:

Composición química del material 100% ácido poliglicolico 2/0 recubierto, absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 70 cm, con aguja de 26 mm como mínimo, de 3/8 circulo cuerpo redondo aguja de acero inoxidable, serie siliconada (opcional), presentación de doble empaque.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

# Consulta 17 - Ítem N° 61: Hilo para sutura poliamida.-

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem N° 61: Hilo para sutura poliamida.-

En las Especificaciones Técnicas dice: "hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque"

Este hilo es utilizado para cirugías oftálmicas, por lo que una aguja de 12 mm ya resulta muy grande. Solicitamos amablemente al Convocante reducir esta medida a las que usualmente se utilizan en las cirugías oftálmicas. Para tal efecto, disminuir la longitud mínima de la hebra. Así también solicitamos permitan la cotización de ½ círculo cuerpo triangular o espatulada. De forma tal que quede redactado de la siguiente manera:

Hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril, longitud mínima de la hebra 30cm, con aguja de 6 mm como mínimo, 3/8 o 1/2 circulo cuerpo triangular o espatulada, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 4/20



## Consulta 18 - Ítem N° 68: Humidificador.

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem N° 68: Humidificador.-

En las Especificaciones Técnicas dice: "humidificador de o2 A coneccion a rosca de plástico"

Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar conexión a rosca de plástico o de metal; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera:

Humidificador de O2, de conexión a rosca de plástico o de metal.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 19 - Ítem N° 84: Papel para electrocardiografía.

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem N° 84: Papel para electrocardiografía. -

En las Especificaciones Técnicas dice: "Papel para electrocardiografía compatible con equipo Electro ARI, 215MM X 20M EN ROLLO"

Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar 214MM o 215MM X 20M EN ROLLO; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera:

Papel para electrocardiografía compatible con equipo Electro ARI, 214MM o 215MM X 20M EN ROLLO.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 20 - Ítem N° 112: Termómetro axilar.-

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

Ítem N° 112: Termómetro axilar.-

En las Especificaciones Técnicas dice: "termómetro axilar de mercurio"

Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar de mercurio o digital; de forma tal que quede redactado de la siguiente manera:

Termómetro axilar de mercurio o digital.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 21 - Ítem N° 168: Colchón de aire.-

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

En las Especificaciones Técnicas dice: "Colchon de aire con compresor fabricado en PVC, con medidas de 200x90 cm, capacidad hasta 130 K"

Solicitamos amablemente al Convocante reducir estas medidas para así permitir la participación de más de un oferente. De tal forma que quede redactado de la siguiente manera:

Colchón de aire con compresor fabricado en PVC, con medidas de 196 cm largo x 93 cm ancho, capacidad hasta 130 Kg.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

29/11/24 21:27 5/20



# Consulta 22 - Ítem N° 181: Pasta p/ Electroencefalograma.-

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

En las Especificaciones Técnicas dice: "Certificado de Calidad: FDA y/o CE. Pasta Conductiva para fijación de electrodo, para electroencefalógrafo y electromiógrafo, composición como mínimo con agua, vaselina, PEG-60 Hidrogenado de aceite de castor, carbonato de calcio, glicerina, cloruro de socio y PEG-40 Hidrogenado de aceite de castor, carbonato de calcio, glicerina, cloruro de socio y PEG-40 Hidrogenado de aceite de castor."

Se describen características técnicas muy específicas que no permitirán la participación de más de un oferente. Por tal motivo, solicitamos utilizar la misma descripción de la anterior Licitación 04-2022 ID 406185:

Pasta Conductiva para fijación de electrodo, para electroencefalógrafo en pote de 228 gramos.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

# Consulta 23 - Ítem N° 182: Lamina cubre objeto.-

Consulta Fecha de Consulta 24-01-2023

En las Especificaciones Técnicas dice: "lamina cubre objeto 24 x 40 mm"

Solicitamos al Convocante incorpore la frase "como mínimo" a la medida solicitada. De tal forma quede redactado de la siguiente manera:

Lamina cubre objeto 24 x 40 mm como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 24 - ITEM 5 Aguja de biopsia medular

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el Item 5 se detalla : Aguja de biopsia medular: aguja para biopsia de médula osea 16g/10cm - descartable, estéril. Solicitamos revisar a la convocante ya que por la medida que solicitan creemos que puede ser una Aguja para aspiración de médula. Podrían confirmar si se trata de una Aguja de aspirado o una aguja de biopsia medular. Revisar en todo caso el llamado con ID 408189 donde están las dos tipos de agujas .

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 25 - ITEM 10 Aguja para Biopsia Renal

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice : aguja para biopsia n° 16 automático(renal) por punzion, de 16 G largo y 16 cm.QUE SEA : aguja para biopsia n° 16 automático(renal) por punzion, de 16 G largo y 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 6/20



## Consulta 26 - TITULO: ITEM 11 Aguja para Biopsia Renal

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice : aguja para biopsia n° 18 automático (renal) por punzion; de 18 G y 16 cm de largo. QUE SEA : aguja para biopsia n° 18 automático (renal) por punzion; de 18 G y 15 a 16 cm de largo.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 27 - ITEM 177 Mascara laringea

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice: Mascara laríngea N°1 para recien nacidos y lactante hasta 5 kilos. Manguito inflable, tubo de vía aérea, conector de 15 mm, linea inflación, balón piloto y balbula que facilita el inflado. QUE SEA: Mascara laríngea N°1 para recién nacidos y lactante hasta 7 kilos. Manguito inflable, tubo de vía aérea, conector de 15 mm, linea inflación, balón piloto y balbula que facilita el inflado

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 28 - ITEM 178 Mascara laringea

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice: Mascara laríngea N°4.Manguito inflable, tubo de vía aérea, linea inflación, balón piloto y balbula que facilita el imflado, QUE SEA: Mascara laríngea N° 3,5 A 4.Manguito inflable, tubo de vía aérea, linea inflación, balón piloto y balbula que facilita el inflado, (SIENDO ESTE NUMERO DE 3,5 PARA PACIENTES ENTRE 50 A 70 KILOS)

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 29 - ITEM 179 Mascara laringea

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y donde dice Mascara laríngea N°5. Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,linea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado , QUE SEA : Mascara laríngea N°4,5 A 5. Manguito inflable ,tubo de vía aérea ,linea inflación ,balón piloto y balbula que facilita el inflado (SIENDO ESTE NUMERO DE 4,5 PARA PACIENTES ENTRE 70 A 100 KILOS)

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 7/20



## Consulta 30 - Especificaciones técnicas ítem 29

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 29 "Catéter intravenoso vía central pediátrico" solicitan: "catéter vía central 3 lumen pediátrico 3,5 fr 16+-cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp." Solicitamos a la convocante modificar a:

"catéter vía central 3 lumen pediátrico de 3 a 5 FR 16 +- 4 cm de largo, poliuretano, técnica de Seldinger, guía de nitinol, con válvula de seguridad sin aguja, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp."

Esto debido a que los catéteres centrales pediátricos existentes en el mercado son de entre 3,5 a 5 FR y con una longitud de entre 15 a 20 cm, por lo que permitiría un mayor número de oferentes sin un impacto negativo en la aplicación del producto.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 31 - Especificaciones técnicas ítem 96

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 96 "Set para bomba de infusión" solicitan:

"Set para bombas de infusión para administración parenteral de soluciones con 30 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumétricas, con uno o más sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o fármacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo."

Solicitamos a la convocante:

- 1. Aclarar si las 30 bombas de infusión volumétricas son adicionales a las que actualmente se encuentran operativas en el Hospital de Clínicas.
- 2. Aclarar el plazo para el comodato: es importante establecer el periodo de tiempo en el que las bombas de infusión permanecerán en el Hospital en condición de comodato; sugerimos considerar 12 meses.
- 3. Reevaluar la cantidad de sets requeridos para el ítem 96: por normas internacionales se considera que los sets de infusión deben cambiarse cada 72 hs. esto hace que cada bomba requiera mensualmente 10 sets de infusión apróx. Por lo tanto, 30 bombas en 12 meses requerirían como mínimo 3.600 sets de infusión.

Por otro lado, el set solicitado es el más utilizado ya que su aplicación es para medicación y alimentación parenteral; sin embargo, están solicitando una cantidad muy inferior al ítem 95, el cual se utiliza únicamente para alimentación enteral. Solicitamos reevaluar las cantidades solicitadas para ambos ítems y redistribuir las mismas conforme a la alta demanda que tiene el ítem 96 en el Hospital de Clínicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

- 1- Aclaramos que las 30 bombas de infusión volumétrica no son adicionales a las que actualmente se encuentran en el Hospital de Clínicas.
- 2- REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.
- 3- AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

# Consulta 32 - Especificaciones técnicas ítem 23

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 23 "Bolsa para colostomia" solicitan:

"bolsas para colostomia de dos piezas (Base + Bolsa). Con anillo adhesivo 100% hidrocoloide recortable y extra flexible ,con sistema de acoplamiento guiado entre ambas partes . Drenable con tejido protector cutaneo ,cara exterior transparente y clamp integrado. Filtro para gases y olores incorporados."

Solicitamos a la convocante: Aclarar si lo solicitado corresponde a sistema de acoplamiento adhesivo guiado.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

29/11/24 21:27 8/20



## Consulta 33 - Especificaciones técnicas ítem 29.

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 29 "Catéter intravenoso vía central pediátrico" solicitan: "catéter vía central 3 lumen pediátrico 3,5 fr 16+-cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp."

Solicitamos a la convocante modificar a:

"catéter vía central 3 lumen pediátrico de 3 a 5 FR 16 +- 4 cm de largo, poliuretano, técnica de Seldinger, guía de nitinol, con válvula de seguridad sin aguja, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp."

Esto debido a que los catéteres centrales pediátricos existentes en el mercado son de entre 3,5 a 5 FR y con una longitud de entre 15 a 20 cm, por lo que permitiría un mayor número de oferentes sin un impacto negativo en la aplicación del producto.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 34 - Especificaciones técnicas ítem 96.

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 96 "Set para bomba de infusión" solicitan:

"Set para bombas de infusión para administración parenteral de soluciones con 30 equipos en comodato. Las bombas deben ser volumétricas, con uno o más sistema de operación modular, para infundir alimentación parenteral y/o fármacos en forma precisa sin presionar completamente el tubo."

Solicitamos a la convocante:

- 1. Aclarar si las 30 bombas de infusión volumétricas son adicionales a las que actualmente se encuentran operativas en el Hospital de Clínicas.
- 2. Aclarar el plazo para el comodato: es importante establecer el periodo de tiempo en el que las bombas de infusión permanecerán en el Hospital en condición de comodato; sugerimos considerar 12 meses.
- 3. Reevaluar la cantidad de sets requeridos para el ítem 96: por normas internacionales se considera que los sets de infusión deben cambiarse cada 72 hs. esto hace que cada bomba requiera mensualmente 10 sets de infusión apróx. Por lo tanto, 30 bombas en 12 meses requerirían como mínimo 3.600 sets de infusión.

Por otro lado, el set solicitado es el más utilizado ya que su aplicación es para medicación y alimentación parenteral; sin embargo, están solicitando una cantidad muy inferior al ítem 95, el cual se utiliza únicamente para alimentación enteral. Solicitamos reevaluar las cantidades solicitadas para ambos ítems y redistribuir las mismas conforme a la alta demanda que tiene el ítem 96 en el Hospital de Clínicas.

## Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

1- Aclaramos que las 30 bombas de infusión volumétrica no son adicionales a las que actualmente se encuentran en el Hospital de Clínicas. 2- REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. 3- AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 9/20



## Consulta 35 - Especificaciones técnicas ítem 23

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 23 "Bolsa para colostomia" solicitan:

"bolsas para colostomia de dos piezas (Base + Bolsa). Con anillo adhesivo 100% hidrocoloide recortable y extra flexible ,con sistema de acoplamiento guiado entre ambas partes . Drenable con tejido protector cutaneo ,cara exterior transparente y clamp integrado. Filtro para gases y olores incorporados."

Solicitamos a la convocante: Aclarar si lo solicitado corresponde a sistema de acoplamiento adhesivo guiado.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 36 - item 28 Cateter Epicutáneo

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial establecido en el item 28 conforme al precio utilizado en el item 160 ya que ambos items son el mismo producto con diferentes calibres, aparte de utilizar como antecedentes llamados con precios desfasados y el item 160 si establece un precio referencial acorde al precio del mercado por lo que deberian de tener el mismo referencial.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 37 - item 35 Catéter Percutáneo

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial establecido en el item 35, teniendo en cuenta como antecedente para el mismo el llamado con el ID 410902 item 20 del IPS (Gs. 1.415.000) que es el mas reciente y con el precio actualizado del mercado.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

#### Consulta 38 - Item 39 Cateter Umbilical

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante modifique el precio referencial establecido en el item 39 teniendo en cuenta el precio del item 42 ya que solo se diferencian en la medida y el costo referido en el item 42 es el que se encuentra conforme al mercado también para el item 39. Favor establecer el mismo referencial que el item 42 al item 39.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27



## Consulta 39 - Item 161 Catéter Epicutáneo

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Solicitamos a la convocante tener en cuenta el precio referencial establecido en el item 160 también para el item 161, ambos productos solicitados se diferencian solo en el calibre y el precio establecido en el referencial del item 160 es el acorde al precio del mercado actual por lo tanto solicitamos tengan en cuenta para establecer el mismo referencial para el item 161,

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 40 - Item 165 Sonda Transpilórica

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Consulta, en las especificaciones técnicas no especifica el material de la sonda solicitada, se refiere a Sonda de Silicona 100% como lo establece el item 164?, aclarando que el material Silicona 100% es de larga permanencia y con esto la institución obtiene una mejor relación costo-beneficio.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

## Consulta 41 - Item 180 Sonda Transpilórica

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

Consulta, en el item 180 no especifica el material de la sonda solicitada, se refiere a material Silicona 100% como el item 164?, aclarando que el material 100% Silicona es de larga permanencia y con esto la institución obtendria una mejor relación costo - beneficio.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

# Consulta 42 - Item 160 Catéter Epicutáneo

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el item 160 la convocante solicita catéter epicutáneo Fr: 1,9 y establece diametro de "...1 diametro de 0, 3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm..." el mismo es incompatible con lo solicitado ya que el Fr: 1,9 tiene un diametro de 0,28 x 0,60, solicitamos a la convocante ajustar el diametro en las especificaciones técnicas y también ampliar el rango de longitud solicitado en " 30 a 50 cm de longitud".

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

# Consulta 43 - Item 161 Catéter Epicutáneo

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

En el item 161 la convocante solicita catéter epicutáneo Fr: 1,8 y establece diametro de "...1 diametro de 0, 3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm..." el mismo es incompatible con lo solicitado ya que el Fr: 1,8 tiene un diametro de 0,28 x 0,57,. Solicitamos a la convocante corregir dicha situación a modo de evitar inconvenientes durante la evaluación.

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

29/11/24 21:27 11/20



#### Consulta 44 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM 12: Aguja para insulina: aguja nº 25 g 5/8 p/insulina descartable - para aplicación

de insulina descartable, estéril.. Solicitamos a la convocante ampliar la media de la aguja a 27,5 G 1/2.

Fecha de Respuesta 31-01-2023 Respuesta

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM 13: Aguja Raquídea.

Solicitamos a la Convocante que la presentación de entrega se amplié, a modo de que el producto Aguja Raquídea, tanto la aguja como el introductor se encuentren en envases individuales dentro de un mismo empaque con el fin de garantizar la esterilidad en la manipulación del producto a ser cotizado.

31-01-2023 Respuesta Fecha de Respuesta

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM 14: Aguja Raquídea.

Solicitamos a la Convocante que la presentación de entrega se amplié, a modo de que el producto Aguja Raquídea, tanto la aguja como el introductor se encuentren en envases individuales dentro de un mismo empaque con el fin de garantizar la esterilidad en la manipulación del producto a ser cotizado.

31-01-2023 Respuesta Fecha de Respuesta

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha de Consulta 25-01-2023 Consulta

ITEM 29: Catéter intravenosa vía central pediátrico.

Solicitamos a la convocante ampliar la medida y poder ofertar catéter vía central 3 lumen pediátrico 4fr fr 16+-cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.

31-01-2023 Respuesta Fecha de Respuesta

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 12/20



## Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM 53 EQUIPO EXTENSOR: de dos lumen trainer reducido conector siliconado de 2 vias libre de agujas y sistema cerrado con camp pediátrico.

Entendemos que los productos de bioseguridad (Libre de aguja, sistema cerrado) solicitado por la convocante, es a fin de beneficiar a los pacientes y profesionales de blanco con productos que brinden seguridad en la reducción de infecciones hospitalarias y accidentes corto punzantes, es por ello que solicitamos que el "EQUIPO EXTENSOR de 2 lumen" sea de desplazamiento neutro esto permitirá minimizar la entrada de sangre al catéter disminuyendo la frecuencia de recambio, como así también que el conector sea 100% transparente a fin de visualizar el lavado después de las infusiones de los medicamentos evitando de que queden residuos dentro del conector y la posibilidad de formación de biopelículas, ayudando a reducir el riesgo de contaminación bacteriana y mejorar los resultados con los pacientes, y de este manera se dará cumplimiento a lo contemplado en el Art. 4 de la Ley 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM 54 EQUIPO EXTENSOR: de dos lumen trainer reducido conector siliconado de 2vias libre de agujas y sistema cerrado con campm ADULTO

Entendemos que los productos de bioseguridad (Libre de aguja, sistema cerrado) solicitado por la convocante, es a fin de beneficiar a los pacientes y profesionales de blanco con productos que brinden seguridad en la reducción de infecciones hospitalarias y accidentes corto punzantes, es por ello que solicitamos que los "Conectores de 2 vías para Infusión Parenteral libre aguja" sea de desplazamiento neutro esto permitirá minimizar la entrada de sangre al catéter disminuyendo la frecuencia de recambio, como así también que el conector sea 100% transparente a fin de visualizar el lavado después de las infusiones de los medicamentos evitando de que queden residuos dentro del conector y la posibilidad de formación de biopelículas, ayudando a reducir el riesgo de contaminación bacteriana y mejorar los resultados con los pacientes, y de este manera se dará cumplimiento a lo contemplado en el Art. 4 de la Ley 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM 86 Papel para esterilización

Solicitamos a la Convocante aclarar si se podrá ofertar Papel para esterilización de la medida 130 cm x 130 cm + - 10 cm de polipropileno

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 13/20



#### Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM 89 Prolongador de Vía

Entendemos que los productos de bioseguridad (Libre de aguja, sistema cerrado) solicitado por la convocante, es a fin de beneficiar a los pacientes y profesionales de blanco con productos que brinden seguridad en la reducción de infecciones hospitalarias y accidentes corto punzantes, es por ello que solicitamos que los "Prolongador de vía con tapa bioconector libre de aguja" sea de desplazamiento neutro esto permitirá minimizar la entrada de sangre al catéter disminuyendo la frecuencia de recambio, como así también que el conector sea 100% transparente a fin de visualizar el lavado después de las infusiones de los medicamentos evitando de que queden residuos dentro del conector y la posibilidad de formación de biopelículas, ayudando a reducir el riesgo de contaminación bacteriana y mejorar los resultados con los pacientes, y de este manera se dará cumplimiento a lo contemplado en el Art. 4 de la Ley 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

#### Consulta 52 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 15: Aparato para detección de glicemia en sangre

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 16atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 66.000

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

#### Consulta 53 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 16: Tira reactiva para glucosa en sangre

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 16atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 1.650

**Respuesta** Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 14/20



## Consulta 54 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 15: Aparato para detección de glicemia en sangre

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 15 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 66.000

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 55 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 18: Apósito transparente

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 18 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 4.400

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 56 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 49: Colector / contenedor de orina

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 49 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 2.200

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 57 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 64: Hoja para bisturí

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 64 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 15/20



## Consulta 58 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 65: Hoja para bisturí

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 65 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 59 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 66: Hoja para bisturí

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 66 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 60 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 67: Hoja para bisturí

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 67 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 880

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 61 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 71: Jeringa desechable con aguja

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 71 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 660

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 16/20



## Consulta 62 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 72: Jeringa desechable con aguja

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 72 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 660

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 63 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 73: Jeringa desechable con aguja

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 73 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 660

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 64 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 74: Jeringa desechable con aguja

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 74 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 1100

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

#### Consulta 65 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 78: Lanceta para dispositivo de puncion

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 78 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 550

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 17/20



## Consulta 66 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 81: Mascara para oxigeno pequeño

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 81 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 7128

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 67 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 83: Micronebulizador adulto

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 83 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 9900

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 68 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 97 Sistema Colector de orina

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 97 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 44000

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 69 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 114 Trampa de mocus

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 114 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 11000

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 18/20



## Consulta 70 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 138 Tubo corrugado p/ Máquina de Anestesia Adulto

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 138 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 66000

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 71 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 139 Tubo corrugado p/ Máquina de Anestesia Pediátrico

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 139 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 66000

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 72 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 25-01-2023

ITEM: 145 Película para ecografía

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 145 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado debido a la tendencia del alza en la cotización del dólar. Por ello el precio sugerido es Gs 132000

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 73 - Porcentaje de Multas

Consulta Fecha de Consulta 26-01-2023

Solicitamos a la convocante que el porcentaje de multas sea de 0.01%, teniendo en cuenta que seria un sobre costo en el producto a adquirir por la convocante

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27



#### Consulta 74 - Item 86

Consulta Fecha de Consulta 26-01-2023

En el ítem 86 donde dice Papel para esterilización 140 cm x 140 cm + - 10 cm de polipropileno, Solitamos que este punto pueda ser de la siguiente manera "Papel para esterilización 140 cm x 140 cm ( $\pm$ ) 20 cm con GRAMAJE DE 40MG/M2 MINIMO RESISTENTE A LIQUIDOS PARA AUTOCLAVE Y OXIDO DE ETILENO

Respuesta Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

## Consulta 75 - Experiencia requerida

Consulta Fecha de Consulta 26-01-2023

En el apartado de Experiencia Requerida donde dice, Demostrar experiencia en Provisión de descartables con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos [3 años] años (2020,2021, 2022) en promedio; Solicitamos a la convocante que solicite Insumos médicos con contratos y/o facturaciones del 30% en los 3 últimos años y en caso que en cualquiera de los años cumpla con el porcentaje se tomara como valedera la experiencia esto es a manera de mayor participación de oferentes

**Respuesta** Fecha de Respuesta 31-01-2023

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

29/11/24 21:27 20/20