

Consultas Realizadas

Licitación 425206 - ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA ESTERILIZAR PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - SEGUNDO LLAMADO

Consulta 1 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
Con relación al film que solicitan para esterilización, solicitamos aclarar para que tipo de esterilización precisan, para vapor, para plasma o para oxido de etileno, etc. de manera a saber que producto cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2023
El film solicitado es para esterilización por oxido etileno.		

Consulta 2 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
Solicitamos considerar la siguiente especificación: Bolsa de esterilización para (plasma o vapor o oxido de etileno, etc.). Film con indicador químico en el borde; tamaño 400mm x 70 metros. Es la especificación que habitualmente se solicita en varias entidades del MSPyBS por ejemplo, con lo que se consigue la participación de varios oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2023
Ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
generalmente las especificaciones no se basan en el peso de la bobina, por lo general se solicitan la medida del ancho del fil como por ejemplo de 40 cm como lo piden pero en rollos de 70 metros que son el estandar de la generalidad de las marcas. Favor considerar este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2023
Ajustarse a lo establecido en el PBC.		