

Consultas Realizadas

Licitación 432362 - LPN N° 86/2023 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS - MSPYBS

Consulta 1 - ITEM 24 Jeringa de aspiración 50 ml

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2023
Se podría admitir una jeringa de aspiración de 60 ml, con pico LUER LOCK (CON ROSCA)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Favor verificar la última versión del PBC.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
Ítem 27 Gasa de Algodón: Gasa de Algodón Hidrófilo, de Algodón 100%, Paq.0,90m x 40 m. rectilínea doblada en zigzag. De 16 hebras como mínimo por cm ² , absorbente, con terminaciones laterales, con cinta radiópaca. Atendiendo que el producto lo solicitan con cinta radiópaca, se entiende que es de uso quirúrgico. Se debería de solicitar esterilizado en ese caso. Favor corroborar y modificar las especificaciones de ser necesaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Se aclara que la gasa será esterilizada de acuerdo a las cantidades y necesidades de los servicios. Ajustarse a los términos establecidos en el PBC		

Consulta 3 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2023
<p>Según PBC Solicitan el siguiente plan de entregas. Cantidad mínima solicitada 1ra Entrega. Hasta 30% de la cantidad mínima adjudicada: La Orden de Compra será emitida dentro los 30 días posteriores de la fecha de la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta 8 (ocho) días corridos para la entrega, contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2. 2da Entrega. Hasta el 30% de la cantidad mínima adjudicada: La Orden de compra será emitida dentro de los 12 meses posteriores de la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta 12 (doce) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra. 2. Saldo de la cantidad mínima: La Orden de Compra deberá ser emitida dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta los 15 (Quince) días corridos para la entrega contados a partir de la recepción de la orden de compra.</p> <p>Solicitamos a la convocante tenga a bien considerar para la primera provisión 45 días contados a partir de la emisión de la orden de compra. Y para la 2da y 3ra provisión 30 días corridos a partir de la emisión de la Orden de Compra. Estos tiempos son considerados razonables teniendo en cuenta que los bienes requeridos son importados y los procesos tienen tiempos estipulados. Favor considerar la modificación para ampliación de plazos de entrega.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
<p>Se aclara que el cronograma de entrega se estableció de acuerdo a las necesidades de los servicios. El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 4 - Ítem 9-Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-08-2023
<p>ITEM 9 Bolsa de papel con indicador químico PAPEL CREPE DE 120 X 120 CM. GRAMAJE DE 50 G/M2. MINIMO. RESISTENTE A LIQUIDOS, PARA AUTOCLAVE Y OXIDO DE ETILENO. Caja x 100 unidades. Favor Aclarar que cantidad de bolsas de papel seria destinada para procesos por vapor y que cantidad para procesos por oxido de etileno puesto que son procesos por medios distintos, no se emplean ambos envoltorios para los mismos procesos mismo por exposición a medios y temperaturas distintas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que debe ser para autoclave</p>		

Consulta 5 - Item 23 Malla de polipropileno para hernia

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>Se solicita a la CONvocante que amplie el rango de medida de poros a +-1mm y que las lineas radiopacas sean de modo OPCIONAL, a fin de dar mayor oportunidad a otros oferentes</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
<p>Favor verificar la última versión del PBC.</p>		

Consulta 6 - Item 6 Hilo de Kirscher

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice: Hilo de Kirscher N° 3.5 Solicitamos a la convocante aceptar Hilo de Kirscher N° 3.0 y especificar la longitud del hilo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Favor verificar la última versión del PBC.		

Consulta 7 - Item 25 Hilos de Kirschner

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice Hilos de Kirschner N° 1. Envase estéril individual Consulta: Solicitamos a la convocante especificar la longitud del hilo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Favor verificar la última versión del PBC.		

Consulta 8 - ITEM 8 PRECIO DE REFERENCIA

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Solicitamos a la convocante ampliar el precio de referencia del Item 8 Set de Nefrostomia, ya que en las EETT solicitan el kit completo y el precio de referencia corresponde solamente al Cateter de Nefrostomia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Es el precio más bajo, debido a que se utilizaron cotizaciones recepcionadas conforme a las Especificaciones Técnicas. Ajustarse al PBC		

Consulta 9 - Ítem 1: Bolsa de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice: Bolsas respiratorias. Bolsa para anestesia 250 cc. De látex, con superficie antideslizante y reusable. Envase estéril individual Solicitamos se pueda ampliar de 250 a 500 cc, a fin de dar oportunidad a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que lo solicitado es de 250cc, de acuerdo a la necesidad de los servicios.		

Consulta 10 - Ítem 4: Catéter de aspiración

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice: N°6 con Trampa para Mucus. Tipo catéter DELEE. Envase estéril individual Solicitamos se pueda ampliar el rango de 6 a 8 Fr., a fin de dar oportunidad a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Las EETT son de acuerdo a la necesidad del servicio. Ajustarse al PBC		

Consulta 11 - Ítem 20: Catéter de Aspiración

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice: 8.Fr. Con válvula de control manual, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril x 50 cm mínimo		
Solicitamos ampliar el rango de tolerancia a +/- 2cm, a fin de dar oportunidad a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 12 - Ítem 27: Gasa de Algodón

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice: Gasa de Algodón Hidrófilo, de Algodón 100%, Paq.0,90m x 40 m. rectilínea doblada en zigzag.De 16 hebras como mínimo por cm2, absorbente, con terminaciones laterales, con cinta radiópaca. Paquete		
Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar con o sin cinta radiopaca, a fin de contar con más opciones de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que lo solicitado es con cinta radioopaca		

Consulta 13 - Ítem 13: Bolsa de papel con indicador químico

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice: Bolsa de papel para envoltorio de esterilización, por autoclave grado médico, gramaje de 40 gr/m2 como mínimo 32 x 12 x 54 cm. El ancho + el fuelle puede variar + - 3 cm y la altura + - 5 cm Caja con mínimo 100 unidades		
Solicitamos se pueda ampliar el rango como sigue: 110x30x19, a fin de dar oportunidad a otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Favor ajustarse al PBC		

Consulta 14 - Ítem 14: Bolsa de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Donde dice: Bolsa respiratoria. Bolsa para anestesia 1, 1/2 Lt. De látex, con superficie antideslizante y reusable. Envase estéril individual		
Solicitamos aclaración de la medida solicitada, si corresponde a 1 Litro y 1/2?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Se aclara que la bolsa para anestesia solicitada es de un litro y medio		

Consulta 15 - Ítem 14: Bolsa de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>Donde dice: Bolsa respiratoria. Bolsa para anestesia 1, 1/2 Lt. De látex, con superficie antideslizante y reusable. Envase estéril individual</p> <p>Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar en las siguientes medidas 0,5L , 1L , 3L., a fin de dar oportunidad a otros oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
<p>Se aclara que la bolsa para anestesia solicitada es de un litro y medio</p>		

Consulta 16 - EETT ítem 10 Catéter venoso periférico

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual.</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo</p> <p>Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
<p>Favor verificar la última versión del PBC</p>		

Consulta 17 - EETT ítem 11 Catéter venoso periférico

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual.</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo</p> <p>Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
<p>Favor verificar la última versión del PBC</p>		

Consulta 18 - ítem 10 Catéter venoso periférico

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual.</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 22 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de Bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo</p> <p>Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 19 - ítem 11 Catéter venoso periférico

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>Se consulta respecto a las EETT de los ítems 10. Donde se solicita N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual.</p> <p>Solicitamos a la convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC como sigue N° 24 G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad. Envase estéril individual. Libre de DEHP y con sistema antirreflujo</p> <p>Esto a modo de garantizar la seguridad del paciente y el profesional de salud, evitando la exposición a la sangre al retirar la aguja.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-09-2023
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 20 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>ITEM 2 Aguja lumbar.</p> <p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS.27.500 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 21 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
<p>ITEM 3 Cateter de aspiracion.</p> <p>Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS.88.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 22 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 4 Cateter de aspiracion. Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS.10.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 23 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 5 Tubo endotraqueal Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 93.500 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 24 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 7 Sonda Vesical Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 22.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 25 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 9 Bolsa de papel con indicador quimico Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 8.800 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 26 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 13 Bolsa de papel con indicador quimico Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 3.300 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 27 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 17 Jeringa desechable sin aguja Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 3.300 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 28 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 19 Cateter de aspiracion Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 2200 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 29 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 20 Cateter de aspiracion Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 2.200 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 30 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 21 Sonda Vesical Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 10.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 31 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 24 Jeringa desechable sin aguja Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 3300 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 32 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 27 Gasa de Algodon Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial a GS. 130.000 debido que actualmente se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se ratifica en el precio Referencial y a los Dictámenes de Precios publicados en el SICP.		

Consulta 33 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
ITEM 15 Canula de Traqueostomia sin balón Solicitamos a la convocante si se puede ofertar con diametro externo 5. 0 ya que en la actualidad el diámetro 4,0 ya no es comercializado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Aclarando que el diámetro 5.0 ya fue adjudicado en otra licitación que se encuentra en ejecución de contrato, por lo que lo solicitado es de 4.0 a fin de evitar duplicidad del mismo.		

Consulta 34 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2023
Consultamos si los ítems 17 y 24 Jeringa desechable sin aguja se pueden unificar las cantidades en un mismo ítem, ya que ambos contienen las mismas especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2023
La convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC. Aclarando que lo solicitado en el ítem 17 es: sin rosca y en el ítem 24 es: con rosca		

Consulta 35 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TECNICA.

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
solicitamos a la convocante donde solicitan registro sanitario vigente. si en en caso de encontrarse vencido se prodra presentar la constancia de que el mismo se encuentra en tramite de renovacion expidido por dnvs		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Favor ajustarse a la última versión del PBC		