

Consultas Realizadas

Licitación 432772 - ADQUISICIÓN DE PH METRO Y COLORÍMETRO

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Favor considerar el tiempo de entrega en 45 días desde la firma del contrato, las cantidades requeridas deben ser importadas y con esto favorecen la mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2023
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, atendiendo los plazos licitatorios y que la adquisición corresponde al presente ejercicio fiscal.		

Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Se solicita amablemente a la convocante extender el plan de entregas a 60 días hábiles a partir de la orden de entrega, ya que los equipos son importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, atendiendo los plazos licitatorios y que la adquisición corresponde al presente ejercicio fiscal.		

Consulta 3 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Se solicita amablemente a la convocante considerar un plazo de entrega de 90 a 120 días considerando los tiempos de importación de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, atendiendo los plazos licitatorios y que la adquisición corresponde al presente ejercicio fiscal.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2023
Item 1: Se solicita amablemente a la convocante considerar un ph metro con precisión de +/-0.02/0.1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones . Debido a que no cumple con la especificación técnica, además esto conlleva a una variación en el valor del Ph en la carcasa.		