

## Consultas Realizadas

# Licitación 433352 - Adquisición de Campana de Flujo laminar para la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.C.

### Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
Favor aclarar si el plazo de entrega corre desde la firma de contrato o desde la emisión de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2023
EL PLAZO DE ENTREGA CORRE A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL PROVEEDOR		

### Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2023
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega del equipo a 45 días. Esto, debido a que estos equipos son traídos bajo pedido y tienen plazos de importación más largos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2023
LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE UNA ADENDA AMPLIARÁ EL PLAZO DE ENTREGA		

### Consulta 3 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
Favor considerar 60 días para la entrega, esto debido a que el tiempo de importación se ha hecho más largo por la alta demanda de estos tipos de equipos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2023
CONFORME A LA ADENDA N° 1 EL PLAZO DE ENTREGA SE HA AMPLIADO A 45 DÍAS		

### Consulta 4 - Especificaciones técnicas. Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2023
Solicitan Certificado de calibración. Favor confirmar que no es Certificado de Calificación lo requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-08-2023
ES CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN		

## Consulta 5 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	23-08-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la Convocante reconsiderar el periodo de plazo de entrega del bien solicitado y extenderlo a un plazo de 75 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-08-2023
-----------	--------------------	------------

LA CONVOCANTE YA GENERO UNA ADENDA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 45 DÍAS, QUE LA MISMA YA SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SISTEMA