

Consultas Realizadas

Licitación 433678 - LPN 03/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL

Consulta 1 - Criterios de Evaluación - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-09-2023
Donde dice: Normas de Calidad Internacionales FDA / CE / JIS / ISO 13485, según requerimiento de Especificaciones Técnicas. (**)		
Se solicita aclaración si el requisito se da por cumplido con la presentación de al menos 2 de las normas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
El cumplimiento se analizara conforme a lo requerido en cada especificación técnica		

Consulta 2 - EETT ítem 1 Mesa Quirúrgica – Normas de Calidad ISO

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Se solicita que, entre las normas de calidad requeridas, el certificado ISO 13485 sea el que deba presentarse apostillado y/o legalizado.		
Lo solicitado obedece que la normativa del Paraguay, exige únicamente la certificación ISO 13485 a efectos de registro y habilitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 3 - EETT ítem 1 Mesa Quirúrgica – Normas de Calidad FDA-CE-JIS (al menos una de ellas)

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Se solicita excluir el requisito de apostilla o legalización para el certificado a ser presentado, debido a que no son documentos indispensables a efectos de registro.		
Lo solicitado, obedece que por los plazos de obtención de la apostilla o legalización, no permitirá la participación de oferentes que cuentan con productos con la certificación pero sin apostillado, y por tanto, se configura una condición restrictiva sin fundamento técnico ni legal, privando a la convocante de las mejores condiciones de contratación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 4 - EETT ítem 1 Mesa Quirúrgica – Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2023
Favor aclarar si el mantenimiento correctivo sería por defectos de fabricación. No es posible realizar un cálculo para la cotización, si el mantenimiento correctivo es para reemplazo de piezas por el uso inadecuado de la mesa quirúrgica. Este tipo de mantenimiento para reemplazo de piezas debe ser contratado en un nuevo llamado exclusivo de mantenimiento con el rubro correspondiente establecido en el clasificador presupuestario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Se aclara que los mantenimientos correctivos será contra todo desperfecto		

Consulta 5 - Ítem 1: Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2023
Donde dice: punto 4.8: Resistencia mínima de los colchones: 200 a 350 kilogramos Solicitamos a la convocante amplié el rango de resistencia de los colchones, quedando de la siguiente manera: como mínimo 320 kg para la resistencia de los colchones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 6 - Ítem 1: Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2023
Donde dice: punto 4.4: Movimiento de elevación de descenso (angulación vertical) de las pierneras RANGO DE ELEVACION DE 750MM HASTA 950MM Solicitamos a la convocante modificar el rango de elevación quedando de la siguiente manera: "Movimiento de elevación de descenso (angulación vertical) de las pierneras RANGO DE ELEVACIÓN de 650 mm como mínimo hasta 950 mm o más", teniendo en cuenta que esta modificación permitirá mejor maniobrabilidad para ubicar/retirar al paciente de la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 7 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2023
Ítem 1. Mesa quirúrgica. En el punto: "4.4 Movimiento de elevacion de descenso (angulacion vertical) de las pierneras RANGO DE ELEVACION DE 750MM HASTA 950MM." Se pide a la convocante aclarar este punto, pues están pidiendo "angulación vertical" sin definir los grados de angulación de las pierneras y luego se da un rango de elevación que no tiene que ver con las pierneras sino con la elevación de la base de la mesa. Se solicita además poder abrir este punto pues está limitado a dos medidas y deja sin poder participar a otros oferentes que tienen mejores rangos de elevación. Favor cambiar este punto de la siguiente manera: "4.4 Movimiento de elevación y descenso: RANGO DE ELEVACION DE 750MM HASTA 950MM o mejor rango"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 8 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2023
Ítem 1. Mesa quirúrgica. En el punto: "4.13 Movimiento longitudinal y horizontal de la mesa: 300mm o mayor" Se pide a la convocante ampliar este punto y colocar como mínimo un desplazamiento longitudinal de mínimo 25cm (250mm) o mayor, de modo a permitir más participación de oferentes. Recomendación para el punto 4.13: 4.13 Movimiento longitudinal y horizontal de la mesa: 250mm o mayor		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 9 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2023
Ítem 1. Mesa quirúrgica. En el punto: "5.7 01 bucky rayo-x" Se pide a la convocante aclarar este punto ya que no existe Bucky para rayos x para mesas de cirugía a menos que el fabricante haya cometido un error en la nomenclatura. Se pide a la convocante colocar de la siguiente forma: 5.7: 01 (un) soporte para chasis de rayos X		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 10 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2023
Ítem 1. Mesa quirúrgica. En el punto: "4.16: Movimiento de la sección cabeza(manual):30° para arriba y 90° para abajo o mejor" Se pide a la convocante poder ampliar este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide que el movimiento para debajo de la placa de cabeza sea a partir de 45°, siendo que no se puede colocar la cabeza de un paciente bajo ninguna circunstancia en procedimiento quirúrgico en 90°. Esto solo limita la participación. Se sugiere abrir más el punto de la siguiente manera: 4.16: Movimiento de la sección cabeza(manual): 30° para arriba y 45° para abajo o mejor		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 11 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2023
Ítem 1. Mesa quirúrgica. En el punto: "4.7 Acolchados a prueba de agua de al menos 10cm adecuado para su uso en cirugía." Se pide a la convocante disminuir el grosor de los acolchados ya que el tamaño estándar es de 8 cm (ocho centímetros). Favor cambiar este punto, de manera a que todos puedan participar. Sugerido: 4.7 Acolchados a prueba de agua de al menos 8cm adecuado para su uso en cirugía.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 12 - ÍTEMS 5. ECOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Punto 7.4 Solicitan Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz a 5 Mhz Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo), solicitamos permita ofertar Transductor matriz en fase con ancho de banda de 1 Mhz a 4 Mhz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 13 - ÍTEM 2. ECOGRAFO MODULAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Punto 4.1. Solicitan Pantalla: Monitor color LCD de alta Resolución de al menos 19". Sugerimos diga Pantalla: Monitor color LCD de alta Resolución de al menos 21" para mayor comodidad del usuario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante, y que la resolución es de al menos 19 ", abarcando de esta manera la resolución del 21"		

Consulta 14 - ÍTEM 5. ECOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Punto 7.2 Solicitan Transductor lineal con ancho de banda de 7 a 12 Mhz Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo) recomendamos solicitar Transductor lineal con ancho de banda de 7 a 15 Mhz o mejor Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 15 - ÍTEM 2. ECOGRAFO MODULAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Punto 7.4 Solicitan Transductor Endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz. Cantidad mínima: 01(una)unidad por cada equipo. Solicitamos diga Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 12MHz. Cantidad minima: 01(una)unidad por cada equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 16 - ÍTEM 2. ECOGRAFO MODULAR

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Punto 4.11 Solicitan 6 puertos USB para conexión de periféricos, solicitamos diga Al menos 4 puertos USB para conexión de periféricos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego.-		

Consulta 17 - ITEM 2 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para el punto 6.1.4 Almacenamiento de imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes, se solicita aceptar a la Convocante como mínimo 300.000 capacidad de almacenamiento de imágenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 18 - ITEM 2 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para este punto 6.2.11 Tecnología de detección de tumor de mama por Inteligencia Artificial (IA), que sea opcional este punto para poder tener mas oferente a este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 19 - ITEM 2 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para el punto 4.6 Con panel de control que gire en las laterales en al menos +/-45°, se solicita a la Convocante que sea opcional el giro del panel de control ya que el monitor paciente es el que gira de un lado para el otro para mayor visualización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 20 - ITEM 2 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para este punto 7.2 Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5.5 MHz., se solicita a la convocante aceptar transductor convexo en el rango de 2 a mínimo 5MHz hasta 6MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 21 - ITEM 2 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para el punto 7.3 Transductor lineal con ancho de banda de 5 a 14 MHz., se solicita a la convocante aceptar el transductor lineal entre el rango de 5 a mínimo 12MHz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 22 - ITEM 2 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para este punto 7.4 Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz., se solicita a la convocante aceptar transductor con la frecuencia de minimo 3 a 10-14 MHz.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 23 - ITEM 4 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para este punto 4.6 Rango dinamico de al menos 320 db, se solicita a la convocante aceptar rango dinámico de 100db. Mediante esto se presentarán mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 24 - ITEM 4 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para este punto 7.2 Transductor lineal con ancho de banda de 7 a 12 Mhz Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo), se olicita puedan aceptar transductores con rango de frecuencia de 7 a 15MHz para este modo que se tenga mas oferentes a este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 25 - ITEM 2 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para este punto 7.5 Transductor volumetrico con ancho de banda de 3 MHz a 5MHz, se solicita a la convocante aceptar transductores dentro del rango de 2 a 6 MHz para este modo habilitar mas oferente a este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 26 - ITEM 4 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Para este punto 4.6 Rango dinamico de al menos 320 db, se solicita a la convocante aceptar rango dinámico de 100db. Mediante esto se presentarán mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 27 - ITEM 4 - ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Para este punto 6.1.4 Almacenamiento de Imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes, se solicita a la convocante aceptar la capacidad de almacenar 350.000 imágenes y de este modo se puedan presentar mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 28 - ITEM 4- ECOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Para este punto 7.4 Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz a 5 Mhz se solicita a la convocante aceptar el rango de 1 a 5 MHz para así tener mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 29 - ÍTEM 5. ECOGRAFO PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Punto 4.6 Solicitan Rango dinámico de al menos 320 db. Solicitamos permita ofertar equipos con Rango dinámico de al menos 250 db

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 30 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 7.4 dice: Transductor Endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz. Cantidad mínima: 01(una)unidad por cada equipo. Para dar mayor participación a los oferentes solicitamos diga: Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 10MHz.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 31 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.9 dice: Memoria Cine de al menos 1000 cuadros, recomendamos solicitar Memoria Cine de al menos 9000 cuadros considerando

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Las especificaciones técnicas son mínimas, se aceptaran con mejor rango

Consulta 32 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
----------	-------------------	------------

ÍTEM 5. En el punto 4.10 dice: Peso del equipo no mayor a 6 kg incluido las baterías, para dar mayor participación a los oferentes solicitamos diga Peso del equipo no mayor a 8 kg incluido las baterías.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 33 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
----------	-------------------	------------

En el Punto 4.2 dice Movimientos del Monitor
Giro Derecha/izquierda 90° como mínimo
Inclinación Arriba 30°, abajo 90°
Solicitamos diga: Movimientos del Monitor
Giro Derecha/izquierda 80° como mínimo
Inclinación Arriba 20°, abajo 90°
Considerando que la diferencia es mínima y no afectara la calidad del diagnóstico ni la comodidad del usuario ya que también el panel de control es giratorio el los laterales

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 34 - SUMINISTROS REQUERIDOS. ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
----------	-------------------	------------

7.4 Donde dice: Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz. Cantidad minima: 01(una)unidad por cada equipo. Solicitamos diga Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 12MHz, con ángulo de apertura de al menos 220° Cantidad minima: 01(una)unidad por cada equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 35 - SUMINISTROS REQUERIDOS. ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
----------	-------------------	------------

7.3 Donde dice: Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5 Mhz Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo), recomendamos solicitar Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5 Mhz Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo), con apertura de al menos 60° y profundidad de escaneo de al menos 40cm. Cantidad mínima 01 (una) unidad por cada equipo. Para asegurar un buen escaneo especialmente en pacientes difíciles

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 36 - SUMINISTROS REQUERIDOS. ÍTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
----------	-------------------	------------

7.4 Donde dice: Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz a 5 Mhz Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo), solicitamos permita ofertar Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz a 4 Mhz Cantidad minima: 01(una unidad por cada equipo) con profundidad de escaneo de al menos 34cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 37 - Ítem 1 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
----------	-------------------	------------

Norma de calidad especifica: FDA, CE, o JIS al menos alguna de ellas dicho documento debe estar vigente y apostillado o consularizado y legalizado

¿Se podría considerar el documento que cuente con el link y el código QR que permita verificar la veracidad del documento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 38 - Ítem 1 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
----------	-------------------	------------

Norma de calidad generales: ISO13485. Dicho Documento debe estar vigente y apostillado o consularizado y legalizado

¿Se podría considerar el documento que cuente con el link y el código QR que permita verificar la veracidad del documento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 39 - Ítem 1 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
----------	-------------------	------------

4.7 Acolchados a prueba de agua de al menos 10cm adecuado para su uso en cirugía.

¿Se podría cotizar acolchados de al menos 8cm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 40 - Ítem 1 - Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
----------	-------------------	------------

Resistencia minima de los colchones: 200 a 350 kilogramos

¿Se podría considerar de 200 a 350kg o más?

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 41 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
7- Normas de Calidad Internacionales FDA / CE / JIS / ISO 13485, según requerimiento de Especificaciones Técnicas. (**) ¿Se podría considerar también las normas del MERCOSUR?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a lo requerido en el PBC.-		

Consulta 42 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde "Transductor lineal con ancho de banda de 7 a 12 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo" solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Transductor lineal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 15 MHz o mayor. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 43 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde "Rango dinámico de al menos 320dB." solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, ya que el rango dinámico normal en un Ecografo portátil es menor a 320 dB por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Rango dinámico de al menos 270dB." de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 44 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en donde dice "Con ajuste de altura del panel de control de mínimo 18cm" solicitamos a la convocante muy amablemente que el ítem sea modificado para permitir la apertura a la participación de potenciales oferentes. Por lo cual sugerimos que el ítem quede como "Con ajuste de altura del panel de control de mínimo 15cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 45 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en donde dice "Almacenamiento de imágenes con capacidad de al menos 600.000 imágenes." solicitamos a la convocante muy amablemente la modificación de este ítem por "Almacenamiento de imágenes con capacidad de al menos 100.000 imágenes" de esa manera se da una apertura a la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 46 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en donde "Transductor lineal con ancho de banda de 5 a 14 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo" solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Transductor lineal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 14 MHz o mayor. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 47 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en donde "Transductor volumétrico con ancho de banda de 3 a 5 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo." solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera Transductor volumétrico con ancho de banda de 2 MHz o menor a 6 MHz o mayor. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 48 - Datos para la póliza

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Solicitamos a la Convocante los siguientes datos para la emisión de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas: Razón Social: RUC: Dirección:		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Datos para la emisión de la Garantía. RUC N° 80000905-3, Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social - Hospital Nacional, Dirección: Ruta General Marcial Samaniego, Itauguá		

Consulta 49 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en donde dice: "Teclado retractil, alfanumérico que permita la introducción de datos del paciente" Solicitamos a la convocante muy amablemente la modificación de este ítem ya que la importancia del teclado retráctil puede variar según el contexto y las necesidades específicas de cada usuario. Algunos usuarios pueden preferir un teclado físico permanente, mientras que otros pueden considerarlo como una característica opcional lo cual no influye en el uso del equipo. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Teclado físico alfanumérico que permita la introducción de datos del paciente"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 50 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en dónde.” Tecnología de detección de tumor de mama por Inteligencia Artificial IA” solicitamos a la convocante muy amablemente que considere este punto opcional ya que no todos los equipos cuentan con esta tecnología e incluirla requeriría un costo adicional. Por lo cual sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Tecnología de detección de tumor de mama por Inteligencia Artificial IA (opcional)” de esta forma se da apertura a la participación de potenciales oferentes además de fomentar la competencia libre y hacer un mejor uso de los recursos económicos del estado paraguayo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 51 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en donde “Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5.5 MHz. Cantidad minima:01(una) unidad por cada equipo .” solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Transductor convexo con ancho de banda de 2 MHz o menor a 6 MHz o mayor .Cantidad minima:01(una) unidad por cada equipo”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 52 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 2 en donde “Transductor lineal con ancho de banda de 5 a 14 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo” solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Transductor lineal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 14 MHz o mayor. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 53 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde “Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 1 TGB.” solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera “Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 500GB.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 54 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde "Rango dinámico de al menos 320dB." solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, ya que el rango dinámico normal en un Ecografo portátil es menor a 320 dB por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Rango dinámico de al menos 270dB." de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 55 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde "Transductor lineal con ancho de banda de 7 a 12 MHz. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo" solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Transductor lineal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 15 MHz o mayor. Cantidad minima: 01 (una) unidad por cada equipo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 56 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde "Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 a 5. MHz. Cantidad minima:01(una) unidad por cada equipo." solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Transductor matriz en fase con ancho de banda de 1.5 o menor a 5.3 o mayor. MHz. Cantidad minima:01(una) unidad por cada equipo."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 57 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Según el pliego de bases y condiciones se solicita a la convocante modificar el plan de entrega de los bienes "30 (treinta) días contados a partir de la suscripción del contrato." Por "90 (noventa) días contados a partir de la suscripción del contrato." Ya que no todos los oferentes cuentan con stock de lo solicitados e importar lleva un tiempo mayor a 30 días de esa forma se dará apertura a la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 58 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde dice "Almacenamiento de imágenes con capacidad de al menos 600.000 imágenes." solicitamos a la convocante muy amablemente la modificación de este ítem ya que, por lo general, los ecógrafos portátiles no suelen necesitar una gran capacidad. "Almacenamiento de imágenes con capacidad de al menos 50.000 imágenes" de esa manera se da una apertura a la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 59 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde "Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5. MHz. Cantidad minima:01(una) unidad por cada equipo." solicitamos muy amablemente a la convocante la modificación de este ítem, de manera a dar apertura a la participación de potenciales oferentes por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Transductor convexo con ancho de banda de 2 MHz o menor a 6 MHz o mayor. Cantidad minima:01(una) unidad por cada equipo".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 60 - Item 2 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el ítem 4 en donde dice "Calculo de trazos de AUTO PW." solicitamos a la convocante muy amablemente que este ítem sea opcional por lo que sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera "Calculo de trazos de AUTO PW.(opcional)" de esa manera se da una apertura a la participación de potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 61 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Donde dice "Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz. Cantidad minima: 01(una)unidad por cada equipo". Se solicita a la convocante aceptar equipamientos con rango de frecuencia de ancho de banda de 5Mhz a 14MHz de esta manera dar mayor participación a los oferentes y por lo tanto mejores ofertas. Sugerimos "Transductor endocavitario ancho de banda de 5Mhz o menor a 14Mhz o mayor",		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 62 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el Item 2, donde dice "Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz. Cantidad minima: 01(una)unidad por cada equipo" Solicitamos amablemente a la convocante requerir de la siguiente manera "Transductor endocavitario ancho de banda de 5 MHz o menor a 14MHz o mayor. Cantidad minima: 01(una)unidad por cada equipo". Considerando que los rangos sugeridos son apto para los estudios requeridos con dicho transductor, este requerimiento no desvía las prestaciones del equipo y además permite la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 63 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Solicitamos amablemente a la convocante que incluya en el reajuste el calculo de inflación por suba del dólar, considerando que últimamente los procesos de evaluación, adjudicación, y emisión de orden de compra o anticipo suele llevar un tiempo considerable sin tener en cuenta que los procesos licitatorios puede someterse a protestas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 64 - EETT - Ecógrafo portátil

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Donde dice: 4.6 Rango dinámico de al menos 320db. Solicitamos poder cotizar equipos con rango dinámico de 280db o mejor. A los efectos de tener mayor cantidad de participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 65 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Punto 7.4 Solicitan Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz a 5 Mhz Cantidad mínima: 01(una unidad por cada equipo). Consultamos a que se refieren en este punto según nuestro entendimiento se debe a una mala traducción del catalogo de un ecógrafo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 66 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Solicitamos amablemente considerar un ajuste al precio Referencial de la Mesa de Cirugía. Considerando que el Hospital Nacional es también un Hospital Escuela no deberían siquiera considerar el adquirir equipos baratos de procedencias Asiáticas (China - Taiwan) que tendrían una vida útil reducida a diferencia de equipos de marcas mundialmente reconocidas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
El precio referencial se obtuvo conforme a la reglamentación vigente y las especificaciones técnicas requeridas por la convocante		

Consulta 67 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Se solicita a la Convocante que el plazo de reposición sea de 15 días hábiles desde la comunicación al proveedor. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 68 - Acta de Recepción Definitiva

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Se solicita a la Convocante establecer el plazo de 5 días hábiles desde la entrega de los bienes para la emisión del Acta de Recepción Definitiva, teniendo en cuenta este documento en necesario para que el proveedor solicite el pago correspondiente. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 69 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: "Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPYBS conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 70 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
----------	-------------------	------------

Página 20 - Capacidad Técnica establece: "El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. Habilitación emitida por la DNVS para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos.

Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: 1- Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Importadora de Dispositivos médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV) emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación."

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 71 - Plazo de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
----------	-------------------	------------

Para los ítems N° 2 y 4 Donde dice "Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes 30 (treinta) días contados a partir de la suscripción del contrato." solicitamos a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes 60 (sesenta) días contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor la cual será emitida tras el pago de anticipo". Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 72 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
----------	-------------------	------------

Página 20 del PBC establece: "CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

2. Habilitación emitida por la DNVS para Servicio Técnico de Dispositivos Médicos."

Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: 2- Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 73 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
<p>El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente:</p> <p>Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ <p>Donde;</p> <p>P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 74 - Item 2 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el punto 6.1.4 donde dice Almacenamiento de imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 75 - Item 2 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el punto 4.11 donde dice 6 (seis) Puertos USB para conexión de periféricos. Solicitamos la modificación a 4 puertos USB como mínimo, pues la disminución de dichos puertos no afecta las prestaciones del equipo y permiten una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 76 - Item 2 - Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el punto 4.1 donde dice Pantalla: Monitor color LCD de alta resolución de al menos 19" Solicitamos: Monitor color LCD de al menos 21" con resolución de 1920x1080 para mayor confort del usuario operador		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 77 - Item 2 – Ecógrafo Modular

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el punto 6.1.4 donde dice Almacenamiento de imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes, solicitamos se puedan ofertar almacenamiento de al menos 300.000 imágenes o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 78 - ITEM 4 Ecografo Portatil

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el punto 4.11 donde dice: La duración de la batería debe ser de al menos 120 minutos de autonomía. Solicitamos modificar la duración de al menos 60 minutos o superior para mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 79 - ITEM 4 Ecografo Portatil

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el punto 4.7 donde dice 2(Dos) puertos activos como mínimo, para conexión de transductores. Solicitamos 1 (un) puerto activo para transductores para mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 80 - ITEM 4 Ecografo Portatil

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2023
En el punto 6.1.4 donde dice Almacenamiento de imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes, solicitamos se puedan ofertar almacenamiento de al menos 300.000 imágenes o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 81 - Item 1 MESA QUIRURGICA – Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
El Convocante solicita en el punto 5.8 01 kit ginecología Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar que accesorios incluye el "Kit" solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 82 - Item 1 MESA QUIRURGICA – Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

El Convocante solicita en el punto 5.8. - 01 kit ginecología
Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar que accesorios incluye el “Kit” solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 83 - Item 1 MESA QUIRURGICA – Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

El Convocante solicita en el punto 5.8 01 kit ginecología
Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar que accesorios incluye el “Kit” solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 84 - Multas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante establecer equitativamente los porcentajes de multa y mora en igualdad de condiciones entre proveedores y contratante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego

Consulta 85 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el ítem N°2 donde dice “Con panel de control que gire en las laterales en al menos +/-45°” solicitamos a la convocante poner este punto como OPCIONAL, lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 86 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

1. En el punto 4.2 del ítem N°2 Donde dice “Movimientos del monitor Giro: derecha/izquierda 90° como mínimo Inclinación: Arriba 30°, abajo 90°” solicitamos a la convocante modificar a “Movimientos del monitor Giro: derecha/izquierda 80° como mínimo Inclinación: Arriba 15°, abajo 70°”. Lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 87 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
En el punto 4.6 del ítem N°2 Donde dice "Con ajuste de altura del panel de control de mínimo 18cm" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Con ajuste de altura del panel de control de mínimo 11cm o más". Lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 88 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
En el punto 6.2.9 del ítem N°2 donde dice "Calculo de AUTO IMT" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Calculo semiautomático o automático de IMT", a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 89 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
En el punto 4.8 del ítem N°2 Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 1 TGB", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 500GB o más" Lo solicitado se debe a que en la actualidad los equipos de ecografía vienen con disco duro SSD, el cual a diferencia del disco rígido HDD, proporciona un menor consumo, además las celdas de este pueden reescribirse varias veces. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 90 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Demostrar la experiencia en comercialización de EQUIPOS MEDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2020 y/o 2021 y/o 2022.- Solicitamos a la Convocante permita la presentación de Contratos, quedando redactado de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en comercialización de EQUIPOS MEDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO con Contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales, a fin de reducir el uso excesivo de papeles con las copias de las facturas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 91 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
En el punto 6.1.4 del ítem N°2 donde dice "Almacenamiento de imágenes, con capacidad de al menos 600.000 imágenes" solicitamos a la convocante modificar a "Almacenamiento de imágenes, con capacidad de al menos 300.000 imágenes o mejor" a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 92 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
En la página 37 del PBC en su apartado plan de entrega de los bienes dice. La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación: 30 (treinta) días contados a partir de la suscripción del contrato. Solicitamos a la convocante que la entrega de los bienes sea de 90 (Noventa) días contados a partir de la suscripción del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego		

Consulta 93 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
En el punto 6.2.11 del ítem N°2 donde dice "Tecnología de detección de tumor de mama por Inteligencia Artificial(IA)" solicitamos a la convocante poner este punto como OPCIONAL, a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 94 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
10. En el punto 7.4 del ítem N°2 donde dice "Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz. Cantidad mínima: 01(una)unidad por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 10MHz o mejor. Cantidad mínima: 01(una)unidad por cada equipo" dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, además, cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada tipo de transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia solicitado a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante		

Consulta 95 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 6.2.8 del ítem N°2 donde solicitan "TSI" solicitamos a la convocante aclarar qué es lo que están pidiendo debido a que TSI es una abreviatura usada por algunas marcas para strain en cardio y por otras marcas es utilizada para diferenciar la optimización para diferentes tejidos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara imagen específica de tejido

Consulta 96 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.4 del ítem N°4 donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 1TGB" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 500GB o más" Lo solicitado se debe a que en la actualidad los equipos de ecografía vienen con disco duro SSD, el cual a diferencia del disco rígido HDD, proporciona un menor consumo, además las celdas del mismo pueden reescribirse varias veces. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 97 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 9.2 del ítem N°2 donde dice "Garantía de 2(dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolos del fabricante y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo." Solicitamos a la convocante tener en cuenta que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC. Además, solicitamos aclarar que la garantía no incluye daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgaste natural.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 98 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.6 del ítem N°4 donde dice "Rango dinámico de al menos 320 db" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 310 db o mejor" lo solicitado es una diferencia mínima, la cual no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 99 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 6.2.10 del ítem N°4 donde dice "Cálculo de AUTO IMT" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Calculo semiautomático o automático de IMT", a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 100 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.11 del ítem N°4 donde dice "La duración de la batería debe ser de al menos 120 minutos de autonomía" solicitamos a la convocante modificar este punto a "La duración de la batería debe ser de al menos 60 minutos de autonomía o mejor" lo solicitado no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 101 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 7.2 del ítem N°2 donde dice "Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5.5 MHz. Cantidad minima:01 (una) unidad por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor convexo con ancho de banda de 2 a 5 MHz o mejor. Cantidad minima:01 (una) unidad por cada equipo" dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, además, cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada tipo de transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia solicitado a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 102 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.10 del ítem N°4 donde dice "Peso del equipo no mayor a 6 kg incluido las baterías" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Peso del equipo no mayor a 7.5 kg incluido las baterías" Lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 103 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
<p>En el punto 9.2 del ítem N°4 donde dice "Garantía de 2(dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolos del fabricante y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo." Solicitamos a la convocante tener en cuenta que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC. Además, solicitamos aclarar que la garantía no incluye daños que pudiese sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgaste natural.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
<p>Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante</p>		

Consulta 104 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
<p>6. En el punto 7.4 del ítem N°4 donde dice "Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz a 5 Mhz Cantidad mínima: 01(una unidad por cada equipo)" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz o menor a 4 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01(una unidad por cada equipo)", dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos, además, cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada tipo de transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia solicitado a fin de permitir una mayor participación de marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
<p>Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante</p>		

Consulta 105 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
<p>En el punto 7.4 del ítem N°4 donde dice "Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz a 5 Mhz Cantidad mínima: 01(una unidad por cada equipo)" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Transductor matriz en fase con ancho de banda de 2 Mhz o menor a 4 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01(una unidad por cada equipo)",</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
<p>Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante</p>		

Consulta 106 - íTEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
<p>Donde dice: Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 14MHz. Cantidad mínima: 01(una)unidad por cada equipo Para dar mayor participación a los oferentes solicitamos modificar por Transductor endocavitario ancho de banda de 4 MHz a 12MHz. Cantidad mínima: 01(una)unidad por cada equipo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
<p>Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante</p>		

Consulta 107 - ítem4

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitan Rango dinámico de al menos 320 db, solicitamos permita ofertar equipos con Rango Dinámico de 250db o mayor

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 108 - ítem4

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitan : Transductor convexo con ancho de banda de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01(una unidad por cada equipo), solicitamos diga Transductor convexo con ancho de banda de 2 Mhz o menor a 4 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01(una unidad por cada equipo)

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del pliego, considerando que responde a la necesidad de la convocante

Consulta 109 - Ítem 3 – Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.6 Rango FHR: 50-240 bpm o mayor rango, solicitamos se puedan ofertar monitores fetales con Rango FHR: 50-210 bpm o mayor rango, considerando que esta franja es más que suficiente para la medición deseada

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

El llamado fue publicado en el Sistema de Informaciones de la DNCP en fecha 05 de septiembre, y el plazo máximo para la realización de consultas fue en fecha 04 de octubre. Por lo que la consulta se realizó fuera del plazo permitido.-

Consulta 110 - Ítem 3 – Monitor fetal

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice: 4.15 Peso no mayor a 4 kg, solicitamos se puedan ofertar equipos con peso de < 5 kg, teniendo en cuenta que se solicitan tres transductores en total.

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

El llamado fue publicado en el Sistema de Informaciones de la DNCP en fecha 05 de septiembre, y el plazo máximo para la realización de consultas fue en fecha 04 de octubre. Por lo que la consulta se realizó fuera del plazo permitido.-

Consulta 111 - ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

En el ítem 4 en donde dice "2(dos) puertos USB para conexión de periférico" solicitamos a la convocante muy amablemente que el ítem sea modificado para permitir la apertura a la participación de potenciales oferentes. Por lo cual sugerimos que el ítem quede como "2(dos) puertos USB como mínimo para conexión de periférico".

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

El llamado fue publicado en el Sistema de Informaciones de la DNCP en fecha 05 de septiembre, y el plazo máximo para la realización de consultas fue en fecha 04 de octubre. Por lo que la consulta se realizó fuera del plazo permitido.-

Consulta 112 - Item 5 - Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.4 Bateria interna recargable, con durabilidad de al menos 24 horas de duración, solicitamos se puedan cotizar Bateria interna recargable con 14 horas de duración, debido al uso continuo que se le dará al oxímetro

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

El llamado fue publicado en el Sistema de Informaciones de la DNCP en fecha 05 de septiembre, y el plazo máximo para la realización de consultas fue en fecha 04 de octubre. Por lo que la consulta se realizó fuera del plazo permitido.-

Consulta 113 - Plazos de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

Según el pliego de bases y condiciones se solicita a la convocante modificar el plan de entrega de los bienes "30 (treinta) días contados a partir de la suscripción del contrato." Por "90 (noventa) días contados a partir de la suscripción del contrato." Ya que no todos los oferentes cuentan con stock de lo solicitados e importar lleva un tiempo mayor a 30 días de esa forma se dará apertura a la participación de potenciales oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

El llamado fue publicado en el Sistema de Informaciones de la DNCP en fecha 05 de septiembre, y el plazo máximo para la realización de consultas fue en fecha 04 de octubre. Por lo que la consulta se realizó fuera del plazo permitido.-

Consulta 114 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante para el Transductor endocavitario, admitir ancho de banda de 3 MHz a 12 MHz. a fin de dar participación a mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2023
-----------	--------------------	------------

El llamado fue publicado en el Sistema de Informaciones de la DNCP en fecha 05 de septiembre, y el plazo máximo para la realización de consultas fue en fecha 04 de octubre. Por lo que la consulta se realizó fuera del plazo permitido.-