

Consultas Realizadas

Licitación 434060 - ADQUISICION DE DEFIBRILADOR PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

Consulta 1 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Podría la convocante considerar la exclusión de Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020-2021-2022 para contribuyente de IRACIS o en su defecto presentar solo del año 2022, esto es a modo de dar oportunidad a microempresas nuevas en el mercado teniendo en cuenta que el valor de la licitación no es de un monto considerable, además la nueva Ley N° 7021/2022 busca mecanismos para la inclusión a esta nuevas empresas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 31-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Puede presentar los documentos mencionados siendo una empresa nueva, el comite de evaluaciones sera la encargada de analizar si corresponde, por motivos de tiempo para la proceso referido seria imposible realizar la exclusion del requisito establecido ya que esto llevaria a prorrogar los plazos establecidos. | | |

Consulta 2 - Experiencia requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| La convocante solicita "Demostrar la experiencia en PROVISION DE DEFIBRILADORES", solicitamos a la convocante ampliar la experiencia requerida a ROVISION DE EQUIPOS MEDICOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, DENTRO de los: 3 ULTIMOS años. 2020-2021-2022. Esto es a modo de no limitar a empresas nuevas en el mercado de equipamientos médicos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 31-08-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Puede presentar los documentos mencionados siendo una empresa nueva, el comite de evaluaciones sera la encargada de analizar si corresponde, por motivos de tiempo para la proceso referido seria imposible realizar la exclusion del requisito establecido ya que esto llevaria a prorrogar los plazos establecidos. | | |

Consulta 3 - Experiencia requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita modificar el requisito conforme a la siguiente redacción:

Demostrar la experiencia en PROVISION DE DESFIBRILADORES con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 ÚLTIMOS años. 2020-2021-2022. Se podrá presentar experiencia del titular del registro sanitario para acreditar la experiencia.

Lo solicitado es a fin de posibilitar la participación de empresas que cuentan con nuevos contratos de distribución con marcas establecidas en el mercado con productos de alta calidad. y con la garantía y respaldo técnico correspondiente. De esta manera se permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes posibilitando la obtención de mejores precios y condiciones de contratación.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-09-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

PUEDEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN UTILES PARA LA DEMOSTRACION DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA CON LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES. LASTIMOSAMENTE POR MOTIVOS DE TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LA PREVISION RESULTARIA IMPOSIBLE REALIZAR UNA PRORROGA DE PLAZOS

Consulta 4 - Autorización del Fabricante

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se solicita incluir como requisito la presentación de la autorización del fabricante apostillada e inscrita en el registro público.

La falta de este requisito compromete la garantía y respaldo técnica de las ofertas que puedan ser presentadas, comprometiendo el éxito de la adquisición

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-09-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LASTIMOSAMENTE POR MOTIVOS DE TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LA PREVISION RESULTARIA IMPOSIBLE REALIZAR UNA PRORROGA DE PLAZOS. NO SE SOLICITA TORIZACION DEL FABRICANTE POR MOTIVOS DE DAR MAYOR PARTICIPACION A POTENCIALES OFERENTES.

Consulta 5 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

se sugiere incluir la presentación del registro sanitario del producto, considerando que se trata de un dispositivo médico.

Así también, deben solicitar catálogos de manera a comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-09-2023 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

LASTIMOSAMENTE POR MOTIVOS DE TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LA PREVISION RESULTARIA IMPOSIBLE REALIZAR UNA PRORROGA DE PLAZOS. LOS OFENTES INTERESADOS PUEDEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL RESPALDO DEL EQUIPO OFERTADO.

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice "Capaz de proporcionar una descarga después del final de un intervalo de CPR, normalmente en ocho segundos como máximo." solicitamos a la convocante amablemente modificar este apartado expresándolo como "Capaz de proporcionar una descarga después del final de un intervalo de CPR, normalmente en nueve segundos como máximo." ya que un segundo sería ínfimo y permitiría la presentación de más oferentes. Por otro lado donde dice "Peso: 1,5 kgs. como máximo" solicitamos a la convocante amablemente modificar este apartado expresándolo como "Peso: 2.1 kgs. como máximo" ya que no es un factor que influye en el desempeño del equipo y permitiría la presentación de más oferentes. Por último donde dice "Duración de batería: 4-5 años o hasta 200 descargas como mínimo" solicitamos a la convocante amablemente modificar este apartado expresándolo como "Duración de batería: 4-5 años o hasta 180 descargas como mínimo" permitiendo así la presentación de más oferentes.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 12-09-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>LASTIMOSAMENTE POR MOTIVOS DE TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LA PREVISION RESULTARIA IMPOSIBLE REALIZAR UNA PRORROGA DE PLAZOS. LOS OFERENTES DEBERAN AJUSTARSE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MISMA.</p> | | |