

Consultas Realizadas

Licitación 434180 - Adquisición de Equipos de Laboratorio para la Facultad de Odontología y Medicina de la U.N.C.

Consulta 1 - Ítem N° 32

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Favor aclarar si están necesitando Anticoagulante EDTA frasco gotero de 50 ml ó Tubo de 2,5 ml con anticoagulante EDTA con tapa lila. Caja de 100 unid. Entiéndase que en este ítem se refiere a 2 insumos diferentes según código de catálogo: 41121701-008 Corresponde a Tubo de 2,5 ml con Anticoagulante EDTA 41116002-066 Corresponde a Anticoagulante EDTA, Frasco gotero de 50 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
LA UNIDAD SOLICITA: 41116002-066 Anticoagulante EDTA frasco gotero Anticoagulante EDTA frasco gotero. Tubo tapa lila caja de 100unid. de 2,5ml		

Consulta 2 - Hora de Entrega de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Solicitamos a la convocante tenga el bien de modificar el horario de entrega y apertura de sobres, este pedido obedece a que a las empresas de courier les cuenta llegar a temprano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
SE EMITIRA UNA ADENDA MODIFICANDO LA HORA. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA Fecha de Entrega de Oferta: 28 09 2023 10:45 Fecha de Apertura de Oferta: 28 09 2023 11:00		

Consulta 3 - Ítem N° 74

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Favor aclarar si lo solicitado en este ítem es Caja de plástico de 100 ranuras para colocar láminas portaobjetos de vidrio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
LA UNIDAD SOLICITA LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO		

Consulta 4 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Solicitamos a la convocante proporcionar un modelo de planilla de datos garantizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
MODELO DE LA PLANILLA QUEDA A CRITERIO DEL OFERENTE		

Consulta 5 - Ítem Nº 20

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Solicitamos a la convocante separar este ítem debido a que son 2 controles diferentes y cada control tiene precio indistinto o en todo caso solicitamos acepten 2 Cajas 6 x 5ml Controles Normales y 2 Cajas 6 x 5ml Controles Patológicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
LA UNIDAD ACEPTA LA COTIZACIÓN SUGERIDA 2 CAJAS DE CONTROLES NORMALES Y DOS PATOLÓGICAS		

Consulta 6 - ENTREGA DE OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2023
Favor considerar modificar el sistema de Entrega de Oferta a OFERTA ELECTRONICA, de modo a facilitar a oferentes de la capital a participar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO. PUEDE ENVIAR SU OFERTA POR COURRIER		

Consulta 7 - Ítem Nº 31

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Favor aclarar en qué presentación están precisando. Por Ejemplo Bolsa o paquete x 100, 500 o 1.000 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
Pipeta de plástico de 1ml EN PRESENTACIÓN CAJA DE 500 UNIDADES		

Consulta 8 - Ítem Nº 27

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Favor aclarar si la presentación solicitada es correcta. Normalmente los Agars vienen en presentación de Frasco x 100 gramos como mínimo y no por 100 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
SE SOLICITA Agar lisina descarboxilasa base frasco de 100 GRAMOS		

Consulta 9 - Ítems Nº 48 y 49

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Están solicitando el mismo producto para estos dos ítems. Favor aclarar si están necesitando en total 6 Tubos de Cefuroxima		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
SON PRODUCTOS DIFERENTES CON CÓDIGOS DIFERENTES Y LA UNIDAD SOLICITA AMBOS PRODUCTOS 41116131-029 : cefuroxime. CANTIDAD 3 41116131-001: cefuroxima. CANTIDAD 3		

Consulta 10 - Ítem N° 55

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Favor aclarar si están solicitando Amikacina		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
LA UNIDAD SOLICITA kanamicina		

Consulta 11 - Ítem N° 55

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2023
Favor aclarar si están solicitando Amikacina		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-09-2023
LA UNIDAD SOLICITA kanamicina		

Consulta 12 - Ítem N° 32

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Solicitamos a la convocante aclarar bien cual de los 2 pedidos necesitan, porque en respuesta a la anterior consulta siguen pidiendo en un solo ítem 2 tipos de insumos. ¿Precisan Anticoagulante o Tubos ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2023
SE SOLICITA TUBO CON ANTICOAGULANTE EDTA		

Consulta 13 - ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo de creatinina con un rendimiento superior a 200 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, se podría admitir un reactivo de creatinina con un rendimiento superior a 200 determinaciones		

Consulta 14 - ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo de bilirrubina total con un rendimiento superior a 375 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, se podría admitir un reactivo de bilirrubina total con un rendimiento superior a 375 determinaciones		

Consulta 15 - Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo de bilirrubina directa con un rendimiento superior a 375 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, se podría admitir un reactivo de bilirrubina directa con un rendimiento superior a 375 determinaciones		

Consulta 16 - ITEM 10 reactivo de urea 4x100

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo de urea 4x100 y 4x25ml que rindan más de 50 determinaciones en total?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un reactivo de urea 4x100 y 4x25ml que rindan más de 50 determinaciones en total

Consulta 17 - ITEM 11 triglicéridos de 200 determinaciones - 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo triglicéridos de 200 determinaciones como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, Se podría admitir un reactivo triglicéridos de 200 determinaciones como mínimo

Consulta 18 - ITEM 11 triglicéridos de 200 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo triglicéridos de 200 determinaciones y completar las 400 determinaciones solicitadas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un reactivo triglicéridos de 200 determinaciones y completar las 400 determinaciones solicitadas

Consulta 19 - ITEM 12 GOT con rendimiento superior a 100 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo GOT con rendimiento superior a 100 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un reactivo GOT con rendimiento superior a 100 determinaciones

Consulta 20 - LOTE 14 gt por método Szasz modificado

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo gamma gt por método Szasz modificado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un reactivo gamma gt por método Szasz modificado

Consulta 21 - LOTE 15 ácido úrico con rendimiento superior a 400 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo ácido úrico con rendimiento superior a 400 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un reactivo ácido úrico con rendimiento superior a 400 determinaciones

Consulta 22 - LOTE 65 HIV en presentación de caja x 50 unidades

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un test HIV en presentación de caja x 50 unidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un test HIV en presentación de caja x 50 unidades

Consulta 23 - LOTE 48 diferencia entre los items 48 y 49

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar cual seria la diferencia entre los items 48 y 49?

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2023
------------------	---------------------------	------------

41116131-029 Disco antibiograma cefuroxime: un antibiótico cefalosporina que se utiliza para tratar infecciones
1116131-001 Disco Antibiograma cefuroxima: se utiliza para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias

Consulta 24 - LOTE 69 contador hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar para que modelo de contador hematológico se solicita el lisante mencionado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Para contador hematológico Human Procedencia Alemana

Consulta 25 - LOTE 70 contador hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar para que modelo de contador hematológico se solicita el detergente mencionado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Para contador hematológico Human Procedencia Alemana

Consulta 26 - LOTE 13 GPT con rendimiento superior a 100 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo GPT con rendimiento superior a 100 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un reactivo GPT con rendimiento superior a 100 determinaciones

Consulta 27 - LOTE 22 fostatasa alcalina con rendimiento superior a 100 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un reactivo fostatasa alcalina con rendimiento superior a 100 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
------------------	---------------------------	------------

Sí, se podría admitir un reactivo fostatasa alcalina con rendimiento superior a 100 determinaciones

Consulta 28 - LOTE 14 GPT con rendimiento superior a 100 determinaciones - 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo GPT con rendimiento superior a 100 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, se podría admitir un reactivo GPT con rendimiento superior a 100 determinaciones		

Consulta 29 - LOTE 16 PCR solicitado sería la prueba de aglutinación

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se solicita a la convocante aclarar si el PCR solicitado sería la prueba de aglutinación en placa o el método inmunoturbidimétrico para determinación cuantitativa ultrasensible?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Si de aglutinación		

Consulta 30 - LOTE 17 calcio con rendimiento superior a las 200 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo calcio con rendimiento superior a las 200 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, se podría admitir un reactivo calcio con rendimiento superior a las 200 determinaciones		

Consulta 31 - LOTE 18 magnesio con rendimiento superior a las 200 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo magnesio con rendimiento superior a las 200 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, se podría admitir un reactivo magnesio con rendimiento superior a las 200 determinaciones		

Consulta 32 - LOTE 19 fosforo con rendimiento superior a las 200 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo fosforo con rendimiento superior a las 200 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, se podría admitir un reactivo fosforo con rendimiento superior a las 200 determinaciones		

Consulta 33 - LOTE 21 kit de calibradores compuesto

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un kit de calibradores compuesto de: Calibrador: suero liofilizado/Reactivo A: solución de carbonato de sodio 25 mmol/l, pH 10; en presentación de 2x3 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 34 - LOTE 30 colesterol con rendimiento superior a las 400 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo colesterol con rendimiento superior a las 400 determinaciones solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, Se podría admitir un reactivo colesterol con rendimiento superior a las 400 determinaciones solicitadas		

Consulta 35 - LOTE 29 hdl con rendimiento inferior a 320 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un reactivo hdl con rendimiento inferior a 320 determinaciones y completar lo faltante en más frascos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Sí, Se podría admitir un reactivo hdl con rendimiento inferior a 320 determinaciones y completar lo faltante en más frascos		

Consulta 36 - LOTE 32 anticoagulante EDTA - 2

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se podría admitir un anticoagulante EDTA en presentación de 6 frascos gotero x 50 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
Tubo anticuagulante con edta		

Consulta 37 - LOTE 32 frasco gotero de EDTA

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
Se solicita a la convocante aclarar si se estaria refiriendo al frasco gotero de EDTA para preparar tubos o a los tubos con anticoagulante EDTA ya listos para uso?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2023
SE SOLICITA TUBO CON ANTICOAGULANTE EDTA		

Consulta 38 - LOTE 35 HIV en presentación de caja x 25 unidades

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un test HIV en presentación de caja x 25 unidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
-----------	--------------------	------------

No, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 39 - LOTE 35 HIV en presentación de caja x 20 unidades - 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir un test HIV en presentación de caja x 20 unidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
-----------	--------------------	------------

No, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 40 - LOTE 68 contador hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar para que modelo de contador hematológico se solicita el diluyente mencionado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
-----------	--------------------	------------

Para contador hematológico Human Procedencia Alemana

Consulta 41 - LOTE 71 contador hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar para que modelo de contador hematológico se solicita el rollo de papel mencionado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
-----------	--------------------	------------

Para contador hematológico Human Procedencia Alemana

Consulta 42 - LOTE 74 lámina portaobjetos

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir una caja de lámina portaobjetos con 70 unidades como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
-----------	--------------------	------------

No, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 43 - ITEM 6 autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
<p>"Se podría admitir un autoclave con las sgtes características: Tanque de agua de tipo abierto incorporado, vacío final de alta eficiencia, pantalla LCD grande: puede mostrar temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento, advertencia de falla; con varios tipos de programas que incluyen artículos empaquetados, artículos desempaquetados, programa de prueba de BD, programa de prueba de vacío y función de secado. Programa personalizado, programa rápido y función de precalentamiento; puerto USB estándar; usuarios pueden almacenar los datos de esterilización con un disco USB; se puede conectar una mini impresora opcional para registrar el proceso de esterilización, capacidad: 23L, Tamaño de la cámara (mm): $\varnothing 247 * 470$, Clase de esterilización Clase B (según GB0646)</p> <p>Temp. De esterilización 121°C,134°C; Sistema de secado al vacío; Monitor: pantalla LCD; Sistema de prueba Prueba de B&DPrueba de vacío</p> <p>Prueba de hélice; Precisión de control Temperatura: 1 °CPresión: 0,1 bar</p> <p>Datos de esterilización: USB (estándar) e impresora (opcional); Sistema de seguridad Puerta con cerradura manual Sistema de bloqueo de presión, Válvula de alivio en caso de sobrepresión, Protección de sobrecarga de presión o temperatura, Alarma por falla del sistema, recordatorio de finalización, advertencia de nivel de agua, sistema de suministro de agua: tanque de agua incorporado fácil de limpiar, capacidad de tanque de agua: 4L, Soporte de bandeja: 3 bandejas de acero inoxidable en el estante de acero inoxidable; Cámara SUS304. Presión máxima de trabajo: 2,3 bar; Presión de trabajo mínima: -0,9 bar; Temperatura de diseño: 140 °C, Temperatura ambiente. 5□40°C, Ruido <50dB, consumo: 195W, Fuente de alimentación: AC110 / 220V \pm 10%, 50 / 60Hz como mínimo?"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2023
<p>LA CONSULTA FUE DERIVADA A LA UNIDAD ACADEMICA Y ESTA ES LA RESPUESTA</p> <p>Buenos días, respondiendo a la consulta direccionada a esta Unidad Académica, la respuesta es No, ya que esta unidad académica requiere de mayor capacidad el Autoclave. Gracias</p>		

Consulta 44 - LOTE 74 lámina portaobjetos

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2023
<p>Se podría admitir una caja de lámina portaobjetos con 50 unidades como mínimo?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2023
<p>No, ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones</p>		