

Consultas Realizadas

Licitación 435365 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN

Consulta 1 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta Fecha de Consulta 04-10-2023

Donde dice: Presentar Folletos, Catálogos, prospectos impresos descriptivos de los bienes propuestos en idioma español. Favor aclarar para que ítems aplica esta solicitud.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Aplica para todos los ítems.

Consulta 2 - Ítem 21 Grapa Quirúrgica

Consulta Fecha de Consulta 04-10-2023

Clip de titanio para uso humano, perfil interno diamantada estéril, caja x 6 cartuchos con mínimo, clips tamaño de 300 mm ¿Se podría cotizar clips de tamaño de 300mm o Medium-Large?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 3 - Ítem 38 Set para nefrostomía

Consulta Fecha de Consulta 04-10-2023

set de nefrostomía 14 fr.x 19.5 a 30 cm. el set debe incluir: cateter tipo cola de chacho, aguja trocar, tubo conector para coneccion con bolsa, dilatadores faciales (al menos tres), guia politetrafluoroetileno y disco de retencion. descartable. ¿Se podría cotizar de 19.5 a 32cm?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

Consulta 4 - Ítem 45 Tubo de irrigación

Consulta Fecha de Consulta 04-10-2023

Consultamos la posibilidad de cotizar tubos compatibles con equipos Storz-Arthropump o Storz-Endomat. Los equipos Arthropump ya se encuentran discontinuados y sus tubos dejaron de producirse, siendo reemplazados por los equipos Endomat

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se puede cotizar la marca que se desee siempre y cuando sea compatible con el equipo mencionado.

28/12/24 13:22 1/10



Consulta 5 - Ítem 45 Tubo de irrigación

Consulta Fecha de Consulta 04-10-2023

Consultamos la posibilidad de cotizar envases NO estériles, considerando que los estériles han dejado de producirse. En caso de aceptar esta posibilidad, sugerimos verificar la cantidad total solicitada y ajustar el precio referencial a GS 8.000.000

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que los costos se encuentran establecidos de acuerdo al precio promedio.

Consulta 6 - Plan de entregas de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 04-10-2023

Solicitamos ampliar el plan de entregas de los ítems 44 y 45 a por lo menos 30 días hábiles, considerando que no son de uso habitual en el mercado y resulta complicado tenerlos en existencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones aclarando el plan de entrega se ha establecido debido a la necesidad de contar con el bien lo antes posible.

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 8

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

Ítem 8: Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de longitud del tubo de "2 mts como mínimo" a "1,6 a 2 mts como mínimo" así dar mayor participación a oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 8 - Ítem 11: Compresa de vientre

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

Donde dice: Compresa de vientre de tela no tejida, esterilizada, con 4 capas como mínimo, de 18 hilos. Medida 45 cm x 45 cm.

Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar compresas a partir de 15 hilos, a fin de poder contar con mayor participación de oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

28/12/24 13:22



Consulta 9 - Ítem 18: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

Donde dice: Filtro capilar de polisulfona filtro capilar de 2,0 m2

Solicitamos a la convocante puedan aceptar filtros de otros materiales disponibles en el mercado, quedando de la siguiente manera: polisulfona o polietersulfona, compatibles para los tratamientos solicitados.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 10 - Ítem 17: Filtro capilar para hemodiálisis

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

Donde dice: Filtro capilar de polisulfona filtro capilar de 1,8 m2

Solicitamos a la convocante puedan aceptar filtros de otros materiales disponibles en el mercado, quedando de la siguiente manera: polisulfona o polietersulfona, compatibles para los tratamientos solicitados.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 11 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

ITEM 50: Test de Bowie Dick

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 50 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500.-

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, una vez presentado será analizado por el comité evaluador la pertinencia del costo ofertado.

Consulta 12 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

ITEM 28 Jeringa desechable con aguja

En las Especificaciones Técnicas se solicita Jeringa desechable para Insulina 1 mL. con aguja fija de 30 G x $\frac{1}{2}$. Plástico. Punta siliconada y tribiselada.

Al Respecto consultamos a la convocante si se puede ofertar: Jeringa desechable para Insulina 1 mL. con aguja fija de 30 G $\times 1/2$ o 30 G $\times 8$ MM indistintamente, a fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

28/12/24 13:22 3/10



Consulta 13 - Ítem 42: Sonda nasogástrica adulto

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

Donde dice: Sonda nasogástrica tipo K 11. Silicona 100%. Flexible. No tóxico. Diámetro 6,0 mm. Longitud 1,20 cm. como mínimo

Solicitamos a la Convocante permita cotizar este artículo en material PVC grado médico revestido de silicona.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 14 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem N° 50 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado privado local. Por ello el precio sugerido es Gs 27.500.-

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, una vez presentado será analizado por el comité evaluador la pertinencia del costo ofertado.

Consulta 15 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

En las Especificaciones Técnicas se solicita Jeringa desechable para Insulina 1 mL. con aguja fija de 30 G x $\frac{1}{2}$. Plástico. Punta siliconada y tribiselada.

Al Respecto consultamos a la convocante si se puede ofertar: Jeringa desechable para Insulina 1 mL. con aguja fija de 30 G $\times \frac{1}{2}$ o 30 G $\times 8$ MM indistintamente, a fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

ITEM 28: Jeringa desechable con aguja

En las Especificaciones Técnicas se solicita Jeringa desechable para Insulina 1 mL. con aguja fija de 30 G x $\frac{1}{2}$. Plástico. Punta siliconada y tribiselada.

Al Respecto consultamos a la convocante si se puede ofertar: Jeringa desechable para Insulina 1 mL. con aguja fija de 30 G \times ½ o 30 G \times 8 MM indistintamente, a fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

28/12/24 13:22 4/10



Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

ITEM 7 Bicarbonato - solución para hemodiálisis

En las Especificaciones Técnicas la convocante solicita Bicarbonato de sodio 8,4 %. Na+ 35 meq/l. HCO3 35 meq/l. concentrado polielectrolítico para hemodiálisis (base) CPHD BA 35. bidón x 5000 ml.

Al Respecto solicitamos a la convocante la eliminación de las SIGLAS CPHD BA 35 de las especificaciones técnicas, siglas que corresponden a una marca específica, y que las especificaciones técnicas sean modificadas a Bicarbonato de Sodio 8,4 %. Na+ de 103 a 140 mEq/L. HCO3 de 31 a 35 mEq/L. Concentrado para hemodiálisis. Todo esto con el fin de evitar favorecer indebidamente a un solo proveedor

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

ITEM 20 Glutaraldehído Solución

En las Especificaciones técnicas la convocante solicita Glutaraldehído 2%. Solución activada, desinfectante de alto nivel para materiales quirúrgicos, médicos y otros completo en 1 hora y nivel intermedio en 10 minutos, con control de conformidad del baño mediante tiras, de larga caducidad. Solución estable, activa 28 días como mínimo. Debe incluir tiras para control del índice de actividad. Bidón de 5 lts. como mínimo.

Solicitamos amablemente a la convocante ampliar las especificaciones técnicas a Glutaraldehído 2% solución activada o Glutaraldehído 2% más activador a fin dar mayor oportunidad y participación a potenciales oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

ITEM 41 Solución concentrada acida para hemodiálisis

En las Especificaciones técnicas la convocante solicita de la siguiente manera: Concentrado polielectrolítico para hemodiálisis bidón de 5000 ml (5 L) de cloruro de Na, cloruro de K y asociaciones - Na + 103 meq/L, k de 1 a 2 meq/L, Ca+3,5 meg/l

Solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones de la siguiente manera: Concentrado polielectrolítico para hemodiálisis bidón de 5000 ml (5 L) de cloruro de Na, cloruro de K y asociaciones - Na + de 103 a 140 meq/L, k de 1 a 2 meq/L, Ca++ de 3 a 3,5 meq/l. a fin de dar oportunidad y participación a mayores oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

28/12/24 13:22 5/10



Consulta 20 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

La convocante solicita la siguiente documentación: Los oferentes de productos que no son de su elaboración/fabricación (para los productos importados), deberán presentar Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento otorgado por una autoridad sanitaria competente lo cual deberá estar en idioma español.

Al respecto solicitamos a la convocante REFORMULAR dicho requisito de la siguiente manera:

PARA DISPOTIVOS MEDICOS: De acuerdo a lo establecido en el Art. 4) inc. D) de la Resolución 669/16 de la DINAVISA, el oferente deberá presentar: Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la autoridad sanitaria competente en origen o certificado ISO/ CE/ UL/ FDA/ TUVF otorgado por la entidad certificadora en origen.

PARA ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS: El oferente deberá presentar: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento del fabricante del producto ofertado otorgado por la autoridad sanitaria competente del país de origen.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

Consulta 21 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

La convocante solicita la siguiente documentación: Los oferentes de productos que no son de su elaboración/fabricación (para los productos importados), deberán presentar Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento otorgado por una autoridad sanitaria competente lo cual deberá estar en idioma español.

Al respecto solicitamos a la convocante REFORMULAR dicho requisito de la siguiente manera:

PARA DISPOTIVOS MEDICOS: De acuerdo a lo establecido en el Art. 4) inc. D) de la Resolución 669/16 de la DINAVISA, el oferente deberá presentar: Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la autoridad sanitaria competente en origen o certificado ISO/ CE/ UL/ FDA/ TUVF otorgado por la entidad certificadora en origen.

PARA ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS: El oferente deberá presentar: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento del fabricante del producto ofertado otorgado por la autoridad sanitaria competente del país de origen.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

28/12/24 13:22 6/10



Consulta 22 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2023

La convocante solicita la siguiente documentación: Los oferentes de productos que no son de su elaboración/fabricación (para los productos importados), deberán presentar Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento otorgado por una autoridad sanitaria competente lo cual deberá estar en idioma español.

Al respecto solicitamos a la convocante REFORMULAR dicho requisito de la siguiente manera:

PARA DISPOTIVOS MEDICOS: De acuerdo a lo establecido en el Art. 4) inc. D) de la Resolución 669/16 de la DINAVISA, el oferente deberá presentar: Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la autoridad sanitaria competente en origen o certificado ISO/ CE/ UL/ FDA/ TUVF otorgado por la entidad certificadora en origen.

PARA ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS: El oferente deberá presentar: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento del fabricante del producto ofertado otorgado por la autoridad sanitaria competente del país de origen.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 1 - V2.

Consulta 23 - Item 11 Compresa de Vientre

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2023

Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas del Item 11, de la siguiente manera:

Compresa de vientre de tela no tejida, esterilizada,

con 4 capas como mínimo, de 16 hilos como mínimo. Medida 45 cm

x 45 cm. Paquete por 5 unidades

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 24 - ITEM 12 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO

Consulta Fecha de Consulta 11-10-2023

Solicitamos a la Convocante, excluir de las especificaciones técnicas, en el punto presentación de entrega del Item Nro. 12 Detergente Multienzimático, la BOMBA DISPENSADORA, a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes. Debido a que es un punto excluyente y no es fundamental para su dosificación

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 2 - V3.

Consulta 25 - Item 2

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT digan : Aguja para biopsia mamaria automática. Tama \tilde{n} o: 16G x 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 3- V4.

28/12/24 13:22 7/10



Consulta 26 - Item 3

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT digan : Aguja para biopsia mamaria automática. Tama \tilde{n} o: 18G x 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 3- V4.

Consulta 27 - Item 37

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Solicitamos a la convocante ampliar los rangos en las EETT y que sea: Set de citostomia $14 \, \text{Fr} \, \text{x} \, 30 \, \text{cm}$. El Set debe contener

cánula metálica o plástica divisible, catéter de poliuretano de lumen simple con punta de j, punta pigtail, con un enderezador metálico en el interior o catéteres de silicona de balón de 2 lúmenes, llave de 3 vias, un bisturi (opcional)

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 28 - Item 12, 20, 37 y 38

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Favor actualizar los precios de referencia. Estan muy por debajo delo actual

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, una vez presentado será analizado por el comité evaluador la pertinencia del costo ofertado.

Consulta 29 - Item 2

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Solicitamos la convocante ampliar los rangos : Aguja para biopsia mamaria automática. Tamaño: $16 \times 15 = 16 \text{ cm}$

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 3- V4.

Consulta 30 - Item 2

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Solicitamos la convocante ampliar los rangos : Aguja para biopsia mamaria automática. Tamaño: $16 \times 15 = 16 \text{ cm}$

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 3- V4.

28/12/24 13:22 8/10



Consulta 31 - Item 3

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Solicitamos la convocante ampliar los rangos : Aguja para biopsia mamaria automática. Tamaño: 18 G x 15 a 16 cm

Respuesta Fecha de Respuesta 17-10-2023

Se solicita remitirse a la Adenda 3- V4.

Consulta 32 - Item 37

Consulta Fecha de Consulta 12-10-2023

Solicitamos a la convocante que el bisturi , ultimo ítem sea opcional. es decir que las EETT sean: Set de citostomia 14 Fr x 30 cm. El Set debe contener

cánula metálica o plástica divisible, catéter de poliuretano de lumen simple con punta de j, punta pigtail, con un enderezador metálico en el interior o catéteres de silicona de balón de 2 lúmenes, llave de 3 vias, un bisturi (opcional)

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 33 - ITEM 17: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2023

Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes, solicitamos considerar las siguientes especificaciones técnicas:

Filtro capilar para hemodiálisis de polisulfona o polietersulfona, con rango de capacidad/superficie de dializado del filtro de 1.8 m2. +/-1 m2, o en su defecto considerar el rango de 1.7m2 a 1.9m2.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

Consulta 34 - ITEM 18: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2023

Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes, solicitamos considerar las siguientes especificaciones técnicas:

Filtro capilar para hemodiálisis de polisulfona o polietersulfona, con rango de capacidad/superficie de dializado del filtro de 2.0 m2. +/-1 m2, o en su defecto considerar el rango de 1.9m2 a 2.1m2.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-10-2023

Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo a que lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio médico requirente.

28/12/24 13:22 9/10



Consulta 35 - Item 13: Equipo Extensor

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2023

Se solicita amablemente a la convocante ampliar el rango de longitud del tubo de 19 cm (+/- 2 cm) a 19 cm (+/- 5 cm) así dar mayor participación a oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2023
Se solicita remitirse a la Adenda 3- V4.		

28/12/24 13:22 10/10