

Consultas Realizadas

Licitación 435951 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA CORONEL OVIEDO-PLURIANUAL.

Consulta 1 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Teniendo en cuenta que ya estamos en temporada alta , los proveedores se encuentran con muchos pedidos y las importaciones tardan mas de lo normal, solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega como mínimo a 60 días desde la emisión de la orden de compra. Para beneficiar a la institución con mas ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a los tiempos establecidos del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 2 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos hasta 10 kg ya que no afecta a la utilización o transporte del equipo ya que el PBC también solicita su carro de transporte, pudiendo así dar mayor oportunidad a posibles oferentes lo que resultaría en una mejor oferta para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 3 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con las siguientes dimensiones: 15,0 cm (Alto) x 43,0 cm (Ancho) x 40,0 cm (largo), ya que no afecta a la utilización o transporte del equipo ya que el PBC también solicita su carro de transporte, pudiendo así dar mayor oportunidad a posibles oferentes lo que resultaría en una mejor oferta para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 4 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
Solicitamos amablemente a la convocante donde dice: Displays: 8 digitales de siete segmentos, poder ofertar un equipo de 5 digitales de siete segmentos, ya que no afecta en el funcionamiento durante los procedimientos, pudiendo así dar mayor oportunidad a posibles oferentes lo que resultaría en una mejor oferta para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 5 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante la corrección de los siguiente: donde dice: modos de salida: monopolar (1 salida) y bipolar (2 salidas), debe decir: monopolar (2 salida) y bipolar 1 salidas), ya que todas las marcas en el mercado utilizan esta configuración como básica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 6 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí.

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante corregir los requisitos de alimentación donde dice 85-132 VAC, 50-60 Hz, debe decir 220 VAC, 50-60 Hz. Adecuándose a la tensión normal de salida de nuestro País.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 7 - Ítem 13: Camilla hidráulica/neumática del paciente.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 13: Camilla hidráulica/neumática del paciente. En el punto donde dice: Sistema de frenado y direccionamiento centralizado con quinta rueda para transporte (con tres posiciones: freno, dirección y libre), con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla.. Se consulta respetuosamente a la convocante si sería posible colocar en este punto, a la quinta rueda como OPCIONAL ya que en ciertos modelos no es necesaria esta rueda para obtener el movimiento recto o dirección como se detalla aquí. Como sugerencia se escribe a continuación cómo quedaría este punto según consideración de la convocante, de esta forma se permite mayor participación de oferentes con productos de calidad:
Sistema de frenado y direccionamiento centralizado (con quinta rueda opcional) para transporte (con tres posiciones: freno, dirección y libre), con control para pie al menos en ambos extremos de la camilla

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 8 - Ítem 13: Camilla hidráulica/neumática del paciente

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto donde dice: Debe contar con: colchón de 10cm de espesor como mínimo y dimensiones de acuerdo al modelo.. Se consulta amablemente a la convocante si es posible reducir en al menos 2cm el espesor del colchón, ya que no implicaría una variación grande y diferencias en la comodidad del paciente.
Se sugiere amablemente a la convocante colocar este punto de la siguiente manera:
Debe contar con: colchón de 8cm de espesor como mínimo y dimensiones de acuerdo al modelo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 9 - En el apartado CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>. En el apartado CAPACIDAD TÉCNICA, en el punto e. El equipo ofertado debe ser nuevo y no remanufacturado, con año de fabricación menor a un año. Se consulta respetuosamente a la convocante si es posible abrir este punto para el ITEM 13: CAMILLA HIDRÁULICA/NEUMÁTICA DEL PACIENTE. Esto ya que normalmente las empresas tienen en su stock este tipo de productos y al ser puramente mecánicos/hidráulicos, los mismos no presentan desgastes cuando están guardados. Se consulta si es posible colocar el punto de la siguiente forma:</p> <p>e. El equipo ofertado debe ser nuevo y no remanufacturado. En caso de que el equipo tenga año de fabricación mayor de un año, se deberá presentar declaración jurada de que el equipo es nuevo y sin uso y presentar garantía escrita de 3 años contra defectos de fabricación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor adecuarse a las documentaciones solicitadas.		

Consulta 10 - Ítem 18: Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>Ítem 18: Mesa quirúrgica. En el punto donde dice: Sistema de freno de la mesa con 2 posiciones; freno total y bloqueo en al menos 2 ruedas para movimiento en línea recta.</p> <p>Se consulta amablemente a la convocante si es posible presentar sistema de bloqueo en al menos 1 rueda ya que para el movimiento en línea recta no es necesario un bloqueo en ambas ruedas sino en una sola. Se consulta a la convocante si es posible colocar como reemplazo de este punto la siguiente sugerencia:</p> <p>Sistema de freno de la mesa con 2 posiciones; freno total y bloqueo en al menos 1 rueda para movimiento en línea recta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor adecuarse a las especificaciones técnicas solicitadas. Las especificaciones son la mínimas requeridas.		

Consulta 11 - Ítem 18: Mesa quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>. Ítem 18: Mesa quirúrgica. En el punto donde dice: Trendelemburg directo e inverso: $\pm 45^\circ$ e inverso: $\pm 20^\circ$ (eléctrica). Se consulta amablemente a la convocante si es posible abrir más este punto para permitir mayor participación de oferentes. Se consulta si es posible colocar este punto de la siguiente manera: Trendelenburg directo e inverso: $\pm 30^\circ$ o mayor (eléctrica). La modificación de este punto a la manera sugerida no afecta en nada las características buscadas en la versión 1 del PBC, sino que permite mayor participación de oferentes. Esta modificación tampoco afecta en algún criterio clínico que tenga el cirujano</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 12 - Ítem 18: Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>. Ítem 18: Mesa quirúrgica. En el punto donde dice: Elevación de sección de riñones 115 (± 5mm).. Se consulta amablemente a la convocante si es posible abrir más este punto para permitir mayor participación de oferentes. En este punto se quiere elevar el margen de tolerancia a 10mm, lo cual no es una medida que afecte a lo deseado por la convocante. El punto sugerido quedaría de la siguiente manera, sin comprometer lo deseado por la convocante, sino solo con la intención de permitir mayor participación: Elevación de sección de riñones 115 (± 10mm)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
<p>Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 13 - Ítem 18: Mesa quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>. Ítem 18: Mesa quirúrgica. En el punto donde dice: Peso de la mesa: no más de 225 kg. Se consulta respetuosamente a la convocante si es posible abrir más este punto con el fin de permitir mayor participación a elevar el límite de peso a 255kg. No es una diferencia grande en el peso y tampoco compromete a la estructura del suelo ni a las características técnicas deseadas por la convocante. Se sugiere amablemente la modificación del punto de la siguiente manera: Peso de la mesa: no más de 255 kg</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
<p>Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 14 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>Consultamos a la convocante si la presentación de estos documentos se debe hacer al momento de la apertura de ofertas o sólo cuando el comité de evaluación así lo solicite. Hacemos esta consulta considerando la práctica común de varios oferentes en la actualidad, que sólo presentan los documentos sustanciales, imposibilitando a los demás oferentes conocer el contenido real de su oferta, ya que en la carpeta ni siquiera se indica por lo menos el modelo cotizado. Creemos que por lo menos los catálogos deben ser presentados al momento de la apertura de ofertas, para competir en igualdad de condiciones, conforme el PBC y las leyes en la materia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
<p>Los requisitos documentales se deberán de presentar junto a la oferta en el momento de la apertura física.</p>		

Consulta 15 - Ítem 12 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>¿Se podría cotizar con rango de 25 a 250bpm o mejor?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
<p>Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 16 - Ítem 13 Camilla hidráulica / Neumática

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

¿Se podría cotizar longitud total 210cm o más

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones

Consulta 17 - Ítem 20 Lámpara cialítica con satélite

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

2.12 Sombra con 1 máscara: 65 % (+/-5%)
2.13 Sombra con 2 máscaras: 55 % (+/-5%)
2.14 Sombra con 1 tubo: 100 % (+/-5%)
2.15 Sombra con tubo y 1 máscara: 65 % (+/-5%)
2.16 Sombra con tubo y 2 máscaras: 55 % (+/-5%)

¿Se podría considerar un rango de +/-10% para estos parámetros?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 18 - Ítem 21 Lámpara cialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

3.17 Iluminancia residual con un tubo: 97% o mayor
¿Se podría cotizar de 90% o mayor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 19 - Ítem 21 Lámpara cialítica de pie

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

3.18 Iluminancia residual con un tubo y una máscara: 60% o mayor
¿Se podría cotizar de 50% o mayor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 20 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

Tamaño: 11,1 cm (alto) x 35,6 cm (ancho) x 43,9 cm (Largo).
¿Podría ser considerado opcional, a fin de evitar dirigir el mismo a la marca Valleylab, como establece el PBC?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 21 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Conector placa: sistema REM únicamente (E7507, E7509 sin cable). Los códigos E7507 y E7509 son exclusivos de la marca Valleylab, ¿se podrían cotizar según cada marca?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 22 - Ítems 24, 25, 26, 27 y 30

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
¿Se podrían cotizar instrumentales con un margen de +-2cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 23 - Ítems 24, 25, 26 y 27

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
¿Se podrían cotizar las cubetas, tapas, cestas perforadas y placas de identificación con un margen de +/-30mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 24 - Plan de entregas de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
¿Se podría ampliar a por lo menos 60 días el plan de entrega de los ítems 9, 10, 1320, 21, 24,25, 26 y 27?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a los tiempos establecidos del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 25 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Displays: 8 digitales de siete segmentos. ¿Se podría cotizar digital de 5" o más, de siete segmentos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 26 - Ítem 22 Equipo de Electrobisturí

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Modos de salida: monopolar (1 salida) y bipolar (2 salidas). ¿Se podría cotizar con al menos una salida monopolar y una salida bipolar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 27 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Donde dice: PINZA INTESTINAL Y PARA TEJIDO de BABCOCK, 155 mm, 6" Consulta: Rogamos a la Convocante tenga a bien incorporar un rango de variación de +/- 1 mm en la medida solicitada . De esta forma la Convocante, de conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 4 de la Ley 2051/03, permitirá la participación sin restricciones de oferentes. También es importante mencionar que este rango de variación no va a alterar sustancialmente la solicitud original.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 28 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Donde dice: PINZA INTESTINAL de ALLIS, 155 mm, 6" Consulta: Rogamos a la Convocante tenga a bien incorporar un rango de variación de +/- 1 mm . De esta forma la Convocante, de conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 4 de la Ley 2051/03, permitirá la participación sin restricciones de oferentes. También es importante mencionar que este rango de variación no va a alterar sustancialmente la solicitud original.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 29 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Donde dice: PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR 150MM Rogamos a la Convocante tenga a bien incorporar un rango de variación de +/- 1 mm en la medida solicitada . De esta forma la Convocante, de conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 4 de la Ley 2051/03, permitirá la participación sin restricciones de oferentes. También es importante mencionar que este rango de variación no va a alterar sustancialmente la solicitud original.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 30 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Donde dice: PORTAAGUJAS MAYO-HEGAR 185MM Rogamos a la Convocante tenga a bien incorporan un rango de variación de +/- 1 mm en la medida solicitada . De esta forma la Convocante, de conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 4 de la Ley 2051/03, permitirá la participación sin restricciones de oferentes. También es importante mencionar que este rango de variación no va a alterar sustancialmente la solicitud original.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 31 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Donde dice: SEPARAD.FARABEU 23X16/28X16-20X16/24X16 Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar si se refiere a rangos de medidas ya que la cantidad solicitada de instrumental es 1(uno) favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Refiere a rangos de medidas		

Consulta 32 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Donde dice: SEPARADOR de US- ARMY, DOBLE, JUEGO DE 2, 220 mm, 8 3/4" Consulta: Solicitamos a la convocante un margen de variación en la medida de +-1mm, esto es con el fin de dar mayor oportunidad a los oferentes, debido a las pequeñas diferencias que existen entre los distintos fabricantes de instrumentales a nivel mundial		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 33 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Donde dice: CAPSULA O POTE, 0,16 LTR. Consulta: Se puede cotizar pote de 0,75 litros ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 34 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
DONDE DICE: Cubeta para contenedor de aluminio anodizado 2mm de espesor que cumpla con las normas (EN ISO 11607-1). Dimensiones 300 x 274 x 120mm (largoXanchoXalto)		
CONSULTA: La norma ISO 11607-1 corresponde a productos estériles y sistemas de embalaje destinados a mantener la esterilidad de dispositivos médicos esterilizados hasta el momento de su uso.		
Esta norma no se adecua a los items solicitados, sugerimos las normas ISO13485, DIN ISO 900, 46001, Certificado CE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 35 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Solicitamos a la convocante un margen de variación de +-2 mm en la medida de la cubeta, esto es con el fin de dar mayor oportunidad a los oferentes, debido a las pequeñas diferencias que existen entre los distintos fabricantes de instrumentales a nivel mundial.		
Se observa discrepancias en la medida de la cubeta , tapa, esterilla, estos deben ser acordes a la medida de la cubeta cotizada.		
Solicitamos que las mismas sean subsanadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 36 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Placas de identificación con inscripción que va integrada al contenedor 56 x 18 mm		
Consultamos a la convocante si es suficiente un espacio para 16 letras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 37 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Precinto de seguridad con indicador de proceso para esterilización a vapor, presentación paquete de de 1000 unidades		
CONSULTA: SOLICITAMOS ACLARAR LO SOLICITADO, YA QUE EL PRECINTO DE SEGURIDAD SOLO INDICA QUE EL CONTENEDOR HA SIDO ABIERTO,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 38 - ITEM NRO. 24 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Etiqueta adhesiva con indicador de proceso para esterilización a vapor, presentación paquete de 1000 unidades CONSULTA: SE PUEDE PRESENTAR ETIQUETAS NO ADHESIVAS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 39 - Ítem 2: Escalera de metal para paciente.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Solicitamos a la convocante si podría establecer un rango de valores para definir las dimensiones con un rango de tolerancia de ± 5 cm para cada valor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 40 - Ítem 5: Mesa para procedimientos. Mesa de mayo

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Consultamos a la convocante si podría establecer un rango de valores para definir las dimensiones con un rango de tolerancia de ± 5 cm para cada valor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones		

Consulta 41 - Ítem 11: Silla de rueda plegable

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Solicitamos a la convocante nos permita cotizar sillas de ruedas con cubiertas con cámara neumática, a fin de contar con mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Las especificaciones son las mínimas requeridas, favor ajustarse a lo solicitado.		

Consulta 42 - Ítem 13: Camilla hidraulica / neumatica de paciente

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
Solicitamos a la convocante nos permita cotizar camas cuya altura sea de 73 cm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 43 - Ítem 19: Maquina de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar un monitor de diferente marca a la máquina de anestesia que sea compatible con el uso de la misma. Considerando que la diversidad de marcas no es un limitante operativo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones donde se permite la cotización del monitor de diferente marca a la de la máquina de anestesia

Consulta 44 - Ítem 21: Lampara scialiticas de pie

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante nos permita cotizar a partir de 7 LEDs o más como valor mínimo aceptable, a fin de contar con mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 45 - Ítem 31: Camilla ginecológica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

Consultamos a la convocante si podría establecer un rango de valores para definir las dimensiones con un rango de tolerancia de ± 5 cm para cada valor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 46 - ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL
En una parte de las especificaciones técnicas solicitan:
Frasco de almacenaje 2500 ml x 2 PVC
Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con:
Frasco de almacenaje 2500 ml (o mayor) x 2 PVC

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones, donde se actualiza la capacidad del frasco y el material.

Consulta 47 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Revestida con material sintético ABS, pintura epoxidica electrostática o de acero inoxidable. Considerando el alto precio referencial, que hace presumir que están apuntando a mesas de alta calidad y por sobre todo resistencia, solicitamos al Convocante modificar esta parte, de la siguiente forma: Revestida con material de acero inoxidable ASIS 305 o superior.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 48 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Ancho de la mesa: al menos 52 cm. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Ancho de la mesa: al menos 48 cm.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 49 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Capacidad de carga máxima 150 kg o más. en todas las posiciones. Considerando el alto precio referencial, que hace presumir que están apuntando a mesas de alta calidad y por sobre todo resistencia, solicitamos al Convocante modificar esta parte, de la siguiente forma: Capacidad de carga máxima 280 kg o más. en todas las posiciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 50 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Control auxiliar de movimientos incorporados en la mesa, para respaldo tanto eléctrico como mecánico. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Control auxiliar de movimientos incorporados en la mesa, para respaldo eléctrico o mecánico.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 51 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Elevación de 78 cm. o menos a 105 cm. o más con comando manual (hidráulica) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Elevación de 78 cm o menos a 95 cm. o más con comando manual (hidráulica)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 52 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Trendelemburg directo e inverso: $\pm 45^\circ$ e inverso: $\pm 20^\circ$ (eléctrica). Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Trendelemburg directo e inverso: 30° o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 53 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Angulación vertical de la sección piernas de $0^\circ/90^\circ$ (eléctrica) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Angulación vertical de la sección piernas de $0^\circ/90^\circ$ (eléctrica o manual)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 54 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N °18 Mesa Quirúrgica. En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Elevación de sección de riñones 115 ($\pm 5\text{mm}$) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Elevación de sección de riñones 115 ($\pm 15\text{mm}$)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 55 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 1.6 Luminaria quirúrgica de techo de tecnología LED de dos cúpulas, con monitor Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar opcional el monitor, teniendo en cuenta que el Convocante no solicita cámara incorporada dentro de una de las cupulas, por lo que resulta innecesario el monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 56 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 2.7 Rango de regulación: gama de iluminación para la adaptación optimizada para diversos tipos de tejidos biológicos, con modo especial de endoscopia, luz verde o blanca. Solicitamos respetuosamente al Convocante declara OPCIONAL este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 57 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 2.17 Control mediante pantalla táctil, para todas las funciones de la luminaria Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: 2.17 Control mediante pantalla táctil o botones incorporada a la cúpula, para todas las funciones de la luminaria		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 58 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 3.1 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 150.000 lux como mínimo Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar este punto, cada cúpula debe tener una iluminancia a 1 metro de distancia de 150.000 Lux o las dos cúpulas juntas deben alcanzar iluminancia a 1 metro de distancia de 150.000 Lux		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 59 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 4. Características del monitor Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar opcional el monitor, teniendo en cuenta que el Convocante no solicita cámara incorporada dentro de una de las cupulas, por lo que resulta innecesario el monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 60 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 4.1 Montada sobre brazo de soporte Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar OPCIONAL este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 61 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 4.2 Monitor FULL HD de al menos 26" Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar OPCIONAL este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 62 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 4.3 Resolución de pantalla: 1920 x 1080 píxeles o mejor Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar OPCIONAL este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 63 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 4.4 Formato de imagen: 16:9 Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar OPCIONAL este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 64 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: 4.5 Peso no mayor a 8kg. Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar OPCIONAL este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 65 - ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Con sistema REM.Peso: 8,1 Kg. Estas especificaciones técnicas son propias de un solo fabricante, la cual es representada por una sola empresa dentro del territorio de la república del Paraguay. Este y otros puntos solicitados por la Convocante para este ítem no siguen las disposiciones de la Ley N° 7021 Artículo 4, Inciso B "Igualdad y Libre Competencia". Si bien la Convocante convocante tiene la facultad discrecional de elaborar la base de la licitación según sus necesidades, esta facultad no puede ser ejercida de cualquier manera sino ajustándose a los principios que regulan las contrataciones públicas. Solicitamos respetuosamente al Convocante modificar este punto a: Equipo de electrocirugía para corte y coagulación monopolar y bipolar. Con sistema REM o similar de acuerdo a cada fabricante. Peso: 8,1 Kg. (variación permitida +/- 10 kg)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 66 - ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Tamaño: 11,1 cm (alto) x 35,6 cm (ancho) x 43,9 cm (Largo). Estas especificaciones técas son muy cerradas, para una marca en específico, solicitamos respetuosamente al Convocnate agregar variaciones para que más de un oferente pueda ofertar este item: Tamaño: 11,1 cm (alto) x 35,6 cm (ancho) x 43,9 cm (Largo). (Variación permitida +/- 10 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 67 - ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Modos de salida: monopolar (1 salida) y bipolar (2 salidas). Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Modos de salida: monopolar (1 salida) o más y bipolar (2 salidas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 68 - ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Conector placa: sistema REM únicamente (E7507, E7509 sin cable). Estas especificaciones técnicas son propias de un solo fabricante, solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Conector placa: sistema REM únicamente (E7507, E7509 sin cable); o similar de acuerdo a cada fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 69 - ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI</p> <p>En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Montaje: carro de valleylab o una base.</p> <p>Estas especificaciones técnicas son propias de un solo fabricante, la cual es representada por una sola empresa (CODEX) dentro del territorio de la república del Paraguay</p> <p>Este y otros puntos solicitados por la Convocante para este ítem no siguen las disposiciones de la Ley N° 7021 Artículo 4, Inciso B "Igualdad y Libre Competencia".</p> <p>Si bien la Convocante convocante tiene la facultad discrecional de elaborar la base de la licitación según sus necesidades, esta facultad no puede ser ejercida de cualquier manera sino ajustándose a los principios que regulan las contrataciones públicas.</p> <p>Solicitamos respetuosamente al Convocante modificar este punto a fin de que mas de un oferente pueda ofertar sus equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 70 - ítem n°10

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>En el 2.14 solicitan Capacidad de cargar en 6 segundos o menos el límite máximo de Joules del equipo, solicitamos diga Capacidad de cargar hasta 200 Joules en 6 segundos o menos, ya el limite superior de energía solicitada es de 200J o más, en los datasheet la medida de referencia de tiempo de carga es hasta 200 joules de esta manera se puede comparar equitativamente el tiempo de carga entre distintas marcas. Si se considera el limite máximo de Joules esta información no sería comparable entre 2 marcas que entregan más de 200Joules con los que entregan hasta 200Joules</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 71 - ítem n°10

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
En el punto 4.3 solicitan Para papel de 48 a 50 mm solicitamos diga: Para papel de 48 a 80 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 72 - Plan de entrega de los bienes del ítem 13 Camilla hidráulica / neumática de paciente

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2023
<p>Donde dice: 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitamos diga : 60 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra, considerando que las camillas por lo general vienen vía marítima por lo que el tiempo de tránsito es alto</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 73 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL, en una parte de las Especificaciones dice: Flujo ≥ 40/min. A nuestro entender esta especificación debería de ser en litros por minuto l/m. Por otra parte recomendamos a la convocante solicitar con flujo de ≥ 60 l/m de manera contar con equipos de mayores prestaciones y a un mismo precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 74 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL, en una parte de las Especificaciones dice: Frasco de almacenaje 2500 ml x 2 PVC. recomendamos a la convocante solicitar con Frasco de almacenaje 5000 ml x 2 PVC que totalizen como minimo 10.000 ml de capacidad, de manera a contar con equipos de mayores prestaciones y a un mismo precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 75 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL DONDE DICE: Entrada 250 VA fuente de alimentación AC 220 V 50 HZ, respetuosamente solicitamos permitan cotizar equipos con Entrada de 150 VA como máximo con fuente de alimentación con selector integrado para AC 120 a 220 V 50 HZ, +/-10%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 76 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL DONDE DICE: Dimensiones aprox. 465 mm x 425 mm x 920 mm. Recomendamos considerar las medidas indicadas en un rango de +/- 50mm de manera a dar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 77 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL
DONDE DICE: vacío max. ≥ 0,09 Mpa (680mm Hg). Solicitamos para no establecer números absolutos permitan cotizar equipos con vacío max. ≥ 0,09 Mpa (680mm Hg) +/-10%, de manera a dar mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 78 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL
DONDE DICE: Bomba sin necesidad de mantenimiento y alto flujo, filtro de aire que protege la bomba contra contaminación. Recomendamos la siguiente especificación que permita que el equipo también cuente con filtro para el medio ambiente de manera a dar proteger a los profesionales médicos que operan el equipo. Bomba sin necesidad de mantenimiento y alto flujo, filtro de aire que protege la bomba contra contaminación y filtro de aire en la salida del equipo al medio ambiente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 79 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL
DONDE DICE: Rango ajustable del vacío 0.02 ~ 0.09 MPa (150 ~ 680 mm Hg) Solicitamos para no establecer números absolutos permitan cotizar equipos con Rango ajustable del vacío 0.02 ~ 0.09 MPa (150 ~ 680 mm Hg) +/-10%, de manera a dar mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 80 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL
DONDE DICE: Tapón con anillo de cierre, con dispositivo de protección que evita que el líquido entre en el tubo interno. Recomendamos para mejor prestación de los equipos solicitados, la misma incluya un sistema de alarma antidesborde, recomendamos la siguiente especificación: Tapón con anillo de cierre, con dispositivo de protección y sistema de alarma audiovisual, que evita que el líquido entre en el tubo interno.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 81 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL
DONDE DICE: Frasco de PVC no toxico transparente. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar frascos de policarbonato autoclavables, de manera a dar mayor participación. Lo importante es que puedan ser autoclavables.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 82 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 03 ASPIRADOR DE SECRECIONES. PORTATIL
Favor aclarar suficientemente si el aspirador deberá contar con un base de transporte original del mismo fabricante de la marca del equipo cotizado, de manera a que todos coticemos el mismo tipo de productos y la competencia sea bajo los mismos criterios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 83 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 05 MESA PARA PROCEDIMIENTOS/MESA DE MAYO
DONDE SOLICITAN: Bandeja de acero inoxidable que mide aproximadamente 49 cm x 33 cm. Recomendamos para mayor participación establecer las medidas en un rango de +/-10%.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 84 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 05 MESA PARA PROCEDIMIENTOS/MESA DE MAYO
DONDE SOLICITAN: Dimensiones de estructura de la mesa 68 cm x 50 cm en caso de ser para 2 bandejas. Recomendamos para mayor participación establecer las medidas en un rango de +/-10%.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 85 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 05 MESA PARA PROCEDIMIENTOS/MESA DE MAYO
DONDE SOLICITAN: Altura ajustable que va de 85 cm a 115 cm. Recomendamos para mayor participación establecer las medidas en un rango de +/-10%.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 86 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 05 MESA PARA PROCEDIMIENTOS/MESA DE MAYO DONDE SOLICITAN: Posee 4 pies con ruedas. Recomendamos para mayor participación establecer las medidas en un rango de +/-10%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 87 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 06 MESA PARA INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS DONDE SOLICITAN: Dimensiones 100 mm x 60 mm X 100 mm de altura. Recomendamos para mayor participación establecer las medidas en un rango de +/-10%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 88 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 07 MESA DE INSTRUMENTAL/MESA PASTEUR DONDE SOLICITAN: Estructura en tubo redondo de acero inoxidable. En atención a los precios referenciales establecidos, recomendamos de acero con pintura epoxi. Estante superior e inferior lisos unida a la estructura, ambas de lámina de acero inoxidable Barandal de alambón de acero inoxidable 4 pies con ruedas giratorias comerciales tipo semi pesado. Dimensiones largo 80 cm x 50 cm y altura de 85 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 89 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 09 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, en una parte de las Especificaciones técnicas dice: 6.7 CO2. Creemos es un error involuntario que figure como Alarma de CO2, ya que para este ítem no se está solicitando la medición de CO2, sugerimos eliminar el punto o declararlo opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 90 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 10 CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Altura 0,80m, Ancho 0,62 m, Profundidad 0,45m. Sugerimos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Altura 0,80m, Ancho 0,62 m, Profundidad 0,45m (+-10%) o que las medidas sean indicadas como aproximadas, a modo de permitir mayor cantidad de proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 91 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 10 CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR, en una parte de las especificaciones técnicas dice: DESFIBRILADOR. 2.5 Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo. A modo de no limitar la cantidad de oferentes, respetuosamente solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: Pantalla LCD a colores de 6 pulgadas como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 92 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 10 CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Deberá incluir memoria USB para descarga de datos en PC. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Deberá incluir memoria USB y/o tarjeta SD para descarga de datos en PC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 93 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Ancho de la mesa: al menos 52 cm. Se solicita encarecidamente a la convocante considerar desde 50 cm para dar una mayor apertura a los oferentes. Se recomienda: Ancho de la mesa: al menos 50 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 94 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Capacidad de carga máxima 150 kg o más. en todas las posiciones.
Se recomienda a la convocante tener en cuenta que existen cada día más pacientes de mayor peso que el solicitado por ello se invita a considerar dar solución para todos los tipos de pacientes con una carga máxima de 250kg o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 95 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Las ruedas de la mesa deberán poder compensar irregularidades en el suelo de +/- 4mm.

Se ruega considerar el citado punto como OPCIONAL ya que no es seguro para el paciente estar expuesto a un procedimiento teniendo el suelo con irregularidades ya que se puede dar un accidente involuntario. Para evitar ello se solicita el punto como opcional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 96 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Sistema de freno de la mesa con 2 posiciones; freno total y bloqueo en al menos 2 ruedas para movimiento en línea recta.

Al ser una mesa de cirugía la misma no es para transporte por ello no tendría sentido tener la posición de freno de al menos 2 ruedas para movimiento en línea recta. Se ruega considerar solo el freno total y el bloque de 2 ruedas considerar como opcional por favor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 97 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Movimientos. Elevación de 78 cm. o menos a 105 cm. o más con comando manual (hidráulica)

Se recomienda que el movimiento sea eléctrico ya que se solicita un equipo con control alámbrico. Con ello se obtiene seguridad y un manejo más cómodo del equipo. Por ello se ruega considerar la siguiente modificación: Elevación de 78 cm. o menos a 105 cm. o más con accionamiento eléctrico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 98 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Trendelemburg directo e inverso: $\pm 45^\circ$ e inverso: $\pm 20^\circ$ (eléctrica).
Se solicita encarecidamente dar la posibilidad a los oferentes de cotizar un equipo con angulación de Trendelemburg directo e inverso ± 25 (eléctrico).

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 99 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Angulación vertical de la sección piernas de $0^\circ/90^\circ$ (eléctrica).
Se recomienda para dar una mayor objetividad y una mayor participación de los oferentes, considerar la angulación vertical de la sección piernas de $15^\circ/90^\circ$ (eléctrica).

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 100 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°18. Punto 2.1. Donde dice: Duración de la carga de la batería mínimo de 3 hs.
Se cree que existe una equivocación involuntaria respecto a la consideración del tiempo ya que el tiempo efectivo de respaldo o autonomía son los tiempos más importantes en dispositivos médicos. Por tanto, se recomienda: Duración de batería de respaldo de al menos 1 h.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 101 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°20. Punto 2.2. Donde dice: Carcasa de aluminio y/o PVC sellado.
Se ruega a la convocante permitir cotizar equipos con otros materiales de la carcasa ya que el material varía según fabricantes y para descartar direccionamiento del llamado. Por ello se ruega considerar: Carcasa de aluminio, PVC sellado, carbono, revestido poliestireno.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda.

Consulta 102 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°19. Donde dice: por control de presión (PCV) con curva de flujo desacelerado, que se adapte en forma automática a la mecánica respiratoria del paciente. Se solicita encarecidamente a la convocante dar objetividad al pedido en este punto ya que se puede mal interpretar o ser extraído de algún catálogo en específico, por ello, recomendamos: que se adapte en forma automática a la mecánica respiratoria del paciente (opcional), quede como opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 103 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°19. Donde dice: Volumen interno del circuito respiratorio de no más de 3 Litros, ideal para trabajar a flujos bajos. Recomendamos a la convocante tener en cuenta que al manejar flujos bajos sería ideal que la máquina de anestesia cuente con un sistema o software de manejo de flujos bajos para evitar mezclas hipóxicas y así no poner en riesgos al paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 104 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°19. Donde dice: El equipo debe contar con una pantalla color de cristal líquido de 7.5 pulgadas (diagonal) o mayor, donde se representen los valores monitorizados y se realice la configuración de los parámetros ventilatorios. Para dar mayor participación a los oferentes se ruega que la pantalla sea LCD TFT color de 17 pulgadas en diagonal como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 105 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°19. Donde dice: Deberá contar con un sensor de flujo de orificio variable, ubicado de manera proximal al paciente (pieza en Y), para obtener mayor precisión en la medición. Se solicita encarecidamente que el sensor de flujo proximal sea opcional ya que otros fabricantes dan la misma lectura sin necesidad de tener un sensor de flujo externo. Se cree que también sería conveniente que el sensor de flujo sea autoclavable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 106 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°19. Donde dice: Deberá poseer un botón para la descarga de oxígeno al 100%. La máquina de anestesia deberá poseer un fuelle ASCENDENTE que indique mediante su descenso el volumen de los gases administrados al paciente, y que permita visualizar la existencia dentro del circuito.

Se recomienda para evitar barotraumas que la descarga de oxígeno al 100 % sea limitado a 35 l/min. Los fabricantes varían las tecnologías de suministro del flujo de gas fresco por ello solicitamos nos dejen cotizar fuelle ascendente, reflector de volumen, bolsa en botella o similar. Y los parámetros de volúmen casi en la totalidad de equipo se despliega en pantalla.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 107 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°19. Donde dice: Además, la maquina debe incluir montado sobre ella un monitor específicamente diseñado para uso en anestesia de la misma marca del equipo a fin de asegurar su total compatibilidad.

Se recomienda que para tener mayor apertura y mayor cantidad de oferentes sea opcional que el monitor sea de la misma marca que el equipo ya que son parámetros del paciente como PANI, ECG, SpO2, etc. Que se puede lograr con la misma exactitud sea o no de la misma marca que la máquina de anestesia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 108 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°19. Donde dice: Monitor modular con capacidad para colocar módulo hemodinámico, y de capnografía.

Se recomienda para un mejor control de la anestesia al paciente que la capnografía sea monitorizada en la máquina de anestesia, como también agregar la monitorización de la profundidad anestésica a través de EEG desde la máquina de anestesia o en su defecto monitor, incluyendo 50 sensores para la medición de profundidad anestésica. Para tener un mejor desempeño en la administración de drogas en el paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 109 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°19: Favor se ruega a la convocante tener consideración en los rangos solicitados en los parámetros del monitor multiparamétrico de la máquina de anestesia en ECG, Respiración, Frecuencia Cardíaca, Temperatura, Presión no Invasiva puedan ser los rangos mencionados o mejores rangos desde ya muchas gracias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 110 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N°19: Favor solicitar a la convocante poder cotizar equipos con medición de capnografía, profundidad anestésica e índice de nocicepción medidos desde la máquina de anestesia ya que estos valores son fundamentales para el manejo y cuidar la integridad del paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 111 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 16 TUBO DE OXIGENO DE 7 M3
Provisión de cilindro de oxigeno de transporte rosca CGA 540
Cilindro de acero al carbono
Calidad certificada, el cilindro debe cumplir con las normas de calidad, 13.845; ASTM-G175, DOT-3AL Y TC-3ALM. Tipo de rosca CGA 540 capacidad: 7 m3
Favor considerar el estándar de las medidas de balones y permitan cotizar con capacidad de 6m3 o mayor, de manera a dar mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 112 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ESPECIFICACIONES GENERALES.
Recomendamos considerar que la siguiente especificación establecida en el ITEM N° 30 CAJA DE CIRUGIA MENOR:
Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad, tales como los siguientes Certificados: ISO 9001 2008, ISO13485 2003, Certificado de Gestión Ambiental DIN EN ISO 14001:2005, Certificado CE EN93/42/CEE. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ± 1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación.
sea incorporada en los Ítems 24, 25, 26, 27, 28 y 29, ya que todos estos ítems también hacen a instrumentales. Con esto se lograría contar con calidad en los productos y no se limitaría la participación ya que las medidas quedarían establecidas en un rango de +/-1m.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 113 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 20. Punto 2.10. Donde dice: Panel de control montado en la pared o en el cabezal de la lámpara.
Favor considerar y permitir cotizar equipos con el comando montado en los brazos de las cúpulas ya que esto varía por fabricante a fin de dar mayor participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 114 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 20. Punto 2.14. Donde dice: Sombra con 1 tubo: 100 % (+/-5%).
Para dar mayor participación se solicita que permitan por favor cotizar equipos con la siguiente característica: Sombra con 1 tubo: 99 % (+/-5%).

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 115 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 20. Punto 2.15. Donde dice: Sombra con tubo y 1 máscara: 65 % (+/-5%)
Para dar mayor participación se solicita que permitan por favor cotizar equipos con la siguiente característica: Sombra con tubo y 1 máscara: 55 % (+/-5%)

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 116 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 20. Punto 3.3. Donde dice: Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor. -
Para dar participación a mayor cantidad de oferentes se solicita encarecidamente permitir cotizar equipos con Diámetro de la cúpula: de 500 mm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 117 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Separador de farabeuf 25X10/32X12-22X10/28X12 mm. 12,5 cm longitud.
CONSULTA: Solicitamos a la convocante aclarar si se refiere a rangos de medidas ya que la cantidad solicitada de instrumental es 1(un) favor aclarar si se refiere a los extremos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 118 - MEDIDAS REQUERIDAS EN LOS INSTRUMENTALES

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Consulta: Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si la ampliación de medidas de +/- 1cm aplica para todos los items 24-25-26-27.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 119 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Tijera de metzenbaum curva 16 cm. CONSULTA: Se puede ofertar Tijera de METZENBAUM-NELSON curva de 18 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 120 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Pote 0.16 L, dimensiones 8,3 x 5,4 x 4,1cm (superior x inferior x alto) CONSULTA: Se puede ofertar CUBETA REDONDA 80 x 40 mm 0,14 L		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 121 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°20. Punto 3.5. Donde dice: Diámetro del campo: entre 180 mm a 280 mm Se ruega poder considerar un rango más amplio, así poder contar con mayor cantidad de oferentes. Se sugiere: Diámetro del campo: entre 110 mm a 250 mm o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 122 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°20. Punto 3.6. Donde dice: Temperatura de color regulable: desde 3.800K. Se sugiere a la convocante considerar un rango de temperaturas para de esta forma permitir mayor participación. Se solicita encarecidamente el rango de 3.900 K a 5.400 K o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 123 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°20. Punto 3.7. Donde dice: Profundidad de iluminación: (L1+L2) 800 mm Pedimos a la convocante la posibilidad de cotizar la profundidad de iluminación (L1+L2) de 500 mm o mayor para de esta forma ampliar la convocatoria de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 124 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N°20: Se solicita encarecidamente a la convocante considerar como opcional el monitor de la lámpara cialitica. Se ruega que se puedan cotizar lámparas de techo de 2 cúpulas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 125 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Se solicita a la convocante aclarar si necesita un aspirador portátil (transportable con la mano) o asiador para quirófano. La diferencia esta en que la portátil pesa menos de 5kg. Con diemnsiones 25 x 385 x 15 cm sin problemas uno puede alzar y el aspirador para quirófano a parte de tener un carro con ruedas pesa aproximadamente 22kg con dimensiones 96 x 43 x 34 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones. Se precisa para quirófano con sistema de transporte.		

Consulta 126 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
vacío max. ≥ 0,09 Mpa (680mm Hg). En este punto se solicita a la convocante aceptar como vacío maximo ≥ 0.085MPa /85 kPa / 850 mbar /640 mmHg, esta presión es bastante para todas las aplicaciones de succión requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 127 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Rango ajustable del vacío 0.02 ~ 0.09 MPa (150 ~ 680 mm Hg). En este punto se solicita a la convocante aceptar rango del alto vacio entre 0 -≥100 kPa ó (0 -≥760 mmHg) ó (0.02 ~ 0.09 MPa). También se solicita aceptar una o dos tipos de unidad de medida en el vacuómetro ya que no todas las marcas manejan una sola unidad de medida, las mismas varían entre kPa, mmHg, Pa ó MPa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 128 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Frasco de almacenaje 2500 ml x 2 PVC. En este punto se solicita a la convocante especificar el tipo de frasco que puede ser policarbonato o polisulfona y que la capacidad este entre 2500 mL a 3500mL utiles ya que que los frascos son de mas capacidad pero con el dispositivo anti rebalse reduce su capacidad (ejemplo frasco de capacidad de 4L queda a 3.5L utiles).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 129 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR. Para este punto se solicita a la convocante aclarar los parámetros a medir: ECG/ SPO2/ RESP/ TEMP/ NIBP / IBP/ CO2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 130 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
4. Características 4.6. Salida analógica de EC y sincronía para desfibrilación. En este punto se solicita a la convocante sea opcional la salida de señal de ECG.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 131 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
4.18. El Equipo deberá tener la capacidad de actualización a futuro mediante HARDWARE y/o SOFTWARE a la interconexión de dispositivos médicos mediante al MEDICAL INFORMACIÓN BUS ISO / IEEE I 1073 u otro estándar de comunicación universal. Para este punto se solicita que sea opcional ya que la configuración se hace en fábrica y puede ser posible actualización de software y driver		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 132 - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
5.PARAMETROS Presión invasiva. Para este punto se solicita a la convocante sea opcional el etiquetado ya que por defecto se definen por p1/p2 para indentificar el lugar de medición.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 133 - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
PR: Rangos: 30 254 bpm. En este punto se solicita a la convocante aceptar La frecuencia de pulso entre 30bpm o menor a 254bpm o mayor, de esta forma tener mas oferentes a este llamando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 134 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Cubeta para contenedor de aluminio anodizado 2mm de espesor que cumpla con las normas (EN ISO 11607-1). Dimensiones 31x 13,2 x5,7cm (largoXanchoXalto)		
CONSULTA: Cubeta para contenedor de aluminio anodizado 2mm de espesor. Se puede ofertar de dimensiones 300x140x70MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 135 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Tapa para contenedor de aluminio anodizado espesor de 2mm, con filtro permanente de PTFE para 1000 ciclos que contenga el soporte para las placas de identificación en la tapa. Dimensiones 30,5x14x2,5 cm (largoXanchoXalto).		
CONSULTA: Tapa para contenedor de aluminio anodizado espesor de 2mm, con filtro permanente de PTFE para 1000 ciclos que contenga el soporte para las placas de identificación en la tapa. Se puede ofertar de dimensiones 300x140x70MM, Ya que corresponde a las medidas de la cubeta ofertada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 136 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Placas de identificación con inscripción que va integrada a la tapa del contenedor. Consultamos a la convocante si es suficiente un espacio para 16 letras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 137 - Item 12 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde solicitan: Con capacidad de almacenaje de datos de al menos 200 horas, solicitamos se puedan presentar oxímetros de pulso con almacenaje de 300 grupos de medición, esto sería una capacidad superior puesto que no dependería de la cantidad de horas que esté conectado el paciente, sino de la cantidad de lecturas a distintos pacientes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 138 - Item 12 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde dice: Posibilidad de transferir información a PC para visualización, revisión e impresión del historial del paciente, solicitamos se considere este punto como opcional, por ser un equipo básico que por lo general no se utiliza de manera continua en el paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 139 - Item 12 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde dice: PR: rangos de 30 254 bpm, solicitamos se puedan ofertar rangos de 25 a 250 bpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 140 - Item 12 Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde solicitan: Nivel de protección IPX2, al no ser un equipo que permanezca conectado al paciente, solicitamos acepten oxímetros de pulso con nivel de protección IPX1.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 141 - Item 24 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
En las medidas de los instrumentales en general, solicitamos se permita una variación de + 1,5 cm en las medidas, considerando que solicitan medidas intermedias, por ejemplo 155mm y por lo general las medidas son de 150mm o 160mm, esta variación no afecta en ningún sentido la funcionalidad del instrumental		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 142 - Item 24 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde solicitan: Tapa para contenedor de aluminio anodizado espesor de 2mm, con filtro permanente de PTFE. Dimensiones 298 x 281 x 36 (largoXanchoXalto). CESTA PERFORADA CON ASAS PARA PRESENTACIÓN ASEPTICA Y PIES DE PEEK. DIMENSIONES 243X253X106MM. Esterilla amortiguadora de silicona, dimensiones 240 x 250 mm. Placas de identificación con inscripción que va integrada al contenedor 56 x 18 mm. Como estas medidas son demasiado específicas y cada fabricante cuenta con variaciones en las medidas, no así en la capacidad del contenedor: 1/1, 1/2, etc, solicitamos se eliminen las medidas concretas y se deban cotizar contenedores con las medidas adecuadas para incluir todos los instrumentales solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 143 - Item 25 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

En las medidas de los instrumentales en general, solicitamos se permita una variación de + 1,5 cm en las medidas, considerando que solicitan medidas intermedias, por ejemplo 155mm y por lo general las medidas son de 150mm o 160mm, esta variación no afecta en ningún sentido la funcionalidad del instrumental

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 144 - Item 25 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Cubeta para contenedor de aluminio anodizado 2mm de espesor que cumpla con las normas (EN ISO 11607-1). Dimensiones 470 x 274 x 120mm (largoXanchoXalto). Tapa para contenedor de aluminio anodizado espesor de 2mm, con filtro permanente de PTFE. Dimensiones 465 x 281 x 36mm(largoXanchoXalto). CESTA PERFORADA CON ASAS PARA PRESENTACIÓN ASEPTICA Y PIES DE PEEK. DIMENSIONES 243X253X106MM. Esterilla amortiguadora de silicona, dimensiones 402 x 250 mm. Placas de identificación con inscripción que va integrada al contenedor 56 x 18 mm. Como estas medidas son demasiado específicas y cada fabricante cuenta con variaciones en las medidas, no así en la capacidad del contenedor: 1/1, 1/2, etc, solicitamos se eliminen las medidas concretas y se deban cotizar contenedores con las medidas adecuadas para incluir todos los instrumentales solicitados

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 145 - Item 26 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

En las medidas de los instrumentales en general, solicitamos se permita una variación de + 1,5 cm en las medidas, considerando que solicitan medidas intermedias, por ejemplo 155mm y por lo general las medidas son de 150mm o 160mm, esta variación no afecta en ningún sentido la funcionalidad del instrumental.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 146 - Item 26 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Para este ítem sugerimos se agregue contenedor de esterilización con medida adecuada a la cantidad de instrumental solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 147 - Item 27 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

En las medidas de los instrumentales en general, solicitamos se permita una variación de + 1,5 cm en las medidas, considerando que solicitan medidas intermedias, por ejemplo 155mm y por lo general las medidas son de 150mm o 160mm, esta variación no afecta en ningún sentido la funcionalidad del instrumental

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 148 - Item 27 Caja de cirugía

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Cubeta para contenedor de aluminio anodizado 2mm de espesor que cumpla con las normas (EN ISO 11607-1). Dimensiones 31x 13,2 x5,7cm (largoXanchoXalto) Tapa para contenedor de aluminio anodizado espesor de 2mm, con filtro permanente de PTFE para 1000 ciclos que contenga el soporte para las placas de identificación en la tapa. Dimensiones 30,5x14x2,5 cm (largoXanchoXalto). Esterilla amortiguadora de silicona, dimensiones 27,7x12,6 cm. Como estas medidas son demasiado específicas y cada fabricante cuenta con variaciones en las medidas, no así en la capacidad del contenedor: 1/1, 1/2, etc, solicitamos se eliminen las medidas concretas y se deban cotizar contenedores con las medidas adecuadas para incluir todos los instrumentales solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 149 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Etiqueta adhesiva con indicador de proceso para esterilización a vapor, presentación paquete de 1000 unidades

CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar etiquetas NO ADHESIVAS

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 150 - Item 28 Cubeta para procedimiento quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Por favor aclarar si se refiere a contenedor de esterilización, si debe contar con tapa y si las medidas podrían ser aproximadas, considerando que cada fabricante cuenta con variaciones mínimas en las medidas solicitadas, sin afectar la funcionalidad del contenedor

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 151 - Item 30 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice: Porta agujas de 15 cm, solicitamos se pueda ofertar porta agujas con variación de + 1 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 152 - Item 30 Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde solicitan: Bandeja capaz de contener todos los instrumentales. Medidas: 20 x 10 x 5cm (+1cm), solicitamos se puedan cotizar bandeja capaz de contener todos los instrumentales, sin medidas específicas, considerando que cada fabricante cuenta con medidas diferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 153 - ITEM 19 Maq. de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Se solicita amablemente a la convocante actualizar el precio referencial del llamado. Esto considerando que han tomado como referencia presupuestos de, por ejemplo, el año 2020, ya totalmente desfasados y alejados de la realidad actual. En estos años se han visto variaciones del dólar, una pandemia, crisis de componentes y materia prima que afectaron de sobremanera la producción, guerras, entre otros eventos de público conocimiento que han afectado a la industria. Por lo tanto, solicitamos amablemente a la convocante rever los precios establecidos como referencia considerando las características solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 154 - ITEM 19 Maq. de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
En el ítem donde dice El flujo del respirador debe ser de por lo menos 120 litros/minuto. Solicitamos amablemente a la convocante mejorar el ítem considerando que un flujo pico de hasta 100 LPM permite ventilar todo tipo de pacientes, ya que no se van a realizar ventilaciones en donde se utilice ese pico de flujo en todo momento y aun en una cirugía bariátrica que son en las cuales más flujo se necesita, no se entrega un flujo superior a 75 LPM debido al daño que se puede causar por un volutrauma debido a un exceso de flujo durante una ventilación controlada por presión. Por lo expuesto sugerimos a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera Flujo inspiratorio máximo: 75L/min		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 155 - ITEM 19 Maq. de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Respecto a la máquina de anestesia, se solicita amablemente a la convocante exigir pantallas de 15 o más. Esto considerando todos los parámetros de medición solicitados, una pantalla de menor tamaño resulta insuficiente para reflejar todos los parámetros necesarios para operar de manera segura y eficiente. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos y recomendamos a la convocante considerar este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 156 - ITEM 19 Maq. de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Solicitamos amablemente a la convocante permitir la cotización de monitores multiparamétricos del tipo preconfigurados y de marcas distintas a la máquina de anestesia, garantizando la compatibilidad de estos. Así también garantizando la provisión eficiente de repuestos necesarios durante la vida útil de los equipos. Respecto a los monitores preconfigurados, teniendo en cuenta que los equipos modulares son costosos y además solicitan la posibilidad de hacer mediciones de capnografía. Esta capacidad afecta considerablemente el costo final del equipo, quedando desfasado con el referencial determinado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 157 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Precinto de seguridad con indicador de proceso para esterilización a vapor, presentación paquete de de 1000 unidades CONSULTA: SOLICITAMOS ACLARAR LO SOLICITADO, YA QUE EL PRECINTO DE SEGURIDAD SOLO INDICA QUE EL CONTENEDOR HA SIDO ABIERTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 158 - ITEM N° 2 - Escalera de metal para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 2 - Escalera de metal para paciente En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Estructura de acero inoxidable con botas de plásticos en las patas, dos peldaños en madera prensada con piso antideslizante y rebordeado con bisel plástico Solicitamos a la convocante permitir la cotización de: Estructura de acero inoxidable o aluminio con botas de plásticos en las patas, dos peldaños en madera prensada o plástico duro con piso antideslizante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 159 - ITEM N° 2 - Escalera de metal para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
ITEM N° 2 - Escalera de metal para paciente En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Dimensiones largo 50 cm, ancho 43 cm, altura 37 cm Solicitamos a la convocante permitir variaciones de +/- 6 en todas las medidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 160 - ITEM N° 2 - Escalera de metal para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 2 - Escalera de metal para paciente
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Peldaños largo 40 cm, ancho 20 cm.
Solicitamos a la convocante permitir variaciones de +/- 3 en todas las medidas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 161 - Item 4 Butaca giratoria con ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Item 4 Butaca giratoria con ruedas
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Apoyo en arco p/ los pies, patas o pies con 5 ruedas
Solicitamos permita la cotización de: Apoyo en arco p/ los pies y que este apartado sea OPCIONAL, patas o pies con 5 ruedas

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 162 - Item 4 Butaca giratoria con ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Item 4 Butaca giratoria con ruedas
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Donde dice: Acabado en pintura epoxi.
Solicitamos permita la cotización: Acabado en pintura epoxi o cromado

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 163 - Item 9 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Item 9 Monitor Multiparametrico
Características
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Monitor modular
Solicitamos a la convocante permitir cotización de monitor preconfigurado
De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Monitor Modular o preconfigurado

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 164 - Item 9 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Item 9 Monitor Multiparametrico Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pantalla de 15 pulgadas como mínimo Solicitamos a la convocante permitir cotización 12 pulgadas De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pantalla de 12 pulgadas como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 165 - Item 9 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Item 9 Monitor Multiparametrico Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil. Solicitamos a la convocante permitir pantalla táctil y también con mandos rotatorios De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Manipuleo y control directamente por pantalla táctil y botones de mandos giratorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 166 - Item 9 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Item 9 Monitor Multiparamétrico Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice:Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original. Solicitamos a la convocante permitir cotización de fabricación nacional, debido del alto costo que implica el original- De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared de producción nacional u original de la misma fábrica del monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 167 - Item 9 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Item 9 Monitor Multiparametrico Características En el punto 4 Características, número 19, solicitamos eliminar declarar Opcional este apartado, de manera a que la Convocante permita la cotización de monitor preconfigurado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 168 - Item 12 Oxímetro de Pulso

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Item 12 Oxímetro de Pulso En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Se transfiere información a PC para visualización, revisión e impresión del historial del paciente. Solicitamos a la convocante declarar que sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 169 - Item 11 Silla de rueda plegable

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Item 11 Silla de rueda plegable En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Frenos de goma. Solicitamos a la convocante permitir cotización de Frenos de goma dura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 170 - LOTE 26 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Cubeta para contenedor de aluminio anodizado 2mm de espesor que cumpla con las normas (EN ISO 11607-1). Dimensiones 59,2 x 27,4 x 13,5mm (largoxanchoxalto) CONSULTA: La norma ISO 11607-1 corresponde a productos estériles y sistemas de embalaje destinados a mantener la esterilidad de dispositivos médicos esterilizados hasta el momento de su uso. Esta norma no se adecua a los items solicitados, sugerimos las normas ISO13485, DIN ISO 900, 46001, Certificado CE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 171 - ITEM N° 27 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Esterilla amortiguadora de silicona, dimensiones 27,7x12,6 cm. CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR Esterilla amortiguadora de silicona, dimensiones 270X123 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 172 - ITEM 26 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Referente a la tapa y esterilla las mismas deben estar acorde al tamaño de la cubeta, sugerimos que la medida solicitada sea ACORDE AL TAMAÑO DE LA CUBETA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 173 - ITEM 26 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Placas de identificación con inscripción que va integrada al contenedor 56 x 18 mm CONSULTA: ES SUFICIENTE ESPACIO PARA 16 LETRAS CON UNA DESCRIPCIÓN GRABADA (A ELECCIÓN)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 174 - ITEM 26 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: CAPSULA O POTE, 0,16 LTR. CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR CAPSULA DE 0,14L ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 175 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: 1.6 Luminaria quirúrgica de techo de tecnología LED de dos cúpulas, con monitor Solicitamos respetuosamente al Convocante declarar opcional el monitor, teniendo en cuenta que el Convocante no solicita cámara incorporada dentro de una de las cúpulas, por lo que resulta innecesario el monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor remitirse a la Adenda.		

Consulta 176 - ITEM N °18 Mesa Quirúrgica.

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Trendelemburg directo e inverso: $\pm 45^\circ$ e inverso: $\pm 20^\circ$ (eléctrica). Solicitamos a la Convocante permitir la cotización de equipos con: Trendelemburg directo e inverso: 30° o superior. a los efectos de dar mayor participación y no violar los preceptos de libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 177 - ITEM 25 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: SEPARAD. FARABEU 23X16/28X16-20X16/24X16MM. 1 PAR CONSULTA: SON OPCIONES DE MEDIDAS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 178 - ITEM 25 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: SEPARADOR ABDOMINAL GOSSET 58MM PROF. CONSULTA: LA MEDIDA ES DE LA BARRA O DEL BRAZO? FAVOR ESPECIFICAR		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 179 - ITEM 25 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: PINZA INTESTINAL ATRAUMATICA de BABCOCK, 215 mm, 8 1/2" CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AGREGAR UNA VARIACIÓN DE +-2MM EN LA MEDIDA SOLICITADA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 180 - ITEM N° 20 LÁMPARA CIALITICA CON SATÉLITE

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde Dice: Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor.- Solicitamos permitan cotizar diseños no redondos o sea de acuerdo a la tecnología del fabricante y no violar los preceptos de libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 181 - Item 9 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde Dice: Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil. Solicitamos a la convocante permitir pantalla táctil y también con mandos rotatorios y no violar los preceptos de libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 182 - Item 9 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
4.18. El Equipo deberá tener la capacidad de actualización a futuro mediante HARDWARE y/o SOFTWARE a la interconexión de dispositivos médicos mediante al MEDICAL INFORMACIÓN BUS ISO / IEEE I 1073 u otro estándar de comunicación universal. Para este punto se solicita que sea opcional ya que la configuración se hace en fábrica y puede ser posible actualización de software y driver		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 183 - ITEM 25 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Referente a la cubeta , tapa, cesta y esterilla, las medidas deben estar acorde a la cubeta cotizada, las medidas solicitadas difieren entre si, solicitamos llevar en cuenta la medida de la cubeta y que los accesorios sean compatibles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 184 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Consultamos a la Convocante si podría extender el plazo de entrega de los artículos a 30 días y/ o más , a fin de dar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 185 - Item 9 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Donde dice: 6.7 CO2. Creemos es un error involuntario que figure como Alarma de CO2, ya que para este ítem no se está solicitando la medición de CO2, sugerimos eliminar el punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 186 - ITEM 25 CAJA DE CIRUGIA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
DONDE DICE: Placas de identificación con inscripción que va integrada al contenedor 56 x 18 mm SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DEFINIR ALGUNA LEYENDA A SER GRABADA POR LA CAJA Y QUE LAS MEDIDAS ESTÉN ACORDES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 187 - ÍTEM 30 - Caja de curación.

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
Con todo respeto solicitamos al Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 1 cm para los instrumentales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajuFavor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.starse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 188 - CRONOGRAMA DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

LLEVANDO EN CUENTA QUE YA ESTAMOS EN TEMPORADA ALTA Y LAS IMPORTACIONES TARDAN MAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DÍAS HÁBILES PARA LOS ÍTEMS DE INSTRUMENTALES,

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 189 - Documentos de la Licitacion

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante exija presentacion de catalogos porque en la práctica común de varios oferentes en la actualidad, que sólo presentan los documentos sustanciales, imposibilitando a los demás oferentes conocer el contenido real de su oferta, ya que en la carpeta ni siquiera se indica por lo menos el modelo cotizado. Creemos que por lo menos los catálogos deben ser presentados al momento de la apertura de ofertas, para competir en igualdad de condiciones, conforme el PBC y las leyes en la materia. y no hacer catalogos a medida de la licitacion

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara al Potencial Oferente que en el acto de apertura de ofertas de los participantes tienen el derecho de verificar las ofertas presentadas.

Consulta 190 - Documentos de la Licitacion

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante hacer publicos los catalogos que presentan los oferentes en etapa de evaluacion para evitar la confeccion a medida de los mismos por los oferentes que acostumbran presentar documentos sustanciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara al Potencial Oferente que en el acto de apertura de ofertas de los participantes tienen el derecho de verificar las ofertas presentadas.

Consulta 191 - Item 09: Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante dejar como opcional el requerimiento de Salida de EC analógico, a fin de permitir mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 192 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Demostrar haber suministrado satisfactoriamente equipos médicos para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2020 2021 y 2022) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total ofertado.
CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AGREGAR EN LA EXPERIENCIA HABER SUMINISTRADO EQUIPOS MÉDICOS Y/O INSTRUMENTALES , DE ACUERDO A LO COTIZADO, ESPECÍFICAMENTE PARA LOS ÍTEMS DE CAJAS DE CIRUGÍAS

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 193 - Item 19 Máquina de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
<p>Las especificaciones técnicas del monitor que acompaña al sistema de anestesia son tendenciosas a una marca en particular por lo que restringe la participación y la libre competencia, solicitamos se hagan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases de manera a contar con especificaciones que más oferentes puedan cumplir.</p> <p>Monitor preconfigurado o con módulo servidor para los parámetros estandar Considerando que la pantalla del ventilador es pequeña, sugerimos que el monitor multiparamétrico cuente con pantalla de 12 o más pulgadas y 8 formas de onda como mínimo. Donde dice: 4 casillas digitales debería decir configuración de pantalla con números grandes. Con respecto a la batería, la misma debería contar con 4 horas de duración y conexión a la corriente eléctrica</p> <p>Los software de análisis de arritmia por lo general son de ECG diagnóstico, por lo que deberían solicitar 20 o más tipos de arritmia y análisis del segmento ST. Capacidad de mostrar en pantalla minitendencias gráficas de 5 0 30 minutos, conjuntamente con la información en tiempo real. Solicitamos considerar esta especificación como opcional</p> <p>Permitir obtener, en forma manual o automática, tomas de onda para su posterior análisis. Solicitamos considerar esta especificación como opcional Poseer un menú de ayuda y a su vez, mostrar un texto de ayuda en cada opción de los menús de configuración. Por lo general el menu de ayuda se encuentra solo en los defibriladores, solicitamos se considere como opcional.</p> <p>Numéricas: de todos los parámetros, muestreados cada 5 minutos, luego de cada medición de NIBP, PCWP o con cada marca de evento. Solicitamos se modifique a: Numéricas de todos los parámetros.</p> <p>Donde dice: Módulo combinado de parámetros hemodinámicos, solicitamos se modifique a: parámetros preconfigurados o módulo servidor de mediciones</p> <p>Visualización especial para medición de PCWP. Solicitamos se excluya esta característica o se considere opcional.</p> <p>Poseer un sistema de separación del agua del gas basado en una trampa de agua y filtro de bacterias, por favor aclarar que solo si el sistema lo necesita</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 194 - Item N° 13 Camilla Hidraulica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
<p>Donde Dice: Longitud total de 215 o mas y ancho de 95 o mas Solicitamos permitan cotizar 211 o mas y ancho 75 o mas a los efectos de contar con mayor cantidad de ofertas y no violar los preceptos de libre competencia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.		

Consulta 195 - Item 31 camilla Ginecologica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que dicho item soliciten certificado de calidad FDA, CE O JIS o algunos de ellas, esto ayudara a que los productos ofertados tenga la calidad que se necesita para dicha utilización en giecologias

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 196 - Item 13 Camilla Hidraulica/ neumática

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante poder definir si necesitan neumática o hidráulica, esto obedece a que los precios son totalmente diferentes una de otras y eso podría beneficiar a proveedores que tenga solo unas de las características solicitadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 197 - Item 13 Camilla Hidraulica/ neumática

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitan colchon de 10 cm de espesor, solicitamos a la convocante poder cotizar +/- 2cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 198 - Item N° 13 Camilla Hidraulica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante incluir en este Item el indicador de angulo a los efectos de corroborar se cumplan con los parametros solicitados para Trendelembur y antitredelemburg

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 199 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

donde dice:Obs.: Los productos a ofertar deberán ser nuevos y sin uso, y cumplir con las mínimas condiciones de calidad, tales como los siguientes Certificados: ISO 9001

2008, ISO 13485 2003, Certificado de Gestión Ambiental DIN EN ISO 14001:2005, Certificado CE EN93/42/CEE. Serán aceptados instrumentales con un rango de diferencia de ± 1 mm. Las superficies de los instrumentales deberán ser de acabado MATE, a fin de evitar reflejos de los instrumentos de iluminación

consulta: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL RANGO DE DIFERENCIA DE +-1 APLICA PARA TODOS LOS INSTRUMENTALES

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 200 - Item 31 camilla Ginecologica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Vemos que el precio referencial se encuentra muy por debajo del precio del mercado, si es que estamos hablando de una camilla ginecológica con todas las opciones para dicho evento, solicitamos al oferentes modificar a 45.000.000

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 201 - Item N° 22 Electrobisturi

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Claramente viola los preceptos de libre competencia al mencionar el marca

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda.

Consulta 202 - Item N° 1 Portasuero

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Favor solicitar Certificados de Calidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 203 - Item N° 2 Escalera

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Favor solicitar Certificados de Calidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a la última versión emitida del pliego de bases y condiciones.

Consulta 204 - ITEM N° 22 EQUIPO DE ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde solicitan: Montaje: carro de valleylab o una base. Estas especificaciones técnicas son propias de un solo fabricante, la cual es representada por una sola empresa (CODEX) dentro del territorio de la república del Paraguay Este y otros puntos solicitados por la Convocante para este ítem no siguen las disposiciones de la Ley N° 7021 Artículo 4, Inciso B "Igualdad y Libre Competencia". Si bien la Convocante convocante tiene la facultad discrecional de elaborar la base de la licitación según sus necesidades, esta facultad no puede ser ejercida de cualquier manera sino ajustándose a los principios que regulan las contrataciones públicas. Solicitamos respetuosamente al Convocante modificar este punto a fin de que mas de un oferente pueda ofertar sus equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda.