

Consultas Realizadas

Licitación 436441 - Adquisición de Equipos, instrumentales y enseres médicos

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Favor ampliar a 45 días para las entregas, considerando que hay equipos que requieren importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 2 - Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Solicitamos a la convocante que se modifique las especificaciones técnicas de los ítems: 12, 32, y 40, ya que van direccionando a un modelo en específico y de esa manera limita la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Las EETT fueron establecidas conforme a la necesidad de los profesionales médicos y la funcionalidad del equipo, no obstante estamos abiertos a realizar modificaciones razonables a las Especificaciones técnicas, para ello el interesado deberá determinar expresamente lo que necesita sea modificado. Por lo expuesto, al ser la consulta muy genérica no se puede analizar el pedido.		

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Ítem Nº 12 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES, dice: Pantalla touch LCD. Solicitamos a la convocante declare este punto como opcional para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Ítem Nº 12 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES, dice: resolución 320*480. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: resolución 320*480 o mejor y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

Ítem Nº 40 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice resolución 320*480.
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: resolución 320*480 o mejor y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

Ítem Nº 40 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice: Pantalla touch LCD.
Solicitamos a la convocante declare este punto como opcional para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

Ítem Nº 12 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES, dice Dimension 315 mm*215mm*77mm.
Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Dimensiones aproximadas 315 mm*215mm*77mm, para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

Ítem Nº 32 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice: resolución 320*480.
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: resolución 320*480 o mejor y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 9 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

Ítem Nº 32 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice: Pantalla touch LCD.
Solicitamos a la convocante declare este punto como opcional para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 10 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Ítem N° 32 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice: Dimension 315 mm*215mm*77mm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Dimensiones aproximadas 315 mm*215mm*77mm, para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 11 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Ítem N° 40 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice: Dimension 315 mm*215mm*77mm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Dimensiones aproximadas 315 mm*215mm*77mm, para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 12 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Ítem N° 12 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES, dice: TFT 4.3. Solicitamos a la convocante aclare este punto, ¿Se refiere a la pulgada de la pantalla? Si es asi, favor permitir cotizar equipos con: TFT 4.3 o mayor, para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 13 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Ítem N° 32 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice TFT 4.3 Solicitamos a la convocante aclare este punto, ¿Se refiere a la pulgada de la pantalla? Si es asi, favor permitir cotizar equipos con: TFT 4.3 o mayor, para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
<p>Ítem Nº 40 ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES 12 DERIVACIONES MOD E30, dice: TFT 4.3</p> <p>Solicitamos a la convocante aclare este punto, ¿Se refiere a la pulgada de la pantalla? Si es así, favor permitir cotizar equipos con: TFT 4.3 o mayor, para permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca BLT Biolight modelo E30</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
<p>Remitirse a la adenda que contempla modificaciones</p>		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
<p>ITEM 25 MONITOR FETAL, dice: Pantalla LCD a color 8.4 60 grados.</p> <p>Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: Pantalla abatible LCD a color de 7" o mayor de manera a permitir mayor cantidad de oferentes y no estar dirigiendo a la marca Contec Modelo CMS800G.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
<p>Remitirse a la adenda que contempla modificaciones</p>		

Consulta 16 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
<p>ITEM 1 - SILLON DE HIDRATACION CON PORTA SUERO</p> <p>Solicitan: Estructura de metal semi cama pintura electroestática , respaldo 60 cm de ancho , 80 cm de alto , asiento 60 cm de ancho , 55 cm de largo. Favor considerar valores aproximados no como valores absolutos, favor considerar medidas entre +/-10 cm, de manera a dar mayor participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
<p>Remitirse a la adenda que contempla modificaciones</p>		

Consulta 17 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
<p>ITEM 1 - SILLON DE HIDRATACION CON PORTA SUERO</p> <p>Donde solicitan: porta suero cromado 2 ganchos altura regulable. Solicitamos que este punto sea considerado como opcional, o permitan cotizar como un accesorio para el sillón.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
<p>ADECUARSE A LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE EL SILLON DEBE CONTAR CON EL PORTA SUERO INCLUIDO PARA SU PRACTICO USO Y ASI EN BUSCA DE EVITAR ACCIDENTES O CAIDAS DEL MISMO OCACIONADOS POR EL PACIENTE.</p>		

Consulta 18 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 39 - SILLON DE HIDRATACION CON PORTA SUERO Solicitan: Estructura de metal semi cama pintura electroestática , respaldo 60 cm de ancho , 80 cm de alto , asiento 60 cm de ancho , 55 cm de largo. Favor considerar valores aproximados no como valores absolutos, favor considerar medidas entre +/-10 cm, de manera a dar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 19 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 47 - SILLON DE HIDRATACION CON PORTA SUERO Solicitan: Estructura de metal semi cama pintura electroestática , respaldo 60 cm de ancho , 80 cm de alto , asiento 60 cm de ancho , 55 cm de largo. Favor considerar valores aproximados no como valores absolutos, favor considerar medidas entre +/-10 cm, de manera a dar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 20 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 3 - 29 y 54 PORTA SUERO CON RUEDAS 2 GANCHOS DONDE SOLICITAN: Estructura de metal esmaltado regulable hasta 200 cm de altura maxima 110 cm de altura mínima , con rueda de 40 mm , porta suero de 2 ganchos de 20 cm. Favor considerar las medidas en un rango de +/-5 de cada tipo de unidad de medida indicado, de manera a dar mayor participación y no limitar solo a números absolutos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 21 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 39 - SILLON DE HIDRATACION CON PORTA SUERO Donde solicitan: porta suero cromado 2 ganchos altura regulable. Solicitamos que este punto sea considerado como opcional, o permitan cotizar como un accesorio para el sillón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
ADECUARSE A LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE EL SILLON DEBE CONTAR CON EL PORTA SUERO INCLUIDO PARA SU PRACTICO USO Y ASI EN BUSCA DE EVITAR ACCIDENTES O CAIDAS DEL MISMO OCACIONADOS POR EL PACIENTE		

Consulta 22 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 47 - SILLON DE HIDRATACION CON PORTA SUERO Donde solicitan: porta suero cromado 2 ganchos altura regulable. Solicitamos que este punto sea considerado como opcional, o permitan cotizar como un accesorio para el sillón.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
ADECUARSE A LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE EL SILLON DEBE CONTAR CON EL PORTA SUERO INCLUIDO PARA SU PRACTICO USO Y ASI EN BUSCA DE EVITAR ACCIDENTES O CAIDAS DEL MISMO OCACIONADOS POR EL PACIENTE		

Consulta 23 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 6 - 38 - 46 y 49 SILLA DE RUEDA ESMALTADA FS809 Favor eliminar el texto FS809 en el titulo de estos ítems, ya que categóricamente están limitando a una silla de ruedas esmaltada de la marca Foshan modelo FS809, con lo cual solo esa marca y modelo cumpliría. Caso contrario nos veriamos en la necesidad de realizar una protesta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 24 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 8 - MONITOR MULTIPARAMETRICO 10.4 DONDE SOLICITAN: Medidas 193 mm*288mm*236. Favor considerar estas medidas como aproximadas, esto no hace a un mejor desempeño del equipo, solo limita la participación o permitan cotizar equipos con medidas de +/-20mmm, de manera a dar mayor participación, caso contrario tendríamos que protestar contra el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 25 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 8 - MONITOR MULTIPARAMETRICO 10.4 DONDE SOLICITAN: Peso 3 kg, favor considerar un peso mínimo de 7kg, de manera a no limitar a participantes, caso contrario tendríamos que protestar contra el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 26 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 14 - CAJA CURACION - 7 INSTRUMENTALES DONDE SOLICITAN: Caja de acero inoxidable 17*7*3 cm Pinza anatómica con diente 16 cm , Tijera mayo recta 16 cm , Porta aguja 16 cm , Mango de bisturí m°4 , Pinza kocher curva 16 cm, Tijera metzembaum recta 16 cm , Tijera iris curva 11 cm Favor considerar todas las medidas en un rango de +/- 1cm para dar mayor participación y que haya mayor competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 27 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 13 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - 14 INSTRUMENTALES. DONDE SOLICITAN: Caja de acero inoxidable 20*10*5 cm Tijera mayo recta 16 cm ,Tijera mayo curva 16 cm , pinza anatómica con diente 16 cm , Pinza anatómica sin diente 16 cm , Pinza hemostática recta 16cm , Pinza hemostática curva 16 cm , Sonda acanalada , Porta aguja 16 cm , Mango bisturí n° 4 , Pinza kocher 16 cm recta , Pinza kocher 16 cm curva , Tijera iris curva 11 cm , Tijera metzembaum recta 16 cm , Tijera metzembaum curva 16 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 28 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 13 - CAJA DE CIRUGIA MENOR - 14 INSTRUMENTALES. DONDE SOLICITAN: Caja de acero inoxidable 20*10*5 cm Tijera mayo recta 16 cm ,Tijera mayo curva 16 cm , pinza anatómica con diente 16 cm , Pinza anatómica sin diente 16 cm , Pinza hemostática recta 16cm , Pinza hemostática curva 16 cm , Sonda acanalada , Porta aguja 16 cm , Mango bisturí n° 4 , Pinza kocher 16 cm recta , Pinza kocher 16 cm curva , Tijera iris curva 11 cm , Tijera metzembaum recta 16 cm , Tijera metzembaum curva 16 cm Favor considerar todas las medidas en un rango de +/- 1cm para dar mayor participación y que haya mayor competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 29 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 20 - BALANZA TIPO RELOJ CON TALLIMETRO DONDE SOLICITAN: Balanza de columna mecánica de pesaje tipo reloj. Favor permitan cotizar balanza del tipo medición con pesas o digital		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 30 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 20 - BALANZA TIPO RELOJ CON TALLIMETRO
DONDE SOLICITAN: con altímetro de hasta 210 cm. Favor considerar tallímetros con +/- 10 cm y no limitar a un único número ara dar mayor participación y que haya mayor competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 31 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 24 - CAJA INSTRUMENTALES PARA INSERCIÓN DE DIU
DONDE SOLICITAN: Caja de acero inoxidable 32*12*6 , Especulo collin vaginal chico , Especulo collin vaginal mediano , Especulo collin vaginal grande, Histerometro graduado , 1 Pinza pozzi , 1 Pinza Maier , Extractor de diu , Tijera mayo recta 17 cm,

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 32 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 21 - BALANZA TIPO PEDIATRICA CON TALLIMETRO
DONDE SOLICITAN: Balanza para bebe deslizante con tallímetro y capacidad hasta 16 kg. Favor aclarar si precisan del tipo mecánico o digital.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 33 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 24 - CAJA INSTRUMENTALES PARA INSERCIÓN DE DIU
DONDE SOLICITAN: Caja de acero inoxidable 32*12*6 , Especulo collin vaginal chico , Especulo collin vaginal mediano , Especulo collin vaginal grande, Histerometro graduado , 1 Pinza pozzi , 1 Pinza Maier , Extractor de diu , Tijera mayo recta 17 cm,

Favor considerar todas las medidas en un rango de +/- 1cm para dar mayor participación y que haya mayor competencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la adenda que contempla modificaciones

Consulta 34 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
ITEM 52 - TENSIOMETRO MANUAL ADULTO DONDE SOLICITAN: Brazal 22 cm de ancho y 32 cm de largo , Manometro , Estetoscopio , Bolsa de almacenamiento , Herramienta para calibración. Favor considerar las medidas Brazal de 25 cmm de ancho +/-5cm y 32 cm de largo +/-5cm para dar mayor participación, y donde solicitan Herramienta para calibración a que refieren por favor aclarar suficientemente para saber que cotizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 35 - Muestra

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En la Página 8 del PBC dice MUESTRAS: Si Aplica. Solicitamos a la convocante que este punto se elimine, o de lo contrario para la presentación de la muestra sea hasta 5 días después de la apertura de Oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 36 - Autorizacion del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Autorización del Fabricante: Si Aplica. En caso de que la empresa oferente sea Distribuidor, solicitamos acepte la presentación de Autorización del Representante Local del Fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
deberá demostrar en la cadena de autorizaciones		

Consulta 37 - Multa

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En la Página 41 del PBC dice, Porcentaje de multas: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 % Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa sea de hasta 0,01% por el atraso en la entrega de los bienes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Esta convocante considera razonable el porcentaje de multa a ser aplicado. Por lo cual se mantiene dicho criterio		

Consulta 38 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En la Página 19 del PBC en su apartado experiencia requerida dice: Demostrar la experiencia en Equipos, instrumentales y enseres médicos. con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: años 2020- 2021 - 2022. Por cada año. Solicitamos a la convocante permita la presentación de Contratos de ser así quedaría redactado de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en Equipos, instrumentales y enseres médicos, con Contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: años 2020- 2021 - 2022. Por cada año.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
la convocante considera que el criterio establecido es mínimo considerando el monto de la contratación, por lo cual, empresas que se dedican al rubro objeto del presente proceso pueden cumplir el porcentaje establecido en las condiciones descriptas		

Consulta 39 - Habilitacion

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Solicitamos a la convocante requiera de la presentación del Certificado de Habilitación emitida por la DNVS para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		

Consulta 40 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Registro Sanitario del Equipo. - para todos los ítems: Solicitamos a la convocante requiera de la presentación del Certificado de registro sanitario para todos los ítems que no sean muebles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
CON LA DOCUMENTACION INCLUIDA (Certificado de Habilitación emitida por la DNVS para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos.) YA SE CONSIDERA SUFICIENTE.		

Consulta 41 - Consulta general de instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
Con respecto a los precios referenciales de las cajas de instrumentales, sugerimos respetuosamente se puedan aumentar, considerando que se encuentran muy bajos si los instrumentales deben ser de acero inoxidable (no cromados), de manera a que las superficies no sean reflectantes y tengan una mayor duración.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
el referencial fue realizado en base a los procedimientos normativos establecido por la DNCP, así mismo existen procedimientos que establecen porcentajes de variación y la metodología para ser evaluados		

Consulta 42 - Consulta general de instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2023
En los ítems de instrumentales quirúrgicos solicitamos se puedan cotizar con variación de medida de 1 + cm considerando que cada fabricante cuenta con medidas específicas, sin alterar la funcionalidad y aplicación de los instrumentales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2023
Remitirse a la adenda que contempla modificaciones		