

## Consultas Realizadas

# Licitación 437288 - AQUISICION DE EQUIPO - MEDIDOR DE GAS FOSFINA

### Consulta 1 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Favor se solicita a la convocante extender la experiencia solicitada a EQUIPOS DE MEDICION EN GENERAL, para una mayor participación de oferentes potenciales para este llamado.!		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2023
REMITIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2023
Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días, ya que según el requerimiento del pedido cuenta con un proceso de importación de 30 a 40 días para la puesta en territorio Pyo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2023
REMITIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 3 - Consulta ID 437288 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
En la sección DATOS DE LICITACIÓN, Pág. 8 - Punto AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE manifiesta cuanto sigue: NO APLICA. Al respecto consultamos respetuosamente a la convocante pueda solicitar la presentación de la Autorización del Fabricante y/o Representante y/o Distribuidor del bien o servicio ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2023
REMITIRSE A LA ADENDA		

### Consulta 4 - Consulta ID 437288 - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
En la sección REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Pág. 14 del PBC - Capacidad Técnica, manifiesta cuanto sigue: NO APLICACION. Al respecto consultamos respetuosamente a la convocante pueda solicitar este requerimiento a los oferentes y sea requerida la presentación de documentación que acredite que el oferente cuenta con técnicos certificados por la marca oferta, que darán soporte a los productos ofertados. Cabe señalar que los productos solicitados requieren de calibración semestral, lo cual implica que la convocante debe garantizar este requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2023
REMITIRSE A LA ADENDA		

## Consulta 5 - Consulta ID 437288 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
En la sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Pág. 23 del PBC - Equipos de medición de gas, manifiesta cuanto sigue: Tiempo de trabajo: autonomía de la batería mínima de 12 horas. Tiempo de carga: 4h. Vida útil del sensor: 2-3 años. Batería recargable.. Al respecto consultamos respetuosamente a la convocante pueda aceptar equipos que cuenten con baterías con una autonomía mínima de 2 años (no recargables), y con sensores sin vida útil limitada. Además de contar con la capacidad de transmitir datos via conexión Bluetooth.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2023
NO SE ENCUENTRAN OBJECIONES AL RESPECTO DE LA AUTONOMIA Y VIDA UTIL DE LAS BATERIAS. AL RESPECTO DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA BLUETOOTH, ES INDIFERENTE SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON OTRO METODO DE DESCARGA DE LOS DATOS DE LAS LECTURAS REALIZADAS.		

## Consulta 6 - Consulta ID 437288 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2023
Solicitamos a la convocante pueda solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo (CALIBRACIONES), durante el periodo de garantía de los productos ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2023
REMITIRSE AL PBC		

## Consulta 7 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2023
Solicitamos a la convocante aumentar el plazo de entrega de los equipos a 30 días al menos, ya que estos son los plazos que se manejan usualmente para estos productos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2023
REMITIRSE A LA ADENDA		